

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: EP/220/12/2018/1

Data: 06.04.2018 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/12/2018, pn. *Rozbudowa Systemu Radiologicznego RIS/PACS w SPWSZ wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu i kompletnego rozwiązania przechowywania danych radiologicznych oraz objęcie czasowym serwisem, nadzorem autorskim oraz wsparciem technicznym (dla lokalizacji Szczecin, ul. Arkońska 4, oraz ul. Sokołowskiego 11)*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Dotyczy

W zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną usługę podobną o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto.

Pod pojęciem „usługi podobnej” Zamawiający rozumie usługę spełniającą łącznie następujące kryteria: 1) przedmiotem usługi było/jest pełnienie nadzoru autorskiego wraz z obsługą serwisową systemów dotyczących rejestracji, archiwizacji danych radiologicznych RIS i PACS, 2) usługa świadczona w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, 3) czynności w zakresie nadzoru autorskiego i obsługi serwisowej wykonywane były nie tylko w sposób zdalny, ale również „na miejscu” (tj. w obiektach i budynkach podmiotu, na rzecz którego usługa podobna była świadczona), przez co najmniej jedną osobę wydelegowaną przez Wykonawcę i stale przebywającą „na miejscu”;

Z informacji posiadanych przez wykonawcę żadna firma działająca na rynku polskim nie jest w stanie spełnić warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Czy z uwagi na fakt, że istotną częścią przedmiotu zamówienia są systemy PACS/RIS Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli wykonawca będzie się legitymował co najmniej jednym wdrożeniem systemów PACS/RIS wraz z backupem danych w chmurze o wartości minimum 1 000 000, 00 PLN brutto?.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy

W zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis warunku:

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną usługę podobną o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto.

Pod pojęciem „usługi podobnej” Zamawiający rozumie usługę spełniającą łącznie następujące kryteria: 1) przedmiotem usługi było/jest pełnienie nadzoru autorskiego wraz z obsługą serwisową systemów dotyczących rejestracji, archiwizacji danych radiologicznych RIS i PACS, 2) usługa świadczona w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, 3) czynności w zakresie nadzoru autorskiego i obsługi serwisowej wykonywane były nie tylko w sposób zdalny, ale również „na miejscu” (tj. w obiektach i budynkach podmiotu, na rzecz którego usługa podobna była świadczona), przez co najmniej jedną osobę wydelegowaną przez Wykonawcę i stale przebywającą „na miejscu”;

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli wykonawca będzie się legitymował świadczeniem usługi spełniającej powyższe kryteria w okresie 25.07.2016- 31.03.2018 na podstawie umowy oraz zleceń o wartości minimum 430 000, 00 zł brutto?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- **Rozdział V SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków , ust. 1 pkt 2) c1) przyjmuje brzmienie:**

„W zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną usługę podobną o wartości minimum 400.000,00 zł brutto.

Pod pojęciem „usługi podobnej” Zamawiający rozumie usługę spełniającą łącznie następujące kryteria:

- 1) przedmiotem usługi było/jest pełnienie nadzoru autorskiego wraz z obsługą serwisową systemów dotyczących rejestracji, archiwizacji danych radiologicznych RIS i PACS,
- 2) usługa świadczona w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
- 3) czynności w zakresie nadzoru autorskiego i obsługi serwisowej wykonywane były nie tylko w sposób zdalny, ale również „na miejscu” (tj. w obiektach i budynkach podmiotu, na rzecz którego usługa podobna była świadczona), przez co najmniej jedną osobę wydelegowaną przez Wykonawcę i stale przebywającą „na miejscu”;

Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu Nr 2018/S 051-113011, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – sekcja III.1.3)

Pytanie 3

Dotyczy

25. Rozbudowa zakłada utworzenie centrum hybrydowego dla połączonych szpitali Arkońska I Zduńsko. Centrum spełni następujące warunki:

- Usługi Wsparcia I Nadzoru Autorskiego dostępność na poziomie 99,3%
- Łącze symetryczne o przepustowości co najmniej 100 Mbps
- Zasilanie podłączone do centrum co najmniej z dwu niezależnych źródeł
- Zasilanie awaryjne podłączone z generatora na okres co najmniej 24 godzin

26. Centrum hybrydowe składa się z:

- Lokalnego systemu cache PACS / RIS zlokalizowanego w szpitalu Arkońska. Celem jest udostępnianie podstawowych funkcji szpitalowi.
- Lokalnego systemu cache PACS zlokalizowanego w szpitalu Zduńsko. Celem systemu jest udostępnianie zakresu ostatnich 7 dni worklisty, 90 dni badań, tak by w przypadku awarii łącza szpital posiadał komplet danych umożliwiającą funkcjonowanie.

Prosimy o potwierdzenie że warunki wymienione w punkcie 25 dotyczą zdalnej lokalizacji a łącze internetowe oraz zasilanie w lokalizacjach szpital Arkońska oraz szpital Zduńsko znajduje się po stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje punkt 25 jak poniżej (Warunki w punkcie 25 dotyczą lokalizacji Zamawiającego).

Zamawiający posiada łącze symetryczne o przepustowości:

- Zduńsko 100 Mbps
- Arkońska 75 Mbps
- połączenie między lokalizacjami 10 Gbps

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SIWZ *Opis funkcjonalny wymagany przez Zamawiającego w zakresie rozbudowy Systemu Radiologicznego RIS/PACS*, w tabeli część C *Wymagania infrastrukturalne pkt 25*, który otrzymuje nowe brzmienie:

„25. Rozbudowa zakładu utworzenie centrum hybrydowego dla połączonych szpitali Arkońska I Zduńsko. Centrum spełni następujące warunki:

- Usługi Wsparcia I Nadzoru Autorskiego dostępność na poziomie 99,3%
- Zamawiający posiada łącze symetryczne o przepustowości:
 - Zduńsko 100 Mbps
 - Arkońska 75 Mbps
 - połączenie między lokalizacjami 10 Gbps”
- Zasilanie podłączone do centrum co najmniej z dwu niezależnych źródeł

Zasilanie awaryjne podłączone z generatora na okres co najmniej 24 godzin

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ – *Opis funkcjonalny wymagany przez Zamawiającego w zakresie rozbudowy Systemu Radiologicznego RIS/PACS*, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Pytanie 4

Dotyczy

Warianty awaryjności rozwiązania, wymagane w projekcie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla trybu awaryjnego dopuszcza ograniczenie ilości jednocześnie pracujących radiologów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ograniczenie ilości jednocześnie pracujących radiologów do 1 na lokalizację.

Pytanie 5

Dotyczy

Lista sprzętów podłączonych do systemu PACS Zduńsko

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wymienione urządzenia posiadają moduły DICOM oraz Worklist a Wykonawca nie będzie obciążony kosztem ich zakupu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Dotyczy

Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2017

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Ograniczenie roku produkcji wykluczy możliwość korzystania ze zdalnych serwerowni i uniemożliwi zrealizowanie części chmurowej przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony do swoich lokalizacji (ujęty w protokole przekazania sprzętu) spełniał kryteria „fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017”.

Pytanie 7

Dotyczy

13. Przeniesienie danych tj.: danych obrazowych, opisów, danych pacjenta wraz z wszelkimi

wprowadzonymi zmianami - z obecnie istniejącego archiwum do „chmury” zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ zakończona podpisaniem protokołu odbioru prac migracji danych stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
W terminie 150 Dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

14. Wdrożenie pełnego rozwiązania nastąpi w ciągu 3 msc od daty podpisania umowy. Wykonawca ma czas 6 msc na migrację danych i wgranie danych do rozwiązana typu chmura danych

Załącznik nr 6

Prosimy o ujednoczenie zapisów na migrację danych zgodnie z załącznikiem nr 2 i ustalenie czasu na migrację danych na 6 miesięcy/ 180 dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje ujednoczenia terminu przeniesienia danych na 180 dni.

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do SIWZ *Harmonogram wdrożenia* w kolumnie 5 poprzez zmianę 150 dni na 180 dni.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 6 do SIWZ – *Harmonogram wdrożenia* który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Pytanie 8

Dotyczy

Załącznik nr 6

Prosimy o zmianę w załączniku nr 6 poprzez przeniesienie terminu dostarczenia załącznika nr 8 do SIWZ na koniec terminu migracji danych. Wykonawca nie może zwolnić zajmowanego sprzętu do momentu pełnego przeniesienia danych na nowe urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia termin przekazania protokołu zdania infrastruktury na termin zakończenia przeniesienia danych (180 dni).

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do SIWZ *Harmonogram wdrożenia* w kolumnie 5 poprzez zmianę 150 dni na 180 dni oraz przeniesienie Załącznika nr 8 do SIWZ *Protokół z uwolnienia zajmowanej infrastruktury* z kolumny 3 do kolumny 5 .

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 6 do SIWZ – *Harmonogram wdrożenia*, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Pytanie 9

Dotyczy

Załącznik nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że protokół ten dotyczy sprzętu dostarczanego do lokalizacji Szpital Arkońska oraz Szpital Zdunowo.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10

Dotyczy

6) ubezpieczenie obejmować będzie czyste straty finansowe, dopuszczony podlimit nie niższy niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wyłączenie ochrony dla czystych strat finansowych będących następstwem szkody z klauzuli OC za produkt jest niedopuszczalne,

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako nie osiągalnego dla naszej firmy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Projekcie Umowy, stanowiących załącznik nr 18 do SIWZ w ten sposób, że anuluje zapis w § 9 ust. 2 pkt 6).

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 18 do SIWZ – Projekt Umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Pytanie 11

Dotyczy

5. Poza sprzętem niezbędnym do działania obecnie działających oraz nowo wdrożonych funkcjonalności wykonawca dostarczy 2 sztuki urządzeń zapisujących sygnał wideo w standardzie DICOM o poniższej konfiguracji:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sprzętu do digitalizacji danych z urządzeń endoskopowych w których nie stosowany jest ekran dotykowy a obsługa jest zdalna przez dedykowaną aplikację oraz obudowa nie wymaga dezynfekcji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Pytanie 12

Dotyczy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni odpowiednią przepustowość łącza w lokalizacjach szpitala.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zapewni przepustowość w lokalizacjach na poziomie:

- Arkońska: 75 Mbps
- Zdunowo: 100 Mbps

Pytanie 13

Dotyczy

Czy w obu lokalizacjach Zamawiający przewiduje wspólne ActiveDirectory ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14

Dotyczy

Prosimy o przedstawienie opisu organizacyjnego oraz podziału na gabinety do którego ma być przystosowane działanie systemu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dwóch pracowni CT jako jeden Szpital, schemat poniżej:

- pracownia CT Arkońska,
- pracownia CT Zdunowo

Pytanie 15

Dotyczy

Dostarczenie oprogramowania do testowania monitorów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą przeprowadzenie codziennego testu I wydrukowania miesięcznego raportu z testów . Oprogramowanie to będzie oddzielnie działającą aplikacją możliwą do zainstalowania na każdym komputerze wyposażonym w system Windows Raport powinien zawierać dane osoby wykonującej test (imię, nazwisko, stanowisko) oraz wyszczególnione testy zgodnie z zał. nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej t.j. Dz.U z 2017r poz. 884 z informacją czy wynik testu jest pozytywny czy negatywny.

Prosimy o podanie listy monitorów diagnostycznych posiadanych przez Zamawiającego w celu dobrania odpowiedniego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przekaże listę stacji diagnostycznych wraz z modelami monitorów po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska