



Nasz znak: EP/220/46/2018/1

Data: 13.06.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/46/2018 pn. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

Dotyczy: EP/220/ 46/2018, Zadanie nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

Rozmiar XL: rozmiar: 3.5mm i/lub 6.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 2-4 siła zamykania wynosi: 60-120(gf)

Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 8, poz. 1

Pytanie nr 2

Dotyczy: EP/220/ 46/2018, Zadanie nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

Rozmiar L: rozmiar: 3.0mm i/lub 5.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 1-2 siła zamykania wynosi: 30-60(gf)

Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 8, poz. 2

Pytanie nr 3

Dotyczy: EP/220/ 46/2018, Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

Rozmiar S: rozmiar: 2.3mm i/lub 4.0mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 0.2 - 1 siła zamykania wynosi 15-30(gf)

Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 9, poz. 1

Pytanie nr 4

Dotyczy: EP/220/ 46/2018, Zadanie nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

Rozmiar M: rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: max 1,0 siła zamykania wynosi: 20-40(gf)

Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 9, poz. 2

Pytanie nr 5

Dotyczy: EP/220/ 46/2018, Zadanie nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

Rozmiar M: rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: max 1,0 siła zamykania wynosi: 20-40(gf)

Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 9, poz. 3

Pytanie nr 6

Dotyczy: EP/220/ 46/2018, Zadanie nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

Rozmiar M: rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: max 1,0 siła zamykania wynosi: 20-40(gf)

Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 9, poz. 4

Pytanie nr 7

Dotyczy: EP/220/ 46/2018, Zadanie nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

Rozmiar L: rozmiar: 3.0mm i/lub 5.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 1-2 siła zamykania wynosi: 30-60(gf)

Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 9, poz. 5

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Zadania nr 8 i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-5 z Zadania nr 9 i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94