

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zestawy do dializy otrzewnowej typu CADO (dla 2 pacjentów)  
i ADO (dla 8 pacjentów)  
(Roztwory do dializ CPV 33.69.28.00-5, Wyroby do dializ nerkowej CPV 33.18.15.20-3)**

| L.p.  | Opis przedmiotu zamówienia  | Jednostka miary | Ilość [szt./op.] |
|-------|---|-----------------|------------------|
| 1.    | Zestawy do dializy otrzewnowej typu CADO (dla 2 pacjentów)  |                 |                  |
| 1.1.  | Worek o pojemności 2-2,5 litrów: <sup>1, 2</sup><br>o zawartości wapnia 1,25mmol/litr i 1,75mmol/litr;<br>o zawartości glukozy 1,5%, 2,3%, 4,25%;<br>GDP z 3-DG (deoxyglukozone) < 35 µmol/l;<br>Na+ 134 mmol/l;<br>pH ~7,0.<br>Zamawiający wymaga w zależności od zapotrzebowania  | Sztuka          | 2 920            |
| 1.2.  | Adapter/złączka <sup>2</sup>  | Sztuka          | 4                |
| 1.3.  | Przedłużacz do cewnika/ dren pośredni <sup>2</sup>  | Sztuka          | 4                |
| 1.4.  | Nakrętka ze środkiem dezynfekującym <sup>2</sup>  | Sztuka          | 2 920            |
| 1.5.  | Zacisk nożyczkowy (5 szt. - 1 op.) <sup>2</sup>   | Opakowanie      | 4                |
| 1.6.  | Środek dezynfekcyjny do połączeń <sup>2</sup>   | Sztuka          | 50               |
| 1.7.  | Środek dezynfekcyjny do rąk <sup>2</sup>  | Sztuka          | 55               |
| 1.8.  | Kompres gazowy 5 cm x 5 cm (3 szt. - 1 op.) <sup>2</sup>  | Opakowanie      | 500              |
| 1.9.  | Maseczki jednorazowe (100 szt. - 1 op.) <sup>2</sup>  | Opakowanie      | 20               |
| 1.10. | Plaster wodoodporny do przyklejania opatrunku na brzuchu <sup>2</sup>   | Sztuka          | 500              |
|       | Inne niewyszczególnione w pozycji od 1 do 10 elementy wyposażenia zestawu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia dializy (CADO):   |                 |                  |
| 1.11. | Podstawka - organizer   | Sztuk           | 4                |
| 1.12. | Dzierżawa podgrzewaczy do płynów <sup>4</sup>   | Sztuka          | 2                |
| 2.    | Zestawy do dializy otrzewnowej typu ADO (dla 8 pacjentów)   |                 |                  |
| 2.1.  | Worek o pojemności 5 litrów: <sup>1, 2</sup><br>o zawartości wapnia 1,25mmol/litr i 1,75mmol/litr;<br>o zawartości glukozy 1,5%;2,3%, 4,25%;<br>GDP z 3-DG ( deoxyglukozone) < 35 µmol/l;<br>Na+ 134 mmol/l;<br>pH ~7,0.<br>Zamawiający wymaga w zależności od zapotrzebowania  | Sztuka          | 6 570            |
| 2.2.  | Worek o pojemności 5 litrów: <sup>1, 2</sup><br>o zawartości wapnia 1,25 mmol/litr;<br>bufor: tylko dwuwęglan 34 mmol/l (wolny od mleczanów);<br>o zawartości glukozy 1,5%, 2,3%, 4,25%;<br>GDP z 3-DG (deoxyglukozone) < 35 µmol/l;<br>Na+ 134 mmol/l;<br>pH ~7,0.<br>Zamawiający wymaga w zależności od zapotrzebowania | Sztuka          | 1 460            |
| 2.3.  | Linia główna do cyklera <sup>2</sup>  | Sztuka          | 2 920            |
| 2.4.  | Adapter/złączka <sup>2</sup>  | Sztuka          | 16               |
| 2.5.  | Przedłużacz do cewnika/ dren pośredni <sup>2</sup>  | Sztuka          | 16               |
| 2.6.  | Nakrętka ze środkiem dezynfekującym <sup>2</sup>  | Sztuka          | 2 920            |

|       |  |            |       |
|-------|--|------------|-------|
| 2.7.  | Zacisk nożyczkowy (5 szt. - 1 op.) <sup>2</sup>  | Opakowanie | 8     |
| 2.8.  | Środek dezynfekcyjny do połączeń <sup>2</sup>  | Sztuka     | 96    |
| 2.9.  | Środek dezynfekcyjny do rąk <sup>2</sup>   | Sztuka     | 96    |
| 2.10. | Kompres gazowy jałowy 5cm x 5cm (3 szt. - 1 op.) <sup>2</sup>  | Opakowanie | 1 460 |
| 2.11. | Maseczki jednorazowe (100 szt. - 1 op.) <sup>2</sup>   | Opakowanie | 40    |
| 2.12. | Plaster wodoodporny do przyklejania opatrunku na brzuchu <sup>2</sup>  | Sztuka     | 1 460 |
|       | Inne niewyszczególnione w pozycji od 1 do 12 elementy wyposażenia zestawu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia dializy (ADO):   |            |       |
| 2.13. | Łącznik stabilizacyjny   | Sztuka     | 8     |
| 2.14. | Łącznik CLIP   | Sztuka     | 10    |
| 2.15. | Zestaw drenażowy   | Sztuka     | 16    |
|       | Dzierżawa wraz z uruchomieniem w domu chorego urządzeń niezbędnych do prowadzenia dializ otrzewnowych ADO (cyklery) - 9 szt. (8 szt. dla pacjentów, 1 szt. na oddział SPWSZ) |            |       |
| 2.16. | Cykler Sleep-Safe <sup>3</sup>   | Sztuka     | 9     |
| 2.17. | Dzierżawa podgrzewaczy do płynów <sup>4</sup>  | Sztuka     | 2     |

**1 - Zamawiający wymaga w zależności od zapotrzebowania.**

**2 - W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać nazwę handlową.**

**3 - Urządzenie typu CYCLER musi być kompatybilne z zaoferowanym sprzętem i workami, dostarczane będzie i uruchomiane w domu chorego. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą, serwisem i eksploatacją.**

**4 - Podgrzewacze do płynów kompatybilne z workami o pojemności 2l - 5l, opcja podgrzewania 4h i 8h oraz temperatura max. do 38°C.**

**UWAGA:**

**W PRZYPADKU GDY PRODUKT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM PRZESTAŁ BYĆ PRODUKOWANY LUB NASTĄPIŁ TYMCZASOWY JEGO BRAK (W OKRESIE OD WSZCĘCIA POSTĘPOWANIA DO UPŁYWU TERMINU NA SKŁADANIE OFERT), WARTOŚĆ POZYCJI PODAJE TYLKO TEN WYKONAWCA, KTÓRY POSIADA ZAPAS PRODUKTU WYSTARCZAJĄCY NA CAŁY OKRES REALIZACJI UMOWY. BRAK WYCENY JAKIEJKOLWIEK POZYCJI W ZADANIU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.**