



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: EP/220/46/2018/4

Data: 28.06.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/46/2018 pn. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w wyjaśnieniach EP/220/46/2018/3 z dnia 27.06.2018r. **dokonyuje sprostowania w odpowiedziach do zadania nr 21, pytanie 3 w zestawie nr 8.**

Pozostałe odpowiedzi pozostają bez zmian

Poniżej prawidłowa odpowiedź:

ZESTAW 8

Zadanie nr 21 Staplery liniowe

1. Czy Zamawiający dopuści w miejsce pozycji 1 : jednorazowy stapler liniowy 80 mm z ładunkiem zamykającym się na 1,5mm lub 2,0mm, każdy ładunek posiada nowy noż, możliwość użycia do 8 ładunków w trakcie jednego zabiegu?Stapler posiada zabezpieczenie uniemożliwiające odpalenie staplera ze użytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty oraz możliwość pozycji pośredniej.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w miejsce pozycji 2 : jednorazowy ładunek do stapler liniowy 80 mm kompatybilny ze staplerem z pozycji nr 1, zamykający się na 1,5mm lub 2,0mm, każdy ładunek posiada nowy noż oraz zabezpieczenie uniemożliwiające odpalenie staplera ze użytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w miejsce pozycji 3 : jednorazowy stapler liniowy 45 mm bez noża z ładunkiem zamykającym się na 1,5mm lub 2,0mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm i 4,8 mm), możliwość użycia do 8 ładunków w trakcie jednego zabiegu, zabezpieczenie uniemożliwiające odpalenie staplera ze użytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty , z jedną dźwignią zamykająco- spustową ?

ODPOWIEDŹ: Nie Zamawiający nie dopuszcza

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska**

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94