



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

**Znak sprawy:**  
**EP/220/51/2018/2**

**Data:**  
**12.07.2018 r.**

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/51/2018, pn. „Dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu medycznego w ramach projektu pt.: ”Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych” w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 5**

#### **Pakiet nr 4 Pompy infuzyjne**

Pytanie 1.

– **Pkt. 3** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z szybkością dozowania w zakresie 0,01 - 1200 ml/h? Prędkości powyżej 1200 ml/h, w przypadku pomp objętościowych, są stosowane ewentualnie dla podaży dawki dodatkowej, czyli bolusa, dla podstawowych infuzji jest to parametr zdecydowanie wystarczający. Pomp objętościowa ma za zadanie dostarczać długotrwałą podaż, o niskiej prędkości.

**ODP: Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 11.07.2018r pismem EP/220/51/2018/1, zestaw nr 4 , zamawiający wymaga pompy strzykawkowej.**

Pytanie 2.

– **Pkt. 10** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z przykręcanym uchwytem mocującym, dzięki któremu pompę można zamontować na stojakach pionowych czy rurach poziomych, z jednorazowym użyciem narzędzi do przymocowania do pompy ? Procedura mocowania nie zajmuje dużo czasu, a taką czynność wykonuje się tylko jeden raz, na samym początku pracy z urządzeniem. Dodatkowo opcja przykręcania jest znacznie bardziej pewna i mniej awaryjna niż w przypadku mocowań zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

**ODP: Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 11.07.2018r pismem EP/220/51/2018/1, zestaw nr 4 , zamawiający wymaga pompy strzykawkowej.**



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

## **ZESTAW 6**

### **Pakiet nr 4 Pompy infuzyjne**

Pytanie 1.

– **Pkt. 10** W związku ze specyfikacją Zamawiającego, która ewidentnie wskazywała na pompę objętościową oraz odpowiedziami, które spowodowały, że Zamawiający oczekuje jednak pompy strzykawkowej, prosimy o uwzględnienie i dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z przykręcanym uchwytem mocującym, dzięki któremu pompę można zamontować na stojakach pionowych czy rurach poziomych, z jednorazowym użyciem narzędzi do przymocowania do pompy? Procedura mocowania nie zajmuje dużo czasu, a taką czynność wykonuje się tylko jeden raz, na samym początku pracy z urządzeniem. Dodatkowo opcja przykręcania jest znacznie bardziej pewna i mniej awaryjna niż w przypadku mocowań zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zamawiający ponownie zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki” poprawiony załącznik nr 1A - 1D do SIWZ.**

**DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego**

*Małgorzata Usielska*