



Nasz znak:
EP/220/61/2018/1

Data:
27.08.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/61 /2018 pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych, opakowań i dzierżawa autoczytnika do sterylizacji dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 1579) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak jw. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

ZESTAW 1

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści rękaw o szerokości 5,5 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 5

Czy możliwe jest zmniejszenie kwoty wadium?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1

dot. zadania nr 6

Czy zamawiający dopuszcza włókninę do sterylizacji parowej, kolor niebieski w rozmiarze 100 cm x 100 cm pakowaną po 250 szt. z przeliczeniem ilości opakowań na 64 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dot. zadania nr 6

Czy zamawiający dopuszcza włókninę do sterylizacji parowej, kolor niebieski w rozmiarze 90 cm x 90 cm pakowaną po 250 szt. z przeliczeniem ilości opakowań na 24 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

dot. zadania nr 6

Czy zamawiający dopuszcza papier krepowany do sterylizacji parowej kolor biały w rozmiarze 120 cm x 120 cm w opakowaniach po 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań na 88 szt.

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 5:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania nr 2, pozycja nr 1-3:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania nr 10, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści testy szybkiego odczytu do sterylizacji nadtleniem wodoru o ostatecznym odczycie po 2h inkubacji?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania nr 9 i 10:

Czy w przypadku testów biologicznych Zamawiający dopuści termin ważności min.12 miesięcy. Testy biologiczne ze względu na obecność żywych mikroorganizmów posiadają.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy Wzoru umowy do pakietu nr 11 § 3 punkt 5 i 12:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie niniejszych punktów, iż Wykonawca ubezpiecza przedmiot dzierżawy oraz dokonuje naprawy lub wymiany na inny autocztytnik, wyłącznie w przypadku uszkodzeń nie wynikających z niewłaściwego użytkowania. W przypadku uszkodzeń z winy użytkownika koszty naprawy winny obciążać Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy, w § 3 punkt 5 i 12 bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 3 punkt 5 i 12 Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy dotyczy Zadania nr 9 i 10. Przedmiot zamówienia w/w postępowania podzielony jest 10 zadań (części).

Pytanie nr 6

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 1:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki. Kary w obecnej wielkości są rażąco wysokie.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 3:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości wadliwej/niepełnej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki. Kary w obecnej wielkości są rażąco wysokie.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 7: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 20% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Zadanie nr 1 Dot. poz. 5

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 4 Dot. poz. 1

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 5 Dot. poz. 1 - 12

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 60g/m² i folii minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8**Zadanie nr 6 Dot. poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier do sterylizacji pakowany po 100 szt. w rozmiarze 120x120 zamiast 125 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 11**Dot. poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę do sterylizacji pakowaną po 250 szt. w rozmiarze 100x100 oraz 90 x 90 zamiast 200szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 12**Zadanie nr 9, Dot. poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fiolkowych wskaźników biologicznych z ostatecznym odczytem wyniku negatywnego po 5h inkubacji, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy ze względu na fakt, iż wskaźniki biologiczne nie są wyrobem medycznym, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich zgodności przez niezależną jednostkę notyfikowaną Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wyżej wymaganego dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których zgodność potwierdzona jest certyfikatem producenta? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 5

Dotyczy Zadania nr 5

Pytanie nr 1

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji o gramaturze papieru **70 g/m²**, co zdecydowanie podnosi jakość papieru i jego wytrzymałość mechaniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rękawy, były zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607, potwierdzone oświadczeniem wraz z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 6

Pytanie nr 1

Zadanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 12 na rękaw z fałdą o szerokości 38cm/100 mb ?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści:

- w poz. 1 włókninę polipropylenową składającą się z 4 warstw, o gramaturze 60g/m² w opakowaniu handlowym a 104 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

- w poz. 2 włókninę polipropylenową składającą się z 4 warstw o gramaturze 60g/m² w opakowaniu handlowym a 96 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

- w poz. 3 włókninę polipropylenową SMMMS składającą się z 5 warstw o gramaturze 43 g/m²? W opakowaniu handlowym a 200 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

- Poz. 4 taśmę wskaźnikową do sterylizacji plazmą zmieniającą kolor z fioletowego na żółty rozmiar 25mm/25 mb?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

- Poz.4 i 5 Prosimy o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 6

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1, włókniny 75x75 pakowanej po 200 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

ZESTAW 7

Pytanie nr 1

Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia oraz korespondencja dokonywane były z członkiem Konsorcjum?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga rozliczenia z Liderem Konsorcjum.

Pytanie nr 2

Pakiet 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu celem zaoferowania konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 2 poz. 4-9

Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 100mb z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 4

Pakiet 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 420 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 350 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 380 mm lub 420 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękaw o szerokości 420 mm.

Pytanie nr 7

Pakiet 5 poz. 12

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i nie chodziło Zamawiającemu o zgrzew wielopasmowy o szerokości min. 10 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- **Załącznika nr 1 do SIWZ –Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie nr 5 – Opakowania do sterylizacji parowej, pozycja 12, który otrzymuje następujące brzmienie:
„ Rękaw papierowo – foliowy z fałdą – szer. 40 cm, długość 100 m: o zgrzewie wielopasmowym szerokości min. 10 mm.”**

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ –Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Pytanie nr 8

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści włókninę w rozmiarze 100/100 w opakowaniu po 250szt. z odpowiednim przeliczeniem zaofertowanych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 9

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści włókninę w rozmiarze 90/90 w opakowaniu po 250szt. z odpowiednim przeliczeniem zaofertowanych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 10

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 120/120 w opakowaniu po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 11

Projekt umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 12

Projekt umowy:

Zważywszy na treść § 1 ust. 11 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź:

Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić minimalnego procentu zakresu zamówienia.

Pytanie nr 13

Projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „50% wartości zamawianej partii towaru” zostały zastąpione słowami „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 7 wzoru umowy wyrażenie „20% wartości umowy na dane zadanie” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy na dane zadanie”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska**