



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: EP/220/73/2018/1

Szczecin, dnia 19.09.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/73/2018 pn. Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych (64 zadania) dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZESTAW 1

Pyt. 1 Pakiet 3

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści :

RSEMS Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych usuwalny -materiał nitynol - system znaczników rtg stentu + marker optyczny w systemie wprowadzającym - system antymigracyjny - system do usuwania – lasso - długość 40,60,80 mm –do wyboru przez Zamawiającego, szerokość 10 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pyt. 1 Pakiet 4

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : SEMS - Stent samorozprężalny do dróg żółciowych - materiał nitynol -niepokrywany , częściowo pokrywany tj . z odkrytymi obiema końcówkami lub całkowicie pokrywany- do wyboru przez zamawiającego - materiał pokrycia silikon -system znaczników rtg stentu i optyczny na zestawie wprowadzającym -system antymigracyjny -średnica stentu po rozprężnięciu 8, 10 mm do wyboru przez zamawiającego -długość stentu 40,60,80,100cm dla śr. 10mm oraz 40,60,80cm dla śr. 8mm do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pyt. 1 Pakiet 5

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : SEMS - Stent metalowy samorozprężalny do dwunastniczy -materiał – nitynol -niepokrywany - systemem znaczników rtg stentu - system do usuwania -lasso -repozycjonowanie - system antymigracyjny- kołnierze na obu końcach -długość 80,100,120 mm - do wyboru przez Zamawiającego

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pyt. 1 Pakiet 6

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Zestaw do protezowania dróg żółciowych - zestaw zmontowany wraz z protezą łukowatą typu Amsterdam) lub zmontowany system + proteza centralnie gięta osobno. Gotowe do użycia, składający się z protezy, cewnika prowadzącego i cewnika popychającego - kompatybilny z przewodnicą 0,035" -proteza widoczna w promieniowaniu RTG -na długiej przewodnicy- długość

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



protezy 5,7,10,12,15 do wyboru przez zamawiającego -średnica protezy 7;8,5;10; 11,5 Fr. - do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Pyt. 1 Pakiet 9

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Proteza do dróg żółciowych -typu podwójny świński ogon -cieńkościenna -znacznik endoskopowy od strony dwunastniczej -długość 5,7,10,12,15 cm - do wyboru przez Zamawiającego pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pyt. 1 Pakiet 12

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku - długość robocza 230 cm. - łyżki z okienkiem i ząbkami na całym obwodzie łopatek - osłona z tworzywa sztucznego - wersja z igłą lub bez -do wyboru przez zamawiającego - szczęki typu –okrągłe ,owalne oraz jumbo owalne do wyboru przez zamawiającego - do kanału 2,0 ; 2,8; oraz 3,2 do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pyt. 1 Pakiet 16

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 1 i dopuści : Poz 1

Balony ekstrakcyjne do dróg żółciowych -na krótkie lub długie przewodnice do wyboru przez zamawiającego - trzystopniowe –napełniane powietrzem z trzech skalibrowanych strzykawek dołączonych do opakowania - znaczniki radiologiczne powyżej i poniżej balona kompatybilny z przewodnicą 0,035" -długość całkowita powyżej 180 cm -balon o kształcie jabłka.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pyt. 1 Pakiet 17

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych - długość balona 55 mm do wyboru przez zamawiającego - średnica balona po napompowaniu 8 mm - wprowadzane po przewodnicy 0,035" - znaczniki rtg po obu końcach balona -długość narzędzia –minimum 180 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pyt. 1 Pakiet 18

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Cewnikobalon - wprowadzany po przewodniku 0,035" lub z wbudowanym przewodnikiem -długość balona 30 mm -progresywne lub o stałej średnicy dł 55mm – do wyboru przez zamawiającego -średnica stałych -8-10-12-16 mm-do wyboru przez zamawiającego -średnica progresywnych -10-11-12 mm –do wyboru przez zamawiającego

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 1 Pakiet 19

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści Balony jelitowe -długość balona 55 mm - średnica balona po napompowaniu 8,10,12,16,18,20 mm -pozostałe parametry zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pyt. 1 Pakiet 23

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Papilotom obrotowy jednorazowy - sfinkterotom z funkcją rotacji i zmiany orientacji cięciwy tnącej 25 mm -nosek 5 mm +/- 2 mm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 1 Pakiet 33

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 3,5 i dopuści : poz 3

Stent samorozprężalny -całkowicie pokrywany - system znaczników rtg stentu - marker optyczny w systemie wprowadzającym - system zapobiegając migracji - system do usuwania – lasso -długość ,40, mm , średnica 10 mm – do wyboru przez zamawiającego. -długość zestawu 180 cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

poz 5

Igły iniekcyjne do tamowania krwawień jednorazowego użytku -długość całkowita 2300 cm —maksymalna długość igły 5, mm skos igły optymalny do średnicy, średnica igły 23,25 G- do wyboru przez zamawiającego

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Pyt. 1 Pakiet 34

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 2,4 i dopuści : Poz 2

Urządzenie do mechanicznego tamowania krwawień w układzie pokarmowym - zestaw kateterem, kompresorem i proszkiem podawanym ciśnieniowo przez cewnik 10 fr -długość narzędzia 220-230 cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Pyt. 1 Pakiet 35

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 2 i Czy w związku że protezy plastikowe, zgodnie z Dyrektywą UE 93/42/EEC klasyfikowane są jako produkt inwazyjny klasy IIa krótkotrwałego użycia i w związku z czym mogą pozostawać w ciele pacjenta do 30 dni Zamawiający dopuści :

Protezy do dróg żółciowych typ podwójny pigtail - średnica 5-7-8-10 Fr- do wyboru przez zamawiającego - długość 5-7-9-12-15 cm –do wyboru przez zamawiającego - widoczne znaczniki w promieniach RTG - możliwość utrzymania w organizmie do 30 dni,

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Pyt. 1 Pakiet 36

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 2 i 3 oraz dopuści :

Poz 1

Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku -funkcja rotacji w rączce i zmiany orientacji cięciwy tnącej -3 niezależne kanały do prowadnicy, drutu tnącego i podawania kontrastu -średnica 5.5-7 Fr- do wyboru przez zamawiającego -długość cięciwy tnącej 25 mm (+/-5 mm)- -na prowadnicę 0,035”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Poz 3

Klipsownica do tamowania krwawień -jednorazowego użytku -szerokość ramion rozwarcia klipsa 11-16 mm - funkcja rotacji klipsa -długość robocza 195-230 cm-do wyboru przez zamawiającego

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Pyt. 1 Pakiet 39

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 2, i 3 oraz dopuści :

Poz 2

Igły jednorazowe do ostrzykiwania krwawiących zmian : średnica -0,5- 0,7 mm, średnica korpusu 2,3 mm, długość robocza -200-240 cm , mechanizm regulacji długości wysuwania igły z możliwością blokady w wybranej pozycji, osłonka teflonowa

Poz 3

Pętla do polipektomii jednorazowa

- a) heksagonalna: średnica 24 mm, długość robocza min. 230 cm
- b) owalna: średnica 10 mm, długość robocza min. 230 cm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 1 Pakiet 49

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Balony do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy (mocowany na drucie), z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 8 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 7 Fr i długości 180 cm, cewnik zawiera metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2.8 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z posiadanym urządzeniem do napełniania Encore firmy Boston.

Pyt. 1 Pakiet 51

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach 195 i 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 1 Pakiet 56

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe jednorazowego użytku: Ø 1,8 mm; dł. włosa;2,4mm lub 3mm dł. całej szczotki od 1200 mm Szczoteczka może być zakończona kuleczką.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Pyt. 1 Pakiet 60

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści :

Poz 1

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej ; teflonowa bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



narzędzia od 1200 mm, minimalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 1,8 mm; maksymalna średnica kanału roboczego 2,0 mm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Poz 2

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej; długość narzędzia 1200 mm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Pyt. 1 Pakiet 61

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści :

Poz 1

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej ; teflonowa bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia od 1200 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; maksymalna średnica kanału roboczego 2,8 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Poz 2

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligator; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej; długość narzędzia 1200 mm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,3 mm; maksymalna średnica kanału roboczego 2,8 mm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Pyt. 1 Pakiet 62

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, do ciał obcych, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej; długość narzędzia 1200 mm, minimalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,2 mm; maksymalna średnica kanału roboczego 2,8 mm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

ZESTAW 2

1. Zadanie 7

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na protezy dróg żółciowych o śr. 12Fr, Pozostałe parametry bez zmian

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



2. Zadanie 19

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na balony trójstopniowe 55 - 65 mm, obejmujące zakres poszerzeń od 8 do 20 mm co 1 mm . Całkowita dł 1900 mm. Do każdego balonu dołączone metka informująca przy jakim ciśnieniu uzyskujemy żadaną średnicę balonu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

3. Zadanie 25

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na cewniki o śr. 3,5 Fr kompatybilne z prowadnicą 0,025".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

4. Zadanie 33 poz. 3

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na protezy o średnicach 12 - 14 - 16 mm. Pozostałe warunki bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

5. Zadanie 33 poz. 6

- prosimy o określenie czy zamawiający miał na myśli 10 szt. czy 10 opakowań. Jak szt. to z uwagi na pakowanie balonów w niepodzielne opakowania po 20 szt. prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na 1 opakowanie a 20 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga podania w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 2A do SIWZ ceny jednostkowej i ceny całkowitej przy dostawie 10 sztuk, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 33, poz. 6

6. Zadanie 37 poz. 1

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na kleszcze biopsyjne o dł. 155 cm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

7. Zadanie 44

- z uwagi na pakowanie klipsów w niepodzielne opakowania po 40 szt. prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na 680 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

8. Zadanie 45 poz. 1

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na balony trójstopniowe o dł. 55 - 65 mm, obejmujące zakres poszerzeń od 18 do 20 mm co 1 mm . Całkowita dł 1900 mm. Do każdego balonu dołączone metka informująca przy jakim ciśnieniu uzyskujemy żadaną średnicę balonu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

9. Zadanie 45 poz. 2

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na balony trójstopniowe o dł. 55 - 65 mm, obejmujące zakres poszerzeń od 18 do 20 mm co 1 mm. Całkowita dł 2400 mm. Do każdego balonu dołączone metka informująca przy jakim ciśnieniu uzyskujemy żadaną średnicę balonu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

10. Zadanie 49.

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na balony trójstopniowe o dł. 55 - 65 mm, obejmujące zakres poszerzeń od 8 do 20 mm co 1 mm . Całkowita dł 1900 mm. Do każdego balonu dołączone metka informująca przy jakim ciśnieniu uzyskujemy żadaną średnicę balonu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do napełniania Encore firmy Boston



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



11. Zadanie 51.

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na klipsownicę o dł 165 i 230 cm i długości klipsa 10 mm. Pozostałe warunki bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

12. Zadanie 56.

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na szczotki cytologiczne o śr. 2 mm kompatybilnych z uwagi na strukturę włosa z kanałem roboczym 2,0 mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

13. Zadanie 58.

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na igły cytologiczne o następujących parametrach
- dł igły 13 lub 15 mm z otworem bocznym lub bez ; do wyboru przez Zamawiającego. Całkowita długość igły 1550 mm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

14. Zadanie 61.

- prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na kleszcze biopsyjne o dł. 1550 cm kompatybilnych z kanałem roboczym 2,8 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

15. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby dostawa typu „cito” nie tylko następowała w dni wolne od pracy ale również była liczona w dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy:

„Dostawy typu „cito”, następować będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) – bezpośrednio do miejsca wskazanego w zamówieniu”.

16. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw typu „cito” do 72 godzin w dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

17. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy (również na cito) na 1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień (24 godz.) zwłoki oraz zmniejszenie kwoty minimalnej kary do 50 zł?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

18. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 1 na następujący zapis: „(...) łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości zamawianej partii wyrobów”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

19. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji dotyczących braków ilościowych do 3 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

***„3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych – w ciągu 3 dni roboczych,***

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- wad jakościowych – w ciągu 14 dni roboczych.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy w miejsce reklamowanych wyrobów, wyroby wolne od wad lub odpowiednio brakujące wyroby w ciągu 72 godzin za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

***za godzinę w przypadku dostaw „cito”. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości niedostarczonych bądź wadliwych wyrobów”.**

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

20. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby dostarczenie reklamowanych wyrobów – wyrobów wolnych od wad lub odpowiednio brakujących nie tylko następowało w dni wolne od pracy ale również było liczone w dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

21. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie kary umownej, o której mowa w ustępie 3, w wysokości 1% wartości danej dostawy za każdy dzień (24 godz.) zwłoki, gdyż kary umowne w wysokości 100zł za dzień/godzinę są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

22. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 3 na następujący zapis: „(...) łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości niedostarczonych bądź wadliwych wyrobów”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

23. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 5 na następujący zapis: „(...) nie przekroczy 20% wartości umowy na dane zadanie”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 3

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie stentów o średnicy po rozprężeniu 8 i 10 mm (do wyboru), długości stentów 4, 5, 6, 7 i 8 cm, lasso z metalowym znacznikiem rtg, pozostałe parametry zgodne z opisem

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie stentów o szerokości 8 mm i 10 mm, system do usuwania – pętla zaciskająca brzeg stentu, marker optyczny/ rtg na granicy stentu i popychacza, do wyboru stent z listkami zapobiegającymi migracji pokrytymi silikonem, umieszczonymi po 5 na każdym końcu stentu lub stent bez listków, pozostałe parametry zgodne z opisem.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie stentów z systemem antymigracyjnym w formie poszerzonych brzegów stentu, system do usuwania – pętla, pozostałe parametry zgodne z opisem.



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dodatkowo do wskazanych długości protezy o długości 9 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez o długości 3-5-7-9 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o długości roboczej 230 cm, szczęki typu owalne oraz jumbo owalne, do kanału 2,8 mm oraz 3,2 mm, powłoka gładka, wykonana z materiału ograniczającego tarcie i ułatwiającego manewrowanie szczypcami.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ustników pakowanych indywidualnie w opakowanie folia-papier, sterylnych, z etykietą zawierającą co najmniej 2 wklejki do dokumentacji medycznej/ historii choroby pacjenta.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 36

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 36 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o średnicy 5-7 Fr.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 36 dopuści zaoferowanie papilotom z ostrzem wysuwającym do 6 mm, średnica końcówki 4,5 – 6 Fr.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 36 dopuści zaoferowanie klipsownicy długości roboczej 165 -230 cm do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Zadanie 37

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków z bolcem i bez bolca – do wyboru przez Zamawiającego, łyżeczki gładkie lub ząbkowane – do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kleszczyków o szerokości rozwarcia łyżeczek min. 8 mm, ze znacznikami odległości na końcu proksymalnym i dystalnym

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kleszczyków sterylizowanych tlenkiem etylenu lub promieniami jonizującymi – do wyboru.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Zadanie 38

Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 38 dopuści zaoferowanie koszyka 4/ 8 drutów, wymiary koszyka 2,5 x 4 cm, długość robocza 215 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie 39

Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 39 dopuści zaoferowanie igieł blokowanych w dwóch pozycjach.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 39 dopuści zaoferowanie pętli:

owalnych i heksagonalnych, średnica 20 mm, 25 mm i 32 mm, z możliwością wykonania „zimnej” i „gorącej” polipektomii

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

owalna 15 mm i 10 mm, z możliwością wykonania „zimnej” i „gorącej” polipektomii.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie 40

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ustników pakowanych indywidualnie w opakowanie folia-papier, sterylnych, z etykietą zawierającą co najmniej 2 wklejki do dokumentacji medycznej/ historii choroby pacjenta.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie 42

Czy zamawiający wymaga zaoferowania zestawów z elementami przeznaczonymi do jednorazowego użytku.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza, iż wymagany jest zestaw do jednorazowego użytku

Zadanie 45

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania balonów progresywnych, napełnianych do 3 średnic ze średnicą maksymalną podaną w opisie.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie 46

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 46 dopuści zaoferowanie zestawów ze zgłębnikiem wykonanym z silikonu.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 46 wymaga zaoferowania zgłębników o średnicy 18 Fr, 20 Fr i 22 Fr.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie 48

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o długości 230 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Zadanie 49

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów z kateterem o średnicy 7,5 Fr.



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z posiadanym urządzeniem do napełniania Encore firmy Boston.

Zadanie 59

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie klipsów o szerokości otwarcia ramion 12 mm, dostępnych w długościach 165 i 230 cm

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ *Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia* przedmiot zamówienia w zadaniu nr 59 nie dotyczy klipsów, dlatego też Zamawiający nie może ustosunkować się do złożonego wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie klipsów z czasem retencji potwierdzonym oświadczeniem producenta.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ *Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia* przedmiot zamówienia w zadaniu nr 59 nie dotyczy klipsów, dlatego też Zamawiający nie może ustosunkować się do złożonego wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie 56

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie szczoteczek o średnicy cewnika 1,8 mm, długość włosa 10 mm, długość całej szczotki od 1000 mm do 1200 mm.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Zadanie 58

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 58 dopuści zaferowanie igły długości 1200 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 58 dopuści zaferowanie igły dwuświatłowej długości 1200 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Zadanie 59

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igieł o regulowanej długości wysunięcia ostrza igły w zakresie 0-40 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igieł bez gotowego zaworu na kanał roboczy.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Zadanie 61

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 61 dopuści zaferowanie szczypiec o długości od 1000 mm do 1200 mm.



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 61 dopuści zaoferowanie szczypiec dla minimalnej średnicy kanału roboczego 2,6 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 61 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

ZESTAW 4

Dotyczy Zadania nr 30

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 30, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł o dł. 25 cm, drenażu, wprowadzenie środka kontrastowego i/lub przewodnika, rozmiar 5Fr?

do

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 5

Dotyczy: Zadanie nr 37, poz.1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków równoważnych, z powłoką szczypiec pokrytą osłonką hydrofilną oraz kodowanych kolorystycznie na każdym jednostkowym opakowaniu w zależności od obszaru zastosowania, w celu szybkiej identyfikacji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Zadanie nr 39, poz.1,

Prosimy o dopuszczenie szczoteczek dwustronnych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Zadanie nr 39, poz.2,

Prosimy o dopuszczenie igieł do ostrykiwania w osłonce teflonowej, wyposażonych w mechanizm pozwalający na regulację igły, zgodnie z jej długością, tj. 4, 5 lub 6mm.

Słyszalny klik i blokada przy całkowitym schowaniu lub całkowitym wysunięciu igły do wymaganej długości, średnica korpusu 2,4mm, długość całkowita igły 230cm, średnica 0,6-0,7mm do kanału roboczego 2,8mm

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Zadanie nr 39, poz.2,

Prosimy o dopuszczenie igieł do ostrykiwania w osłonce teflonowej, wyposażonych w mechanizm pozwalający na regulację igły, zgodnie z jej długością, tj. 4, 5 lub 6mm.

Słyszalny klik i blokada przy całkowitym schowaniu lub całkowitym wysunięciu igły do wymaganej długości, średnica korpusu 1,8mm, długość całkowita igły 180cm, średnica 0,6-0,7mm.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Zadanie nr 39, poz.3,

Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie, czy nie zaszła omyłka, ponieważ Zamawiający wymaga pętli do zimnej polipektomii w rozmiarze 20mm, natomiast takiej pętli używa się wyłącznie do usuwania małych polipów.


SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie pętli hybrydowej do zimnej i gorącej polipektomii (zastosowanie potwierdzone przez producenta) z możliwością blokady rozmiaru – do usunięcia polipów o wielkości 3mm-15mm,



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza o ile można stosować równocześnie „zimną i „gorącą polipektomię

Dotyczy: Zadanie nr 40, poz.1,

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ustników z wstępnie zamocowanym paskiem z jednej strony, pakowanych każdy indywidualnie oraz w zbiorczym opakowaniu kartonowym typu dispenser (podajnik)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ustniki jałowe pakowane pojedynczo z samoprzylepną banderolą, gumką (opaską) podtrzymującą ustnik

Dotyczy: Zadanie nr 48, poz.1,

Prosimy o dopuszczenie pętli do polipektomii o dł. 230cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Zadanie nr 57, poz.1,

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ustników z możliwością podłączenia tlenu, z wstępnie zamocowanym paskiem z jednej strony, pakowanych każdy indywidualnie oraz w zbiorczym opakowaniu kartonowym typu dispenser (podajnik)?

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 6

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 11

Czy Zamawiający może określić procent ewentualnego odstępstwa od umowy (zmniejszenia ilości wyrobów)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić minimalnego procentu zakresu zamówienia.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 8 oraz § 5 ust. 2 pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności i zachowania sterylności wyrobów nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 2

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę doprecyzowanie istniejącego zapisu o słowa:

„Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, **Zamawiający** niezwłocznie powiadomi o tym **Wykonawcę**, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni roboczych

-wad jakościowych – w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wadzie wraz ze zwrotnym przesłaniem wadliwego towaru .

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, **Wykonawca** dostarczy reklamowany towar w ciągu 3 dni roboczych.

Brak reakcji **Wykonawcy** w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„ co najmniej trzykrotnego (...)”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szelańiewicz**