



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Znak sprawy:
EP/220/103/2018/2

Data:
27.11.2018 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/83/2018, pn. Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne dla Oddziału Geriatrii zgodnie z projektem pt.:” Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych” w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 3

Dotyczy pakiet 1 – Stół zabiegowy

- Leżysko trzyczęściowe (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz)
- Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania
- Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących
- Zmiany ustawień środkowej i nożnej części leżyska za pomocą sprężyn gazowych
- Regulacja do pozycji Pivota, Trendelenburga
- Pilot ręczny lub nożny
- Elektryczna regulacja wysokości
- Zaślepka do otworu na twarz
- Trzyczęściowy zagłówek (podłokietniki)
- Centralny system jezdny z hamulcem (podnoszony)
- Uchwyt do mocowania papieru
- Regulacja wysokości za pomocą ramy
- Wymiary leżyska 190x66cm
- Dopuszczalne obciążenie max. 150kg
- Regulacja zagłówka [o]: -85/+35
- Regulacja części głównej do pozycji Pivota [o]: 45
- Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [o]: 70



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy poz.2 stół rehabilitacyjny

- Leżysko trzyczęściowe (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz)
- Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania
- Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących
- Zmiany ustawień środkowej i nożnej części leżyska za pomocą sprężyn gazowych
- Regulacja do pozycji Pivota, Trendelenburga
- Pilot ręczny lub nożny
- Elektryczna regulacja wysokości
- Zaśleпка do otworu na twarz
- Trzyczęściowy zagłówek (podłokietniki)
- Centralny system jezdny z hamulcem (podnoszony)
- Uchwyt do mocowania papieru
- Regulacja wysokości za pomocą ramy
- Wymiary leżyska 190x66cm
- Dopuszczalne obciążenie max. 150kg
- Regulacja zagłówek [o]: -85/+35
- Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [o]: 70

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy poz.3 stół pionizacyjno-rehabilitacyjny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu do pionizacji, składającego się z leżyska głównego i podpórki pod nogi, posiadającego możliwość precyzyjnej elektrycznej regulacji nachylenia o wymiarach 2000mmx650 mm(długość x szerokość) oraz wysokości 87 kąta nachylenia ?

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi pacjenta a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość i skuteczność zabiegu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Dotyczy poz.5 Poręcze do nauki chodzenia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie poręczy do nauki chodzenia posiadający regulację rozstawu szerokości poręczy od 370 do 880mm ? Są to jedynie parametry techniczne, które nie wpływają na jakość i skuteczność zabiegu więc poręcze mają te samo przeznaczenie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów technicznych.

W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 10.12.2018r., do godz. 11:00 **na 13.12.2018r., do godz. 11:00,**
- **otwarcie ofert** – z 10.12.2018r. o godz. 11:30 **na 13.12.2018r. o godz. 11:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:**

„3. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 13.12.2018r., do godz. 11:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego

Małgorzata Usielska