

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/17/2019/1

Data:
14.03.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/17/2019 pn.: Dostawa elementów zużywalnych do systemu monitoringu neurofizjologicznego dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmieniono jej treść i przedłużono termin składania ofert:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza elektrody FSR 02 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave: 2 bieguny, 2 kontakty, zakończenia typu touchproof, produkt jednorazowy, gdzie opakowanie zbiorcze zawiera 5 sterylnych osobno pakowanych sztuk?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuszcza aplikator z uchwytem wielorazowego użytku przeznaczony do elektrod igłowych SDN do nerwów czaszkowych?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuszcza elektrody SDN do nerwów czaszkowych o parametrach: długość igły 9mm, długość przewodu 1,5 gdzie jedno opakowanie zawiera 10 sterylnych par?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin ich otwarcia na niżej podane:

- **termin składania ofert** – z 15.03.2019 r., do godz. 09:00 **na 19.03.2019 r., do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 15.03.2019 r. o godz. 09:30 **na 19.03.2019 r. o godz. 09:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ pkt 5 otrzymując brzmienie:**

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 19.03.2019 r., do godz. 09:00**,
 - 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
- Otwarcie ofert nastąpi w **19.03.2019 r. o godz. 09:30** w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94