

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ISO 9001
ZETOM-CERT

Nasz znak:
EP/220/40/2019/1

Data:
17.05.2019r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/40/2019 pn.: Dostawa zestawów do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu i zgodę o dopuszczenie stentu o następujących parametrach:

Stent wewnątrzczaszkowy zmieniający przepływ: średnica stentu od 2,5mm do 5,0mm, wykonany z 48 fragmentów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłę radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopi; stent o dobrym przyleganiu do ściany naczynia i dużej siły radialnej; możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu; dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem fosforylocholino, który jest chemicznie związany z powierzchnią o grubości mniejszej niż 2 nm, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych; Stent wewnątrzczaszkowy zmieniający przepływ przechodzący przez kateter 0,027.

Możliwość zamawiania stentu o różnych średnicach;

- średnica: 2,5 długości 10/12/14/16/18/20 mm
- średnica: 2,75 długości 10/12/14/16/18/20 mm
- średnica: 3,0 długości 10/12/14/16/18/20/25/30/35 mm
- średnica: 3,25 długości 10/12/14/16/18/20/25/30/35 mm
- średnica: 3,75 długości 10/12/14/16/18/20/25/30/35 mm
- średnica: 4,0 długości 10/12/14/16/18/20/25/30/35 mm
- średnica: 4,25 długości 10/12/14/16/18/20/25/30/35 mm
- średnica: 4,5 długości 10/12/14/16/18/20/25/30/35 mm
- średnica: 4,75 długości 10/12/14/16/18/20/25/30/35 mm
- średnica: 5,0 długości 10/12/14/16/18/20/25/30/35 mm

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu oraz nie wyraża zgody o dopuszczenie stentu o zaproponowanych parametrach.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w Szczecinie
Małgorzata Usielska

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94