

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Zadanie nr 1. Introduktory naczyniowe do zabiegów obwodowych. CPV 33.11.17.30-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Introduktory naczyniowe do zabiegów obwodowych długości 7-13 mm, z igłą, przewodnikiem i rozszerzaczem w zestawie	1300 sztuk

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Długie introduktory zbrojone CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Introduktory naczyniowe zbrojone długości 45 cm.	80 szt.
2.	Introduktory naczyniowe zbrojone długości 90 cm.	120 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Prowadniki angiograficzne 0,035" CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Prowadniki angiograficzne teflonowe lub stalowe	100 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-3 i 1B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 4.**Prowadniki zabiegowe średnicy 0,018" do angioplastyki tętnic podudzia CPV 33.11.17.30-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Prowadniki zabiegowe średnicy 0,018" z końcówką dedykowaną do rekanalizacji tętnic	100 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-4 i 1B-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 5. Cewniki diagnostyczne standardowe do naczyń obwodowych CPV 33.14.12.00-2

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewniki diagnostyczne obwodowe 5-6F współpracujące z przewodnikiem 0,035" długość 70 do 135 cm	1100 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości

Znak sprawy: EP/220/39/2019

znajdują się w załączniku nr 1A-5 i 1B-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 6. Cewniki diagnostyczne zbrojone do naczyń obwodowych CPV 33.14.12.00-2

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewniki diagnostyczne obwodowe zbrojone 5-6F współpracujące z przewodnikiem 0,035" długości 80-135 cm o różnych krzywiznach, z powłoką hydrofilną	150 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-6 i 1B-6 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 7. Cewniki balonowe obwodowe do PTA CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewniki balonowe obwodowe do PTA na przewodniku 0,035"	1400 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-7 i 1B-7 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 8.

Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do PTA kompatybilny z przewodnikiem 0.018" CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewniki balonowe obwodowe do PTA wysokociśnieniowe kompatybilny z przewodnikiem 0,018"	30 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-18 i 1B-8 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 9.

Cewniki zabiegowe wspierające do przechodzenia przez ciasne zmiany CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik zbrojony podwójnie z taperowaną końcówką, długości co najmniej 65-150 cm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulą 4F, z końcówkami prostą i zagiętą	80 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-9 i 1B-9 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 10. Cewniki do trombolizy obwodowej CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewniki do trombolizy obwodowej	10 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-10 i 1B-10 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 11. Cewniki prowadzące do stętownia tętnic szyjnych CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik prowadzący zbrojony 6F o dużej średnicy wewnętrznej z zagiętą końcówką typu Laucher lub odpowiednikiem	50 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-11 i 1B-11 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 12. Cewniki balonowe tnące do zmian niepodatnych na poszerzenie i zwłókniałych CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewniki balonowe posiadające elementy tnące lub dostarczające punktów ogniskowego nacisku na ścianę	5 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-12 i 1B-12 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 13. Stenty obwodowe na balonie do PTA CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stenty do zabiegów tętnic obwodowych na balonie, kompatybilne z przewodnikiem 0,035" o długości shaftu 70-135 cm	300 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-13 i 1B-13 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 14. Stenty obwodowe samorozprężalne CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym o długości do 70-135 cm współpracujące z przewodnikiem 0,035"	600 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-14 i 1B-14 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 15.**Stenty uwalniające lek dedykowany do tętnic kończyn dolnych CPV 33.11.17.30-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stent uwalniający lek antyproliferacyjny, dedykowany do tętnic udowych	40 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-15 i 1B-15 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 16. Stenty dedykowane do tętnicy podkolanowej CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stent samorozprężalny, odporny na wielokrotne zginanie, posiadający rejestrację do stosowania w tętnicy podkolanowej	20 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-16 i 1B-16 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 17.**Zestaw niskoprofilowy do angioplastyki tętnic udowych i podkolanowych CPV 33.11.17.30-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Prowadnik 0,018" zabiegowy	20 szt.
2.	Cewnik balonowy do PTA współpracujący z prowadnikiem 0,018" i introduktorem 4F, o średnicach balonów 4 - 7 mm i długości zestawu dostarczającego 90 - 135 cm	20 szt.
3.	Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,018", od 30 do 200 mm, długość zestawu wprowadzającego 90-135 cm.	20 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-17 i 1B-17 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 18.**Pakiet do angioplastyki zmian w obrębie tętnic podudzia CPV 33.11.17.30-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Prowadnik specjalistyczny do udrażniania tętnic podudzi średnicy 0,014"	40 szt.
2.	Cewniki balonowe obwodowe do PTA tętnic poniżej kolana na prowadniku 0,014"	40 szt.
3.	Cewniki balonowe obwodowe do PTA tętnic podudzi na prowadniku 0,018"	40 szt.
4.	Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym na prowadniku 0,018"	20 szt.
5.	Stenty obwodowe z systemem wprowadzającym na prowadniku 0,014" uwalniające lek antyproliferacyjny do zabiegów na tętnicach poniżej kolana	20 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości

znajdują się w załączniku nr 1A-18 i 1B-18 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 19. Zestaw do stentowania tętnic szyjnych CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej do pre- i post- dilatacji kompatybilne z przewodnikiem 0,014"	100 szt.
2.	Stent samorozprężalny z rejestracją do stosowania w tętnicach szyjnych	100 szt.
3.	System neuroprotekcji dystalnej	100 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-19 i 1B-19 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 20. Zestaw do embolizacji obwodowej i chemoembolizacji CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik prowadzący dla mikrocewnika oraz do selektywnej diagnostyki kompatybilny z przewodnikiem 0,035"	140 szt.
2.	Mikrocewnik selektywny infuzyjny do embolizacji obwodowej kompatybilny z przewodnikiem 0,021" lub mniejszym	140 szt.
3.	Mikroprzewodnik o średnicy 0,016"	140 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-20 i 1B-20 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 21. Mikrosfery embolizacyjne do chemoembolizacji CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Mikrosfery embolizacyjne	120 fiolek

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-21 i 1B-21 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 fiolkę.

Zadanie nr 22. Cząsteczki embolizacyjne PVA CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cząsteczki alkoholu poliwinylowego dostępne w zakresie średnic, co najmniej 100 - 500 mikrometrów, kompatybilne z cewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,021"	30 fiolek

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-22 i 1B-22 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 fiolkę.

Zadanie nr 23. Spirale embolizacyjne obwodowe CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Spirale embolizacyjne obwodowe pokryte włoskami	240 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-23 i 1B-23 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 24. Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Urządzenia do zamykania miejsc nakłucia tętnicy udowej dla pacjentów z podwyższonym ryzykiem krwawienia pozabiegowego z miejsca wkłucia śrenicy 5-8F	200 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-24 i 1B-24 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 25. Zestawy uniwersalne do usuwania ciał obcych. CPV: 33.14.12.00-2

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestawy uniwersalne do usuwania ciał obcych o średnicy od 2 do 30 mm	5 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-25 i 1B-25 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 26. Łączniki wysokociśnieniowe. CPV 33.14.00.00-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Łączniki wysokociśnieniowe dł. 120-150 cm do łączenia ze strzykawką automatyczną	400 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-26 i 1B-26 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 27. Wkłady do wstrzykiwacza CPV 33.14.00.00-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Wkład do wstrzykiwacza ANGIOMAT ILLUMENA	800 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-27 i 1B-27 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 28. Torker CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Torker kompatybilny z przewodnikiem 0,014"- 0,038"	100 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-28 i 1B-28 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 29. Zestaw do mechanicznej trombektomii w udarze mózgu 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stent-retriever do naczyń mózgowych	50 szt.
2.	Cewnik aspiracyjny do odsysania skrzeplin z balonem	35 szt.
3.	Cewnik prowadzący	50 szt.
4.	Mikrocewnik zbrojony aspiracyjny do dystalnej aspiracji	25 szt.
5.	Mikrocewnik do wprowadzania stent-retrievera	50 szt.
6.	Mikroprzewodnik	100 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-29 i 1B-29 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Wykaz sprzętu wchodzącego w skład depozytu dla zadania nr 29 stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Zadanie nr 30. Zestaw do trombektomii aspiracyjnej w udarze niedokrwiennym 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zbrojona koszulka naczyniowa o średnicy wew. min. 0,088"	50 szt.
2.	Cewnik aspiracyjny o średnicy wew. od 0,041" do 0,068" z przewodami	50 szt.
3.	Cewnik reperfuzyjny pośredni o dystalnej średnicy 4F z przewodami	25 szt.
4.	Cewnik reperfuzyjny dystalny o średnicy wewnętrznej 0,035"	50 szt.
5.	Mikrocewnik 0,025"	50 szt.
6.	Kalibrowany jednorazowy zbiornik na odsysane skrzepliny	50 szt.
7.	Dzierżawa pompy aspiracyjnej	1 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-30 i 1B-30 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz koszt dzierżawy pompy.

Wykaz sprzętu wchodzącego w skład depozytu dla zadania nr 30 stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Zadanie nr 31. Zestaw do trombektomii obwodowej 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik do trombektomii obwodowej w układzie tętniczym	26 szt.
2.	Cewnik do trombektomii obwodowej w układzie żylnym	10 szt.
3.	Dzierżawa - Jednostka sterująca z przewodami łączącymi ją z cewnikiem roboczym	1 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-31 i 1B-31 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz koszt dzierżawy jednostki sterującej z przewodami.

Wykaz sprzętu wchodzącego w skład depozytu dla zadania nr 31 stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Zadanie nr 32. Prowadniki do angioplastyki przetok A-V CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Prowadnik angiograficzny średnicy 0,035" dł. 80-100 cm	60 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-32 i 1B-32 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 33.

Cewniki balonowe do angioplastyki przetok A-V do hemodializy CPV 33.11.17.30-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokociśnieniowy Kompatybilny z przewodnikiem 0.035"	20 szt.
2.	Cewnik balonowy półpodatny, kompatybilny z przewodnikiem 0,035"	35 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-33 i 1B-33 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 34.

Stentgraft aorty brzusznej fiksacja nadnerkowa, stentgraft do tętnic nerkowych CPV 33.14.12.00-2

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stentgraft aorty brzusznej fiksacja nadnerkowa	14 kpl
2.	Stentgraft do tętnic obwodowych samorozprężalny Ch	14 kpl

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-34 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet

Zadanie nr 35. Stentgraft do naczyń obwodowych. CPV 33.14.12.00-2

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stentgraft naczyniowy z powłoką heparynową do naczyń obwodowych.	8 kpl

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-35 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet

Zadanie nr 36. Balony, przewodniki. CPV: 33.14.12.00-2

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Balon do zabiegów wewnątrznaczyniowych, do rozszerzania samorozprężających się stentgraftów stosowanych w leczeniu tętniaków aorty brzusznej oraz tętniaków aorty piersiowej, dł. użytkowa 100cm	20 szt.
2.	Prowadniki sztywne, dł. 180-300cm.	20 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-36 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 37. Cewniki, koszulki wprowadzające. CPV: 33.14.12.00-2

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik kalibrowany prosty i pigtail	50 szt.
2.	Koszulki wprowadzające zbrojone spiralnym oplotem stalowym, z pokryciem hydrofilowym do t. udowej	50 szt.
3.	Koszulki wprowadzające używane do wprowadzenia dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych, długość osłonki 30, 40, 55 cm	80 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-37 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 38. Zestaw wielogodzinny do wstrzykiwaczy CPV 33.14.00.00-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw wielogodzinny 8h, do wstrzykiwacza (dwutłokowy) ACCUTRON CT-D MEDTRON AG	600 szt.
2.	Przedłużacz - wężyk pacjenta z zaworem, rurka pacjenta 150 cm	20 000 szt.
3.	Wkład o pojemności min. 200 ml	1000 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-38 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 39. Zestaw do wstrzykiwaczy CPV 33.14.00.00-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw do wstrzykiwacza OPTISTAR LE – MALLINCRODT MRI (dwutłokowy 2x po 60 ml.)	200 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-39 do SIWZ, który

po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 40. Przedłużacze CPV 33.14.00.00-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Przedłużacz- wężyk pompy 24h dla wstrzykiwaczy kontrastu CT/MRI ULRICH MEDICAL- Mississippi	550 szt.
2.	Przedłużacz - wężyk pacjenta z zaworem bezzwrotnym 150cm	7000 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-40 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.