



**Nasz znak:**  
**EP/220/36/2019/1**

**Data:**  
**07.06.2019r.**

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/36 /2019 pn.: Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018, poz.1986) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak jw. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **ZESTAW 1**

#### **Pytanie nr 1**

*Dotyczy: zadania 9 -poz. 1 - m:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora jednojamowego **bez możliwości** dyskryminowania arytmii nadkomorowych od komorowych w strefie VF oraz automatycznym wyborem ostatniej skutecznej terapii ATP?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 2**

*Dotyczy: zadania 13 – poz. 2 - n:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora dwujamowego z pełnym układem resynchronizującym i możliwością wykonania badania MRI tylko dla urządzeń w konfiguracji DF4, IS-4?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 3**

*Dotyczy zadania 14 – poz. 2 - l:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora dwujamowego z pełnym układem resynchronizującym i możliwością wykonania badania MRI 1.5T full body tylko dla urządzeń w konfiguracji DF4, IS-4?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **ZESTAW 2**

#### **Pytanie nr1**

*Zadanie 13*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kardiowertera dwujamowego z pełnym układem resynchronizującym, w którym terapię ATP są dostarczane wyłącznie przed ładowaniem kondensatorów. W oferowanych urządzeniach ładowanie kondensatorów zajmuje mniej niż 10 sekund przez cały okres pracy defibrylatora. Parametr nieznacznie różni się od wymagań SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **ZESTAW 3**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu par. 2 ust. 4 umowy użyczenia:

z: „Użyczący oświadcza, iż Programator jest/Programatory są jego własnością, jest/są w dobrym stanie technicznym, wolnym od wad umożliwiającym używanie go/ich zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem oraz uzyskano wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia oraz dokonano skutecznych zgłoszeń, umożliwiających używanie go/ich w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. ”

na:

„Użyczący oświadcza, iż przysługuje mu pełne prawo rozporządzania Programatorem jest/Programatorami, w tym prawo zawarcia niniejszej umowy. Programator jest/Programatory jest/są w dobrym stanie technicznym, wolnym od wad umożliwiającym używanie go/ich zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem oraz uzyskano wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia oraz dokonano skutecznych zgłoszeń, umożliwiających używanie go/ich w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje zapis w paragrafie 2 ust. 4 Umowy Użyczenia, który otrzymuje nowe brzmienie:**

**„Użyczący oświadcza, iż służy mu prawo rozporządzania Programatorem/Programatorami, w zakresie niezbędnym dla zawarcia Umowy oraz Umowy Użyczenia Programator jest/Programatory są w dobrym stanie technicznym, wolnym od wad umożliwiającym używanie go/ich zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem oraz uzyskano wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia oraz dokonano skutecznych zgłoszeń, umożliwiających używanie go/ich w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”**

**Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4A do SIWZ– Umowa Użyczenia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala  
Małgorzata Usielska**