

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/45/2019/2

Data:
24.06.2019r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/45/2019 pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w związku z powyższym **przedłuża termin składania i otwarcia ofert:**

Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytania złożone w ramach zestawu 2 pytanie 1 oraz zestawu 5 zawarte w piśmie EP/220/45/2019/1 z dnia 12.06.2019r. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1.

Czy w zadaniu 11 poz.2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokarów bezostrzowych 5 mm. ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm.

Trokar posiadający:

- uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok,
- dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach,
- zdejmowalną uszczelkę,
- wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie za- kończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – wbudowaną redukcję 3mm- 5mm, bez balonu i dysku mocującego z wyraźnym, ale atraumatycznym żebrowaniem, które powoduje, iż trokary trzymają się bardzo stabilnie w powłokach brzusznych i nie wymagają dodatkowego fiksowania w postaci balonu i dysku mocującego?

Było: **Odp. Tak.**

Jest : Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 11 poz. 2 - Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 12mm jednorazowego użytku.

ZESTAW 5

Czy w zadaniu 11 poz.1 i 2 - Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 5mm jednorazowego użytku oraz Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 12mm - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokarów bezostrzowych 5 mm. ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Trokar posiadający:– uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, - dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach,– zdejmowalną uszczelkę, – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – wbudowaną redukcję 3mm- 5mm, bez balonu i dysku mocującego z wyraźnym, ale atraumatycznym żebrowaniem, które powoduje, iż trokary trzymają się bardzo stabilnie w powłokach brzusznych i nie wymagają dodatkowego fiksowania w postaci balonu i dysku mocującego?

Było: **Odp. Tak.**

Jest: Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź udzieloną w piśmie z dnia 12.06.2019 r., Znak EP/220/45/2019/1 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

- **w zadaniu 11 poz. 1 Zamawiający wymaga Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 5 mm jednorazowego użytku, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 11, poz. 1**
- **w zadaniu 11 poz. 2 Zamawiający wymaga Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 12 mm jednorazowego użytku, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 11, poz. 2**
- **Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry trokaru zaoferowanego przez Wykonawcę w złożonym wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ dla zadania nr 11.**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 28.06.2019r., do godz. 09:00 na 02.07.2019r., do godz. 09:00,
- otwarcie ofert – z 28.06.2019r. o godz. 10:00 na 02.07.2019r. o godz. 10:00

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać do dnia 02.07.2019r., do godz. 09:00,
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019r. o godz. 10:00

w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska