

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



**Nasz znak:**  
**EP/220/34/2019/2**

**Data:**  
**06.08.2019r.**

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/34/2019 pn.: Usługa przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz zmieniono jej treść:

### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 4**

#### **Pytanie nr 1. Dotyczy: Zadanie 9:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 174 z zadania nr 9 i utworzy nowy odrębny pakiet. Wydzielenie umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 2. Dotyczy: Zadanie 6 poz. 1-8:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i potencjalnym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu defibrylatora Physio Control Inc.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie:**

**- wykazu defibrylatorów Physio Control objętych przeglądem, stanowiącego załącznik nr 1A-6 do SIWZ w ten sposób, że po kolumnie „producent” dodaje kolumnę „typ”, wskazując pełne nazwy i modele defibrylatorów dla pozycji 1-21,**

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-6 do SIWZ – wykazie defibrylatorów Physio Control objętych przeglądem, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

- wzoru formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 6, stanowiącego załącznik nr 2A-6 do SIWZ w ten sposób, że w kolumnie nr 2 (Nazwa urządzenia) rozszerza nazwę urządzenia w pozycji 1-21.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2A-6 do SIWZ – wzorze formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

**Pytanie nr 3. Dotyczy: Zadanie 9 poz. 6:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i potencjalnym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu monitora funkcji życiowych (Mindray).

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie:**

- wykazu sprzętu Mindray objętego przeglądem, stanowiącego załącznik nr 1A-9 do SIWZ w ten sposób, że po kolumnie „L.p.” dodaje kolumnę „Producent”, wskazując nazwy producentów dla pozycji 1-251 oraz rozszerzając nazwę modelu w pozycji 6,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-9 do SIWZ – wykazie sprzętu Mindray objętego przeglądem, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

- wzoru formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 9, stanowiącego załącznik nr 2A-9 do SIWZ w ten sposób, że w kolumnie nr 2 (Nazwa urządzenia) rozszerza nazwę urządzenia w pozycji 6, w kolumnie nr 3 (Producent) zmienia nazwę producenta w pozycji 1, 3, 7, 8, 10, 11, 75, 81, 84, 85, 118, 129, 130, 133, 135, 174, 177, 205, 206, 211 i 244, w kolumnie nr 6 (Jednostka/komórka organizacyjna) zastępuje dotychczasowe nazwy jednostek/komórek organizacyjnych – sformułowaniem „nie dotyczy”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2A-9 do SIWZ – wzorze formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 9, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

**Pytanie nr 4. Dotyczy: Zadanie 9 poz. 10, 211:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i potencjalnym Wykonawcom

biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu respiratora INSPIRATION (Mindray).

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie:**

**- wykazu sprzętu Mindray objętego przeglądem, stanowiącego załącznik nr 1A-9 do SIWZ w ten sposób, że po kolumnie „L.p.” dodaje kolumnę „Producent”, wskazując nazwy producentów dla pozycji 1-251 oraz rozszerzając nazwę modelu w pozycji 10 i 211,**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-9 do SIWZ – wykazie sprzętu Mindray objętego przeglądem, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**- wzoru formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 9, stanowiącego załącznik nr 2A-9 do SIWZ w ten sposób, że w kolumnie nr 2 (Nazwa urządzenia) rozszerza nazwę urządzenia w pozycji 6, w kolumnie nr 3 (Producent) zmienia nazwę producenta w pozycji 1, 3, 7, 8, 10, 11, 75, 81, 84, 85, 118, 129, 130, 133, 135, 174, 177, 205, 206, 211 i 244, w kolumnie nr 6 (Jednostka/komórka organizacyjna) zastępuje dotychczasowe nazwy jednostek/komórek organizacyjnych – sformułowaniem „nie dotyczy”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2A-9 do SIWZ – wzorze formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 9, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**Pytanie nr 5. Dotyczy: Zadanie 10 poz. 1-9:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i potencjalnym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu respiratora Bennett (Medtronic).

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie:**

- wykazu respiratorów Medtronic objętych przeglądem, stanowiącego załącznik nr 1A-10 do SIWZ w ten sposób, że po kolumnie „producent” dodaje kolumnę „typ/model”, wskazując typy i modele respiratorów dla pozycji 1-12,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-10 do SIWZ – wykazie respiratorów Medtronic objętych przeglądem, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

- wzoru formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 10, stanowiącego załącznik nr 2A-10 do SIWZ w ten sposób, że w kolumnie nr 2 (Nazwa urządzenia) rozszerza nazwę urządzenia w pozycji 1-12.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2A-10 do SIWZ – wzorze formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 10, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

**Pytanie nr 6. Dotyczy: Zadanie 2 poz. 1-7:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp infuzyjnych wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia tych części i daty kolejnej wymiany prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający oczekuje dokonania przeglądu zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1.2 do SIWZ, a w szczególności pkt 8 oraz pkt 9, czyli skalkuluje do oferty m.in. wymianę akumulatora.**

**Pytanie nr 7. Dotyczy: Zadanie 3 poz. 1-42:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp infuzyjnych wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

#### - Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia tych części i daty kolejnej wymiany prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający oczekuje dokonania przeglądu zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1.3 do SIWZ, a w szczególności pkt 7 oraz pkt 8, czyli przegląd techniczny, potwierdzający sprawność urządzenia, zostanie dokonany przy zasilaniu sieciowym 230V, a ewentualna konieczność wymiany akumulatora zostanie wskazana w raporcie serwisowym.**

#### **Pytanie nr 8. Dotyczy: Zadanie 4 poz. 2-22, 25-69, 74, 75, 77-90, 97-116:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp infuzyjnych, objętościowych i strzykawkowych wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

#### - Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych, objętościowych i strzykawkowych Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia tych części i daty kolejnej wymiany prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający oczekuje dokonania przeglądu zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1.4 do SIWZ, a w szczególności pkt 8 oraz pkt 9, czyli przegląd techniczny, potwierdzający sprawność urządzenia, zostanie dokonany przy zasilaniu sieciowym 230V, a ewentualna konieczność wymiany akumulatora zostanie wskazana w raporcie serwisowym.**

#### **Pytanie nr 9. Dotyczy: Zadanie 5 poz. 1-102:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne

i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp infuzyjnych wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia tych części i daty kolejnej wymiany prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający oczekuje dokonania przeglądu zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1.5 do SIWZ, a w szczególności pkt 7 oraz pkt 8, czyli przegląd techniczny, potwierdzający sprawność urządzenia, zostanie dokonany przy zasilaniu sieciowym 230V, a ewentualna konieczność wymiany akumulatora zostanie wskazana w raporcie serwisowym.**

**Pytanie nr 10. Dotyczy: Zadanie 7 poz. 1-7:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina wymagana jest wymiana zestawów:

- Drager Savina Service Set 1 year
- Drager Savina Service Set 2 years
- Drager Savina Service Set 6 years
- Odpowiednio po 1, 2 i 6 latach

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik tlenu OxyTrace
- Czujnik przepływu Spirolog

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina co 96 miesięcy lub co 20.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Zespół turbiny

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Drager Savina Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i

wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający dla aparatów z poz. 1-7 z załącznika 1A-7 do SIWZ wymaga dokonania przeglądu technicznego z uwzględnieniem zestawów Drager Savina Service Set 1 year, Drager Savina Service Set 2 years, Drager Savina Service Set 6 years, odpowiednio zgodnie z rokiem produkcji aparatu. Zamawiający nie oczekuje wymiany czujnika tlenu OxyTrace oraz czujnika przepływu Spirolog. W przypadku konieczności wymiany informacja o tym ma zostać zawarta w raporcie z przeglądu zgodnie z pkt 10 z załącznika 1.7 do SIWZ. Zamawiający wymaga zgodnie z zaleceniami producenta wymiany zespołu turbiny zgodnie z zaleceniami producenta dla aparatów z pozycji od 1 do 4.**

**Pytanie nr 11. Dotyczy: Zadanie 7 poz. 8-18:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Evita XL wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- Zestaw roczny EVITA XL [EVITA 2/S2/2DURA/4/XL SET 1Y]

- Zestaw dwuletni EVITA XL [EVITAXL/4/2D GASINLET DRAEG.2Y]

- Zestaw sześćioletni EVITA XL [EVITAXL/4/2D GASINL.DRAEG. 6Y]

Odpowiednio po 1,2 i 6 latach

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Evita XL co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Drager Evita XL Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający dla aparatów z poz. 8-23 z załącznika 1A-7 do SIWZ wymaga dokonania przeglądu technicznego z uwzględnieniem zestawów Zestaw roczny EVITA XL [EVITA 2/S2/2DURA/4/XL SET 1Y], Zestaw dwuletni EVITA XL [EVITAXL/4/2D GASINLET DRAEG.2Y], Zestaw sześćioletni EVITA XL [EVITAXL/4/2D GASINL.DRAEG. 6Y] odpowiednio zgodnie z rokiem produkcji aparatu. Zamawiający nie oczekuje wymiany czujnika tlenu. W przypadku konieczności wymiany informacja o tym ma zostać zawarta w raporcie z przeglądu zgodnie z pkt 10 z załącznika 1.7 do SIWZ.**

**Pytanie nr 12. Dotyczy: Zadanie 8 poz. 1-21:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów kardiomonitorów wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający oczekuje dokonania przeglądu zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1.8 do SIWZ, a w szczególności pkt 7, czyli przegląd techniczny, potwierdzający sprawność urządzenia, zostanie dokonany przy zasilaniu sieciowym 230V, a ewentualna konieczność wymiany akumulatora zostanie wskazana w raporcie serwisowym.**

**Pytanie nr 13. Dotyczy: Zadanie 9 poz. 2, 4, 6, 9, 12-26, 28-41, 43-55, 57-66, 68-74, 77-80, 82, 83, 86-97, 99-107, 109-111, 120-128, 131, 132, 134, 136-141, 143-173, 175, 176, 178-189, 191-203, 207-210, 214-243, 245, 246, 248-251:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów kardiomonitorów wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.



**Odp.: Zamawiający oczekuje dokonania przeglądu zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1.9 do SIWZ, a w szczególności pkt 6, czyli przegląd techniczny, potwierdzający sprawność urządzenia, zostanie dokonany przy zasilaniu sieciowym 230V, a ewentualna konieczność wymiany akumulatora zostanie wskazana w raporcie serwisowym.**

**Pytanie nr 14. Dotyczy: Zadanie 9 poz. 1, 3, 7, 8, 11, 75, 81, 84, 85, 118, 130, 133, 135, 177, 205, 206, 244:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatorów CardioAid 200 co 36 miesięcy lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów CardioAid 200 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający oczekuje dokonania przeglądu zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1.9 do SIWZ, a w szczególności pkt 7, czyli przegląd techniczny, potwierdzający sprawność urządzenia, zostanie dokonany przy zasilaniu sieciowym 230V, a ewentualna konieczność wymiany akumulatora zostanie wskazana w raporcie serwisowym.**

**Pytanie nr 15. Dotyczy: Zadanie 9 poz. 67, 76, 108, 112-117, 119, 204, 247:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatorów Beneheart D 3 wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Beneheart D 3 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności

uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty

**Odp.: Zamawiający oczekuje dokonania przeglądu zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1.9 do SIWZ, a w szczególności pkt 7, czyli przegląd techniczny, potwierdzający sprawność urządzenia, zostanie dokonany przy zasilaniu sieciowym 230V, a ewentualna konieczność wymiany akumulatora zostanie wskazana w raporcie serwisowym.**

**Pytanie nr 16. Dotyczy: Zadanie 9 poz. 129:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatorów CardioAid 100/50/MC wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów CardioAid 100/50/MC Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający oczekuje dokonania przeglądu zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1.9 do SIWZ, a w szczególności pkt 7, czyli przegląd techniczny, potwierdzający sprawność urządzenia, zostanie dokonany przy zasilaniu sieciowym 230V, a ewentualna konieczność wymiany akumulatora zostanie wskazana w raporcie serwisowym.**

**Pytanie nr 17. Dotyczy: Zadanie 10 poz. 12:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett Achieva co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr płaski

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett Achieva co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Pakiet akumulatorów

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett Achieva Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający dla aparatu z poz. 12 z załącznika 1A-10 wymaga dokonania przeglądu technicznego z uwzględnieniem wymiany filtra płaskiego i pakietu akumulatorów.**

**W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:**

- **termin składania ofert** – z 09.08.2019r., do godz. 09:00 na **13.08.2019r., do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 09.08.2019r. o godz. 09:30 na **13.08.2019r. o godz. 09:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

**„5. Termin składania ofert:**

- 1) Oferty należy składać **do dnia 13.08.2019r., do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2019r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

**DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Szczecinie**

*Małgorzata Usielska*