

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Szpital  
bez bólu



**Nasz znak:**  
**EP/220/34/2019/3**

**Data:**  
**09.08.2019r.**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/34/2019 pn.: Usługa przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz dokонуje zmiany odpowiedzi na pytanie 17 złożone w ramach zestawu 4 zawarte w piśmie EP/220/34/2019/3 z dnia 06.08.2019r. - Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert:

### **Pytanie Wykonawcy:**

#### **ZESTAW 4**

#### **Pytanie nr 17. Dotyczy: Zadanie 10 poz. 12:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett Achieva co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr płaski

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett Achieva co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Pakiet akumulatorów

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett Achieva Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odp.: Zamawiający dla aparatu z poz. 12 z załącznika 1A-10 nie wymaga dokonania przeglądu technicznego z uwzględnieniem wymiany filtra płaskiego i pakietu akumulatorów.**

**Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:**

**- termin składania ofert – z 13.08.2019r., do godz. 09:00 na 14.08.2019r., do godz. 09:00,**

**Lokalizacja:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

- **otwarcie ofert** – z 13.08.2019r. o godz. 09:30 na **14.08.2019r. o godz. 09:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

**„5. Termin składania ofert:**

1) Oferty należy składać **do dnia 14.08.2019r., do godz. 09:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Ostrołęce  
*Malgorzata Usielska*  
Malgorzata Usielska