

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: .../AS/2020

Szczecin, 12.06.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i instalację łoża do wykonywania leków cytotoksycznych wraz z monitorem współpracującym z oprogramowaniem aplikacyjnym realizującym system przyjmowania zleceń na wykonywanie leków w Aptece szpitalnej SPWSZ w lokalizacji Arkońska 4

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i instalację łoża do wykonywania leków cytotoksycznych.

Kod CPV: 38810000-6

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, NIP: 851-25-37-954
<http://www.spwsz.szczecin.pl>
tel, (91) 813 9000, fax (91) 813 90 09

2. TRYB POSTĘPOWANIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady Uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Powyższy przedmiot zamówienia jest zwolniony ze stosowania procedury ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tj. ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8.

2.2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, zaś w sprawach w nim nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 tj. ze zm.).

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

dostawa i instalacja łoża do wykonywania leków cytotoksycznych wraz z monitorem współpracującym z oprogramowaniem aplikacyjnym realizującym system przyjmowania zleceń na wykonywanie leków w Aptece szpitalnej SPWSZ w lokalizacji Arkońska 4

4. Określenie szczegółowe

- Komora musi spełniać wymogi normy europejskiej DIN 12980:2017-05 lub równoważnych – **załączyć** wydane przez niezależną, powszechnie uznaną jednostkę notyfikującą certyfikaty zgodności i oświadczenie producenta o objęciu certyfikacją wszystkich funkcji komory jeśli nie są one ujęte w treści certyfikatów.

Lokalizacja:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- Maksymalne wymiary wszystkich pojedynczych elementów montażowych umożliwiają ich wniesienie przez drzwi o szerokości 90cm.
- Poziom natężenia dźwięku podczas normalnej pracy maksimum 59dB(A)
- Oświetlenie LED, natężenie oświetlenia w przestrzeni roboczej regulowane przez użytkownika w minimalnym zakresie od 0 lux do 1100 lux
- maksymalne całkowite wymiary zewnętrzne - szerokość, wysokość, głębokość: 1952mm, 2277mm, 815mm
- monitor medyczny o przekątnej minimum 22” proporcja 16:9 - zainstalowany na wprost twarzy operatora lub zintegrowany w widocznym podczas pracy miejscu w ścianie komory
- współpraca monitora z oprogramowaniem realizującym schemat przyjmowania zleceń na wykonywanie leków
- szyby boczne oraz szyba frontowa wykonana ze szkła wielowarstwowego
- szyba frontowa pochylona o 10°, przesuwana elektrycznie, możliwość otwarcia do 450mm i opuszczenia do poziomu blatu i zamknięcia obszaru pracy komory
- powierzchnia pracy komory wykonana minimum ze stali nierdzewnej
- blat roboczy podzielony na minimum 4 segmenty
- powierzchnia przeznaczona na ręce i robocza znajdujące się na tej samej wysokości
- system minimum 3-filtrowy HEPA tj. minimum: filtr główny pod blatem, wlotowy, wylotowy
- filtry HEPA wykonane w klasie H14 odnośnie DIN 1822-1 lub równoważnych lecz nie gorsze pod względem skuteczności filtracji niż w podanej klasie
- panel kontrolno-sterujący umieszczony na centralnej płycie czołowej
- minimum jedno gniazdo dla urządzeń 230V AC 50Hz w przestrzeni roboczej
- przewody dołączeniowe sprzętu do sieci zasilającej i teleinformatycznej wyprowadzone w lewym górnym rogu sprzętu
- przyciski i panele sterujące poza przestrzenią roboczą i łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnej
- system monitorujący ruch i ostrzegający przed zbyt nagłymi ruchami osób w obszarze frontu komory
- podświetlenie czerwonym kolorem szyby przedniej w sytuacji wykrycia przez system zaistnienia niebezpiecznych warunków pracy
- Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy
- przez okres obowiązywania gwarancji wykonawca zapewni naprawy na miejscu instalacji realizowane przez serwis autoryzowany producenta
- Bezpłatne okresowe przeglądy techniczne będą wykonywane przez serwis autoryzowany producenta podczas trwania gwarancji
- Instrukcja obsługi, oprogramowanie, komunikacja sprzętu z użytkownikiem w języku polskim
- Testy potwierdzające prawidłowe działanie sprzętu po ukończeniu instalacji
- Szkolenie personelu w zakresie obsługi z wydaniem po ukończeniu certyfikatów imiennych

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



5. TERMIN REALIZACJI:

5.1. W terminie do 30 dni od przekazania wykonawcy informacji o gotowości pomieszczeń do instalacji.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

6.1. Prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik do zapytania.

6.2. Potwierdzenie należytego wykonania, udokumentowane Referencjami lub oświadczeniem o ich posiadaniu, że w okresie ostatnich 5 lat wykonawca zainstalował:

a) Łożę, komory laminarne - do wykonywania leków cytostatycznych lub cytotoksycznych na łączną kwotę netto co najmniej 50 000,00 zł.

6.3. Katalogi potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w punkcie 4. z zaznaczeniem stron mówiących o spełnieniu wymagań

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI:

7.1. W przypadku przekazywania oferty bądź innych dokumentów lub zapytań, należy przysyłać je za pośrednictwem e-mail: debicka@spwsz.szczecin.pl

7.2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

7.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

8.1. Oferty należy składać:

8.1.1. pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, z dopiskiem Sekcja Aparatury Medycznej.

8.1.2. osobiście: w Dziale Technicznym SPWSZ w Szczecinie ul. Arkońska 4, Budynek "W" pokój nr 7.

8.1.3. elektronicznie e-mail: debicka@spwsz.szczecin.pl

8.2. Termin składania ofert **upływa 17.06.20 do godz. 15:00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego, nie zaś data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską lub wysłania pocztą elektroniczną.

8.3. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie nie będą rozpatrywane.

9. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

9.1. Cenę ofertową, obejmującą cały zakres zamówienia, należy podać w druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

9.2. Cena podana w formularzu będzie ceną ostateczną.

9.3. Cena ofertowa winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



9.4. W ofercie należy podać ceny netto za poszczególne elementy wraz z ceną łączną (netto i brutto).

9.5. Dla prawidłowego skalkulowania oferty do zapytania ofertowego dołączono projekt wykonawczy zawierający zakres prac remontowych pomieszczeń Apteki w tym miejsca instalacji

10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

11.1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Barbara Dębicka tel. (91) 813 95 40, adres e-mail: debicka@spwsz.szczecin.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt wykonawczy

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Klaudiusz Dziubala

B. Dębicka

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94