



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY<sup>A</sup>**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:**  
**NZ/220/109/W2/2014**

**Data:**  
**18.12.2014 r.**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/109/2014 na dostawę nici chirurgicznych, implantów (siatek), wosku do tamowania krwawień dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

**Pytania Wykonawców:**

**ZESTAW 1**

I. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 1 ust. 1 wzoru umowy na następujące: „Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych wraz z fakturą – loco Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie w asortymencie i po cenie zgodnej z wyciągiem z oferty przetargowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy dokumentu WZ, zawierającego m.in. cenę”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**ZESTAW 2**

**Dot. Zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści nić z polifluorku winylidenu lub polipropylenu bez udokumentowanego „kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 1, poz. 9, 13**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania lub zrezygnuje z wymogu szwu samouszczelniającego?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, niewchłanianą, syntetyczną plecioną, poliester powlekany silikonem do operacji neurochirurgicznych i okulistycznych?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 3, poz. 2, 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?



Dyrektor  
Naczelny  
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(091) 81 39 012

Naczelną  
Pielęgniarką  
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno  
Administracyjnych  
(091) 81 39 014

Główny  
Księgowy  
(091) 81 39 015

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści szew o zmniejszonej hydrofilności lecz nie pakowany na mokro, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 4, poz. 1, 4, 5, 7**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, lub z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 5**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, monofilamentową, syntetyczną z poliglekapronu, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 7 dniach i ok. 40% po 14 dniach oraz o czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, lub z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 6**

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 6**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły rozwarstwiającej dopuści również igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 6, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 9**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające, barwione, z polidoksanonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 10**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające, barwione, z polidoksanonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 12**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, plecione, wchłaniające, barwione, z poliglaktyny, powlekane mieszanką kwasu mlekowego i glikolowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach ok. 75% i o czasie wchłaniania 60-70 dni?

**Odp.: Tak.**

**Dot. Zadania 13**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, plecione, wchłaniające, barwione, z poliglaktyny, powlekane mieszanką kwasu mlekowego i glikolowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach ok. 75% i o czasie wchłaniania 60-70 dni?

**Odp.: Tak.**

**Dot. Zadania 13, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 13, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, plecione, wchłaniające, barwione, z poliglaktyny, powlekane mieszanką kwasu mlekowego i glikolowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach ok. 75% i o czasie wchłaniania 60-70 dni?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 14, poz. 1, 6, 7, 9**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 14, poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 65 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 17, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

**Dot. Zadania 17, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak.**

**Dot. Zadania 17, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą bez określenia „kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak.**

**ZESTAW 3**

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 6 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: *Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości wyrobów w zadaniu w ramach zawartej umowy – w zależności od bieżących potrzeb Szpitala oraz wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi płatnikami usług, a także w sytuacji, kiedy Zamawiający z przyczyn, których nie można było przewidzieć, mógłby nie wykorzystać jego do końca terminu ważności lub mógłby ponieść straty w konsekwencji jego stosowania. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy brutto.*

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną

kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „*przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. **Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji***”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 *in principio* ustawy Pzp), co implikuje, iż **z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne.** Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. **Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy** (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. **W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.**

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji”). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że **niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.** „*Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny*”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „*Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy*”.

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny **Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia,**

**a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych** (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 3 ustęp 1 modyfikując umowę w następujący sposób: *Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł?*

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 3 ustęp 3 modyfikując umowę w następujący sposób: *„.... . Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień lub godzinę\* zwłoki, w zależności od trybu w jakim było składane zamówienie..... „?*

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **ZESTAW 4**

1. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, zadanie nr 9, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające, barwione, zbudowane z polidoksanonu, okres wchłaniania 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe 90% po 14 dniach(wymagane zapisami SIWZ podtrzymywanie tkankowe to 60-80% po 14 dniach, okres wchłaniania 182-238 dni ), przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? Proponowane nici chirurgiczne są wykonane z materiału zgodnego z treścią SIWZ i jednocześnie posiadają zdecydowanie większy profil bezpieczeństwa pod względem pewności węzła i siły podtrzymywania tkankowego od nici opisanych w SIWZ.

**Odp.: Nie.**

2. Dot. zadanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na szwy niewchłaniające, odbarczające, z 2 płytkami polietylenowymi, stalowe, skręcane, powlekane polietylenem, z dwiema igłami odwrótnie tnącymi o krzywiznie 3/8 koła i długości 100 mm, osadzonymi na 1 wspólnej nici o długości 75cm, z zachowaniem pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odp.: Tak.**

3. Dot. zadanie nr 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na implant (siatka) całkowicie wchłaniający z kwasu poliglikolowego, rozmiar oczek 0,75mm, po 18 dniach siatka zachowuje 50% wytrzymałości, całkowite wchłanianie zachodzi pomiędzy 60-90 dniem?

**Odp.: Tak.**

4. Dot. zadanie nr 22,poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na implant o rozmiarze 30cm x 30cm, z zachowaniem pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odp.: Tak.**

#### **ZESTAW 5**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.1 również na igłę o długości 6,2mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

2. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 7 pozycję 1?

**Odp.: Nie.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.2 również na igłę o długości 6mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

4. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 7 pozycję 2?

**Odp.: Nie.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.6 również na igłę o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.6 również na nić o długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.7 również na igłę o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.7 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie.**

#### **ZESTAW 6**

##### **Dot. przedmiotu zamówienia:**

##### **Dot. Zadania 21, poz. 1-3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do odrębnego pakietu? Ewentualna zgoda na powyższe pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tego asortymentu.

**Odp.: Nie.**

##### **Dot. Zadania 21, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie implantu (siatki) w rozmiarze 8x13cm?

**Odp.: Tak.**

##### **Do projektu umowy:**

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp.: Tak.**

2. Jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

**Odp.: Ilość realizowanego przedmiotu zamówienia uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego.**

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby wymiana towaru w przypadku dostarczenia wadliwej partii towaru następowała w ciągu 3 dni roboczych?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?



Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Czy Zamawiający zgadza się, aby w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru kara umowna była naliczana w wysokości 20zł. za każdy dzień zwłoki (§ 3 ust. 1)?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Czy Zamawiający zgadza się, aby w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru „na cito” kara umowna była naliczana w wysokości 20zł. za każdą godzinę zwłoki (§ 3 ust. 1)?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy słowa „2% całej wartości umowy” zostały zastąpione słowami „2% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **ZESTAW 7**

Zadanie nr 21

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 21 w pozycjach 4, 5 i 6 sterylne siatki przepuklinowe częściowo wchłaniające, polipropylenowe monofilamentowe, powleczone wchłaniającym związkami kwasu poliglikolowego /kaprolactonu (PGACL), o wielkości oczek 2-4mm, grubość siatki 0,55mm, gramaturze po wchłonięciu 28/g/m<sup>2</sup>, czas absorpcji części wchłaniającej 90-120 dni.

**Odp.: Tak.**

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 21 w pozycjach 4 siatki w rozmiarze 6 x 11 cm lub 10 x 15cm

**Odp.: Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 10 x 15 cm.**

#### **ZESTAW 8**

**Pytanie 1 – Zadanie nr 7, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,2mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp.: Tak.**

**Pytanie 2 – Zadanie nr 7, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 10/0, igła o długości 2 x 6,2mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp.: Tak.**

**Pytanie 3 – Zadanie nr 7, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 2 x 6,2mm, 3/8 koła szpatuła przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 4 – Zadanie nr 7, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 5 – Zadanie nr 7, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp.: Tak.**

**Pytanie 6 – Zadanie nr 7, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 7 – Zadanie nr 11** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania po 14 dniach około 70% przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 8 – Zadanie nr 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych jałowych, syntetycznych, plecionych, wchłaniających, barwionych, zbudowanych z kwasu poliglikolowego, powleczone polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Profil podtrzymywania po 14 dniach ok. 70%, całkowite wchłanianie szwu 60-90 dni?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie 9 – Zadanie nr 12, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości?

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 10 – Zadanie nr 20** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie: 70% wosku pszczelego, 30% wazeliny?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11 – Zadanie nr 20** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich, 20% palmitynian izopropylu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

#### **ZESTAW 9**

1. Czy w § 2 ust 6 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty **wystawienia** faktury?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 2 ust. 6 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznają się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1, 2, 3, 4:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł za każdy dzień** zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **20% wartości brutto** zamawianej partii towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia**

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. W przypadku upłynięcia 72 - godzinnego roboczego lub 48 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 72 godzin roboczych,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 48 godzin roboczych.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.



\*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

**Odp.: Powyższy zapis zgodny z projektem umowy.**

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % całej wartości **brutto** umowy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **ZESTAW 10**

1. Czy zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 1 wymaga igły prostej szpatałka czy igły o krzywiznie koła 3/8? Obie te cechy wykluczają się nawzajem. Proszę o doprecyzowanie.

**Odp.: Zamawiający popełnił błąd pisarski, prawidłowo w pozycji 1 powinno być:**

|   |       |      |      |   |                  |   |    |    |
|---|-------|------|------|---|------------------|---|----|----|
| 1 | sasz. | 10/0 | 2x16 | - | prosta szpatałka | - | 23 | 36 |
|---|-------|------|------|---|------------------|---|----|----|

**Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

2. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 1 w pozycji 1 igłę szpatałkową prostą z mikroostrzem?

**Odp.: Tak.**

3. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 1 w pozycji 17 igłę o długości 30mm?

**Odp.: Tak.**

4. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 1 w pozycji 19 igłę odwrotnie tnącą, kosmetyczną, ale oksydowaną na czarno Visi Black w celu zapewnienia dobrej widoczności w tkance?

**Odp.: Tak.**

5. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 3 w pozycji 1 igłę o ¼ krzywiznie koła?

**Odp.: Tak.**

6. Czy zamawiający w zadaniu 3 w pozycji 6 wymaga nić o długości 4x75 a igłę pojedynczą?

**Odp.: Tak. Zamawiający w pozycji 6 popełnił błąd pisarski, prawidłowo w pozycji 6 powinno być:**

|   |       |   |       |          |               |   |      |     |
|---|-------|---|-------|----------|---------------|---|------|-----|
| 6 | sasz. | 5 | 45-55 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 4x75 | 120 |
|---|-------|---|-------|----------|---------------|---|------|-----|

**Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

7. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 6 w pozycji 10 igłę okrągłą wzmocnioną rozwarstwiającą?

**Odp.: Tak.**

8. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 6 w pozycji 11 igłę okrągłą wzmocnioną?

**Odp.: Tak.**

9. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 9 w pozycjach 8 i 13 szew z powłoką antybakteryjną a igłę okrągłą rozwarstwiającą?

**Odp.: Tak.**

10. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 10 w pozycjach 7 i 13 igłę okrągłą rozwarstwiającą?

**Odp.: Tak.**

11. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycji 1 szpatułkę z mikroostrzem?

**Odp.: Tak.**

12. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycji 8 igłę oksydowaną na czarno Visi Black ?

**Odp.: Tak.**

13. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycjach 9 i 14 nić o długości 75 cm?

**Odp.: Tak.**

14. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycji 17 igłę okrągłą rozwarstwiającą?

**Odp.: Tak.**

15. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycji 18 nić o długości 75cm?

**Odp.: Tak.**

16. Czy zamawiający wymaga w zadaniu 22 siatkę o rozmiarze oczek 0,5 mm x 0,5 mm?

**Odp.: Tak.**

### **ZESTAW 11**

#### **Dotyczy zadania nr 2**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 2 dopuści szew pakowany na prosto 2x75cm? Żaden z producentów szwów chirurgicznych nie oferuje szwów pakowanych po 7 nici. Do tej pory Zamawiający posiadał w umowie szwy pakowane 2x75cm. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania gdyż brak w naszej ofercie opakowania 7x75cm uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.

**Odp.: Tak.**

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 2 tylko w ramach próbki wyrazi zgodę na zaoferowania szwu pakowanego pojedynczo 1x75cm i nie na prosto? Wszystkie parametry nici i igły będą zgodne z wymaganiami SIWZ, tym samym będzie możliwość dokonania oceny jakości zaoferowanej nitki. Pozycja ta jest szwem specjalistycznym i ze względu na krótki termin przewidziany na złożenie próbki nie będziemy w stanie dostarczyć jej na czas. Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku podpisania umowy dostarczać będziemy nici zgodne z SIWZ i złożoną ofertą tj. pakowaną na prosto. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu składania próbki dla tej pozycji lub wyłącznie jej do osobnego zadania.

**Odp.: Tak.**

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 17 dopuści szew o długości 50cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o dopuszczenie **tylko w ramach próbki** szwu o długości 50cm? Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku zawarcia umowy dostarczany będzie szew zgodny z SIWZ (czyli 75cm). Z powodu trudności w dostarczeniu próbki w przewidzianym terminie chcemy zaoferować próbkę na innym kodzie, która z powodzeniem może być użyta do oceny jakościowej nici. Jeśli powyższe rozwiązanie nie zostanie zaakceptowane zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu składania próbki dla tej pozycji lub wyłącznie jej do osobnego zadania.

**Odp.: Nie.**

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 18 dopuści szew o długości 90cm? Brak w naszej ofercie krótszego szwu uniemożliwia złożenie nam konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.

**Odp.: Tak.**

#### **Dotyczy zadania nr 3**

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści szew poliestrowy pleciony powlekany silikonem.

**Odp.: Nie.**

6. Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 5 umieścił wymóg przy długości igły 4x45-55. Oznaczałoby to, że nić ma być uzbrojona w cztery igły co byłoby niemożliwe. Czy Zamawiający miał na myśli saszetki pakowane po cztery nitki? Wymagałoby to opis w kolumnie „długość nici” dla tej pozycji 4x75cm czyli nić pojedynczo zbrojona w igłę 45-55mm pakowana po cztery nitki w saszetce.

**Odp.: Pytanie dotyczy pozycji 6. W odpowiedzi na pytanie 6 z ZESTAWU 10 Zamawiający udzielił stosownego wyjaśnienia.**

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 5 dopuści tylko w ramach próbki szew pakowany pojedynczo. Wszystkie inne parametry będą zgodne z SIWZ więc Zamawiający będzie miał możliwość oceny szwu. W przypadku podpisania umowy dostarczane będą szwy zgodnie z SIWZ czyli pakowane po 4 nitki w saszetce.

**Odp.: Nie.**

#### **Dotyczy zadania nr 5**

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 poz. 1 dopuści szew monofilamentowy wykonany z kwasu poliglikolowego i kaprolaktanu o profilu podtrzymania: 50% po 8-13 dniach. Czas wchłaniania 90-120 dni. Igła o długości 18mm, kosmetyczna o pięciu krawędziach tnących typu tanto.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Dotyczy zadania nr 7**

9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 2 dopuści igłę 6mm 3/8 koła. Mniejsza krzywizna rekompensowana jest większą długością igły (o 0,4mm) co powoduje, że igła ta w nieznacznym tylko stopniu odbiega od pierwotnie wymaganego rodzaju igły. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania.

**Odp.: Nie.**

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 3 dopuści igłę 18mm?

**Odp.: Tak.**

11. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 4 dopuści igłę 25mm?

**Odp.: Tak.**

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 5 dopuści igłę 40mm?

**Odp.: Tak.**

13. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz 7 dopuści igłę 35mm?

**Odp.: Nie.**

14. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 5-7 dopuści szew o długości 75cm?

**Odp.: Nie.**

#### **Dotyczy zadania nr 9**

15. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści szew o okresie wchłaniania 180-210 dni. Zaznaczyć pragniemy, że parametrem istotnym przy użyciu szwów jest ich okres podtrzymywania tkankowego. Szew po utracie zdolności podtrzymywania powinien być jak najszybciej wchłonięty. W tym kontekście oferowania przez nas nitka wchłania się od 180. dnia ale proces jest zakończony szybciej niż wymagany w SIWZ bo kończy się najpóźniej 210. dnia. Jednocześnie okres 182-238 dni charakteryzują tylko jednego wykonawcę co uniemożliwiło złożenie konkurencyjnej oferty pozostałym w tym zadaniu.

**Odp.: Nie.**

16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 1,2,8 i 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie **tylko w ramach próbki** szwu na igle pojedynczej. Próbki te umożliwią ocenę jakości zaoferowanego wyrobu. W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie dostarczał szwów zgodny z SIWZ (tj. szew podwójnie zbrojony). Z powodu krótkiego terminu przewidzianego na składanie próbek nie będziemy w stanie dostarczyć próbki w pełni zgadzającej się z parametrami SIWZ.

**Odp.: Nie.**

17. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 2 dopuści igłę o długości 10mm? Jest to zaledwie 1 mm mniej od pierwotnie wymaganej. Brak w naszej ofercie igły 11mm uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. W przypadku negatywnej odpowiedzi wracamy się z prośbą o dopuszczenie igły o krzywiznie 3/8 koła lub wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp.: Tak.**

18. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 4 dopuści igłę o długości 15mm lub 18mm? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wymaga ilość saszetek to zaledwie 48szt. a brak zgody uniemożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe 5520 saszetek.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę o długości 15 mm.**

19. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 9 i 14 dopuści igłę 26mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu gdyż uniemożliwiają nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.

**Odp.: Nie.**

20. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie **tylko w ramach próbki** szwu o długości 70cm na igle pojedynczej. Próbka taka umożliwi ocenę jakości zaoferowanego wyrobu. W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie dostarczał szew zgodny z SIWZ (tj. igła 2x30mm i szew o długości 90cm). Z powodu krótkiego terminu przewidzianego na składanie próbek nie będziemy w stanie dostarczyć próbki w pełni zgadzającej się z parametrami SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania.

**Odp.: Nie.**

21. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 14 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o długości 27 lub 36mm?

**Odp.: Nie.**

#### **Dotyczy zadania nr 10**

22. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści szew o okresie wchłaniania 180-210 dni bez powleczenia antybakteryjnego. Zaznaczyć pragniemy, że parametrem istotnym przy użyciu szwów jest ich okres podtrzymywania tkankowego. Szew po utracie zdolności podtrzymywania powinien być jak najszybciej wchłonięty. W tym kontekście oferowania przez nas nitka wchłania się od 180. dnia ale proces jest zakończony szybciej niż wymagany w SIWZ bo kończy się najpóźniej 210. dnia. Jednocześnie okres 182-238 dni charakteryzują tylko jednego wykonawcę co uniemożliwi złożenie konkurencyjnej oferty pozostałym w tym zadaniu.

**Odp.: Nie.**

23. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 2 dopuści igłę o długości 10mm? Jest to zaledwie 1 mm mniej od pierwotnie wymaganej. Brak w naszej ofercie igły 11mm uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. W przypadku negatywnej odpowiedzi wracamy się z prośbą o dopuszczenie igły o krzywiźnie 3/8 koła lub wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp.: Tak.**

24. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 4 dopuści igłę o długości 15mm lub 18mm? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wymaga ilość saszetek to zaledwie 48szt. a brak zgody uniemożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe 5520 saszetek.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę o długości 15 mm.**

25. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 8 i 13 dopuści igłę 26mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu gdyż uniemożliwiają nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.

**Odp.: Nie.**

26. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie **tylko w ramach próbki** szwu o długości 70cm na igle pojedynczej. Próbka taka umożliwi ocenę jakości zaoferowanego wyrobu. W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie dostarczał szew zgodny z SIWZ (tj. igła 2x30mm i szew o długości 90cm). Z powodu krótkiego terminu przewidzianego na składanie próbek nie będziemy w stanie dostarczyć próbki w pełni zgadzającej się z parametrami SIWZ.

**Odp.: Nie.**

27. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 13 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o długości 27 lub 36mm?

**Odp.: Nie.**

#### **Dotyczy zadania nr 11**

28. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym 60-70% po 14 dniach.

**Odp.: Nie.**

29. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 2, 4 i 5 dopuści igłę 36mm?

**Odp.: Nie.**

30. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 5 dopuści szew o długości 70cm?

**Odp.: Nie.**

31. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 3 i 5 dopuści igłę wzmocnioną?

**Odp.: Nie.**

#### **Dotyczy zadania nr 12**

32. Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 dopuści szew wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% po 14 dniach.

**Odp.: Tak.**

33. Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 poz. 10 i 11 dopuści również podwiązki przycięte 3x45 i 2x70 do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

**Odp.: Nie.**

#### **Dotyczy zadania nr 13**

34. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 dopuści szew wykonany z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% po 14 dniach i 25-45% po 21 dniach?

**Odp.: Tak.**

35. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 1 dopuści igłę 3/8 koła o długości 6mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania gdyż zaledwie 24 nitki uniemożliwiają nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania

**Odp.: Nie.**

36. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 tam gdzie wymagana jest igła okrągła rozwarstwiająca dopuści igłę okrągłą. Jest to zamiennik igły rozwarstwiającej, która jest przypisana tylko jednemu producentowi.

**Odp.: Nie.**

37. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 12 dopuści igłę 17mm lub 26mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej 22mm.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę 17 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

38. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 15 dopuści igłę 35mm i szew o długości 90cm?

**Odp.: Nie.**

39. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 16 dopuści igłę 36mm?

**Odp.: Nie.**

40. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 18 dopuści igłę haczykową okrągłą wzmocnioną o długości 35mm?

**Odp.: Tak.**

41. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 21 dopuści igłę 60mm i szew o długości 60cm?

**Odp.: Nie.**

#### **Dotyczy zadania nr 14**

42. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści szew wykonany z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% po 14 dniach i 25-45% po 21 dniach?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

43. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 1 dopuści tylko w ramach próbki igłę o krzywiźnie 1/2 koła przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie jesteśmy w stanie dostarczyć wymaganej próbki. Potwierdzenie spełniania wszystkich parametrów znaleźć będzie można w dołączonym do oferty katalogu. W przypadku podpisania umowy wykonawca dostarczać będzie szew zgodny z SIWZ czyli o krzywiźnie 3/8 koła.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

44. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 19 dopuści igłę o długości 27mm. lub 36mm. Brak w naszej ofercie igły o długości 31mm uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

45. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 22 dopuści szew o długości 60cm. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania w celu umożliwienia nam złożenia konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. Pozycja nr 14 to zaledwie jedno opakowania nici.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

46. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 23 dopuści igłę bez wzmocnienia?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Dotyczy zadania nr 15**

47. Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 dopuści szew obarczający o grubości USP2 wyposażony w dwie płytki i dwa klipsy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Dotyczy zadania nr 20**

48. Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 dopuści wosk składający się z wosku pszczelego i palmitynianu izopropylu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### **ZESTAW 12**

#### **Dotyczy zadania nr 1**

1. Czy Zamawiający wyłączy z zadania nr 1 poz.1? Jest to rzadko stosowany szew okulistyczny a umieszczenie go w pakiecie ze szwami polipropylenowymi uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.

**Odp.: Nie.**

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 i 12 dopuści szew o długości 75cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 szew o długości 75 cm, natomiast w pozycji 12 nie dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5 i 6 dopuści igłę 12mm?

**Odp.: Tak.**

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 6 i 9 dopuści igłę okrągłą?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 8 i 11 dopuści szew o długości 50cm?

**Odp.: Tak.**

6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 8 dopuści igłę 15mm. kosmetyczna o pięciu krawędziach tnących typu tanto? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowej igły tnącej.

**Odp.: Nie.**

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 17 dopuści igłę 30mm?

**Odp.: Nie.**

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 9,20 i 21 dopuści szew o długości 90cm?

**Odp.: Tak.**

9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 20 dopuści szew wykonany z poliamidu o długości igieł 65mm? Szew dedykowany jest do użycia z kaptuchownicą wielorazowego użytku.

**Odp.: Nie.**

### **ZESTAW 13**

#### **Paragraf 2 ust. 2**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

**Wykonawca** gwarantuje niepodwyższanie cen netto przez cały okres trwania umowy.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia brzmienie § 2 ust. 2 na:**

**„Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen netto przez cały okres trwania umowy.”**



Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

### Paragraf 3 ust. 1, 2, 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień/godzinę\* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 15% wartości zamawianej partii towaru.

\* Za godzinę w przypadku dostaw „cito

2. W przypadku upłynięcia 72 - godzinnego lub 48 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 **Zamawiający** ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do **Zamawiającego** (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru.

**Zamawiający** zobowiązany jest powiadomić **Wykonawcę** o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia **Wykonawcy**. W przypadku, gdy **Wykonawca** nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) **Zamawiającego** o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez **Zamawiającego** powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji **Wykonawcy** w magazynie **Zamawiającego**.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, **Zamawiający** niezwłocznie powiadomi o tym **Wykonawcę**, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 3 dni,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Brak reakcji **Wykonawcy** w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień/godzinę\* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

\*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Paragraf 2

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu:

**„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”**

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### ZESTAW 14

#### ZADANIE NR 6:

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 szwy chirurgiczne produkcji amerykańskiej, plecione, sterylne, wykonane z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i stearyoilomleczanem wapnia, bez powleczenia bakteryjnego (proponowane szwy wykazują ten sam wskaźnik zakażeń bakteryjnych i odczynów po implantacji co szwy wymagane), natomiast o najmocniejszym i jedynym dostępnym podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach?

**Odp.: Nie.**

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11 igłę o dł. 27 mm?

**Odp.: Tak.**

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 16 igłę okrągłą?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 21 igłę 37 mm?

**Odp.: Tak.**

#### ZADANIE NR 12:

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12 szwy chirurgiczne produkcji amerykańskiej, plecione, sterylne, wykonane z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanem wapnia, bez powleczenia bakteryjnego (proponowane szwy wykazują ten sam wskaźnik zakażeń bakteryjnych i odczynów po implantacji co szwy wymagane) , natomiast o najmocniejszym i jedynym dostępnym podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach?

**Odp.: Tak.**

2. Czy Zamawiający wymaga aby szwy w tym pakiecie wykazywały podtrzymywanie tkankowe 80% po 14 dniach?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

#### **ZADANIE NR 4:**

1. Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie szwy pakowane w sposób sterylny, jałowy, nie na mokro, o minimalnej hydrofilności?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 nić 45 cm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 igłę 24 mm odwrotnie tnącą?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 nić 90 cm oraz igłę odwrotnie tnącą?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 igłę odwrotnie tnącą?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8 igłę 35 mm oraz nić 90 cm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

7. Czy Zamawiający dopuści w pozycjach nr 9 i 10 igłę 39 mm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

8. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11 igłę 3/8 koła?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

#### **ZESTAW 15**

#### **ZADANIE NR 6:**

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 17 igłę okrągłą z nicią 75 cm?

**Odp.: Nie.**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego**  
**dr n. med. Mariusz Pietrzak**