



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/104/W2/2015**

Data: 09.12.2015 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/104/2015 pn. Dostawa , uruchomienie sterylizatora plazmowego z wyposażeniem dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

1. Ad.lp.2 czy zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator plazmowy o objętości użytkowej komory 130 litrów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Ad.lp.6 Prosimy o doprecyzowanie, że w wymagane maksymalne stężenie nadtlenu wodoru dotyczy stężenia nadtlenu wodoru zarówno w naboju oraz jak i w komorze sterylizacyjnej? Należy zauważyć że wyższe stężenia nadtlenu wodoru powyżej 60% mają bardziej destrukcyjny wpływ na wrażliwe powierzchnie narzędzi chirurgicznych.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 L.p. I pkt 7.

3. Ad.lp.7 Czy naboje z czynnikiem sterylizacyjnym powinny spełniać obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dla substancji silnie utleniających jakim jest nadtlenek wodoru poprzez hermetyczne zamknięcie pojemnika z substancją sterylizującą oraz jej pozostałościami? Uzasadnienie: Brak hermetycznego zamknięcia silnie utleniającego czynnika jakim jest nadtlenek wodoru przed procesem lub po procesie może doprowadzić do poparzenia personelu.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 L.p. I pkt 8 .

4. Ad.lp.8 Prosimy o doprecyzowanie że pod pojęciem „urządzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testów biologicznych” należy rozumieć np. 1tydzień, bez konieczności zakupywania dodatkowej usługi walidacyjnej odnawialnej co kilka miesięcy czy też dodatkowych systemów monitorowania? W obecnej formie zapis nie doprecyzowuje że zwalnianie materiału ma następować bezpośrednio po procesie bez wykonywania dodatkowych usług walidacyjnych itp.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 L.p. I pkt 9.

5. Ad.lp.8 Prosimy o doprecyzowanie, że zwalnianie materiału bez oczekiwania na wynik testu biologicznego powinno gwarantować skuteczność procesu sterylizacji, co powinno zostać potwierdzone w załączonej do oferty instrukcji obsługi lub dodatkowym załączonym oświadczeniem producenta.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 L.p. I pkt 9.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelną**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015

6. Ad.Lp.8 czy kontrola procesu sterylizacji powinna następować przy wykorzystaniu testu na penetrację typu Helix?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

7. Ad.Lp.9 Prosimy o doprecyzowanie minimalnej długości i przekroju kanału dla jakiej ma zostać spełniony warunek skuteczności procesu bez stosowania busterów?

Odp. Minimalna długość kanału dla narzędzi giętkich 1000 mm o przekroju poprzecznym 1mm.

8. Ad.12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator plazmowy z dwoma programami sterylizacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Ad. 24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające wymiary zewnętrzne urządzenia max. szer.778mm x wys.1547mm x gł.1120mm, co nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Ad. 23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie którego waga to max. 440 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

11. Ad. 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie którego pojemnik z czynnikiem sterylizującym wystarcza na 2 cykl sterylizacji bez konieczności wymiany, co gwarantuje największą możliwą niezależność pracy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

12. Ad. 27 Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość wilgoci powinien usunąć niezależny system?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 L.p. I pkt 27 .

13. Prosimy o potwierdzenie że przedmiotem postępowania jest sterylizator w wersji nieprzelotowej?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 L.p. I pkt 2.

14. Czy Zamawiający wymaga, aby na drodze do pompy próżniowej urządzenie posiadało katalizator rozbijający pozostałości nadtlenu wodoru do postaci wody i tlenu, co gwarantuje wydłużenie żywotności pompy próżniowej oraz częstotliwość przeglądów nie częściej niż co 1200 cykli?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

15. Czy Zamawiający dopuszcza aby urządzenie emitowało do otoczenia (pomieszczenia) opary nadtlenu wodoru w czasie wykonywania próżni lub dopuszcza podłączenie do dedykowanego kanału wentylacyjnego?

Odp. Zamawiający wymaga urządzenia, które spełnia wymagane normy bezpieczeństwa i jest dopuszczone do użytku na terenie RP zgodnie z wymogami prawa i Ustawą o Wyrobach medycznych z dnia 20.05.2015 r. Urządzenie ma być zainstalowane zgodnie z wymaganiami producenta.

Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacji technicznej – opisie przedmiotu zamówienia – rozdział III, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

16. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza aby miejsce umieszczania oraz usuwania naboju z czynnikiem sterylizacyjnym zlokalizowane było na wrażliwej wysokości wzroku personelu t.j. w zakresie 150 – 180 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający nie popełnił omyłki nie wymagając referencji za realizację dostawy sterylizatorów plazmowych dla toczącego się postępowania? W obecnym stanie ogłoszonego SIWZ brak wymagania referencji oraz brak wymogu zapewnienia autoryzowanego doświadczonego w serwisowaniu sterylizatorów plazmowych serwisu może doprowadzić do sytuacji, że Zamawiający otrzyma urządzenie które nie zostało jeszcze zainstalowane na polskim rynku, nie posiadające autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie kraju? Uzasadnienie: Brak serwisu gwarancyjnego na terenie kraju może wiązać się z koniecznością korzystania z serwisu zlokalizowanego w innym kraju co znacząco zwiększy koszty obsługi pogwarancyjnej

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 L.p. III pkt 7.

Pytania do treści umowy:

Pytanie nr 1 do umowy

&2 pkt.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 7 tygodni od daty podpisania umowy? Sterylizatory plazmowe produkowane są pod indywidualne Zamówienie zgodnie z specyfikacją techniczną Zamawiającego. Standardowy cykl produkcyjny wynosi około 6 tygodni to tego należy doliczyć czas niezbędny na transport i odprawę celną. Dodatkowo pod koniec roku w większości firm produkujących wymagane wyposażenie występuje intensyfikacja produkcji ze względu na zwiększone zapotrzebowanie szpitali, przez co zwiększa się czas realizacji Zamówień.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2 do umowy

&4 pkt.10

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę zapisu: „w przypadku Trzeciego uszkodzenia/usterki tego samego rodzaju, wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy w terminie 42 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia” **na zapis: „w przypadku trzeciego uszkodzenia/usterki tego samego rodzaju, wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego podzespołu/części/elementu na nowy w terminie 42 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia”**

Uzasadnienie: Pojęcie „wymiana uszkodzonego sprzętu” nie precyzuje jednoznacznie zakresu wymiany.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3 do umowy

&6 pkt.1.2

Czy Zamawiający zgodzi się na następującą zmianę: Obniżenie wysokości kary z 0,5 % na 0,1 % lub w przypadku zapewnienia ciągłości usługi sterylizacji bądź dostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający zrezygnuje z naliczenia kary umownej?

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany treści projektu umowy § 6 ustęp 1 pkt 2:

„za opóźnienie w naprawie sprzętu, w wymianie sprzętu na nowy w określonym terminie - w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. Za okres zapewnienia przez Wykonawcę na jego koszt ciągłości usługi zastępczej sterylizacji bądź dostarczenia urządzenia zastępczego nie nalicza się kary umownej. Przy czym za dzień zapewnienia zastępczego wykonania usługi lub dostarczenia urządzenia uznaje się dzień podpisania przez obie strony protokołu przekazania umowy na usługę lub protokołu odbioru uruchomienia sprzętu zastępczego”.

Powyższy zapis został naniesiony w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 11.12.2015r. do godz. 10:00 na 14.12.2015r. do godziny 10:00,

- **otwarcie ofert** – z 11.12.2015r. o godz. 10:30 na **14.12.2015r. o godzinie 10:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 14.12.2015r. do godz. 10:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2015r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska