



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/11/W2/2015

Data:
19.02.2015 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/11/2015 pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i jałowych, jednorazowych zapakowanych zestawów, materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy oraz dostawa systemu implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Zadanie 1 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową PMMA, która w dodatnim zakresie mocy posiada średnicę części optycznej równą 5,5 mm i długość całkowitą równą 12 mm, natomiast w ujemnym zakresie mocy posiada angulację równą 10 stopni? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie.

ZESTAW 2

Pytanie 1, dot. Zadania nr 1, poz. 1:

W związku z zakończeniem produkcji soczewek spełniających parametry opisane w zadaniu nr 1 poz. 1, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 z zadania nr 1.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania nr 1 i tworzy z tej pozycji dodatkowe zadanie nr 8. W odniesieniu do powyższego Zamawiający zmienia zapisy w Specyfikacji i poszczególnych jej załącznikach w sposób przedstawiony w wyjaśnieniu na pytanie 7 z ZESTAWU 6.

Pytanie 2, dot. § 1 ust. 2.2 oraz § 4 projektu umowy zał. Nr 5.1 (dot. zadania nr 3):

Czy ze względu na fakt, że Wykonawca standardowo dostarcza wraz z oferowanymi soczewkami zestawy do implantacji, Zamawiający dopuści **nieodpłatne przekazanie** zestawów implantacyjnych do soczewek zamiast ich dzierżawienia przez cały okres trwania umowy?

Jeśli tak, to prosimy o dokonanie stosownych zmian w zapisach projektu umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3, dot. § 1 ust. 6 projektu umowy zał. Nr 5.1:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu, zgodnie z poniższą propozycją:

„strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości wyrobów w zadaniu w ramach zawartej umowy – w zależności od bieżących potrzeb Szpitala oraz wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi płatnikami usług (...), przy czym zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 30% zamówienia objętego umową”.

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku, z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30 % wartości tejże umowy. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi Wykonawcom prawidłowe a tym samym dla Zamawiającego korzystne skalkulowanie ceny oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4, dot. § 2 ust. 6 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do **30 dni** od daty otrzymania partii towaru i faktury.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 dot. § 3 projektu umowy zał. Nr 5.1 – depozyt soczewek:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu soczewek **w ramach zadania 3** przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek w niniejszym postępowaniu, zwracamy się z prośbą o dodanie dodatkowych zapisów regulujących zasady realizowania depozytu.

18. *Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.*
19. *W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w chwili likwidacji depozytu okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 12 miesięcy.*
20. *Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.*
21. *Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 12 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 3 załączniku nr 5.1 do SIWZ – projektu umowy zapisów zaproponowanych w pkt. 20 i 21 jako ust. 18 i 19.

Powyższe zapisy zostały naniesione w Załączniku nr 5.1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 6, dot. § 5 ust. 1 projektu umowy zał. Nr 5.1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg propozycji poniżej:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł za każdy dzień zwłoki a w przypadku zamówień „na cito” 50 zł za każde 2 godziny zwłoki.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7, dot. § 5 ust. 2 oraz 2.1 projektu umowy zał. Nr 5.1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu jak poniżej:

„(...) Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, a kosztów sprawdzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu **na podstawie pisemnej noty obciążeniowej z dołączonym dowodem zakupu interwencyjnego karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o **10%**, ale nie niższą niż 200 zł”.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8, dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej ze 100 zł na 50 zł.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9, dot. zapisów § 5 ust. 3 projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- (...)

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego, reklamowanego towaru.”

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Pytanie 1 dotyczy Punktu 1.2 parametrów granicznych – minimalnych

Czy zamawiający wymaga możliwości odkręcenia i/lub zmiany wspornika/zaczepu magnetycznego – do decyzji podczas implantacji?

Uzasadnienie:

Możliwość oferowania Pacjentom wspornika lub zaczepu magnetycznego podczas zabiegu operacyjnego zapewnia dobór odpowiedniego rozwiązania, które jest uwarunkowane np. jakością oraz grubością kości skroniowej, grubością płata skórniego czy istniejącymi schorzeniami dermatologicznymi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga możliwości dostarczenia procesora dźwięku w minimum sześciu kolorach?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu odnośnie terminu płatności” „Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

1. Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki wewnątrzgałkowej tylnokomorowej zwijalnej akrylowej, jednoczęściowej hydrofobowej, sferycznej o zakresie mocy od +6.0D do + 30.0D w odstępach co 0,5D?

Odp.: Nie.

ZESTAW 5

Pytanie 1, dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu *soczewki jednoczęściowej, hydrofobowej, asferycznej, z końcówkami haptenów z PMMA (zapobiegające przyklejaniu się haptenów do optyki podczas implantacji), o mocy od + 6.0 D do + 30.0 D, angulacji 5°, fabrycznie załadowanej w jednorazowy system implantacyjny (typ injector wkładany)*, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki? Jeśli tak, to prosimy o odstąpienie od wymogu dzierżawy wielorazowych systemów implantacyjnych (charakterystyka soczewki w załączeniu).

Odp.: Nie.

Pytanie 2, dot. Zadania nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na *soczewkę jednoczęściową, wykonaną z akrylu hydrofilnego, asferyczność ok -0.27 mikrona, posiadającą podwójną ostrą krawędź części optycznej na pełnym obwodzie*, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeśli tak to prosimy o wydzielenie ww. soczewki do innego pakietu lub umożliwienie składania w tym pakiecie ofert na poszczególne pozycje.

Odp.: Nie.

Pytanie 3, dot. Zadania nr 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na *soczewkę jednoczęściową, wykonaną z akrylu hydrofilnego, posiadającą podwójną ostrą krawędź części optycznej na pełnym obwodzie*, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeśli tak to prosimy o wydzielenie ww. soczewki do innego pakietu lub umożliwienie składania w tym pakiecie ofert na poszczególne pozycje.

Odp.: Nie.

Pytanie 4, dot. § 5 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 5.1 do SIWZ):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych ze 100 do 50 zł za dzień/ godzinę zwłoki, przy łącznej wysokości kary nie mogącej przekroczyć 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie niższej niż 50 zł.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5, dot. § 5 ust. 2, 2.1 projektu umowy (Załącznik nr 5.1 do SIWZ):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kary umownej, która to będzie powiększona o 10% różnicy cen towarów zakupionych w ramach zakupu interwencyjnego, ale nie niższa niż 100 zł.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 1 soczewkę o zakresie mocy od +5,0D do + 30,0D (w zakresie od +15,0D do +25,0D dostępną co 0,5D), angulacji 5°, dodatek sferyczny - niezmierny?

Odp.: Nie.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 1 soczewkę wraz z jednorazowym zestawem do implantacji pakowanym w jednym pudełku z soczewką?

Odp.: Tak.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 1 soczewkę wewnątrzgałkową hydrofilną o stopniu uwodnienia 26% bez powłoki hydrofobowej, o długości całkowitej 13,0 mm i angulacji 9°, s dodatek sferyczny - niezmierny?

Odp.: Nie.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 1 sprzedawaną w komplecie z jednorazowym zestawem do implantacji przez cięcie 2,2 mm, złożonym z kartridża i injectora?

Odp.: Tak.

Pyt. 5

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 2 soczewkę o zakresie mocy od -10,0D do + 30,0D (w zakresie od +1,0D do +30,0D dostępną co 0,5D), angulacji 5°?

Odp.: Nie.

Pyt. 6

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 3: 4 zestawy 5 sztuk sterylnych retraktorów tęczówkowych, zamiast pierścieni rozszerzających źrenicę?

Odp.: Nie.

Pyt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji 3 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadania nr 1 i tworzy z tej pozycji dodatkowe zadanie nr 9.

W odniesieniu do powyższego Zamawiający zmienia zapisy w:

➤ **spisie treści SIWZ – wykaz załączników otrzymuje brzmienie**

„Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr od 1A-1 do 1A-7 Wymagane parametry techniczne/graniczne (do wypełnienia) do zadania nr 1-4, 7, 8, 9

Załącznik nr 1B-1 Parametry techniczne podlegające ocenie jakości (do wypełnienia) do zadania nr 1

Załącznik nr 1B-2 Parametry techniczne podlegające ocenie jakości (do wypełnienia) do zadania nr 3

Załącznik nr 1B -3 Parametry techniczne podlegające ocenie jakości (do wypełnienia) do zadania nr 7

Załącznik nr 1B-4 Parametry techniczne podlegające ocenie jakości (do wypełnienia) do zadania nr 8

Załącznik nr 1B-5 Parametry techniczne podlegające ocenie jakości (do wypełnienia) do zadania nr 9

Załącznik nr 1C	Wykaz wyrobów medycznych wchodzących w skład depozytu do zadania nr 2 i 3
Załącznik nr 2	Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2A	Wzór formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 1, 3, 7, 8, 9
Załącznik nr 2B	Wzór formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 2, 4, 5, 6
Załącznik nr 3	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3A	Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4	Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5.1	Projekt umowy do zadania nr 1-6, 8, 9
Załącznik nr 5.2	Projekt umowy do zadania nr 7

- rozdziale III SIWZ pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i jałowych, jednorazowych zapakowanych zestawów, materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy oraz dostawa systemu implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku dla SPWSZ w Szczecinie – 9 zadań.”;
- rozdziale VI SIWZ pkt. 4 ppkt. 2) otrzymuje brzmienie: „wypełnionego załącznika nr od 1A-1 do 1A-7 (wymagane parametry techniczne/ graniczne wyrobów odpowiednio do zadania nr 1 -4, 7, 8, 9)”;
- rozdziale VI SIWZ pkt. 5 ppkt. 4) otrzymuje brzmienie: „wypełniony załącznik nr 1B-1, 1B-2, 1B-3, 1B-4, 1B-5 (parametry techniczne podlegające ocenie jakości odpowiednio dla zadania nr 1, 3, 7, 8, 9)”;
- rozdziale XIII SIWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1, 3, 7, 8, 9 zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 70 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena

$$C = \frac{\text{cena w ofercie ocenianej}}{\text{cena w ofercie ocenianej}} \times 70$$

2) parametry jakości – 30 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „parametry jakości”:
suma punktów za parametry jakości w ofercie ocenianej

$$PJ = \frac{\text{największa suma punktów za parametry jakości}}{\text{największa suma punktów za parametry jakości}} \times 30$$

- załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie zadania nr 1 nadając mu nowe brzmienie:

Zadanie nr 1. Soczewka wewnątrzgałkowa z PMMA

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 miesięcy
1	Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa do wszycia transskleralnego	10 sztuk

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

- załączniku nr 1 do SIWZ dodając nowe zadanie nr 8 (utworzone z pozycji 1 zadania nr 1)

Zadanie nr 8. Soczewka wewnątrzgałkowa z PMMA

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 miesięcy
1	Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa	10 sztuk

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-6 i 1B-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

- załączniku nr 1 do SIWZ dodając nowe zadanie nr 9 (utworzone z pozycji 3 zadania nr 1)

Zadanie nr 9. Soczewka wewnątrzgałkowa z PMMA

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 miesięcy

1	Soczewka przedniokomorowa	10 sztuk
---	---------------------------	----------

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-7 i 1B-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty. W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

➤ **Załączniku nr 1A-1 do SIWZ (do zadania nr 1)**

Wymagane parametry techniczne dla soczewek wewnątrzgałkowych tylnokomorowych z PMMA

L.p.	Wymagane warunki techniczne	Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków
1	Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa z PMMA do wszycia transskleralnego	
1.1	Materiał PMMA	
1.2	Średnica części optycznej 6,0 – 7,0 mm	
1.3	Długość całkowita soczewki 12,0 - 13,5 mm	
1.4	Zakres mocy od +10,0 do +30,0 Dsph	
1.5	Angulacja 0 - 10°	

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

➤ **Załączniku nr 1A do SIWZ dodając załącznik nr 1A-6 do SIWZ - do zadania nr 8 (utworzone z pozycji 1 Załącznika nr 1A-1 do SIWZ)**

Wymagane parametry techniczne dla soczewek wewnątrzgałkowych tylnokomorowych z PMMA

L.p.	Wymagane warunki techniczne	Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków
1	Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa z PMMA	
1.1	Materiał PMMA	
1.2	Średnica części optycznej 6,0 – 6,5 mm	
1.3	Długość całkowita soczewki 12,0 - 13,5 mm	
1.4	Zakres mocy od -3,0 do +30,0 Dsph	
1.5	Angulacja 0 - 5°	

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

➤ **Załączniku nr 1A do SIWZ dodając załącznik nr 1A-7 do SIWZ - do zadania nr 9 (utworzone z pozycji 3 Załącznika nr 1A-1 do SIWZ)**

Wymagane parametry techniczne dla soczewek wewnątrzgałkowych przedniokomorowych z PMMA

L.p.	Wymagane warunki techniczne	Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków
1	Soczewka przedniokomorowa z PMMA	
1.1	Materiał PMMA	
1.2	Średnica części optycznej 5,5 – 6,0 mm	
1.3	Długość całkowita soczewki 12,0 - 13,0 mm	
1.4	Zakres mocy od +5,0 do +30,0 Dsph	
1.5	Ukątowanie części haptycznych 0,5 – 0,8 mm	

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

➤ **Załączniku nr 1B do SIWZ dodając załącznik nr 1B-4 i 1B-5 do SIWZ - do zadania nr 8 i 9 (utworzone z Załącznika nr 1B-1 do SIWZ)**

**Parametry podlegające ocenie jakości soczewek
Soczewka wewnątrzgałkowa z PMMA**

L.p.	Oceniany parametr – soczewki twarde	Oferowany parametr	Ocena punktowa
------	-------------------------------------	--------------------	----------------

1.	Przekrój poprzeczny części haptycznych zapobiegający przednio-tylnym przemieszczeniom soczewki /cecha RHAR/	TAK/NIE	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
2.	Cechy części haptycznych stabilizujące soczewkę i ułatwiające implantację / tzw. cecha Slant Haptics/	TAK/NIE	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.

Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji 1 i 2).

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – MODYFIKACJI oraz w poszczególnych jej Załącznikach: w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawionym, Załączniku nr 1B do SIWZ – poprawionym, Załączniku nr 2A do SIWZ – poprawionym, Załączniku nr 5.1 do SIWZ – poprawionym, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” oraz w zakładce „Specyfikacja”.

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 soczewkę hydrofobową asferyczną z filtrem światła niebieskiego, zakres dostępnych mocy optycznych: od +1,0D do +30.0D, w zakresie od +10,0D do +27,0D dostępna co 0,5D, współczynnik refrakcji 1,52, sprzedawaną w komplecie z jednorazowym zestawem do implantacji złożonym z jednorazowego injektora do cięcia 2,2 mm i kartridża motylkowego z koniecznością zwinięcia soczewki?

Odp.: Nie.

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 soczewkę hydrofobową asferyczną z filtrem światła fioletowego, zakres dostępnych mocy optycznych: od +5,0D do +30.0D, dostępna co 0,5D, współczynnik refrakcji 1,48, stopień uwodnienia 1-4%, sprzedawaną z jednorazowym zestawem do implantacji, pakowanym w jednym pudełku z soczewką, złożonym z jednorazowego injektora i kartridża motylkowego z koniecznością zwinięcia soczewki?

Odp.: Nie.

Pyt. 10

Czy Zamawiający w zakresie Zadania nr 3 odstąpi od wymogu przekazania w dzierżawę zestawów do implantacji, w przypadku oferowania soczewek z jednorazowym zestawem do implantacji w komplecie?

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pyt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik nr 5.1) do 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień/godzinę zwłoki?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych § 5 ust. 2 i 2.1 Projektu umowy (Załącznik nr 5.1) do równowartości różnicy cen towaru (bez dodatkowych 20% i bez wartości minimalnej)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 3 Projektu umowy (Załącznik nr 5.1) do 0,1% wartości brutto reklamowanej dostawy za każdy dzień/godzinę zwłoki?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

1. Czy w zadaniu nr 2 pozycja 2 Zamawiający dopuści, aby w komplecie z każdą soczewką dostarczany był oddzielnie sterylny injektor jednorazowy i sterylny kartridż jednorazowego użytku do implantacji przez cięcie do 2,8mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak.

ZESTAW 8

Dotyczy zadania nr 7

Pytanie 1: Odnosząc się do wymagań zawartych w tabelach Załącznika nr 1A-5 do SIWZ i Załącznika nr 1B-3 do SIWZ zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie jakim jest system o poniższej specyfikacji. W poniższych tabelach odnosimy się do punktów specyfikacji, proponując takie samo rozwiązanie lub rozwiązanie alternatywne.

Na podstawie Załącznika nr 1A-5 do SIWZ:

L.p.	Parametry wymagane	Potwierdzenie wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) ze wskazaniem str. w dokumencie opisowym
1	Część implantowana	
1.1	Implant magnetyczny w tytanowej obudowie o długości 39 mm, szerokości 16mm, głębokości 2,6 mm, średnicy 10 mm, samogwintujący się. Pełna dostępność w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji kontraktu	
1.2	Całkowicie wszczepialny, nieposiadający elementów przechodzących przez skórę, z pięciopunktowym mocowaniem do kości czaszki. Procesor dźwięku mocowany za pomocą magnesu.	
1.3	Sposób wszczepienia nie wymagający redukcji tkanki podskórnej i mięśniowej w okolicy implantu	
2	Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzania implantacji	
2.1	Osprzęt chirurgiczny dostarczony do zabiegu: śruby, śrubokręt, przymiary	
3	Procesor dźwięku do ubytku słuchu na poziomie 45dB	
3.1	Zauszny procesor dźwięku z zakresem wzmocnienia procesora 45 dB wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii:	
3.2	W pełni automatyczny mikrofon kierunkowy z funkcją wyciszenia źródła dźwięku. Celem tego działania jest zmniejszenie dźwięków po bokach i z tyłu użytkownika, a tym samym zwiększenie słyszalności przed użytkownikiem.	
3.3	Procesor posiadający systemem redukcji sprężeń akustycznych i cyfrową technologię przetwarzania sygnału	
3.4	Możliwość wykorzystania tego samego procesora zarówno na lewą jak i na prawa stronę.	
3.5	Minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczony procesor dźwięku	
4	Oprzętdowanie do zabiegu	
4.1	Wiertarka dostarczana do zabiegu	
4.2	Oprzętdowanie komputerowe z odpowiednim programem służące do zmiany ustawień procesora dźwięku dostarczane przy zakładaniu procesora celem jego dopasowania i w przypadku konieczności zmiany ustawień procesora w czasie jego użytkowania.	

5	Inne
5.1	Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach

Na podstawie Załącznika nr 1B-3 do SIWZ:

L.p.	Oceniany parametr	Oferowany parametr	Ocena punktowa
1.	Implant nieposiadający elementów przechodzących przez skórę.	TAK/NIE	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
2.	Procesor dźwięku mocowany za pomocą magnesu.	TAK/NIE	TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
3.	Procesor posiadający minimum 2 programy użytkowe możliwe do łatwej zmiany przez pacjenta	TAK/NIE	TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
4.	Sygnalizacja akustyczna sposobu pracy procesora	TAK/NIE	TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza alternatywnego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: Odnosząc się do wymagań zawartych w tabelach Załącznika nr 1A-5 do SIWZ i Załącznika nr 1B-3 do SIWZ zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wydzieli oddzielny pakiet i dopuści alternatywne rozwiązanie jakim jest system o poniższej specyfikacji? W poniższej tabeli odnosimy się do punktów specyfikacji, proponując takie samo rozwiązanie lub rozwiązanie alternatywne.

Na podstawie Załącznika nr 1A-5 do SIWZ:-

L.p.	Parametry wymagane	Potwierdzenie wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) ze wskazaniem str. w dokumencie opisowym
1	Część implantowana	
1.1	Implant magnetyczny w tytanowej obudowie o długości 39 mm, szerokości 16mm, głębokości 2,6 mm, średnicy 10 mm, samogwintujący się. Pełna dostępność w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji kontraktu	
1.2	Całkowicie wszczepialny, nieposiadający elementów przechodzących przez skórę, z pięciopunktowym mocowaniem do kości czaszki. Procesor dźwięku mocowany za pomocą magnesu.	
1.3	Sposób wszczepienia nie wymagający redukcji tkanki podskórnej i mięśniowej w okolicy implantu	
2	Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzania implantacji	
2.1	Osprzęt chirurgiczny dostarczony do zabiegu: śruby, śrubokręt, przymiary	
3	Procesor dźwięku do ubytku słuchu na poziomie 45dB	
3.1	Zauszny procesor dźwięku z zakresem wzmocnienia procesora 45 dB wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii:	
3.2	W pełni automatyczny mikrofon kierunkowy z funkcją wyciszenia źródła dźwięku. Celem tego działania jest zmniejszenie dźwięków po bokach i z tyłu użytkownika, a tym samym zwiększenie słyszalności przed	

	użytkownikiem.	
3.3	Procesor posiadający systemem redukcji sprężeń akustycznych i cyfrową technologię przetwarzania sygnału	
3.4	Możliwość wykorzystania tego samego procesora zarówno na lewą jak i na prawa stronę.	
3.5	Minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczony procesor dźwięku	
4	Oprzętdowanie do zabiegu	
4.1	Wiertarka dostarczana do zabiegu	
4.2	Oprzętdowanie komputerowe z odpowiednim programem słuące do zmiany ustawień procesora dźwięku dostarczane przy zakładaniu procesora celem jego dopasowania i w przypadku konieczności zmiany ustawień procesora w czasie jego użytkowania.	
5	Inne	
5.1	Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach	

Na podstawie Załącznika nr 1B-3 do SIWZ:

L.p.	Oceniany parametr	Oferowany parametr	Ocena punktowa
1.	Implant nieposiadający elementów przechodzących przez skórę.	TAK/NIE	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
2.	Procesor dźwięku mocowany za pomocą magnesu.	TAK/NIE	TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
3.	Procesor posiadający minimum 2 programy użytkowe możliwe do łatwej zmiany przez pacjenta	TAK/NIE	TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
4.	Sygnalizacja akustyczna sposobu pracy procesora	TAK/NIE	TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.

Uzasadnienie: Jest to alternatywne rozwiązanie dla implantów samogwintujących posiadających wspornik wystający przez skórę.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza alternatywnego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak