



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY<sup>A</sup>**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:  
NZ/220/21/W1/2015**

**Data:  
03.03.2015 r.**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/21/2015 pn. Dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji wraz z dostawą dodatkowych akcesoriów dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

**Pytania Wykonawców:**

**ZESTAW 1**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 perfluorokarbon w fiolce o pojemności 7 ml, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak.**

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 olej silikonowy o lepkości 1300 mPas, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak.**

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 gazy okulistyczne o pojemności 75 ml wraz z zestawem do podaży: 1 x strzykawka 60 ml, 1 x igła 30G, 1 x filtr 0.2 um, 1 x opaska dla pacjenta, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odp.: Tak.**

**ZESTAW 2**

**Pyt. 1**

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 wymaga perfluorokarbonu we fiolce o pojemności 5 ml?

**Odp.: Tak.**

**Pyt. 2**

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 wymaga perfluorokarbonu o składzie: Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan < 4%, perfluorohydrindan < 2%)?

**Odp.: Tak.**

**Pyt. 3**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie do jakiego parametru odnosi się liczba „50” na końcu opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 3?

**Odp.: Zamawiający miał na myśli fiolkę 5 ml. Liczba 50 jest wynikiem błędu pisarskiego. Powyższy błąd skorygowano w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**



Dyrektor  
Naczelny  
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(091) 81 39 012

Naczelna  
Pielęgniarka  
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno  
Administracyjnych  
(091) 81 39 014

Główny  
Księgowy  
(091) 81 39 015

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 ciężki olej silikonowy o składzie 69,5% polidymethylsiloxane i 30,5% perfluoroheksyloctane o lepkości 1400 mPas, gęstości 1,06 g/cm<sup>3</sup> i wskaźniku refrakcji nie mniejszym niż 1,37, w szklanej fiolce o pojemności 10 ml?

**Odp.: Tak.**

**Pyt. 5**

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 barwnik do selektywnego barwienia błony granicznej wewnętrznej /ILM/ zawierający roztwór trifenylometanu o stężeniu 0,25 g/l bez dodatku tlenu deuteru?

**Odp.: Tak.**

**Pyt. 6**

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 barwnik do selektywnego barwienia błony granicznej wewnętrznej /ILM/ zawierający roztwór trifenylometanu o stężeniu 0,25 g/l oraz polyethylene glycol, bez dodatku tlenu deuteru?

**Odp.: Nie.**

**Pyt. 7**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 6 Projektu Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) następujących zapisów:

*„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”*

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pyt. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności za dostawy do 30 dni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pyt. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) do 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pyt. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych § 4 ust. 2.1 Projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) do równowartości różnicy cen towaru (bez dodatkowych 20% i bez wartości minimalnej)?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pyt. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 3 Projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) do 0,1% wartości brutto reklamowanej dostawy za każdy dzień zwłoki?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pyt. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) do 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**ZESTAW 3****Pytanie 1, dot. Zadania nr 1, pkt. 4 typy do fakofragmentacji:**

Czy ze względu na fakt, że oferowane typy do fakofragmentacji sprzedawane są w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk i nie istnieje możliwość sprzedaży pojedynczych sztuk, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapotrzebowania z uwzględnieniem pełnych opakowań?

Czy Zamawiający wymaga 6 sztuk ( 1 opakowanie) czy 12 sztuk (2 opakowania)?

**Odp.: Zamawiający wymaga dla porównania ofert wyceny 10 sztuk, natomiast zamówienie składane będzie z uwzględnieniem oferowanej wielkości opakowania handlowego.**

**Pytanie 2, dot. Zadania nr 1 poz. 2,3 oraz § 1 ust. 2.1 projektu umowy:**

Czy ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów produkcyjnych przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na **pierwszą dostawę** zestawu do wykonywania procedury witrektomii 23G oraz 25G **po 6 do 8**

**tygodniach** od podpisania umowy, **a do tego czasu dostawy zestawów zastępczych o przybliżonym składzie?** Jeśli tak, to prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany termin, natomiast wyraża zgodę aby pierwsza dostawa zestawu do wykonywania procedury witekтомii 23G oraz 25G nastąpiła w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy wraz z dostawą aparatu.**

**W związku z powyższym zmianie ulga zapis w § 1 ust. 2.1 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ w poniższy sposób:**

**„(dotyczy zadania nr 1 poz. 2 – 9, 2) Dostawy wyrobów następować będą do magazynu Medycznego w czasie godzin pracy od 07:30 do 14:00 w dni robocze na każdorazowe zamówienie szczegółowe Zamawiającego złożone faksem zgodnie z aktualnymi potrzebami Szpitala. Realizacja zamówień następować będzie w terminie 5 kolejnych dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru zamówienia /faksu/, (dotyczy zadania nr 1 poz. 2, 3) przy czym pierwsza dostawa zestawu do wykonywania procedury witekтомii 23 G oraz 25 G nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy wraz z dostawą aparatu.**

**W przypadku zamówień typu „cito”, dostawy następować będą do magazynu Medycznego w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania i potwierdzenia faksem zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).**

**Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Medycznego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.**

**Zmiana terminu dostawy w szczególnych przypadkach może być dokonana wyłącznie po wyrażeniu uprzednio pisemnej zgody przez Zamawiającego.”**

**Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**Pytanie 3, dot. Zadania 1 poz. 2, pkt. 2.2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach składu zestawu do wykonywania procedury witekтомii 23G w pkt. 2.2 **kaniuli 27G – zagiętej** (zamiast prostej), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie 4, dot. Zadania 1 poz. 3, pkt. 3.2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach składu zestawu do wykonywania procedury witekтомii 25G w pkt. 3.2 **kaniuli 27G – zagiętej** (zamiast prostej), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie 5, dot. § 1 ust. 6 projektu umowy:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu, zgodnie z poniższą propozycją:

*„strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości wyrobów w zadaniu w ramach zawartej umowy – w zależności od bieżących potrzeb Szpitala oraz wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi płatnikami usług (...), **przy czym zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 30% zamówienia objętego umową**”.*

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku, z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30 % wartości tejże umowy. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi Wykonawcom prawidłowe a tym samym dla Zamawiającego korzystne skalkulowanie ceny oferty.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6, dot. § 2 ust. 6 projektu umowy:**

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do **30 dni** od daty otrzymania partii towaru i faktury.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7 dot. § 3, ust. 7 projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu w projekcie umowy wg. poniższej propozycji:

*„Wykonawca ma **bowiązek zapewnić obsługę serwisową faxem przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu.**”*

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 8 dot. § 3, ust. 8 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 3 dni roboczych?

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 9, dot. § 4 ust. 1 projektu umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg propozycji poniżej:

*„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł za każdy dzień zwłoki**”.*

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10, dot. § 4 ust. 2 oraz 2.1 projektu umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu jak poniżej:

*„(...) Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, a kosztów sprawdzenia towaru do Zamawiającego(przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu **na podstawie pisemnej noty obciążeniowej z dołączonym dowodem zakupu interwencyjnego** karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o **10%**, ale nie niższą niż 200 zł”.*

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11, dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej ze 100 zł na 50 zł.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12, dot. zapisów § 5 ust. 3 projektu umowy:**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

*„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:*

*- (...)*

*- wad jakościowych – w ciągu 14 dni **od daty otrzymania wadliwego, reklamowanego towaru.**”*

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym treść § 4 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:**

**„(dotyczy zadania nr 1 poz. 2-9, 2, 3, 4, 5, 6, 7) W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:**

**- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,**

**- wad jakościowych – w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego, reklamowanego towaru.**

**Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 2 dni roboczych.**

**Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.**

**Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.”**

**Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**ZESTAW 4**

1. **(Załącznik nr 1A-1 – wyposażenie)** Czy Zamawiający dopuści pęsetę diatermiczną stalową o platynowych zakończeniach, zagiętą?

**Odp.: Tak.**

2. Czy zamiast głowicy do fakofragmentacji Zamawiający dopuści tip do fakofragmentacji zakładany na głowicę do fako?

**Odp.: Tak.**

3. **(Zadanie nr 1, pkt.1.4)** Czy Zamawiający dopuści pracę noża bez opcji Duty Cycle ze względu na wykorzystanie pompy perystaltycznej a nie pompy venturi?

**Odp.: Nie.**

4. **(Zadanie nr 1, pkt.1.5)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem wytwarzanego podciśnienia 0-600 mmHg?

**Odp.: Tak.**

5. **(Zadanie nr 1, pkt.1.6)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego systemu utrzymującego stabilne ciśnienie w gałce ocznej? W oferowanym urządzeniu kontrola ta wykonywana jest pasywnie ze względu na budowę tipa w technologii EasyPhaco, którego konstrukcja zapobiega powstawaniu efektu „surge”.

**Odp.: Nie.**

6. **(Zadanie nr 1, pkt.1.7)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę perystaltyczną najnowszej generacji? Oferowane urządzenie, wyposażone jest w pompę perystaltyczną najnowszej generacji, w której nie występuje tzw. efekt pompy perystaltycznej polegający na pulsowaniu ciśnienia. Pompa zastosowana w oferowanym urządzeniu, jest bardziej wydajna niż pompy venturi. Pozwala to na bardzo bezpieczną oraz wydajną pracę na każdym etapie zabiegu fakoemulsyfikacji. Dodatkowo pompa ta umożliwia liniową kontrolę przepływu, niezależnie od uzyskiwanego podciśnienia, co ma szczególne znaczenie przy witrektomii tylnej.

**Odp.: Nie.**

7. **(Zadanie nr 1, pkt.1.8)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze standardowym przełączaniem ręcznym wykonywanym przez instrumentariuszkę?

**Odp.: Nie.**

8. **(Zadanie nr 1, pkt.1.9)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością korzystania z worka odpływowego lub wielorazowej butelki na płyny pacjenta wymienianej podczas zabiegu bez potrzeby wyjmowania kasety?

**Odp.: Tak.**

9. **(Zadanie nr 1, pkt.1.10)** Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED, które w porównaniu ze światłem ksenonowym lepiej kontrastuje oraz jest bezpieczniejsze dla pacjenta?

**Odp.: Tak.**

10. **(Zadanie nr 1, pkt.1.11)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego rozpoznawania rodzaju podłączonego światłowodu? Oferowane urządzenie wyposażone jest w jeden rodzaj światłowodu.

**Odp.: Tak.**

11. **(Zadanie nr 1, pkt.1.12)** Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z 1 portem do podłączenia światłowodu?

**Odp.: Nie.**

12. **(Zadanie nr 1, pkt.1.14)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym wyłączenie/włączenie oświetlenia odbywa się standardowo przez bezprzewodowy pilot lub bezpośrednio z aparatu przez instrumentariuszkę?

**Odp.: Tak.**

13. **(Zadanie nr 1, pkt.1.15)** Czy Zamawiający dopuści brak możliwości oscylacji głowicy w płaszczyźnie poprzecznej?

Oferowane urządzenie współpracujące z igłami o lejkowatym zakończeniu (technologia EasyPhaco), wykonanymi w technologii zwiększającej efektywność aspiracji, transmisji energii ultradźwiękowej w osi wzdłużnej tipa do soczewki oraz zapewniającej stabilną przednią komorę oka nawet podczas zerwania okluzji przy maksymalnych parametrach aspiracji i przepływu. Dodatkowa płaszczyzna opisana w specyfikacji, ma znaczenie wyłącznie po włączeniu ultradźwięków. Natomiast nie ma żadnego wpływu na stabilność przedniej komory, brak repulsji czy kierunek emisji energii ultradźwiękowej. Oferowana technologia zapewnia niespotykaną stabilność przedniej komory w każdych warunkach, brak repulsji materiału soczewki oraz efektywną i bezpieczną fakoemulsyfikację.

**Odp.: Nie.**

14. **(Zadanie nr 1, pkt.1.16)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie współpracujące z głowicami do fakoemulsyfikacji o częstotliwości roboczej 28-32 kHz? Wysoka częstotliwość pracy głowicy tj. 40 kHz może prowadzić do wytworzenia wysokiej temperatury, co może prowadzić do wystąpienia oparzenia rogówki. Oferowane urządzenie pracuje z głowicą o częstotliwości roboczej 28-32 kHz. Dzięki temu ryzyko wystąpienia oparzenia jest zredukowane do minimum. Dodatkowo obecność 6 kryształów piezoelektrycznych zwiększa wydajność głowicy.

**Odp.: Tak.**

15. **(Zadanie nr 1, pkt.1.17)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością pracy w trybie pulsacyjnym do 40 pulsów/sekundę?

**Odp.: Tak.**

16. **(Zadanie nr 1, pkt.1.19)** Czy Zamawiający dopuszcza wielorazową końcówkę do fakofragmentacji podłączaną do głowicy do fakoemulsyfikacji?

**Odp.: Tak.**

17. **(Zadanie nr 1, pkt.1.20)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości stosowania mikronożyczek pneumatycznych?

**Odp.: Nie.**

18. **(Zadanie nr 1, pkt.1.25)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości stosowania wymuszonej irygacji? Oferowane urządzenie posiada system płynowy o odpowiednio dobranej geometrii oraz przepustowości. Dzięki temu, nie wymaga stosowania wymuszonej infuzji. Komory oka są zawsze stabilne.

**Odp.: Nie.**

19. **(Zadanie nr 1, pkt.1.27)** Czy Zamawiający dopuści refluks o określonym limicie zabezpieczającym przed przypadkowym zassaniem płynu z oka lub refluks bez limitu?

**Odp.: Nie.**

20. **(Zadanie nr 1, pkt.1.28)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach?

**Odp.: Tak.**

21. **(Zadanie nr 1, pkt.1.29)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy? Oferowane urządzenie jest sterowane za pomocą tzw. panelu bezpośredniego dostępu. Rozwiązanie to pozwala na jednoznaczne przypisanie przycisku do wywoływanej funkcji, co znacznie przyspiesza pracę. Panel jest podświetlany, tak aby zapewnić wygodną i bezbłędną obsługę a jednocześnie nie wprowadza zbędnego oświetlenia na salę operacyjną.

**Odp.: Tak.**

22. **(Zadanie nr 1, pkt.1.30)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanego modułu pozwalającego na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym?

**Odp.: Tak.**

23. **(Zadanie nr 1, pkt.1.34)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sygnalizacją akustyczną parametrów pracy i stanów alarmowych bez potwierdzenia głosowego?

**Odp.: Tak.**

24. **(Zadanie nr 1, pkt.2 oraz 3)** Czy Zamawiający dopuści zestaw do witrektomii 23G oraz 25G niezapakowany w jeden zbiorczy zestaw?

**Odp.: Nie.**

25. **(Zadanie nr 1, pkt. 3.31)** Czy Zamawiający dopuści zestaw do witrektomii bez oświetlacza żyrandolowego 25G?

**Odp.: Nie.**

26. **(Zadanie nr 1, pkt. 5)** Czy Zamawiający zamiast nożyczek jednorazowych dopuści wielorazowe

nożyczki zagięte 23G? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o określenie zapotrzebowania na określony asortyment.

**Odp.: Nie.**

27. **(Zadanie nr 1, pkt. 6)** Czy Zamawiający zamiast nożyczek jednorazowych dopuści wielorazowe nożyczki zagięte 25G? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o określenie zapotrzebowania na określony asortyment.

**Odp.: Nie.**

28. **(Zadanie nr 1, pkt. 7 oraz 3.33)** Czy Zamawiający dopuści wielorazową końcówkę do endodiatermii 25G?

**Odp.: Tak.**

29. **(Zadanie nr 1, pkt. 2.25, 3.25)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie paku, który w swoim składzie nie zawiera igły iniekcyjnej 1,2?

**Odp.: Tak.**

30. **(Zadanie nr 1, pkt. 2.26, i 3.26)** Czy Zamawiający zamiast igły 0,8 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 0,6?

**Odp.: Tak.**

31. **(Zadanie nr 1, pkt. 2.14 i 3.14)** Czy Zamawiający dopuści gaziki 7,5x7,5?

**Odp.: Tak.**

32. **(Zadanie nr 1, pkt. 2 i 3)** Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 5 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odp.: Nie. Patrz wyjaśnienie na pytanie 2 z ZESTAWU 3.**

33. **(Zadanie nr 1, pkt 1)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy aparatu do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Oferowany aparat to niezwykle stabilny system cechujący się bezpieczeństwem i niezawodnością. Dzięki najwyższej jakości wykonania bazującej na szwajcarskich standardach urządzenie jest niezawodne a koszty serwisowania spadają do minimum. Aparat stanowi idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających placówek, które oczekują od sprzętu wydajności, bezpieczeństwa oraz niezawodności.

**Odp.: Nie.**

34. **(Zadanie nr 3)** Czy Zamawiający dopuści perfluorokarbon o gęstości (20st.C) 1,93-1,96 g/ml ?

**Odp.: Tak.**

#### **ZESTAW 5**

1. Czy Zamawiający, dopuści w Pakiecie Nr 5 barwnik do selektywnego barwnika błony granicznej wewnętrznej /ILM/ zawierający roztwór tryfenylometanu o stężeniu 0,25g /l bez tlenu deuteru?

**Odp.: Tak.**

**Ponadto w oparciu o w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia, na niżej podane:**

- **termin składania ofert** – z 05.03.2015 godz. 08:00 na **09.03.2015 r. o godzinie 08:00**,
- **otwarcie ofert** – z 05.03.2015r. godz. 08:30 na **09.03.2015 r. o godzinie 08:30**.

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 09.03.2015 r. do godz. 08:00**.
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2015 r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego**  
**dr n. med. Mariusz Pietrzak**