



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/22/W1/2015**

**Data:
23.02.2015 r.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/22/2015 na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów kardiologii interwencyjnej dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zadaniu 4 Zamawiający dopuszcza pętle do usuwania ciał obcych z systemu naczyniowego - pętla wielopłaszczyznowa umożliwiająca chwytywanie obiektów pod każdym kątem, wielkość pętli 4mm-30mm dostępne w zestawach z kompatybilnymi introducerami o średnicach 3,2, 6F lub 7 F (w zależności od wielkości pętli) jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego

Odp.: Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu 4 pętli do usuwania ciał obcych z systemu naczyniowego

- Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik
- Rozmiar 6F - 7F
- Zakres pracy: 6 – 45 mm
- Długość pętli 120 cm
- Długość cewnika 100 cm
- System składający się z trzech pętli nitinolowych
- System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej
- Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1
- Pętla z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii
- Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zmiany ulegają zapisy w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 26.02.2015r. do godz. 09:00.**



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2015r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak