



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/24/W3/2015**

**Data:
24.03.2015 r.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/24/2015 - Dostawa sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem dla Zakładu Anatomii Patologicznej w SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

PYTANIE 1 – dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory chłodniczej, której szerokość będzie przekraczać 5000mm?

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu w przyszłości - minimalna szerokość chłodni dla podanej konfiguracji wynosi 5600mm.

Odp.: Zamawiający informuje, że pomieszczenie, w którym będą montowane komory chłodnicze ma wymiar mierzony po posadzce od ściany do ściany 5650mm. Zamawiający wyraża zgodę na montaż komór chłodniczych, których całkowita szerokość wynosi 5600mm, jeśli pozwalają na to warunki techniczne w pomieszczeniu Zamawiającego, w którym komory mają być zamontowane.

PYTANIE 2 – dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 35 do 90 dni ?

Sprzęt wymieniony w zadaniu nr 1 produkowany jest na specjalne zlecenie Zamawiającego.

35 dni to okres niewystarczający dla wykonania zadania przy zachowaniu jego pełnej staranności.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 35 dni na 60 dni.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5.1 do SIWZ – poprawionym 2, oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”

PYTANIE 3 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający uzna jako wystarczające przedstawienie dla zadania nr 1 certyfikatu materiałowego oraz certyfikatu CE ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie certyfikatu materiałowego oraz certyfikatu CE.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

PYTANIE 4 – dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia dokumentu potwierdzającego powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oraz certyfikatu wymaganego przez ustawę o wyrobach medycznych ?

Szafa formalinowa jest to sprzęt laboratoryjny i zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2015 nie stanowi wyrobu medycznego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 2

Pytanie 1,

Zadanie nr 2 – Szafa formalinowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szafę formalinową o poniższych parametrach:

1	System filtracji oparów - filtr węglowy odpowiedni do oparów formalinowych
2	Wymiary: Szerokość – 1500 mm Głębokość – 500 mm Wysokość – 1950 mm
3	Materiał wykonania - stal pokryta proszkiem epoksydowym, dla zagwarantowania odporności na większość najbardziej agresywnych środków chemicznych
4	3 wymienne stalowe półki w kształcie tacek, które zatrzymują płyn w razie pęknięcia przechowywanego pojemnika
5	Możliwość otwierania drzwi o kąt 180 ⁰ celem wyjęcia półek
6	Kolektor do podłączenia do wentylacji szpitalnej w górnej części urządzenia o średnicy 130mm
7	Kolorowy wyświetlacz LCD nastawionych parametrów pracy z klawiaturą membranową
8	Licznik czasu pracy filtrów obsługiwany z poziomu głównego panelu sterującego, kontrolowany przez system RFID.
9	Alarm zużycia filtra
10	Alarm otwarcia drzwi
11	Płynna regulacja tempa ekstrakcji wyciągu sterowana z głównego panelu sterującego
12	Drzwi zamykane na zamek
13	Drzwi przeszklone
14	Dodatkowa półka spodnia wykonana ze stali nierdzewnej
15	Automatyczne zwiększenie mocy wyciągu do maksymalnego w momencie otwarcia drzwi.
16	Zasilanie z sieci o napięciu 230V/ 50Hz
17	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak