



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak: NZ/220/63/W1/2015**

**Data: 04.08.2015r.**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/63/2015 pn. dostawa sprzętu medycznego wraz z uruchomieniem dla Pracowni Endoskopii w SPWSZ w Szczecinie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

**Pytania Wykonawców:**

**ZESTAW 1**

**Pytanie nr 1** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 pkt. „I” podpunkt 8: Czy doszło do omyłki pisarskiej w tym punkcie i Zamawiający ma na myśli wyjście DICOM ?

**Odp: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej.**

**Pytanie nr 2** dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 pkt. „VII” podpunkt 1 Warunki gwarancji

a) Czy Zamawiający ma na myśli wszelkie usterki endoskopu które mogą powstać w wyniku normalnej zgodnej z instrukcją obsługi pracy urządzenia?

**Odp: Zamawiający potwierdza, że ma na myśli wszelkie usterki endoskopu, które mogą powstać w wyniku normalnej zgodnej z instrukcją obsługi pracy urządzenia.**

b) Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia objętego opisaną gwarancją z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych wieży endoskopowej wynikłych z wypadku zdarzenia losowego (np., stłuczenie monitora, uszkodzenia wewnętrzne w wyniku uderzeń itp.)? Dostawca nie może odpowiadać za wypadki na które nie ma wpływu np. zewnętrzne urazy sprzętu wywołane uderzeniem wózkem, uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niedbalstwa osób trzecich, akty wandalizmu itp.

**Odp: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia objętego opisaną gwarancją z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych wieży endoskopowej wynikłych z wypadku lub zdarzenia losowego.**

**Pytanie nr 3** dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 2 pkt. „II” podpunkt 7: Czy Zamawiający ma na myśli uszkodzenia mechaniczne jakie mogą mieć miejsce w przypadku użytkowania myjni zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi?

Dostawca nie może odpowiadać za wypadki na które nie ma wpływu np. zewnętrzne urazy sprzętu wywołane uderzeniem wózkem, uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niedbalstwa osób trzecich akty wandalizmu itp.

**Odp: Zamawiający potwierdza, że ma na myśli uszkodzenia mechaniczne jakie mogą mieć miejsce w przypadku użytkowania myjni zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.**



p.o. Dyrektor  
(91) 81 39 011  
(91) 81 39 014

p.o. Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(091) 81 39 012

Naczelną  
Pielęgniarką  
(091) 81 39 016

Główny  
Księgowy  
(091) 81 39 015

**Pytanie nr 4** dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 pkt. „VII” podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni okres dostępności części ?

**Odp: Zamawiający dopuszcza 8 letni okres dostępności części zamiennych liczony od dostawy przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 5** dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 pkt. „VII” podpunkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na:

„Możliwość maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, w przypadku wystąpienia konieczności czwartej naprawy gwarancyjnej (tego samego podzespołu), wymiana aparatu na nowy”  
*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 353<sup>1</sup> KC).*

**Odp: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu: „Możliwość maksymalnie 3 awarii objętych gwarancją o tych samych objawach, w przypadku wystąpienia czwartej awarii gwarancyjnej, wymiana aparatu na nowy”**

**Pytanie nr 6** dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 2 pkt. „II” podpunkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni okres dostępności części ?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7** dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 2 pkt. „II” podpunkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na:

„Możliwość maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, w przypadku wystąpienia konieczności czwartej naprawy gwarancyjnej (tego samego podzespołu), wymiana aparatu na nowy”  
*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 353<sup>1</sup> KC).*

**Odp: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu: „Możliwość maksymalnie 3 awarii objętych gwarancją o tych samych objawach, w przypadku wystąpienia czwartej awarii gwarancyjnej, wymiana aparatu na nowy”.**

**Pytanie nr 8** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy paragraf 3 pkt. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 9 na zapis:

„Przeszkolenia i wystawienia imiennego certyfikatu uprawniającego do dokonywania **codziennych czynności serwisowych związanych z prawidłową eksploatacją i bieżącą konserwacją urządzeń w tym codziennych przeglądów i drobnych napraw** dla pracownika Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego SPWSZ. Szkolenie zostanie przeprowadzone podczas instalacji sprzętu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym ”

*Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie*

*zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.*

*Wykonywanie takich czynności lub napraw jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art.90 pkt 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych. Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy wyrazi zgodę zrezygnuje z w.w wymogu.*

**Odp: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w proponowanym brzmieniu.**

**Pytanie nr 9** dotyczące zapisów umowy paragraf 4 pkt. 7: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że w.w termin liczony jest w dniach roboczych – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) ?

**Odp: Zamawiający potwierdza, sposób liczenia terminu.**

**Pytanie nr 10** dotyczące zapisów umowy paragraf 6 pkt. 1 podpunkt 2: Czy zapewnienie przez Wykonawcę na własny koszt sprzętu zastępczego w sposób, który umożliwi ciągłość pracy, spowoduje zaniechanie naliczania kar umownych ?

**Odp: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: §4 pkt.7** „Wszelkie awarie będą przez Wykonawcę usuwane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia i 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z zachowaniem wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki/awarii”.

**Oraz §4 pkt.8** „W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie podstawowym określonym w ust. 7 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas usunięcia awarii sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od tych, jakie posiadał sprzęt uszkodzony w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia awarii.

**Pytanie nr 11** dotyczące zapisów umowy paragraf 6 pkt. 1 podpunkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10 % ?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12** dotyczące ZADANIA 2 oraz zapisów umowy: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający zobowiązuje się do przystosowania pomieszczeń, w których ma zostać zainstalowany przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną przez Dostawcę wraz z oferta przetargowa, Dokumentacja Techniczno Rozruchowa.

W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie Wykonawcom 2 dni przed terminem otwarcia ofert niezbędnej dokumentacji technicznej budynku, a także uzyskanie przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń na prowadzenie prac dostosowawczych od właściwych organów administracji państwowej i uzależnienie terminu zakończenia dostawy od uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń na przeprowadzenie przez Wykonawcę prac remontowo - budowlanych.

**Odp: Zamawiający dostosuje pomieszczenia do instalacji przedmiotu zamówienia**

**Pytanie nr 13** dotyczące zapisów umowy, opisu przedmiotu zamówienia zadanie 1 i zadanie 2 oraz zapisów SIWZ pkt. VI podpunkt 4.3, 4.4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 1 w punkcie IV „wózek aparaturowy” drobnego wyposażenia oferowanego wózka (np. pojemnik uniwersalny do wózka,, reling do wózka) oraz w zadaniu 2 pkt. 20 czytnik, drukarka przedmiotów zamówienia, które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym

samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa w SIWZ pkt. VI podpunkt 4.3, 4.4 ?

*Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie do którego jest przeznaczony opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia myjnia, wózek*

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:** Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

**Odp.: Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.**

**Powyższe zmiany zostały naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawiony, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuży termin składania ofert a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:**

- **termin składania ofert** – z 05.08.2015 r. do godz. 9:00 na **07.08.2015 r. do godziny 9:00,**
- **otwarcie ofert** – z 05.08.2015 r. o godz. 9:30 na **07.08.2015 r. o godzinie 9:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 07.08.2015 r. do godz. 9:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2015 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”**

**p.o.DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
Małgorzata Usielska**