



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/84/W1/2015**

Data: 07.09.2015 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/84/2015 pn. Dostawa noża wodnego do selektywnego preparowania tkanek dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

1. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na wyposażenie dodatkowe do diatermii elektrochirurgicznej nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkowników) akcesoriów, części i materiałów, elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu zamówienia?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Czy Zamawiający doprecyzuje zapis dotyczący gwarancji i dopuści wyposażenie do diatermii (części zużywalne) z gwarancją wykonawcy 12 miesięcy od dnia sprzedaży? Opisane elementy wyposażenia do diatermii stanowią produkty zużywalne, których gwarancja producenta jest krótsza niż wymagana, a żywotność tych produktów w znacznym stopniu zależy od sposobu i intensywności eksploatacji produktów?

Odp.: Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji dla aparatu, natomiast dla wyposażenia: załącznik nr 1 do SIWZ rozdział III – opis i zastawienie akcesoriów punkty od numeru 59 do numeru 71 objęte są 12-miesięczną gwarancją.

Zapis w rozdziale XIII SIWZ dot. opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert w punkcie 1. brzmi następująco:

1) cena – 95 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena

$C = \frac{\text{cena w ofercie ocenianej}}{\text{najniższa cena}} \times 95$



Dyrektor	p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Naczelną Pielęgniarką	Główny Księgowy
(91) 81 39 011 (91) 81 39 014	(091) 81 39 012	(091) 81 39 016	(091) 81 39 015

- 1) gwarancja - 5%
Sposób przyznania punktów w kryterium „gwarancja”:

$$G = \frac{\text{suma punktów za gwarancję}}{\text{największa suma punktów za gwarancję}} \times 5$$

Punktacja będzie przyznawana Wykonawcy według poniższych zasad:
obligatoryjna (minimalna) gwarancja – 24 miesiące
Gwarancja - za 24 miesiące – 0 pkt.
Gwarancja - za każde 12 miesięcy dodatkowo - 10 pkt.

Zapis w rozdziale XIII SIWZ dot. opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert w punkcie 1. otrzymuje brzmienie:

- 1) cena – 95 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

$$C = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena w ofercie ocenianej}} \times 95$$

- 2) Gwarancja na aparat - 5%
Sposób przyznania punktów w kryterium „gwarancja na aparat”:

$$G = \frac{\text{suma punktów za gwarancję na aparat}}{\text{największa suma punktów za gwarancję na aparat}} \times 5$$

Punktacja będzie przyznawana Wykonawcy według poniższych zasad:
obligatoryjna (minimalna) gwarancja na aparat – 24 miesiące
Gwarancja na aparat - za 24 miesiące – 0 pkt.
Gwarancja na aparat - za każde 12 miesięcy dodatkowo - 10 pkt.

Nadto numeracja poszczególnych parametrów poczynając od rozdziału II w tabeli Załącznika nr 1 - Specyfikacji technicznej – opisu przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) uległa zmianie i przyjmuje brzmienie zgodnie z poprawionym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Dodatkowo zmieniła się numeracja rozdziału II „Wymagania dodatkowe dla w/w aparatów” na rozdział numer IV i rozdziału III „Gwarancja i serwis” na rozdział numer V.

Jednocześnie zmienił się zapis punktu 77 w rozdziale V – „Gwarancja i serwis” oraz został dodany punkt 78:

V.	GWARANCJA I SERWIS	
77.	Gwarancja min. 24 miesiące dla aparatu uwzględniająca wszystkie uszkodzenia łącznie z uszkodzeniami mechanicznymi*	GWARANCJA dla aparatu powyżej wymaganych 24 mcy JAKO PARAMETR OCENIANY
78.	Gwarancja 12 miesięcy dla wyposażenia dotycząca rozdziału III. - Opisu i zestawienia akcesoriów punkty od numeru 59 do numeru 71	
79.	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty zakupu	
80.	W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia	
81.	Na czas naprawy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 3 dni od daty zgłoszenia awarii	
82.	Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu na nowy	

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) oraz poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska