



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/8/W1/2016

Data:
18.03.2016r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/8/2016 pn.: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy zadania nr 1.2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża na płytkach zawierających krew z terminem ważności min. 4-6 tyg.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza podłoża na płytkach zawierających krew z terminem ważności min. 4-6 tyg. od daty dostawy do laboratorium.

2. Czy Zamawiający w poz. 21 ma na myśli podłoże RPMI? Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiego podłoża oczekuje w poz. 21, dzięki temu wyeliminowane zostanie ryzyko złożenie przez różnych Wykonawców nierównoważnych ofert, co uniemożliwiłoby sprawiedliwe ocenienie.

Odp.: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania podłoża Brucela agar z 5% krwią i zawartością heminy i witaminy K.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 24 podłoża z bezpłatnym użyczeniem lampy na czas trwania umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 2

Dotyczy wzoru umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 4 ust. 1, tj. zmianę kary umownej za nieterminową realizację zamówienia na wartość wyrażoną w procentach liczonych od wartości brutto opóźnionej przesyłki oraz na wykreślenie z w/w paragrafu zapisu „(...) ale nie może być niższa niż 100,00 zł”?



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 4 ust. 2, tj. wykreślenie z zapisu dot. dokonania zakupu interwencyjnego oraz kar umownych z tytułu dodatkowych kosztów z nim związanych sformułowania „(...) ale nie niższą niż 200 zł”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 4 ust. 4, tj. obniżenie kary umownej w przypadku opóźnienia w podłączeniu do systemu informatycznego z „300,00 zł za każdy dzień opóźnienia za każdy aparat” na „100,00 zł za każdy dzień opóźnienia za każdy aparat”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Dotyczy zadania nr 10

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 1 z zadania nr 10 do osobnego pakietu lub wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje? Pozwoli to uzyskać Zamawiającemu większą liczbę ofert, a w konsekwencji pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Dotyczy warunków granicznych do zadania nr 11, załącznik nr 1A-11 do SIWZ

1. (Punkt 14) Czy Zamawiający dopuści laptop o rozdzielczości HD 1900x600 i przekątnej 14 cali i w związku z tym odstąpi od wymogu dostarczenia klawiatury bezprzewodowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. (Punkt 8) Czy Zamawiający dopuści czas oznaczenia maksymalnego w przypadku dodatniego wyniku RNA grypy – 60 minut, a w przypadku ujemnego wyniku 73 minuty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska