

**Załącznik nr 1A do SIWZ - poprawiony  
(do zadania nr 1–8 i 10-16)**

**Parametry podlegające ocenie jakości**

<b>L.p.</b>	<b>Oceniany parametr</b>	<b>Ocena punktowa</b>	<b>Opinia Wykonawcy TAK / NIE</b>
<b>I. OPAKOWANIE</b>			
1	Łatwość otwierania opakowania	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	
2	Łatwość wyciągania pojedynczej nici bez splątania	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	
<b>II. IGŁA</b>			
1	Splaszczanie w części imadłowej zwiększające stabilność igły w imadle	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	
2	Odporność igły na wygięcie/złamanie	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	
<b>III. NIĆ CHIRURGICZNA</b>			
1	Pamięć skrętu nici	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	
2	Pewność węzła po związaniu	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	
3	Trwałość połączenia igły z nicią	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	

**Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.**

**Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.**

**Załącznik nr 1B do SIWZ - poprawiony  
(do zadania nr 9)**

**Parametry podlegające ocenie jakości**

<b>L.p.</b>	<b>Oceniany parametr</b>	<b>Ocena punktowa</b>	<b>Opinia Wykonawcy TAK / NIE</b>
<b>I. OPAKOWANIE</b>			
1	Łatwość otwierania opakowania	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	
2	Łatwość wyciągania pojedynczej nici bez splątania	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	
<b>II. NIĆ CHIRURGICZNA</b>			
1	Pamięć skrętu nici	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	
2	Pewność węzła po związaniu	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	

**Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.**

**Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.**

**Załącznik nr 1C do SIWZ - poprawiony  
(do zadania nr 18)**

**Parametry podlegające ocenie jakości**

<b>L.p.</b>	<b>Oceniany parametr</b>	<b>Ocena punktowa</b>	<b>Opinia Wykonawcy TAK / NIE</b>
<b>I.</b>	<b>WOSK</b>		
1	Plastyczność wosku	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	

**Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.**

**Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.**

**Załącznik nr 1D do SIWZ - poprawiony  
(do zadania nr 19 – 22)**

**Parametry podlegające ocenie jakości**

<b>L.p.</b>	<b>Oceniany parametr</b>	<b>Ocena punktowa</b>	<b>Opinia Wykonawcy TAK / NIE</b>
<b>I. IMPLANTY (SIATKI)</b>			
1	Elastyczność materiału umożliwiająca dobre ułożenie siatki	TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.	

**Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.**

**Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.**