



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Znak sprawy:
EZP/220/11/W5/2016

Data:
18.03.2016 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/11/2016, pn. Dostawa nici chirurgicznych, implantów (siatek), wosku do tamowania krwawień dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 10

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy dokumentu WZ, zawierającego m.in. cenę”.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1

1. Czy zamawiający dopuści w pozycji 4, nić niewchłaniającą, syntetyczną, monofilamentową z polipropylenu? Szew o długości 100 cm- pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający w związku z kilkuletnim doświadczeniem stosowania kodu W1685T o parametrach opisanych w pozycji 7, odstąpi od wymogu złożenia próbki w tej pozycji?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający odstępuje.

Zamawiający dokonał zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz zapisy zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu – Rozdział III.5 i specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VI, pkt 4 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. SIWZ, Rozdział VI pkt. 4 dodano ppkt 3), który otrzymuje brzmienie:

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

2) Próbek oferowanych nici w asortymencie i ilości podanej w Załączniku nr 1 do SIWZ (ze wskazaniem nr zadania i pozycji w zadaniu)” – nie dotyczy zadania nr 1 poz. 7, zadanie nr 14 poz. 14;

2. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

➤ w ramach zadania nr 1 – pkt. 2: „Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1-18 (nie dotyczy poz. 7)”;



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelną
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015

**Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – 3 poprawiony
Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.**

3. Czy zamawiający dopuści w pozycji 17, nić niewchłaniającą, syntetyczną, monofilamentową z polipropylenu? Czy zamawiający dopuści również w pozycji 17 nić o rozmiarze 2/0, długość 90 cm - pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści w pozycji 18, igłę 48 mm, odwrotnie tnącą, 1/2 koła - pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2

1. Czy zamawiający dopuści w pozycji 17, igłę okrągło-tnącą o długości 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści w pozycji 19 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą II generacji Prime? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści w pozycji 24 igłę prostą ale odwrotnie tnącą z mikroostrzem? Pozostałe parametry bez zmian. Ponadto nadmieniamy iż produkt z proponowanymi parametrami (W1713) był dotychczas używany u Zamawiającego na bloku.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3

1. Czy zamawiający dopuści w pozycji 11 igłę okrągłą wzmocnioną o długości 80 mm, długość nici 100 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 4

1. Czy zamawiający w pozycji 5 i 10 dopuści nić fioletową? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści w pozycji 7 igłę okrągłą wzmocnioną ale rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści w pozycji 14 igłę okrągłą ale rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 10

1. Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 igłę 19 mm, odwrotnie tnącą kosmetyczną II generacji dwuwkłęsłą Prime, 3/8 koła, nić o długości 45 cm, USP 3/0?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 14

1. Czy zamawiający w pozycji 4, dopuści nitkę o grubości 2/0? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający w pozycji 9, dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający w związku z kilkuletnim doświadczeniem stosowania kodu PDP2971H o parametrach opisanych w pozycji 14 odstąpi od wymogu złożenia próbek w tej pozycji?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający odstępuje

Zamawiający dokonał zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz zapisy zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu – Rozdział III.5 i specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VI, pkt 4 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2) SIWZ, Rozdział VI pkt. 4 dodano ppkt 3), który otrzymuje brzmienie:

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

3) Próbek oferowanych nici w asortymencie i ilości podanej w Załączniku nr 1 do SIWZ (ze wskazaniem nr zadania i pozycji w zadaniu)” – nie dotyczy zadania nr 1 poz. 7, zadanie nr 14 poz. 14;

3) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

➤ w ramach zadania nr 14 pkt 2: „Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1-18 (nie dotyczy poz. 14)”;

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – 3 poprawiony

Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

4. Czy zamawiający w pozycji 17 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 11

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.2 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 bez opisu katalogowego „igła dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.3 również na igłę o długości 30, 37 lub 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.4 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.4 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.5 również na igłę o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.7 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 bez opisu katalogowego „igła dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.7 również na igłę o długości 24mm z nicią 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.9 również na igłę o długości 30 lub 39mm najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 bez opisu katalogowego „igła dwuwkłęśła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zadanie nr 7 zawiera tylko 6 pozycji. W sytuacji, jeżeli zapytanie dotyczy zadania nr 1 poz. 9 Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.9 również na igłę o długości 37mm bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zadanie nr 7 zawiera tylko 6 pozycji. W sytuacji, jeżeli zapytanie dotyczy zadania nr 1 poz. 9 Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.13 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 bez opisu katalogowego „igła dwuwklęśła”, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.13 również na grubość nici 4-0, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.15 również na igłę o długości 30, 37 lub 39mm, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.16 również na igłę o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.16 również na igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.17 również na igłę odwrotnie tnącą z nicią o grubości „1”, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.18 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.
17. Czy Zamawiający zrezygnuje w Zadaniu 1 z opisu nici „szew pakowany na mokro”?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.2 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.2 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.3 również na igłę o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.3 również na nić o długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.5 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.5 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.6 również na igłę o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.6 również na igłę o krzywiznie $\frac{1}{2}$ koła, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 13

ZADANIE 4:

1. Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie w pozycjach 1-26 szwy syntetyczne, plecione, wykonane z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu oraz stearoilomleczanu wapnia, wchłaniające pomiędzy 56 a 70 dniem od implantacji, o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach i 30% po 21 dniach od wszczęcia **oraz** (każde zapytanie dotyczące szwów w poszczególnych pozycjach tego pakietu wymaganych przez Zamawiającego odnosi się do w/w parametrów technicznych) :

- w pozycji nr 1 igłę okrągłą stożkową?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

- w pozycji nr 2 igłę okrągłą przyostrzoną 37 mm oraz nić 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 3 igłę okrągłą stożkową?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 4 igłę okrągłą stożkową 37 mm oraz nić 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 5 igłę okrągłą stożkową oraz fioletową nić 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 8 igłę okrągłą stożkową?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 9 igłę okrągłą stożkową?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 10 igłę okrągłą stożkową oraz nić 90 cm fioletową?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 11 igłę okrągłą stożkową 37 mm oraz nić 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 12 igłę okrągłą stożkową?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 13 igłę 27 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 14 nić 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 15 igłę okrągłą przyostrzoną 37 mm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 16 igłę okrągłą stożkową?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 17 igłę okrągłą stożkową 37 mm oraz nić 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 19 igłę 27 mm oraz nić 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 20 igłę haczyk - okrągłą stożkową?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 21 igłę okrągłą stożkową?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 24 igłę okrągłą przyostrzoną 37 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 26 igłę 1/2 koła 64 mm , 90 cm nić?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

ZADANIE 2 :

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 szwy niewchłaniające, syntetyczne, jednowłóknowe o stałej średnicy, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła, niebieską lub niebarwioną z dodatkiem polietylenu **oraz** (każde zapytanie dotyczące szwów w poszczególnych pozycjach tego pakietu wymaganych przez Zamawiającego odnosi się do w/w parametrów technicznych) :

- w pozycji nr 1 nić 3/0 45 cm

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 4 igłę 2 x 51 cm oraz nić 90 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 5 igłę okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń, o właściwościach zachowujących szczelność po przejściu przez tkanki?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 7 igłę okrągłą przyostrzoną 2x26 mm oraz nić 90 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 8 igłę okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 10 igłę 3/8 koła ze stopu stali wzmacnionej Surgalloy, o właściwościach zachowujących szczelność po przejściu przez tkanki, ok. 355 mikronów?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 11 igłę okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 13 igłę okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 14 igłę 3/8 koła okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 15 igłę okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń, ok. 355 mikronów?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 16 igłę okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 17 igłę 16 mm , 3/8 koła, 45 cm nić ?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 18 igłę 16 mm, konwencjonalnie tnącą kosmetyczną?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 19 igłę 16 mm ?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 20 igłę 2x13 mm, okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń, 305 mikronów?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 21 igłę okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 22 igłę okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń, wykonaną ze wzmocnionego typu stali Surgalloy- odpornej na tępienie i wyginanie?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 23 igłę 2x9,5, okrągłą przyostrzoną do zwapniałych naczyń, średnica 220 mikronów?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 24 igłę typu szpatuła 2x6 mm , 7/16 koła oraz nić 30 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 25 igłę okrągłą przyostrzoną , 37 mm oraz nić 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

ZADANIE 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 szwy poliamidowe, pakowane w sposób standardowy **oraz** (każde zapytanie dotyczące szwów w poszczególnych pozycjach tego pakietu wymaganych przez Zamawiającego odnosi się do w/w parametrów technicznych):

- w pozycji nr 2 igłę odwrótnie tnącą?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 3 igłę 39 mm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 4 igłę odwrótnie tnącą 39 mm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 5 igłę odwrótnie tnącą 39 mm oraz nić 75 cm ?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 7 igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną 24 mm, nić 45 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 8 igłę 24 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 9 igłę odwrótnie tnącą 39mm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 13 igłę kosmetyczną odwrótnie tnącą?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 15 igłę 39 mm oraz nić 90 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 16 igłę 3/8 koła?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

ZADANIE 3 :

1. Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie w pozycjach 1-11 szwy syntetyczne, plecione, wykonane z glikolidu i laktynu, powlekane mieszką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu oraz stearyoilomleczanu wapnia, wchłaniające pomiędzy 56 a 70 dniem od implantacji, o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach i 30% po 21 dniach od wszczepienia **oraz** (każde zapytanie dotyczące szwów w poszczególnych pozycjach tego pakietu wymaganych przez Zamawiającego odnosi się do w/w parametrów technicznych):

- w pozycji nr 1 igłę okrągłą przyostrzoną?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 2 igłę 37 mm okrągłą przyostrzoną?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 3 igłę 37 mm okrągłą przyostrzoną?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 6 igłę 26 mm, okrągłą przyostrzoną?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 7 igłę okrągłą stożkową?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 8 igłę 2x8,6mm?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 9 igłę 2x8,6mm?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 10 igłę 2x6,3 mm i 3/8 koła?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 11 igłę 65 mm oraz nić 90 cm?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

ZADANIE 14 :

2. Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie w pozycjach 1-18 szwy syntetyczne, monofilamentowe, bez powleczenia, wykonane z pojedynczego włókna poliglikonatu – kopolimeru kwasu glikolowego i węgla trymetyleny, wchłaniające w 180 dni, podtrzymywanie tkankowe 75 % po 14 dniach **oraz** (każde zapytanie dotyczące szwów w poszczególnych pozycjach tego pakietu wymaganych przez Zamawiającego odnosi się do w/w parametrów technicznych) :

- w pozycji nr 1 igłę 26 mm?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 2 igłę 20 mm oraz nić 90 cm?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 4 nić 90 cm?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 5 igłę 30 mm oraz nić 75 cm?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 6 nić 75 cm?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 8 igłę 2 x 20 mm?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 13 igłę 2x9 mm oraz nić 60 cm?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 14 igłę okrągłą oraz 75 cm nić ?
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

- w pozycji nr 16 nić 60 cm?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- w pozycji nr 18 nić 90 cm?
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska