

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej

L.p	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w sztukach
1.	Dystraktor podniebienny tytanowy, jednoczęściowy, mocowany na podniebieniu za pomocą 2 samowiercących śrub tytanowych oraz samopozycjonujących się stopek; w rozmiarze 14, 16, 18, 20 mm do wyboru operatora w trakcie zabiegu	20
2.	Śruba blokująca do dystraktora podniebiennego - średnica 2 mm	20
3.	Śruba mocująca do dystraktora podniebiennego - średnica 2,3 mm	40
4.	Klucz dla pacjenta do rozkręcania dystraktora podniebiennego	20
5.	Płytki Bollarda szczęka lewa 21 mm	4
6.	Płytki Bollarda szczęka prawa 21 mm	4
7.	Płytki Bollarda żuchwa lewa 16 mm	4
8.	Płytki Bollarda żuchwa prawa 16 mm	4
9.	Płytki Bollarda szczęka lewa z hakiem 21 mm	4
10.	Płytki Bollarda szczęka prawa z hakiem 21 mm	4
11.	Płytki Bollarda żuchwa lewa z hakiem 16 mm	4
12.	Płytki Bollarda żuchwa prawa z hakiem 16 mm	4
13.	Śruba samowiercąca średnica 2,3 mm dł. 6 mm z wewnętrznym połączeniem HEX, niskoprofilowa	48
14.	Śruba samowiercąca średnica 2,3 mm dł. 7 mm z wewnętrznym połączeniem HEX, niskoprofilowa	48
15.	Śruby do mocowania bloków kostnych średnica 1,2 mm i rozmiary: 8, 10, 12, 14 mm do śródoperacyjnego wyboru operatora. Śruby tytanowe, kolor srebrny, połączenia heksagonalne zewnętrzne i wewnętrzna antyrotacja w kształcie kwadratu, niski profil wyłonienia, samogwintujące.	300
16.	Wiertło chirurgiczne na prostnicę o średnicy 0,99 mm i dł. 54 mm	5
17.	Płytki 3 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I.	35
18.	Płytki 4 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	35
19.	Płytki 29 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
20.	Płytki 5 oczkowa do osteosyntezy, profilowana do genioplastyki, dł. części wyprofilowanej 5 mm, średnica otworu do śrub \varnothing 2 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	5
21.	Płytki 5 oczkowa do osteosyntezy, profilowana do genioplastyki, dł. części wyprofilowanej 6 mm, średnica otworu do śrub \varnothing 2 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	5
22.	Płytki 5 oczkowa do osteosyntezy, profilowana do genioplastyki, dł. części wyprofilowanej 8 mm, średnica otworu do śrub \varnothing 2 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	5

23.	Płytki 5- oczkowa do osteosyntezy, profilowana do genioplastyki, dł. części wyprofilowanej 10 mm, średnica otworu do śrub \varnothing 2 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	5
24.	Płytki 4 oczkowa do osteosyntezy prosta do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
25.	Płytki 5 oczkowa do osteosyntezy prosta do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
26.	Płytki 16 oczkowa do osteosyntezy prosta do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
27.	Płytki 6 oczkowa typu 3+3 do osteosyntezy prosta do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
28.	Płytki 4 oczkowa typu 2+2 do osteosyntezy, bss o odstępem 6 mm, prosta do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
29.	Płytki 4 oczkowa typu 2+2, do osteosyntezy, bss o odstępem 9 mm prosta do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
30.	Płytki 4 oczkowa typu L prawa z odstępem 8 mm do osteosyntezy do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
31.	Płytki 4 oczkowa typu L lewa z odstępem 8 mm do osteosyntezy do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
32.	Płytki 4 oczkowa typu L prawa z odstępem 5 mm do osteosyntezy do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
33.	Płytki 4 oczkowa typu L lewa z odstępem 5 mm do osteosyntezy do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
34.	Płytki 4 oczkowa typu L prawa do osteosyntezy do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
35.	Płytki 4 oczkowa typu L lewa do osteosyntezy do śrub o \varnothing 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I	10
36.	Śruba do osteosyntezy, połączenie krzyżakowe, niski profil wyłonienia, samowierzące, \varnothing 2,3 mm i \varnothing 2,0 mm; długość 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm do śródoperacyjnego wyboru operatora	500
37.	Wiertła do zamawianych długości śrub \varnothing 1,9 mm dł. 60 mm; \varnothing 1,9 mm dł. 95 mm; \varnothing 1,75 mm dł. 95 mm	20

W ofercie asortymentowo - cenowej – Załącznik nr 2A do SIWZ –dla zadania nr 1, należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy.

Załącznik nr 1 do SIWZ- dla zadania nr 2**Zadanie nr 2 – Płytki oraz śruby do rekonstrukcji dna oczodołu**

L.p	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w sztukach
1.	Śruba \varnothing 1.5 mm, samogwintująca, dł. 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm, TAN	60
2.	Śruba \varnothing 1.5 mm, samowiercąca, dł. 4, 5, 6, 8 mm, TAN	40
3.	Śruba awaryjna midface \varnothing 1.8 mm, samogwintująca dł. 4, 5, 6, 8, 10 mm	10
4.	Płytki resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu, mała, średnia, duża (do wyboru operatora), z możliwością fiksacji śrubami na dolnym brzegu oczodołu, profil 0,5 mm	6
5.	Płytki polietylenowa do rekonstrukcji dna oczodołu, gr 0,8 mm, mała, średnia, duża, sterylna.	2
6.	Siatka do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, radialna, profil 0,3, 0,4 mm (do wyboru operatora), z możliwością fiksacji śrubami na dolnym brzegu oczodołu.	10
7.	Trójwymiarowa płytki do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, lewa, prawa (do wyboru operatora), mała, duża.	12

W ofercie asortymentowo - cenowej – Załącznik nr 2B do SIWZ – dla zadania nr 2, należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy.