



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Znak sprawy:
EZP/220/52/2016/2

Data:
26.07.2016 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/52/2016, pn. Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii, linii krwi, filtrów do nerek dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 4

Zapytania do pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szerokość pierścieni równą 2,2 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika w wersji z miękką końcówką o średnicy 6F?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Do pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników 10 polowych o nas krzywiznach: Josephson, Josephson Special, Cournand i odstąpi od wymogu krzywizny HIS, DAMATO?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szerokość pierścieni równą 2,2 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika w wersji z miękką końcówką o średnicy 6F?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Do pakietu 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szerokość pierścieni równą 2,2 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika w wersji z miękką końcówką o średnicy 6F?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelną**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015

ZESTAW 5

Zadanie nr 1 - Cewnik diagnostyczny 4-biegunowy o stałej krzywiznie:

1. Czy Zamawiający dopuści cewnik diagnostyczny 4 biegunowy pediatryczny o średnicy cewnika 5F, którego krzywizny Josephson, Cournand oraz His (Hisser) posiadają odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm natomiast dla krzywizny Damato będzie to 5 mm. Dodatkowym atutem ceników będzie ich długość wynosząca 115 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści cewniki, których miękka końcówka (soft tip) występują dla średnicy 6F?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne, które posiadają zlicowane pierścienie a nie wypukłe? Takie rozwiązanie wraz z zastosowaniem materiału tłumiącego drgania znacznie polepsza przyleganie wewnątrzsercowe elektrod oraz poprawia czytelność i jakość uzyskiwanych sygnałów. Prosimy również o weryfikację punktacji dla postawionych w tym zakresie wymagań ponieważ jak się wydaje nie dotyczy ona obecnie rodzaju pierścieni.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 2 - Cewnik diagnostyczny 10-biegunowy o stałej krzywiznie:

1. Czy Zamawiający dopuści cewnik diagnostyczny 10-polowy dla którego dostępne są krzywizny: 5F - CS, Josephson, Cournand z odstępami między pierścieniami 2 -5 - 2 mm oraz dla CS 2 – 8 – 2 mm; 6F - Josephson, Cournand, Damato, z odstępami między pierścieniami 2 -5 – 2 mm;

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści cewniki, których miękka końcówka (soft tip) występują dla średnicy 6F?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne, które posiadają zlicowane pierścienie a nie wypukłe? Takie rozwiązanie wraz z zastosowaniem materiału tłumiącego drgania znacznie polepsza przyleganie wewnątrzsercowe elektrod oraz poprawia czytelność i jakość uzyskiwanych sygnałów. Prosimy również o weryfikację punktacji dla postawionych w tym zakresie wymagań ponieważ jak się wydaje nie dotyczy ona obecnie rodzaju pierścieni.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 4 - Cewnik diagnostyczny 4-biegunowy o stałej krzywiznie:

1. Czy Zamawiający dopuści cewnik diagnostyczny 4 biegunowy pediatryczny o średnicy cewnika 5F, którego krzywizny Josephson, Cournand oraz His (Hisser) posiadają odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm natomiast dla krzywizny Damato będzie to 5 mm. Dodatkowym atutem ceników będzie ich długość wynosząca 115 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści cewniki, których miękka końcówka (soft tip) występują dla średnicy 6F?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne, które posiadają zlicowane pierścienie a nie wypukłe? Takie rozwiązanie wraz z zastosowaniem materiału tłumiącego drgania znacznie polepsza przyleganie wewnątrzsercowe elektrod oraz poprawia czytelność i jakość uzyskiwanych sygnałów. Prosimy również o weryfikację punktacji dla postawionych w tym zakresie wymagań ponieważ jak się wydaje nie dotyczy ona obecnie rodzaju pierścieni.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 6

Do Zadania nr 1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika diagnostycznego 4 biegunowego, z pierścieniami o szerokości 1 mm, które nie są wypukłe?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Do Zadania nr 2.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika diagnostycznego 10 biegunowego, z pierścieniami o szerokości 1 mm, które nie są wypukłe, z odstępem między elektrodami 2-8-2 mm, 2-2-2 mm, 5-5-5 mm oraz krzywizną dedykowaną do zatoki wieńcowej?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Do Zadania nr 4.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika diagnostycznego 4 biegunowego, z pierścieniami o szerokości 1 mm, które nie są wypukłe?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska