



Nasz znak: EZP/220/18/2017/2

Data: 22.03.2017 r.

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/18/2016 pn. Dostawa nici chirurgicznych, implantów (siatek), wosku do tamowania krwawień dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o które Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert:

Pytania Wykonawcy:

ZESTAW 1

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniany, syntetyczny, monofilament poliamidowy, o zmniejszonej hydrofilności, jednak nie pakowany na mokro, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 1, poz. 2, 6, 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną, bez określenia dwuwklęsła, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 2, poz. 4, 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4, 8 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dot. Zadania nr 2, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną, bez określenia dwuwklęsła, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatułką z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 2, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, wchłanialną, plecioną, syntetyczną, powlekaną, wykonaną z poliglaktyny (kwas glikolowy i mlekowy), o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, do operacji chirurgicznych oraz okulistycznych?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, wchłanialną, plecioną, syntetyczną, powlekaną, wykonaną z poliglaktyny (kwas glikolowy i mlekowy), o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, bez powleczenia antybakteryjnego?

ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 4, poz. 2, 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 4, poz. 3, 4, 8, 11, 12, 16

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, bez określenia rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 4, poz. 15, 19

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, niewchłaniana, syntetyczną, plecioną, poliestrową, powlekaną silikonem, do operacji neurochirurgicznych i okulistycznych?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 7, poz. 2, 6, 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia dwuwkłęsła, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



Dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, monofilamentową, syntetyczną, wykonaną z poliglekaprону (kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu), o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 7 dniach, ok. 40% po 14 dniach i czasie wchłaniania 90-120 dni?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, wchłanialną, plecioną, syntetyczną, powlekaną, wykonaną z poliglaktyny (kwas glikolowy i mlekowy), o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 13

Dot. Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści nić bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 19, poz. 7-9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7-9 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dot. Zadania nr 19, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 55 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Zadania nr 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 30, poz. 1

ZESTAW 2

1. Dot. zadanie nr 3, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym, bez określenia „wchłaniana”, z nicią o długości 70cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

2. Dot. zadanie nr 3, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę odwrotnie tnącą, bez określenia „wchłaniana”, z nicią o długości 70cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

3. Dot. zadanie nr 3, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę odwrotnie tnącą, bez określenia „wchłaniana”, z nicią o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

4. Dot. zadanie nr 3, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę wzmocnioną, bez określenia „wchłaniana”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

5. Dot. zadanie nr 3, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę 37mm, okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym, z nicią o długości 70cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



6. Dot. zadanie nr 3, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę 37mm, okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym, z nicią o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

7. Dot. zadanie nr 3, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę wzmocnioną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga złożenia oferty na wyrób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

8. Dot. zadanie nr 3, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na nić o długości 70cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

9. Dot. zadanie nr 3, poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę 22mm, okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

10. Dot. zadanie nr 3, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, z nicią o długości 70cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

11. Dot. zadanie nr 3, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, z nicią o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

12. Dot. zadanie nr 3, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę okrągłą wzmocnioną, bez określenia „rozwarstwiająca”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

13. Dot. zadanie nr 3, poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę 2x8mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

14. Dot. zadanie nr 5, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę 24mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

15. Dot. zadanie nr 5, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę odwrótnie tnącą 39mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

16. Dot. zadanie nr 5, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na nić o długości 100cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

17. Dot. zadanie nr 5, poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę 6,1mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

18. Dot. zadanie nr 5, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę 39mm, z nicią o długości 90cm?

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga złożenia oferty na wyrób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

19. Dot. zadanie nr 5, poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę 19mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

20. Dot. zadanie nr 5, poz.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę odwrótnie tnącą 39mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

21. Dot. zadanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tym zadaniu na szwy chirurgiczne plecione, niewchłaniane, poliestrowe, z rdzeniem otoczonym kilkoma spoistymi splotami, powlekane silikonem, jako alternatywa dla szwów opisanych w treści SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

22. Dot. zadanie nr 7, poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na igłę antyrefleksyjną(oksydowaną na czarno), z nicią o długości 120cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

23. Dot. zadanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tym zadaniu na szwy chirurgiczne sterylne, monofilamentowe, syntetyczne, wchłanialne, wykonane z glikonatu(glikolid, kaprolakton, węglan trimetylenu), wytrzymałość węzła 70-80% po 5 dniach od wszczępienia, 20-30% po 10 dniach od wszczępienia, całkowite wchłonięcie po 56 dniach?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

24. Dot. zadanie nr 15, poz.1,2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tych pozycjach na nić o długości 70cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

25. Dot. zadanie nr 15, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na nić bezbarwną?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

26. Dot. zadanie nr 17,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na taśmę o szerokości 3mm? Taśma będąca w ofercie naszej firmy nie posiada grubości USP z racji specyfiki budowy i zastosowania.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

27. Dot. zadanie nr 19,poz.1,2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 19 pozycji nr 1,2,3 do odrębnego zadania, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo przez innych potencjalnych Wykonawców na wskazany w tych pozycjach asortyment produktowy?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

28. Dot. zadanie nr 19,poz.1,2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tych pozycjach na implant (siatkę) do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątny, niewchłanialny, niebarwiony(z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki podczas implantacji metodą laparoskopową), wykonany ze 100% polipropylenu monofilamentowego, z makroporami, o gramaturze 48 g/m², przy jednoczesnej akceptacji rozmiaru siatki 7,5cm x 15cm w poz. 1 i zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



29. Dot. zadanie nr 29,poz.1: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na igłę okrągło-tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

30. Dot. zadanie nr 30,poz.1,2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tych pozycjach na implant (siatkę) do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych i czasowego ich zamknięcia, o dużej wytrzymałości i stabilności, wykonany ze 100% polipropylenu monofilamentowego, o średniej gramaturze, przy jednoczesnej akceptacji rozmiaru siatki 10cm x 15cm w poz.1 i zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 3

Pytanie 1

Czy w zadaniu 19 poz. 1, 2 i 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, implant prostokątny, nie wchłaniający, niebarwiony, wykonany z polipropylenu 100% wersja light, waga 36 g/m², grubość 0,6 mm, wielkość porów 1,6x2,6 mm, rozmiar w przypadku pozycji 1: 7,5x15cm, reszta wymagań zgodnie z SIWZ, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy w zadaniu 19 pozycja 4 i 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, implant prostokątny, niebarwiony, wykonany z PVDF (polifluorek winylidenu), wysoka efektywna porowatość 69%, waga siatki 73 g/m², konstrukcja siatki pozwalająca na implantację bez rozróżniania stron, „prawa-lewa”, w pozycji 1 rozmiar 7,5x15cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża

Pytanie 3

Czy w zadaniu 19 pozycja 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana z PVDF (polifluorek winylidenu), grubość siatki: 120 g/m², grubość nitki średnio 130mikronów, efektywna porowatość 61%, siatka o konstrukcji otwartych porów, z trójpzwojową elastycznością, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża

Pytanie 4

Czy w zadaniu 19 pozycja 7 i 8 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki -Implant kompozytowy wewnątrzotrzewnowy, antyadhezyjny pokryty warstwą nie przylegającą, umożliwiającą położenie bezpośrednio na jelita bez ryzyka zrostów, do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych IPOM, o następujących właściwościach: implant powięziowy, jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm, waga 60 g/m², w rozmiarze pozycja 7 20x15 cm, pozycja 8 20x30cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy w zadaniu 19 pozycja 9 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki – Implant okrągły nie wchłaniający, wykonany z PVDF (polifluorek winylidenu), antyadhezyjny do zaopatrywania przepuklin pępkowych, średnica 10 cm, z możliwością dowolnego przycinania brzegów, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



ZESTAW 4

1. Dot. zadanie nr 30: Zwracamy się wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia w zakresie treści zapisów SIWZ, które stoją ze sobą w sprzeczności, tj.: o wskazanie ostatecznej liczby saszetek wymaganych próbek oferowanych wyrobów medycznych w ramach Zadania nr 30, albowiem wg zapisów treści SIWZ, zawartych w rozdziale VI, pkt 4, ppkt 2), Zamawiający wskazuje konieczność dostarczenia 2 saszetek próbek do testowania jakościowego do Zadania nr 30 z pozycji nr 1, natomiast wg zapisów treści Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający wskazuje obowiązek załączenia do oferty po 1 saszetce próbek z pozycji 1-3 i dodatkowo po 2 saszetki z pozycji nr 1 do testowania jakościowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w rozdziale VI, pkt 4, ppkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostarczenia 2 saszetek próbek do testowania jakościowego do Zadania nr 30 (pozycja nr 1).

Zamawiający dokonuje zmianę zapisów rozdziale VI ust. 4 pkt 1) SIWZ poprzez usunięcie zadania nr 30 (pozycja 1-3) oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ dla zadania nr 30 pod tabelą, poprzez anulowanie punktu 2 dotyczącego dostarczenia przez Wykonawcę do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 3.

Zmiany zostały wprowadzone w Załączniku nr 1 do SIWZ (dotyczy zadania nr 30) *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*, który otrzymuje nazwę poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ (dotyczy zadania nr 30) *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia* i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 5

Pyt. 1 zadanie nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 7,5 cm x 15cm lub 10cm x 15cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

ZESTAW 6

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.2 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.2 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.3 również na igłę o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.3 również na nić o długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian?

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.5 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.5 również na igłę o krzywiznie 1/2 koła, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.5 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.6 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 19mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz. 8 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.11 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.11 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

ZESTAW 7

Zadanie nr 5, pozycja 2, 6-8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 39mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 5, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiznie 1/2 koła?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zadanie nr 5, pozycja 5, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 5, pozycja 5, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm z nitką o długości 75cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 5, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 19mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz palmitynian izopropylowy – 20%?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 21, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 24mm 3/8 koła odwrotnie tnącą?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 22, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 22, pozycja 5 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie nr 25, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 25, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kształcie pętli o długości 150cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 25, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 50-60% po 7 dniach?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 26, pozycja 1, 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW 8

1. Dot. zapisów treści SIWZ, rozdział VI, pkt 4, ppkt. 1),2): Zwracamy się wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia w zakresie treści zapisów SIWZ, które stoją ze sobą w sprzeczności, tj.: o wskazanie jakich próbek oferowanych wyrobów medycznych wymaga Zamawiający w zakresie ich złożenia wraz z ofertą na dzień terminu składania ofert; czy próbek wskazanych w treści SIWZ, w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1), czy też próbek wskazanych w treści SIWZ, w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 2)? Uzasadnienie: Zamawiający w treści SIWZ stosuje zamiennie zapisy o konieczności dostarczenia wskazanych próbek oferowanych wyrobów medycznych wraz z ofertą (treść Załącznika nr 1 do SIWZ), a jednocześnie stawia wymóg złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni terminie wskazanych próbek oferowanych

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



wyrobów medycznych (treść Załączników nr 1A -1F do SIWZ oraz treść SIWZ zawarta w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1),2))

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie Art. 26 ust. 2 wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni próbek w ilości wskazanej w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1) i 2) dla danego zadania.

Zamawiający dokonuje zmianę zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ pod tabelami dla poszczególnych zadań, poprzez dopisanie: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (na wezwanie Zamawiającego) próbki w ilości wskazanej w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1) i 2) dla danego zadania.

Zmiany zostały wprowadzone w Załączniku nr 1 do SIWZ *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*, który otrzymuje nazwę poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

2. Dot. zapisów rozdziału XIII treści SIWZ, pkt 1, ppkt. 1),2): Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie treści zapisów SIWZ o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, tj., że wybór taki zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny złożonych ofert oraz kryterium pozacenowym (parametry jakości), gdzie o ocenie kryterium jakości będą decydowały informacje wskazane przez Wykonawców w treści złożonych wraz z ofertą formularzach stanowiących Załączniki nr 1A -1F do SIWZ, a nie realna ocena jakości wskazanych zapisami SIWZ próbek, jakie Zamawiający wskazał w treści SIWZ w zakresie próbek do testowania jakościowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie Art. 26 ust. 2 wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie oświadczeń wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni próbek w ilości wskazanej w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1) i 2) dla danego zadania. Dostarczone próbki potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w zakresie zgodności oświadczeń wykonawcy co do spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w załącznikach 1A-1F do SIWZ (odrębnie dla wyrobów oferowanych w ramach każdego zadania, na które składana jest oferta).

3. Dot. zapisów rozdziału XIII treści SIWZ, pkt 2: Czy Zamawiający poprzez wymóg dostarczenia wskazanych treścią SIWZ próbek oferowanych wyrobów medycznych do testowania jakościowego, dokona oceny jakościowej weryfikującej informacje wskazane przez Wykonawców w treści złożonych wraz z ofertą formularzach stanowiących Załączniki nr 1A -1F do SIWZ i na tej podstawie przyzna ostateczną ilość punktów w kryterium pozacenowym (parametry jakości),co będzie skutkowało ostatecznym dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XIII, pkt 1 ppkt 2: Przyznane przez Zamawiającego punkty za parametry jakości w ofercie ocenianej zostaną naliczone zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę formularzem Parametry podlegające ocenie jakości, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do 1F do SIWZ do zadań, na które składana jest oferta. Zamawiający zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie Art. 26 ust. 2 wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie oświadczeń wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni próbek w ilości wskazanej w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1) i 2) dla danego zadania. Dostarczone próbki potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



zakresie zgodności oświadczeń wykonawcy co do spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w załącznikach 1A-1F do SIWZ (odrębnie dla wyrobów oferowanych w ramach każdego zadania, na które składana jest oferta).

4. Dot. zapisów rozdziału XIII treści SIWZ, pkt 2: Czy Zamawiający dokonując realnej oceny jakościowej próbek do testowania jakościowego (po ich dostarczeniu do Zamawiającego na wezwanie), uwzględni efekty tej oceny w treści formularzów stanowiących Załączniki nr 1A -1F do SIWZ, które będą później stanowiły załączniki do protokołu postępowania?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ocena merytoryczna wraz z przyznaną punktacją oceny jakościowej próbek do testowania jakościowego dla poszczególnych zadań, dostarczonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, stanowi załącznik do protokołu przedmiotowego postępowania.

ZESTAW 9

Czy zamawiający wymaga następującego składu % wosku: wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 10

Czy Zamawiający mając na celu zwiększenie konkurencyjności składanych ofert wydzieli z zadania nr 19 pozycje 1-3 i utworzy z nich nowe zadanie.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli

ZESTAW 11

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści szwy poliamidowe Niemieckiego producenta – firmy Serag-Wiessner. Szwy pakowane na sucho w opakowania minibox i IQbox, które to opakowania zmniejszają efekt pamięci szwu. Igły posiadające cechy zwiększonej stabilności w imadle, wykonane są ze stopu odpornego na stępienie, zginanie i odkształcanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 i 7 dopuści igłę 25mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 i 6 dopuści igłę 24mm odwrotnie tnącą kosmetyczną o pięciu krawędziach tnących typu tanto?

ODPOWIEDŹ: Nie,, Zamawiający nie dopuszcza

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 i 10 dopuści igłę 35mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści szew o długości 75cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o dopuszczenie **tylko w ramach próbki** szwu o długości 75cm. Próbką, którą chcemy przedstawić spełnia wszystkie opisane parametry poza parametrem długości, który nie jest brany pod uwagę przy ocenie jakościowej zaoferowanych rozwiązań. Czas potrzebny na przedstawienie

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



procesu produkcyjnego i wyprodukowanie próbki przekracza czas wyznaczony przez Zamawiającego na jej złożenie. W przypadku podpisania umowy nie zostanie fabrycznie docięta do wymaganej długości i dostarczany szew będzie spełniał wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, łącznie z parametrem długości.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5 i 9 dopuści igłę 18mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 8 dopuści igłę 30mm odwrotnie tnącą kosmetyczną o pięciu krawędziach tnących typu tanto?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

8. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 12 dopuści igłę 80mm i szew poliamidowy skręcany powlekany o długości 90cm. Skręcenie szwu powoduje znaczne zwiększenie jego wytrzymałości na zerwanie.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy zadania nr 3

9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy, wchłaniający, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego: 60-70% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% po 21 dniach. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z umieszczoną na niej informacją o sposobie sterylizacji i terminie jej ważności oraz kodem matrycowym?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 1,3 i 5 dopuści szew o długości 70cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

11. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści igłę 35mm i szew o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 5 dopuści igłę okrągłą wykonaną ze stali typu ethalloy/surgalloy powlekaną silikonem? Lepsza jakość stali zmniejsza ryzyko mechanicznego uszkodzenia igły co w połączeniu z jej powleczeniem gwarantuje znaczne zmniejszoną traumatyzację przy przechodzeniu igły przez tkanki.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

13. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 7 dopuści igłę okrągłą?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

14. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 10 dopuści igłę lancetową 3/8 koła 2x6mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie może odnieść się do pytania, gdyż zadanie nr 3 zawiera 8 pozycji (Załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 3).

Dotyczy zadania nr 7

15. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 dopuści szew niemieckiego producenta, firmy Serag-Wiessner, niewchłaniający, syntetyczny, pleciony, pokryty silikonem, zbudowany z pęczku mikrowłókien. Szew zapakowany w plastikowe opakowanie mini box lub IQbox zmniejszające pamięć szwu. Na zewnętrznej

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



części opakowania sterylizacyjnego umieszczony jest kod matrycowy, informacje o sposobie sterylizacji i terminie jej ważności?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 1 dopuści igłę 2x22mm i szew o długości 75cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

17. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 2 dopuści szew o długości 75cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

18. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 3 dopuści igłę o krzywiźnie 1/4 koła?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy zadania nr 11

19. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 5 dopuści szew o długości 50cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania nr 12

20. Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 poz. 2 dopuści szew pakowany pojedynczo w opakowanie „mini box” które dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji zmniejsza efekt pamięci szwów polipropylenowych? Ponieważ szew pakowany jest pojedynczo Wykonawca zaoferuje 144 szwy tak aby ilość nici pozostała na niezmiennym poziomie.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

21. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 dopuści igłę trokarową 12mm do zwapniałych naczyń przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pakietu nr 13

22. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy, wchłaniający, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym o czasie wchłaniania 60-90dni? Czas podtrzymywania tkankowego: 60-70% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% po 21 dniach. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z umieszczoną na niej informacją o sposobie sterylizacji i terminie jej ważności oraz kodem matrycowym.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

23. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 1 dopuści igłę okrągłą trokarową 26mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

24. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 2 dopuści igłę okrągłą trokarową 26mm lub igłę trokarową 35mm i szew o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

25. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 5 dopuści igłę okrągłą trokarową 26mm lub igłę trokarową 35mm i szew o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

26. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 7 dopuści igłę okrągłą trokarową 35mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

27. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 9 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 36mm?

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania nr 16

28. Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 dopuści szew antyewentracyjny wykonany z poliestru o grubości USP 3+4, pleciony, powlekany silikonem, wyposażony w dwa płytki i dwa klipsy mocujące?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania nr 18

29. Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 dopuści воск firmy Serag Wiessner składający się z wosku pszczelego i palmitynianu izopropylu przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania nr 21

30. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 21 szew wykonany z polimeru kwasu glikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

31. Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz. 2 i 3 dopuści szew o długości 70cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 12

Pytanie 1

Czy w zadaniu 19 poz. 1, 2 i 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, implant prostokątny, nie wchłaniający, niebarwiony, wykonany z polipropylenu 100% wersja light, waga 36 g/m², grubość 0,6 mm, wielkość porów 1,6x2,6 mm, rozmiar w przypadku pozycji 1: 10x15cm, reszta wymagań zgodnie z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy w zadaniu 19 pozycja 4 i 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, implant prostokątny, niebarwiony, wykonany z PVDF (polifluorek winylidenu), wysoka efektywna porowatość 69%, waga siatki 73 g/m², konstrukcja siatki pozwalająca na implantację bez rozróżniania stron, „prawa-lewa”, w pozycji 4 rozmiar 10 cmx15cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Załącznik nr 2A do SIWZ do zadania 1-16 i 18-30 *Formularz asortymentowo-cenowy* ulega modyfikacji i w związku z tym otrzymuje nowe brzmienie: **poprawiony Załącznik nr 2A do SIWZ do zadania 1-16 i 21-29 Formularz asortymentowo-cenowy;**
- Załącznik nr 2B do SIWZ do 17 *Formularz asortymentowo-cenowy* ulega modyfikacji i w związku z tym otrzymuje nowe brzmienie: **poprawiony Załącznik nr 2B do SIWZ do zadania 17, 18, 19, 20 i 30 Formularz asortymentowo-cenowy**

Zmiany zostały wprowadzone w Załączniku nr 2A do SIWZ i Załączniku nr 2B do SIWZ *Formularz asortymentowo-cenowy*, które otrzymują nazwę poprawiony Załącznik nr 2A do zadania 1-16 i 21-

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax: 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax: 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



29 Formularz asortymentowo-cenowy i poprawiony Załącznik nr 2B do SIWZ do zadania 17, 18, 19, 20 i 30 Formularz asortymentowo-cenowy.

i zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 24.03.2017., do godz. 11:00 na 27.03.2017 r., do godz. 11:00,

- otwarcie ofert – z 24.03.2017 r. o godz. 11:30 na 27.03.2017 r. o godz. 11:30.

1. **W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6,** otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 27.03.2017 r., do godz. 11:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 27.03.2017 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Małgorzata Szelągiewicz**

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94