

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
EP/220/33/2017/2

Data:
25.05.2017r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/33/2017 pn.: Dostawa materiałów biologicznych niezbędnych do wykonywania zabiegów operacyjnych wraz z dzierżawą wirówek dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 2

Dotyczy zadania nr 1

Czy w zadaniu nr 1 poz. 2.1 Zamawiający miał na myśli **KOMPLET** składający się z taśmy poliestrowej do rekonstrukcji więzadła rzepki w rozmiarze 30 x 800mm, dostarczanej wraz z igłą do przeprowadzania taśmy o długości 20cm?

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

Czy w zadaniu nr 1 poz. 2.2 Zamawiający miał na myśli **KOMPLET** składający się z taśmy poliestrowej do rekonstrukcji więzadła rzepekowo-udowego w rozmiarze 10 x 500mm, dostarczanej wraz z igłą 20cm oraz klamrą-skoblem 6mm x 23mm?

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

Czy w zadaniu nr 1 poz. 2.3 Zamawiający miał na myśli **KOMPLET** składający się z taśmy poliestrowej do rekonstrukcji ścięgna Achillesa w rozmiarze 20 x 800mm, dostarczanej wraz z igłą do przeprowadzania taśmy o długości 20cm?

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

ZESTAW 3

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 pozycji 1: Zestaw do pozyskiwania plazmy bogatopłytkowej optymalnej pod względem parametrów biologicznych separacji PRP. Zestaw całkowicie zamknięty, nie wymagający dodania jakichkolwiek czynników zewnętrznych, czy przelewania materiału. Zestaw pozwalający uzyskanie 4 ML PRP o regulowanej koncentracji płytek minimum x 1.6 pozyskiwane z

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

8ml krwi. Zanieczyszczenie otrzymanego preparatu erytrocytami poniżej 0,3%. Czas wirowania wynosi 5 minut. W komplecie fiolka z separatorem żelowym, zestaw do poboru krwi oraz zestaw do pobrania gotowego produktu. W ilości 400 zestawów. Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 pozycji nr 2: zestaw 3 sterylnych tub do pozyskiwania autologicznej trombiny. Tuby podciśnieniowe przeznaczone do uzyskanie około 4.5ml autologicznej trombiny z 8ml krwi. Opakowanie umożliwiające użycie pojedynczej tuby. Zgoda na powyższe pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty. Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 pozycji nr 3: Jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskiwania od 4 do 18ml koncentratu komórek macierzystych z 8-32ml szpiku pacjenta. Separacja z wykorzystaniem tiksotropowego, żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia koncentratu erytrocytami $\leq 0,5\%$ i granulocytami $\leq 13\%$. Możliwość dodatkowego zwiększenia koncentracji preparatu. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew, ograniczający jakiegokolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta. Zestaw musi zawierać trokar do pobierania szpiku oraz konektory transferowe do przetaczania preparatu. Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 pozycji nr 3: Zestaw do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku. Zestaw całkowicie zamknięty, nie wymagający dodania jakichkolwiek czynników zewnętrznych, czy przelewania materiału. Zestaw pozwalający na uzyskanie minimum 8ml koncentratu z min 20ml szpiku. W komplecie trokar do pobierania szpiku, 2 tuby separacyjne, 2 zestawy do transferu z igłami, kaniula 80mm. Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycji 1.3 opakowanie granulat wielkości 15cm^3 , zamiast 16cm^3 ? Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 Syntetyczny substytut kości w postaci litych bloczków o wymiarach w pozycji 2.1: prostopadłościan $5 \times 10 \times 10\text{mm}$, pozycji 2.2: prostopadłościan $5 \times 10 \times 20\text{mm}$, pozycji 2.3: Klin $15 \times 20 \times 6 \times 4\text{mm}$, pozycji 2.4: cylinder $5 \times 10\text{mm}$. Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 pozycji nr 4 wirówki o masie poniżej 15kg, ale nie mniejszej niż 9kg oraz łącznie 12 gniazdami z osłonami na separatory i przeciwwagi? Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 29.05.2017r., do godz. 09:00 **na 30.05.2017r., do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 29.05.2017r. o godz. 09:30 **na 30.05.2016r. o godz. 09:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 30.05.2017r., do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2017r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska