



Nasz znak:
EP/220/6/2018/1

Data:
13.02.2018r.

**WYJAŚNIENIE ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/6/2018 pn.: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i jałowych, jednorazowych zapakowanych zestawów, materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy, jaskry i przeszczepu rogówki dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

Czy w Zadaniu nr 2 i 3 Zamawiający dopuści jednorazowy system implantacyjny do soczewki (jednorazowy injector + jednorazowy kartridż) zapakowany sterylnie, oddzielnie poza soczewką ?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy w Zadaniu nr 8 poz.2 Zamawiający dopuści nóż SLIT o kalibracji 2,65 mm?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy § 3 (Zadania nr 2 i 3) Projektu Umowy:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu Umowy w § 3 dodatkowych zapisów dotyczących depozytu soczewek:

1. „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym”.

2. „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”

3. „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”

5. „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.”

6. „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”

7. „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4, ust. 5 Projektu Umowy:

W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy na dane zadanie?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową tylnokomorową zwijalną, jednoczęściową, hydrofilną, asferyczną o angulacji 9°, bez powłoki hydrofobowej, posiadającą podwójnie kwadratową krawędź na całym obwodzie (360°), wszczepianą za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego pakowanego oddzielnie, złożonego z injectora i cartridge'a (cartridge nie jest wbudowany w injector), do implantacji przez cięcie 2,2 mm?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową tylnokomorową zwijalną, akrylową jednoczęściową, hydrofilną, asferyczną o angulacji 9°, posiadającą podwójnie kwadratową krawędź na całym obwodzie (360°) wszczepianą za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego pakowanego oddzielnie, złożonego z injektora i cartridge'a (cartridge nie jest wbudowany w injector) do implantacji przez cięcie 2,2 mm?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 3

Pytanie 1, dot. zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie retraktorów tęczówkowych z pierścieniem trzymającym, wykonanych z poliamidu, z silikonowymi przesuwanymi zatyczkami, jednorazowego użytku, umożliwiające uzyskanie większego otworu źrenicznego?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. zadania nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 zamiast obłożenia pacjenta o rozmiarze 102 cm x 122 cm, obłożenie pacjenta o rozmiarze 100 cm x 120 cm?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. zadania nr 6, poz. 3 i 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie zapotrzebowania z uwzględnieniem pełnych opakowań. Wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających 6 sztuk, dlatego zwracamy się z prośbą jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dla zadania nr 6, poz. 3 i 4 ilości wskazane w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 4:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„W przypadku zamówień typu „cito”, dostawy następować będą w ciągu 48 godzin **roboczych** od momentu otrzymania i potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) – bezpośrednio do miejsca wskazanego w zamówieniu.”*

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Zwracam się z prośbą o dodanie w § 1 ust. 11 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: *„**Zamawiający zobowiązany jest jednak w każdym przypadku zamówić wyroby o wartości minimum 80% wartości umowy i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację.**”*

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości:*

- a) **0,5% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości – w przypadku dostaw zwykłych,***

b) 0,1% wartości netto niedostarczonego towaru za każdą godzinę zwłoki, ale nie więcej niż 5% tej wartości – w przypadku dostaw „na cito”.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: **„Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę w cenie towarów oraz koszt transportu od innego dostawcy.”**

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych wyrobów, w tym wyrobów objętych depozytem zgodnie z § 3 Umowy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:*

*- braków ilościowych – w ciągu 5 dni **roboczych od złożenia reklamacji,***

*- wad jakościowych – w ciągu 14 dni **roboczych od chwili dostarczenia mu wadliwych towarów.***

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca wymieni reklamowane wyroby na wolne od wad lub dostarczy brakujące wyroby w ciągu 72 godzin roboczych.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości:

*- **0,5% wartości netto reklamowanych towarów za każdy dzień zwłoki w przypadku dostaw zwykłych, ale nie więcej niż 10% tej wartości,***

*- **0,1% wartości netto reklamowanych towarów za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”, ale nie więcej niż 5% tej wartości.”***

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wartości **netto niezrealizowanej części** umowy na dane zadanie.”*

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 2 pkt 2) – 9) projektu w następującym brzmieniu:

*„2) stwierdzenia **po raz trzeci**, że dostarczane wyroby nie odpowiadają parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy;*

*3) powtarzających się dostaw **ze zwłoką**, tj. co najmniej **trzykrotnego** naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 4 i 6 Umowy **z winy Wykonawcy;***

4) (dotyczy zadania nr 2,3) niedostarczenia zestawów wchodzących w skład depozytu w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia pierwszego zamówienia na wyroby,

5) (dotyczy zadania nr 2 i 3) co najmniej dwukrotnego niezuzupełnienia depozytu w terminie określonym w § 3 ust. 4 Umowy,

6) co najmniej trzykrotnego niedochowania przez Wykonawcę określonego w § 4 ust. 4 Umowy terminu rozpatrzenia reklamacji,

*7) dostarczania **/trzeci** przypadek/ wyrobów z wadami jakościowymi;*

8) dostarczenia /**trzeci** przypadek/ wyrobów z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy;

9) powtarzających się /**trzeci** przypadek/ dostaw wyrobów poza miejsce określone w umowie;”

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z § 6 ust. 2 projektu umowy punktu nr 11).

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 2 pkt 2 lit. h) projektu umowy w następującym brzmieniu: „*zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT; waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie miała charakter automatyczny, Wykonawca naliczy VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, **niezależnie od tego, czy nowa stawka ma wpływ na koszt wykonania zamówienia, czy też nie ma.***”

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Pytanie 1 do zadania nr 2

Czy zamawiający dopuści soczewkę:

Soczewka hydrofilna, asferyczna, o stopniu angulacji 5 stopni, stała A=118,0,

ACD głębokość=4,96. Dostępna w dioptrachach -10.0 D do +30.0 D co 0.5 D +31.0 D to +40.0 D co 1.0 D

Długość soczewki 12,0 mm, wielkość części optycznej 6,00 mm. Budowa haptyków z otworami fenestracyjnymi umożliwiającymi podszycie soczewki i zapewniającymi pełną stabilizację po wszczępie. Zapakowana w pudełko zbiorcze wraz z kartridżem przeznaczonym do wszczępu z cięcia 2,2 mm.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 do zadania nr 3

Czy zamawiający dopuści soczewkę:

Soczewka hydrofilna, asferyczna, o stopniu angulacji 5 stopni, stała A=118,0,ACD głębokość=4,96. Dostępna w dioptrachach -10.0 D do +30.0 D co 0.5 D +31.0 D to +40.0 D co 1.0 D Długość soczewki 12,0 mm, wielkość części optycznej 6,00 mm. Budowa haptyków z otworami fenestracyjnymi umożliwiającymi podszycie soczewki i zapewniającymi pełną stabilizację po wszczępie. Zapakowana w pudełko zbiorcze wraz z kartridżem przeznaczonym do wszczępu z cięcia 2,2 mm

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 5

Pytanie 1 dot. Zadania nr 2

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 2 jest soczewka tylnokomorowa wewnątrzgałkowa akrylowa zwijalna hydrofilna **asferyczna** (CPV: 33.73.11.10-7).

W Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w nazwie zadania podana została soczewka **sferyczna**, natomiast szczegółowy opis przedmiotu dostawy w tym samym zadaniu, jak również wymagane warunki graniczne (Załącznik nr 1A do SIWZ) dotyczą soczewki **asferycznej**.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest soczewka asferyczna.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w treści przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zmienia treść: z „Soczewka tylnokomorowa wewnątrzgałkowa akrylowa zwijalna hydrofilna sferyczna (CPV: 33.73.11.10.-7)”

na „Soczewka tylnokomorowa wewnątrzgałkowa akrylowa zwijalna hydrofilna asferyczna (CPV: 33.73.11.10.-7)”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 16.02.2018r., do godz. 10:00 **na 19.02.2018r., do godz. 10:00,**
- **otwarcie ofert** – z 16.02.2018r. o godz. 10:30 **na 19.02.2018r. o godz. 10:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 19.02.2018r., do godz. 10:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szelażewicz**