

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”

Nr Umoww: RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

**Znak sprawy:**  
**EP/220/4/2018/1**

**Data:**  
**22.02.2018 r.**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/4/2018, pn. Dostawa Aparatu USG w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Zestaw 1

Czy Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 litera c) SIWZ odstąpi od wymogu przedstawienia dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie, jeżeli dostawy te zostały wykonane na rzecz Zamawiającego?

**Odp. Żaden przepis ustawy PZP ani rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126, dalej – „Rozporządzenie w sprawie dokumentów”) nie pozwala zamawiającemu na odstąpienie od wymogu żądania przedstawienia przez wykonawcę dowodów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia publicznego, realizowanego dla tego zamawiającego. Zamawiający nie ma zatem prawnej możliwości odstąpienia od omawianego wymogu, co oznacza, że każdy wykonawca, również taki, który wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu powołuje się na dostawy zrealizowane dla Zamawiającego, musi przedstawić dowody określające, czy dostawy re zostały wykonane lub są wykonywane należycie, o których mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia w sprawie dokumentów.**

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## **Zestaw 2**

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 17

Czy Zamawiający zamiast funkcji obsługującej technologię skrzyżowanych ultradźwięków dopuści inną funkcję zapewniającą dużo większe możliwości obrazowania? Proponowana funkcja Holo PW to technologia umożliwiająca ustawienie 3 bramek w czasie rzeczywistym. Użytkownik przed, wewnątrz i poza patologiczną zmianą przepływu może swobodnie zmienić pozycje każdej bramki wraz z synchronizacją bicia serca.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

## **Zestaw 3**

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny podemonstracyjny?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat stacjonarny o jednomodułowej konstrukcji?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 3**

dotyczy: załącznik nr 4 do SIWZ, „Projekt umowy”, par. 3, pkt. 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania corocznych przeglądów technicznych w ramach wynagrodzenia w okresie 6 lat i zaakceptuje 2 przeglądy w okresie trwania umowy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 4**

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści system archiwizacji obrazów na dysku twardym SSD o pojemności 128GB?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 5**

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 62

Czy Zamawiający dopuści wykonawcę nie posiadającego autoryzacji producenta do wykonywania przeglądów i napraw?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty podpisania umowy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Zestaw 4**

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 17

Wykonawca spełnia parametr, jednak chciałby zaproponować dodatkową funkcję. Czy Zamawiający zamiast funkcji obsługującej technologię skrzyżowanych ultradźwięków dopuści inną funkcję zapewniającą dużo większe możliwości obrazowania? Proponowana funkcja Holo PW to technologia umożliwiająca ustawienie 3 bramek

w czasie rzeczywistym. Użytkownik przed, wewnątrz i poza patologiczną zmianą przepływu może swobodnie zmienić pozycje każdej bramki wraz z synchronizacją bicia serca.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych**

***Małgorzata Szelańgiewicz***