

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



**Nasz znak:**  
**EP/220/69/2017/1**

**Data:**  
**09.10.2017r.**

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/69/2017 pn.: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 1**

#### **Dotyczy załącznika nr 1A-1 do SIWZ, pkt 29**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 29 parametrów granicznych o brzmieniu: „W przypadku awarii analizatora lub sprzętu pomocniczego przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia" **na:** "W przypadku awarii analizatora lub sprzętu pomocniczego przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Dotyczy zadania nr 1, załącznik nr 1A-1 do SIWZ:**

#### **2. Pkt 24 wymaganych parametrów granicznych, załącznik nr 1A-1 do SIWZ:**

W związku z brakiem na rynku kontroli międzylaboratoryjnej do oznaczeń narkotyków w moczu metodą półilościową, prosimy o wyrażenie zgody na zapewnienie i pokrycie kosztów kontroli międzylaboratoryjnej metodą jakościową 3 razy w roku.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **3. Pkt 5 wymaganych parametrów granicznych, załącznik nr 1A-1 do SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednej kontroli do parametrów moczu nie pochodzącej od producenta analizatora, odczynników i kalibratorów?

**Odp.: Zamawiający wymaga kontroli dla parametrów oznaczanych półilościowo w moczu, pochodzącej od producenta analizatora, odczynników i kalibratorów. Dla pozostałych parametrów oznaczanych w moczu Zamawiający dopuszcza kontrolę nie pochodzącą od producenta analizatora, odczynników i kalibratorów.**

#### **4. Pkt 10 wymaganych parametrów granicznych, załącznik nr 1A-1 do SIWZ:**

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oznaczania elektrolitów przy użyciu bezobsługowych elektrod jonoselektywnych, wymienianych pojedynczo w zależności od zużycia?

**Odp.: Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie.**

**5. Dotyczy poz. 11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 do SIWZ:**

Prosimy o wyjaśnienie: Czy nie zaistniała omyłka w opisie i czy Zamawiający nie oczekuje możliwości oznaczania poziomu karbamazepiny w surowicy lub osoczu (ilościowo)?

**Odp.: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki w pozycji 11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 11 tabeli 1 zmienia treść kolumny 2 (Nazwa asortymentu): z „Karbamazepina w moczu - półilościowo” na „Karbamazepina w surowicy - ilościowo”, a w pozycji 11 tabeli 3 zmienia treść kolumny 2 (Nazwa asortymentu): z „Karbamazepina w moczu” na „Karbamazepina w surowicy”.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**6. Dotyczy zadania nr 1, poz. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 do SIWZ:**

W celu właściwego dopasowania materiałów kontrolnych do oznaczeń narkotyków w moczu, prosimy o podanie wartości odcięcia (cut off) dla tych parametrów.

**Odp.: Zamawiający wymaga, aby wartości odcięcia (cut off) nie były wyższe niż podane poniżej:**

- amfetamina w moczu: 300 ng/ml,
- kanabinoły w moczu: 50 ng/ml,
- kokaina w moczu: 300 ng/ml,
- opiaty w moczu: 300 ng/ml,
- barbiturany w moczu: 200 ng/ml,
- benzodiazepiny w moczu: 200 ng/ml.

**Dotyczy zadania nr 2, załącznik nr 1A-2 do SIWZ:**

7. Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie w okresie trwania umowy maksymalnie 3 serii materiałów kontrolnych oraz o wyrażenie zgody na potwierdzenie tego faktu załączonym do oferty oświadczeniem Wykonawcy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. Prosimy o podanie numerów wymaganej kontroli RIQAS.

**Odp.: Zamawiający wymaga zapewnienia minimum dwóch programów RIQAS: RQ 9159 oraz RQ 9111.**

9. Prosimy o odstąpienie od wymogów opisanych w LP 16 związanych z organizacją szkolenia przez Wykonawcę zakończonego przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych.

W zamian prosimy o wyrażenie zgody na pokrycie przez Wykonawcę kosztów organizacji szkolenia zakończonego przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych lub wyrażenie zgody na pokrycie przez Wykonawcę kosztów udziału 2 osób w jednym szkoleniu wskazanym przez Zamawiającego z zakresu umowy (monitorowanie leków immunosupresyjnych).

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zorganizowanie przez Wykonawcę (bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej) na terenie szpitala i pokrycie kosztów szkolenia z zakresu umowy (monitorowanie leków immunosupresyjnych), tj. jednego szkolenia zakończonego przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział lub dwóch szkoleń zakończonych przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nich udział, przy czym termin i program szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych parametrów granicznych dla zadania nr 2, stanowiących załącznik nr 1A-2 do SIWZ w ten sposób, że zmienia treść pkt 16: z „W ramach umowy wykonawca zorganizuje na terenie szpitala jedno szkolenie z zakresu umowy (monitorowanie leków immunosupresyjnych). Termin i program szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Szkolenie musi być zakończone przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział” na „Wykonawca zorganizuje (bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej) na terenie szpitala i pokryje koszty szkolenia z zakresu umowy (monitorowanie leków immunosupresyjnych), tj. jednego szkolenia zakończonego przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział lub dwóch szkoleń zakończonych przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nich udział. Termin i program szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego”.**

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-2 do SIWZ – wymaganych parametrach granicznych dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

W związku z powyższym, Zamawiający w § 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ zmienia treść ust. 16 z „W okresie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania na terenie szpitala jednego szkolenia z zakresu umowy. Termin i program szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Szkolenie musi być zakończone przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział” na „W okresie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania na terenie szpitala i pokrycia kosztów szkolenia z zakresu umowy, zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi wskazanymi w odpowiednim dla danego zadania załączniku nr 1A do SIWZ”.

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**Dotyczy zadania nr 3, załącznik nr 1A-3 do SIWZ:**

10. Prosimy o odstąpienie od wymogów opisanych w LP 13 związanych z organizacją szkolenia przez Wykonawcę zakończonego przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych.

W zamian prosimy o wyrażenie zgody na pokrycie przez Wykonawcę kosztów organizacji szkolenia zakończonego przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych lub wyrażenie zgody na pokrycie przez Wykonawcę kosztów udziału 1 osoby w jednym szkoleniu wskazanym przez Zamawiającego z zakresu umowy (diagnostyka i monitorowanie zakażeń CMV).

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zorganizowanie przez Wykonawcę (bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej) na terenie szpitala i pokrycie kosztów szkolenia z zakresu umowy (diagnostyka i monitorowanie zakażeń CMV), tj. jednego szkolenia zakończonego przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział lub dwóch szkoleń zakończonych przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nich udział, przy czym termin i program szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych parametrów granicznych dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ w ten sposób, że zmienia treść pkt 13: z „W ramach umowy wykonawca zorganizuje na terenie szpitala jedno szkolenie z zakresu umowy (diagnostyka i monitorowanie zakażeń CMV). Termin i program szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Szkolenie musi być zakończone przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział” na „Wykonawca zorganizuje (bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej) na terenie szpitala i pokryje koszty szkolenia z zakresu umowy (diagnostyka i monitorowanie zakażeń CMV), tj. jednego szkolenia zakończonego przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział lub dwóch szkoleń zakończonych przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nich udział. Termin i program szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego”.**

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-3 do SIWZ – wymaganych parametrach granicznych dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

**Dotyczy zadania nr 1, załącznik nr 1A-1 do SIWZ:**

11. Prosimy o podanie wielkości pomieszczeń, w których będą zainstalowane klimatyzatory.

**Odp.: Są to dwa pomieszczenia, każde z nich o powierzchni nie większej niż 20m<sup>2</sup>.**

**Dotyczy SIWZ, rozdział VI, pkt 9: ppkt 4 oraz pkt 9 ppkt 5:**

12. Czy w związku z tym, że Zamawiający dzierżawi sprzęt Wykonawcy, firmy Roche Diagnostics, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia „zgody producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w Szczecinie na wykorzystanie go w okresie umowy w celu wykonywania testów do monitorowania stężenia leków (dotyczy zadania nr 2)”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

13. Czy w związku z tym, że Zamawiający dzierżawi sprzęt Wykonawcy, firmy Roche Diagnostics, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia „zgody producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w

Szczecinie na wykorzystanie go w okresie umowy w celu wykonywania testów CMV DNA (dotyczy zadania nr 3)“?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A-1 do SIWZ:**

14. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wpisania w ofercie, w wymaganych parametrach granicznych, numerów stron dla instrukcji sprzętu pomocniczego?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. **Dotyczy zadania nr 2, załącznik nr 1 do SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

W związku z dzierżawą przez Zamawiającego dwóch systemów immunochemicznych, prosimy o wskazanie, jakie oznaczenia i w jakich ilościach Zamawiający będzie wykonywał na poszczególnych systemach?

**Odp.: Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie. Wybór systemu i ilości należy do wykonawcy.**

**Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ:**

1. Par. 1 ust. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie zamówienia za dni po dacie dostarczenia towaru przez inny podmiot.“?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Par. 2 ust. 6 i 6.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Par. 3 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze“?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Par. 3 ust. 9, 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki“?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Par. 4 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie zamówienia za dni po dacie dostarczenia towaru przez inny podmiot.“?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Par. 4 ust. 4, 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki“?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Par. 4 ust. 5: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącej niezrealizowanej części umowy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. Par. 4: Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

9. Par. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości brutto umowy.”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

10. Par. 6 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Ponadto, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odstępuje od stosowania procedury opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dodaje fakultatywną przesłankę wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- rozdziale II SIWZ, gdzie pkt 4 zostaje wykreślony,
- rozdziale Va, który otrzymuje brzmienie:

**„Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:**

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r., poz. 615),
- 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.”

**W oparciu o art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:**

**- termin składania ofert – z 23.10.2017r., do godz. 09:00 na 24.10.2017r., do godz. 09:00,**

**- otwarcie ofert – z 23.10.2017r. o godz. 09:30 na 24.10.2017r. o godz. 09:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 24.10.2017r., do godz. 09:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2017r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

**DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
*Małgorzata Usielska***