

Opis wymagań dla dostawy sprzętu

W ramach rozbudowy systemu RIS/PACS, o której mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ, wykonawca dostarczy sprzęt niezbędny do działania rozbudowanego systemu, który umożliwi jego poprawne działanie w obu lokalizacjach to jest ul. Arkońska i ul. Sokołowskiego.

Dostarczony sprzęt ma zapewnić sprawne działanie systemu, gwarantując uruchomienie, a następnie sprawne działanie systemów rozumiane jako prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności opisanych w załącznikach 1 oraz 2 do SIWZ w obu lokalizacjach przez cały okres obowiązywania umowy. Zastosowany sprzęt pozwoli na osiągnięcie wymaganych w załączniku 6D poziomów wydajności krytycznych funkcjonalności.

Za ustalenie parametrów konfiguracji sprzętowej niezbędnej do utrzymania pracy systemu na wymaganym przez Zamawiającego poziomie odpowiada Wykonawca.

W przypadku kiedy dostarczony w postępowaniu sprzęt nie zapewni prawidłowego działania systemu zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 6D do SIWZ oraz wykazami funkcjonalności stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ, wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt, dostarczonego sprzętu na taki, który zapewni prawidłowe działanie systemów.

Przejęcie infrastruktury obecnie działających funkcjonalności

Zamawiający wymaga od Wykonawcy w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy pisemnego uwolnienia obecnie zajmowanej infrastruktury sprzętowo programowej wymienionej w załączniku 1 do SIWZ tabela VIII. Protokół z uwolnienia zajmowanej infrastruktury stanowi zał numer 8 do SIWZ.

Dostarczony sprzęt powinien ponadto spełniać wymagania opisane poniżej:

Nr.	Funkcjonalność	
I. Wymagania ogólne dla dostarczonego sprzętu		
1.	Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2017	
2.	Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i przekaże je przy odbiorze przedmiotu zamówienia	
3.	Wykonawca sporządzi wykaz przekazywanego sprzętu zawierającą co najmniej nazwę, numer seryjny oraz wartość każdej pozycji. Wykaz zostanie przekazany przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru wdrożenia stanowiącego zał nr 7 do SIWZ	
4.	Gwarancja świadczona w okresie 48 miesięcy w miejscu użytkowania sprzętu, w trybie NBD. Ponadto Zamawiający wymaga gwarancji pozostawienia nośników danych w przypadku ich uszkodzenia i koniecznej wymiany.	
II. Wyposażenie dodatkowe		
5.	Poza sprzętem niezbędnym do działania obecnie działających oraz nowo wdrożonych funkcjonalności wykonawca dostarczy 2 sztuki urządzeń zapisujących sygnał wideo w standardzie DICOM o poniższej konfiguracji:	

a.	Urządzenie obsługujące wejścia wideo typu min S-video minimum 2 wejścia tego typu.	
b.	Urządzenie zgodne ze standardem DICOM 3.0 obsługujące minimum: -DICOM Storage -DICOM Query -DICOM Retrive -DICOM Worklist	
c.	Obsługa zapamiętywania zdjęć i filmów wyzwalane z rękojeści endoskopu	
d.	Urządzenia kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego zestawami endoskopowymi firm OLYMPUS i PENTAX.	
e.	Podgląd zdjęć z ekranu urządzenia	
f.	Urządzenie wyposażone w dotykowy monitor obsług wszystkich funkcji urządzenia bez użycia klawiatury	
g.	Urządzenie wykonane w standardzie umożliwiającym dezynfekcje	