



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: EP/220/20/2018/1

Data: 10.04.2018 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/20/2018, pn. *Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań obwodowych, PTA, stentgraftów dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

1. Czy zamawiający dopuści w pakiecie **nr 5** Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa końcówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści w pakiecie **nr 12** Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kevlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, długości: 2,3,4,6,8 cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035", system wprowadzania 50 cm, 75 cm i 120 cm, ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 20-40 atm. Koszulka 6-8F.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1A-12 do SIWZ (do zadania nr 12)

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 30 pozycji nr 2 do odrębnego pakietu i dopuści parametry graniczne : Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ZESTAW 2

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 3

Prosimy o poprawienie w załączniku nr 1A-3 – wymagane parametry / warunki techniczne sprzętu, pozycji nr 2, tj. „Długość 150cm”. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje łączniki o długości 60-120cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- w Załączniku nr 1 do SIWZ dla zadania nr 3 i nadaje nowe brzmienie:

Zadanie nr 3. Łączniki wysokociśnieniowe. CPV 33.14.00.00-3

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
|------|--|-----------------------|
| 1. | Łączniki wysokociśnieniowe dł. 60-150 cm | 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-3 i 1B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty. W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

- W Załączniku nr 1A- 3 do SIWZ (do zadania nr 3) w poz. 2 i nadaje nowe brzmienie:

| | | |
|----|-------------------|--|
| 2. | Długość 60-150 cm | |
|----|-------------------|--|

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w poprawionym Załączniku nr 1A-3 do SIWZ (do zadania nr 3), które został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 18

Czy opisany w zadaniu nr 18 wkład 150ml do Angiomat Illumena ma być pakowany tylko z napełniaczem rurkowym typu J?

W załączniku nr 1A-18 w pozycji 4 Zamawiający opisuje: „W zestawie sterylny przedłużacz wysokociśnieniowy do podłączenia z cewnikiem zabiegowym” tym samym ma na myśli napełniacz rurkowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia czy dodatkowy przedłużacz (łącznik) wysokiego ciśnienia? Jeśli Zamawiający dodatkowo wymaga przedłużacza (łącznika) wysokiego ciśnienia to czy dopuści dostawę łączników pakowanych oddzielnie od zestawu z wkładem i napełniaczem J?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uszczegóławia, że chodzi o przedłużacz dodatkowy wysokiego ciśnienia. Może on być pakowany oddzielnie od zestawu z wkładem i napełniaczem J.

Pytanie 3

Dotyczy zadania nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 35, pozycji 2 tj.:

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



„Przedłużacz - wężyk pacjenta z zaworem, rurka pacjenta 150 cm; wytrzymałość 21 barów/305 psi długość: 1500 mm; średnica wewnętrzna: 1,5 mm, objętość napełnienia: 2,7 ml.”, tak by pozycja ta stanowiła odrębny pakiet? Lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w pakiecie 35 na poszczególne pozycje? Zgoda Zamawiającego umożliwi większej ilości oferentom (w tym firmom specjalizującym się w dostawach wysokiej jakości przedłużaczy do podawania kontrastu) złożenie korzystniejszej oferty cenowej oraz jakościowej (spełniającej wszelkie wymogi techniczne postawione przez Zamawiającego) aniżeli w przypadku w/w ograniczenia. Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy zadania 36

Czy Zamawiający w zadaniu 36 dopuści zestaw składający się z: dwóch strzykawkę o pojemności 60ml, 1 x wężyk pacjenta "Y" o dł. 250cm z dwiema zastawkami bezzwrotnymi, 2 x ostrza typu „spike”, spełniający wszystkie pozostałe wymogi techniczne?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dotyczy zadania nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 37, pozycji 2 tj.:

„Przedłużacz - wężyk pacjenta z zaworem bezzwrotnym 150cm; Wężyk pacjenta z zaworem bezzwrotnym 150cm; jednorazowy, jałowy, nie pirogeny”, tak by pozycja ta stanowiła odrębny pakiet? Lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w pakiecie 35 na poszczególne pozycje? Zgoda Zamawiającego umożliwi większej ilości oferentom (w tym firmom specjalizującym się w dostawach wysokiej jakości przedłużaczy kompatybilnych z pompami ULRICH) złożenie korzystniejszej oferty cenowej oraz jakościowej (spełniającej wszelkie wymogi techniczne postawione przez Zamawiającego) aniżeli w przypadku w/w ograniczenia. Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 – Cewniki balonowe obwodowe do PTA – cewników balonowych o nieznacznie zmienionych parametrach:

- dostępne średnice od 3-12 mm dla długości 20-60 mm oraz dla średnic w zakresie 3-6 mm co najmniej długości 20-200 mm

- Długość układu wprowadzającego 80 i 140 cm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 6 – Stenty obwodowe na balonie do PTA – stentów o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Stent kobaltowo-chromowy typu slotted tube.
- Zamontowany fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym – RBP 14-16 atm. w sposób uniemożliwiający jego zsuniecie w czasie manipulacji
- Kompatybilny z przewodnikiem 0,035"
- Różne długości stentu /od 18 mm do 58 mm/
- Różne średnice stentu / od 5,0 mm do 10,0 mm dla każdej długości układu wprowadzającego
- Długość układu wprowadzającego 80-140 cm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 7

W poz.1 – Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym do tętnicy udowej powierzchniowej lub biodrowej – stentów o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Dostępne długości od 40 do 100 mm
- Różne średnice stentu (co najmniej od 5,0mm do 10,0mm)
- Długość systemu wprowadzającego 80 cm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

W poz.2 - Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym do tętnicy udowej techniką cross-over lub z tętnicy ramiennej – stentów o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Dostępne długości od 40 do 100 mm (dodatkowo dla średnic 5-8 mm dostępne długości co najmniej do 150 mm, dla średnic 5-7 dostępna długość 200 mm)
- Różne średnice stentu (co najmniej 5,0mm do 10,0mm)
- Długość systemu wprowadzającego 140 cm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 12 – Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do PTA – cewników balonowych o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Długość balonu min od 20 do 120 mm
- Długość układu dostarczającego min. Od 100 do 150 cm
- RBP min. 16 atm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ZESTAW 4

Zadanie nr 1- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na introduktory naczyniowe o dł. 7cm, 11cm i 23 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 5 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na cewniki balonowe do PTA o ciśnieniu RBP 10 atm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 6 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na stenty kobaltowo-chromowe o ciśnieniu RBP 10atm, średnicach 4mm-9mm i dł. systemu wprowadzającego 80 cm i 140 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW 5

Zadanie nr 21:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki zabiegowe wspierające do przechodzenia przez ciasne zmiany kompatybilne z przewodnikami 0,035" i koszulkami o średnicy 5 F, posiadające pokrycie hydrofilne na długości 45 cm (dla mikrocewnika o długości 65 cm), 70 cm (dla mikrocewnika o długości 90 cm), 115 cm (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 130 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm)? Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający dokonuje następujące zmiany w SIWZ:

➤ **Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy, poprzez:**

a) **Usunięcie w § 6 Zmiana postanowień umowy w ust. 2 pkt 6) i 7)**

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94