



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: EP/220/32/2018/1

Data: 11.04.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/32/2018, pn. *Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań obwodowych, PTA i cewników koronarograficznych dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

Czy w **zadaniu 2** Zamawiający dopuści – cewnik balonowy kompatybilny z koszulkami 5F(śr 3-7mm), 6F (śr 8-10mm), 7F(śr 12mm). Ciśnienie RBP 14-24 ATM . Średnice balonu 3-12mm , długości balonu 20-200mm ,system wprowadzający 40/75/135.Profil przejścia przez zmianę 0,040/1,01 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Czy w **zadaniu 3** Zamawiający dopuści stent kobaltowo-chromowy na balonie, kompatybilny z przewodnikiem 0,035 o niskim profilu końcówki i elastycznym tipie .Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Średnice 5/6/7/8/9mm, długości stentu 20/30/40/50/60/80mm. Długość shaftu 80/120mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Czy w **zadaniu 5.2** Zamawiający dopuści stent samorozprężalny do naczyń szyjnych .System dostawczy akceptujący przewodnik 0,014, monorail. Dł cewnika dostawczego 135mm a średnica 5 oraz 5,9F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki o geometrii zamkniętych cel. Stent o dużej miękkości ,elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent całkowicie repozycjonowalny , średnice 4-10 mm, długości 30/40/50mm ?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Czy w **zadaniu 5.3** Zamawiający dopuści sytem protekcji dystalnej dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie 3,5-5,5mm

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 2

Dotyczy zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie cewników o długościach 65-125 cm, spełniających pozostałe kryteria zapisane w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Dotyczy zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu samorozprężalnego z systemem doprowadzającym o długości 80 i 120 cm, spełniającego wszystkie pozostałe parametry zapisane w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania 6:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie cewników diagnostycznych o dużej średnicy wewnętrznej dla 5F 0,047" lub dla 5,2F 0,044", spełniających wszystkie pozostałe parametry zapisane w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 2 – Cewniki balonowe obwodowe do PTA – cewników balonowych o nieznacznie zmienionych parametrach:

- dostępne średnice od 3-12 mm dla długości 20-60 mm oraz dla średnic w zakresie 3-6 mm co najmniej długości 20-200 mm
- Długość układu wprowadzającego 80 i 140 cm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 3 – Stenty obwodowe na balonie do PTA – stentów o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Stent kobaltowo-chromowy typu slotted tube.
- Zamontowany fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym – RBP 14-16 atm. w sposób uniemożliwiający jego zsuniecie w czasie manipulacji
- Kompatybilny z przewodnikiem 0,035"
- Różne długości stentu /od 18 mm do 58 mm/
- Różne średnice stentu / od 5,0 mm do 10,0 mm dla każdej długości układu wprowadzającego
- Długość układu wprowadzającego 80-140 cm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 4- Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym do tętnicy udowej techniką cross-over lub z tętnicy ramiennej – stentów o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Dostępne długości od 40 do 100 mm (dodatkowo dla średnic 5-8 mm dostępne długości co najmniej do 150 mm, dla średnic 5-7 dostępna długość 200 mm)
- Różne średnice stentu (co najmniej 5,0mm do 10,0mm)
- Długość systemu wprowadzającego 80 i 140 cm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ZESTAW 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 2 (załącznik 1A-2 do siwz) cewników balonowych o następujących parametrach:
Pkt.1 – od 3 do 12mm dla długości przynajmniej 20-40mm oraz dla średnic w zakresie 3-7mm co najmniej długości 20-200mm (dla systemu wprowadzającego 135cm).
Pkt.2 - Średnica układu wprowadzającego 5-7Fr dla balonów o średnicy do 12mm.
Pkt.5 – Ciśnienie RBP 8-15atm (w zależności od średnicy).
Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu (załącznik 1A-4 do siwz) stentów obwodowych samorozprężalnych o następujących parametrach:
Pkt. 5 Dostępne długości od 20 do 100mm (dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne długości co najmniej do 140mm).
Pkt. 8 - System uwalniania Pin and Pull zapewnia precyzyjną implantację stentu.
Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW 5

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 2** – CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE DO PTA KOMPATYBILNY Z PROWADNIKIEM 0.035” – cewników o następujących parametrach:
 - Cewnik balonowy kompatybilny z przewodnikiem 0,035”
 - Długość balonu 20 - 300 mm
 - Średnica balonu 4 - 12 mm
 - Długość układu dostarczającego: 40 cm, 80 cm, 130cm i 135 cm
 - Kompatybilny z koszulką 5, 6,7 F
 - RBP 12-24 atm
 - Ciśnienie nominalne 7-12 atm
 - **ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 3** – STENTY OBWODOWE NA BALONIE DO PTA – stentów o następujących parametrach:
 - RBP 12atm
 - Dla średnic 9 i 10mm kompatybilny z introduktorem 7F pozostałe rozmiary z 6F
 - Średnice stentów: 5-10mm
 - Długości stentów: 12, 17, 27, 37, 57mm
 - Długość układu wprowadzającego 80 oraz 135cm
 - Po 4 markery na obu końcach stentu

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Jednocześnie Zamawiający, informuje, że na złożone w przedmiotowym postępowaniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94