



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: EP/220/32/2018/2

Data: 12.04.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/32/2018, pn. *Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań obwodowych, PTA i cewników koronarograficznych dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w związku z powyższym **przedłuża termin składania i otwarcia ofert:**

ZESTAW 6

Zadanie nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na cewniki balonowe do PTA o ciśnieniu RBP 10 atm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na stenty kobaltowo-chromowe o ciśnieniu RBP 10 atm i dł. systemu wprowadzającego 80 cm i 140 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 7

1. Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści Cewniki balonowe obwodowe do PTA o nieznacznie zmienionych parametrach: Balon wytrzymały ciśnienie (RBP) 7 – 11 atm dla średnic 10, 12 i 14 mm i 12-28 atm dla pozostałych średnic oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści Stenty obwodowe na balonie o nieznacznie zmienionych parametrach: Stent ze stopu kobaltowo-chromowego L605, średnice stentu 4-10 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści Stenty obwodowe samorozprężalne o nieznacznie zmienionych parametrach: średnice stentu od 5,0 do 10,0 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



4. Dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o nieznacznie zmienionych parametrach: długość systemu 80 i 135 cm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 541250-N-2018 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia **przedłużając termin składania i otwarcia ofert**, na niżej podany:

- **termin składania ofert** – z 16.04.2018., do godz. 11:00 **na 17.04.2018 r., do godz. 11:00**,
- **otwarcie ofert** – z 16.04.2018., do godz. 11:30 **na 17.04.2018 r., do godz. 11:30**,

➤ **rozdział XI SIWZ w pkt 5 i 6**, otrzymuje brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 17.04.2018 r., do godz. 11:00**,

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 17.04.2018 r., do godz. 11:30**, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro.”

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94