

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/17/2018/1

Data:
18.04.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/17/2018 pn.: Dostawa zestawów do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych oraz jednorazowego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Zadanie nr 50. Kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości (CPV 33.18.41.00-4)

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kolagenową substancję do wypełniania ubytków kości w rozmiarze 1 x 1 x 1 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści kolagenowej substancji do wypełniania ubytków w kości o rozmiarze 1x1x1 cm.

ZESTAW 2

Zadanie 13, ilość pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

Rozmiar S: rozmiar: 2.3mm i/lub 4.0mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 0.2 - 1 siła zamykania wynosi 15-30(gf)

Rozmiar M: rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: max 1,0 siła zamykania wynosi: 20-40(gf)

Rozmiar L: rozmiar: 3.0mm i/lub 5.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 1-2 siła zamykania wynosi: 30-60(gf)

Rozmiar XL: rozmiar: 3.5mm i/lub 6.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 2-4 siła zamykania wynosi: 60-120(gf)

Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Pytanie 1

Zadanie 12 – Zestaw do mocowania pokrywy czaszki

Czy Zamawiający dopuści tytanowe zaciski dostępne w 3 rozmiarach od 12 do 20mm spełniające pozostałe parametry? Różnica 1 mm jest minimalna i nie wpływa na możliwość zastosowania zacisku oraz komfort pracy użytkownika.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 3) oraz udostępnienia (dot. § 4), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w Nowym Tomysłu pomiędzy:

..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,

REGON.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2),

zwanym dalej Przechowawcą

a

Aesculap Chifa Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Tomysłu, przy ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysłu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094176, NIP: 788-00-08-829, REGON 6300002936, reprezentowanym przez:

1).....,

2),

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się
..... – osoba nadzorująca podmagazyn

Pani/Pan

3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan

.....

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.

3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąża Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :
2. Data zabiegu:.....
3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)
A)
B)
4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- **PILNE!**

Pieczętka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....
.....

reprezentowanym przez:

- 1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniemniezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez

Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od do r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 3, 4, 5:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **10%** wartości **brutto** zamawianej partii produktów ale nie może być niższa niż **50 zł**.

* za godzinę w przypadku dostaw przedmiotu zamówienia z zadania nr 3, 4, 7-11, 14-16, 18, 20-23, 25-30-31, 36-37, 39, 42-44, 46, 48-49.

3. (...) Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień /godzinę* zwłoki, w zależności od trybu w jakim było składane zamówienie.

* za godzinę dostaw przedmiotu zamówienia z zadania nr 3, 4, 7-11, 14-16, 18, 20-23, 25-30-31, 36-37, 39, 42-44, 46, 48-49

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **10%** wartości **brutto** niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

2.1 (dotyczy zadań nr 7-9, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 27-32, 36, 37, 39, 42) W przypadku awarii Instrumentarium, w tym awarii jakiegokolwiek części Instrumentarium, naprawa lub wymiana Instrumentarium albo – odpowiednio – jego wadliwej części, powinna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia Wykonawcy tego faktu przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości **100 zł** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części Instrumentarium.

4. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 1) – 9), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy na dane zadanie.

5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy **10%** wartości **brutto niezrealizowanej części** Umowy na dane zadanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Projekt umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający zgodzi się, aby dostawy odbywały się do godziny 15:00? (dot. §1 ust. 3).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „50% wartości zamawianej partii towaru” zostały zastąpione słowami „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby maksymalny limit kary umownej był naliczany od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji jedynie nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy przed rozwiązaniem umowy w trybie §7 umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego b wykonania umowy?

Odp. §7 ust. Zapewnia.

ZESTAW 6

Dot. zadanie nr 48

1. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści dystraktor w wymiarze 14mm, 17mm, 20mm 23mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści dystraktorów w rozmiarze 14, 17, 20, 23 mm.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

2. **Czy Zamawiający zmieni termin określony w §1 ust. 3 pkt. 3.4 z „...godzin” na „... dni robocze”?** Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. **§1 ust. 4 i 5** - Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż zapis o sterylności nie dotyczy Zadania nr 48 zawierającego dystraktory podniebienne i elementy do nich?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. **Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia przez Wykonawcę wyrobów które znajdują się u niego w przechowaniu (§2 ust. 3, §3 ust. 12)?** Obecny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek ubezpieczenia wyrobów które znajdują się w przechowaniu u Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny z postanowieniami k.c. i ideą instytucji przechowania. Wykonawca może odpowiadać i ubezpieczyć wyroby jedynie do momentu odbioru ich przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności ubezpieczenia wyrobów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca musi posiadać m.in. takie informacje jak: miejsce przechowywania wyrobów, ilość zamków atestowanych, listę osób posiadających dostęp do pomieszczeń, środki zabezpieczeń ppoż oraz przed włamaniem itp. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o odstąpienie od wymogu ubezpieczenia wyrobów u Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wraża zgody.

5. **3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin utworzenia depozytu w siedzibie Zamawiającego do 5 dni roboczych?**

Odp. Zamawiający nie wraża zgody.

6. **Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?** Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiający nie wraża zgody.

7. **Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:**

- a. **Ust. 1 z 100zł na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru**
- b. **Ust. 1 z zmiana zdania 2 na „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości zamawianej i niedostarczonej partii towaru”,**
- c. **Ust. 3 z 100zł na 0,5% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki?**

d. Ust. 3 wykreślenie „godzin” przy karze umownej a pozostawienie tylko dni (na rozpatrzenie reklamacji czy dostarczenie wyrobów wolnych od wad przewidziane są dni a nie godziny)

e. Ust. 3 zd. 4 zmiana na „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru”

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353¹k.c.

w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.),

jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.).

W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednocześnie umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie.

Odp. Zamawiający nie wraża zgody.

8. Czy Zamawiający zmieni w §7 ust. 2 pkt 1 zwrot „każdego wadliwego działania” na „poważne, uzasadnione, zawinione”? Zwrot każde naruszenie umowy jest nieprecyzyjne i niejednoznaczne. Prosimy o doprecyzowanie jakie naruszenia umowy są zagrożone karą umowną i rozwiązaniem umowy oraz zmianę powyższego zwrotu na „poważne, uzasadnione, zawinione”.

Odp. Zamawiający nie wraża zgody.

9. Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2 pkt 3-8, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. §7 ust. 3 zapewnia.

ZESTAW 7

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 39

Czy zamawiający w pakiecie nr 39 dopuści klatkę typu TLIF o wymiarach : długości 27 mm i 32 mm, wysokości od 7-18mm, kąty Irdozy 6 stopni i 0 stopni? Pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

1. Dotyczy: Zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w powyższym pakiecie zestawów implantów do kręgosłupa o następujących parametrach:

- Implant elastyczny, niemetalowy do rozpierania wyrostków kolczystych,
- W instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkodzenia więzadła tylnego,
- Wysokości od 8mm do 14 mm ze skokiem co 2 mm,
- Mocowanie implantu za pomocą atraumatycznych linek będące jego integralną częścią i mocowanie tylko w przestrzeni międzykolczystej,
- Sterylny,
- Symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa,
- Materiał silikon,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy: Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w powyższym pakiecie zestawów implantów do kręgosłupa o następujących parametrach:

sterylny, jednorazowy zestaw zawierający:

- igłę dostępową Beveled lub Trocar 10G /11G do wyboru przez operatora
 - igłę zakrzywioną 13G umożliwiającą precyzyjne podanie cementu do całego trzonu, po obu stronach linii pośrodkowej, z dostępu unipedikularnego
 - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy
 - rękojeść pistoletowa posiadająca 120cm przewód łączący z redukcją ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką
- Cement PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem.

KOMPLET: 1 zestaw z igłą dostępową i zakrzywioną, zbiornikami i pistoletem do podawania cementu, 1 cement z mikserem

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy: Zadania nr 15

Czy Zamawiający dopuści zmianę w powyższym pakiecie dla zestawu o składowe zgodnie z poniższym:

- śruba fenestracyjna – 4szt
- pręt – 2szt.
- blokery – 4 szt.
- śrubokręt jednorazowy z opcją podawania cementu -4 szt.
- podajnik do cementu – 4 szt.
- mikser – 1 szt
- cement – 1 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Dotyczy: Zadania nr 43

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w powyższym pakiecie zestawów implantów do kręgosłupa o następujących parametrach:

Regulowana tytanowa klatka zastępująca trzon po jego usunięciu w odcinku piersiowo – lędźwiowym w przypadkach traumy, nowotworu lub niestabilności.

Klatka oferuje różnorodność średnicy centralnej obudowy oraz modułowy system nasad granicznych umożliwiających elastyczność w leczeniu z dostępu bocznego, przedniego oraz tylnego – bocznego.

Średnice centralnej obudowy klatki występują w zakresie 13,16,19,22,25 mm. System nasad granicznych jest możliwy do założenia od strony caudal i cephalad z opcją uzyskania kifozy lub lordozy. Opcje stopniowania nasad granicznych w zakresie 0 °, 4°, 8 °, 15 ° (wraz ze zmienną konfiguracją stopni po obu stronach protezy)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy: zadania nr 2

Pytanie 1 dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby stymulator głębokich struktur mózgu posiadał możliwość pracy w dwóch trybach: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stałonateżeniowy przy amplitudzie 0-25,5 mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla elektrody. Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5T u pacjentów z nowo zaimplantowanym systemem

Odp. Tak.

Pytanie 2 dot. zadania nr 2

Czy zamawiający dopuszcza łącznik do elektrody elastyczny o długościach 40, 60 lub 95 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. zadania nr 2

Czy zamawiający wymaga dodatkowych elementów zestawu do głębokiej stymulacji mózgu: kaniule do microrecordingu oraz tunelizator poza wymienionymi w załączniku 1a do SIWZ

Odp. Tak.

6. Dotyczy Zadania 5, pozycja 1, 4, 5 (zastawka niskoprofilowa z antysyfonem STANDARD/PEDIATR, nisko, średnio i wysokociśnieniowa)

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga zastawki niskoprofilowej o wysokości nie większej niż 8mm dla dorosłych oraz 6mm dla dzieci mierzonej w najwyższym miejscu zastawki?

Odp. Tak.

Pytanie 2, Zadanie 5, pozycja 1, 4, 5 (zastawka niskoprofilowa z antysyfonem STANDARD/PEDIATR, nisko, średnio i wysokociśnieniowa)


Czy Zamawiający wymaga zastawki niskoprofilowej ze zintegrowanym urządzeniem antysyfonowym – zastawka wraz z antysyfonem tworzą jedną całość.



Odp. Tak.

Pytanie 4, Zadanie 5, pozycja 2 (dren dokomorowy do drenażu)


Prosimy o dopuszczenie przezroczystego drena (możliwość podglądu drenowanego płynu) o średnicy zewnętrznej 4,9mm oraz średnicy wewnętrznej (światło drena) 2,6mm. Długość drena 35cm. Dren ze znacznikami odległości widocznymi w RTG.



Odp. Tak.

Pytanie 5, Zadanie 5, pozycja 3 (wymienny worek do drenażu)

Prosimy o dopuszczenie wymiennego worka do drenażu komorowego bez kranika do podłączenia czujnika komorowego. Kranik do podłączenia czujnika do pomiaru komorowego stanowi wyposażenie „zestawu do drenażu” a nie worka wymiennego (czujnik ciśnienia/kranik znajduje się na „linii pacjenta” nie na worku drenazowym)



Odp. Tak.

Pytanie 6, Zadanie 5, pozycja 7

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do drenażu komorowego, który będzie kompatybilny z posiadanymi przez Szpital słupkami drenażowymi z podwójną skalą ciśnienia (wyrażoną w mmHg oraz cmH2O) i poziomą laserową.

Odp. Tak.

Pytanie 7, Zadanie 5, pozycja 8

Czy Zamawiający wymaga zestawu do drenażu lędźwiowego zewnętrznego posiadającego zastawkę antyrefluksową oraz przewodnik drenu z ogranicznikiem długości w zestawie?

Odp. Tak.

Pytanie 8, Zadanie 6 – zastawka programowalna

Czy Zamawiający wymaga zastawki programowalnej ze zintegrowanym urządzeniem antysyfonowym - zastawka oraz antysyfon tworzą jedną całość?

Odp. Tak.

Pytanie 9, Zadanie 6 – zastawka programowalna

Czy Zamawiający wymaga zastawki programowalnej typu in line (hakim) lub burr –hole (pudenz) do wyboru na etapie składania zamówienia oraz aby zastawka umożliwiała wykonywania badań MRI do 3 Tesli bez konieczności blokady mechanizmu regulacji przepływu zastawki i ryzyko uszkodzenia zastawki.

Odp. Tak.

Pytanie 10, Zadanie 33 – materiały jednorazowe do neuronawigacji

Prosimy o dopuszczenie również markerów pasywnych do nawigacji pakowanych również po 1 sztuce w blistrze (obecnie wymagane tylko po 5 sztuk. Obecnie przy zapotrzebowaniu na 9 sztuk markerów otwierane są dwa opakowania po 5 sztuk z czego jeden nie zostaje zużyty).

Odp. Tak.

ZESTAW 9

Czy w zadaniu nr: 7 - Zestaw do stabilizacji międzywyrostkowej w odcinku lędźwiowym, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wg następującego opisu:

- półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty w kształcie litery U, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych;
- stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących;
- otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń;
- dostępny w dwóch różnych odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej;
- dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm;
- możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach;
- możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa;
- stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego;
- stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach;
- udostępnione kompletne instrumentarium do implantacji stabilizatorów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 10

1. Czy Zamawiający w zadaniu 9 – **Kosze szyjne z biomateriału wsuwalnych typu ACIF** dopuści kosze o wysokości od 4 do 9 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w zadaniu 11 - **zestaw do kyphoplastyki** zgodzi się na poniższe rozwiązanie? Zestaw do Kyphoplastyki. składający się z ręcznego wiertła 10G 7,75", zestawu strzykawek, balona, igieł dostępowych, kaniuli. Dodatkowo sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszanu wypełnienie cementem podajnika a następnie trzonu z tego samego urządzenia. Zestaw umożliwiający podłączenie do pompy wodnej. Podajnik o pojemności 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4cc cementu. W zestawie powinien znajdować się giętki przewód łączący podajnik z igłą (dł. ok. 40 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni Rtg. Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania cementu kostnego (min. 3), różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). Cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty do zębów zaraz po wymieszanu, zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru, oraz hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszanu składników. Zestaw składa się z cement , mieszalnik, kaniula 2szt , Zestaw strzykawek z balonem oraz igłą dostępową iVas (2 sztuki potrzebne), wiertło.

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający w zadaniu 18 - **Klatka szyjna do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej**, dla lepszych wyników pooperacyjnych oraz lepszego zrostu operowanego poziomu kręgosłupa dopuści klatki tytanowe o anatomicznym kształcie i wymiarach:

Od 5x12x14 do 9x12x14 i lordozie 6 stopni

Oraz od 5x14x17 do 9x14x17 i lordozie 6 stopni

Oraz od 6x14x17 do 8x14x17 i lordozie 10 stopni ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w zadaniu 23 - **Zestaw - klatka TLIF- do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej** dopuści klatki wykonane z PEEK o wymiarach 9x25 oraz 9x30mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w zadaniu 25 - Materiał hydroksyapatytowy do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci granulatu dopuści syntetyczny substytut kostny o objętości 15 cm³ w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w zadaniu 27 - Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych wymaga konieczności możliwości zastosowania prętów dynamicznych ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w zadaniu 29 - Zestaw koszy wsuwalnych typu PLIF stałych z biomateriału zgodzi się na alternatywną długość koszy wsuwalnych w rozmiarach 20-25 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w zadaniu 31 - Zestaw transpedikularnego do korekty kręgozmyku wymaga specjalne narzędzie do wprowadzania prętów i blokad - PERSUAIDERY UMOZLIWIAJACE REDUKCJE KREGOZMYKU ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający w zadaniu 39 - Zestaw klatek lędźwiowych do techniki TLIF dopuści klatki z PEEK o wymiarach 9x25 mm oraz 9x30 mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający w zadaniu 43 - Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego , zgodzi się na poniższe rozwiązanie?

Proteza trzonu kręgowego w odcinku piersiowo – lędźwiowym

Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umożliwiająca dystrakcję in situ. Tytanowa proteza trzonu umożliwiająca płynną, nieskokową dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep. Konstrukcja implantu umożliwiająca odtworzenie krzywizny kręgosłupa.

Implant zapewniający regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzenia do 3 segmentów kręgosłupa

Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm

W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych muszą znajdować się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem kostnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrykcyjnego implantu. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający w zadaniu 44 - Klatka międzytrzonowa typu TLIF-PLIF wykonanej z tytanu dla lepszych wyników pooperacyjnych oraz lepszego zrostu operowanego poziomu kręgosłupa dopuści klatki tytanowe o anatomicznym kształcie i wymiarach :

Od 5x12x14 do 9x12x14 i lordozie 6 stopni

Oraz od 5x14x17 do 9x14x17 i lordozie 6 stopni

Oraz od 6x14x17 do 8x14x17 i lordozie 10 stopni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 11

Pytanie do Zad 48 poz 1. Czy zamawiający dopuści dystraktor w rozmiarach 10mm,15mm,20mm ze śrubą blokującą wbudowaną w korpus dystraktora.

Odp. Zamawiający dopuści dystraktor w rozmiarze 10, 15, 20 mm z wbudowaną śrubą blokującą w korpus dystraktora, o ile dostawca dostarczy co najmniej 3 śrubokręty do blokowania tej śruby i do każdego dystraktora klucz dla pacjenta do rozkręcania dystraktora.

Pytanie do Zad 48 poz 2. Czy zamawiający dopuści dystraktor, który nie wymaga oddzielnej śruby blokującej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 27.04.2018r., do godz. 11:00 **na 07.05.2018r., do godz. 11:00,**
- **otwarcie ofert** – z 27.04.2018r. o godz. 11:30 **na 07.05.2018r. o godz. 11:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 07.05.2018r., do godz. 11:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego**

Małgorzata Usielska