



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: EP/220/25/2018/1

Data: 07.05.2018 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/25/018 pn. *Dostawa i uruchomienie echokardiografu dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZESTAW 1

Pytanie 01.

dot. III Funkcje użytkowe, pkt. 05.

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, z możliwością manualnego obrysu spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum?

Dodatkowo aparat posiada możliwość automatycznego obrysu spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 02.

dot. Wymagania dodatkowe, pkt. 04.

Czy zamawiający przez zapis „Dokonanie integracji Sprzętu do systemu PACS i RIS firmy Pixel posiadanego przez Zamawiającego” rozumie wykonanie konfiguracji oraz pomoc przy podłączeniu aparatu USG do PACS i RIS przez wykwalifikowanego inżyniera serwisu PHILIPS?

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada niezbędne licencje do podłączenia aparatu USG.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający jest w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy obsługi systemu RIS PACS. Zamawiający wymaga konfiguracji oraz pomocy przy podłączeniu aparatu USG do PACS i RIS przez wykwalifikowanego inżyniera serwisu PHILIPS.

Pytanie 03.

dot. Wymagania dodatkowe, pkt. 09.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie dokumentacji serwisowej przedmiotu umowy po upływie gwarancji?

Dodatkowo informujemy, że po upływie okresu gwarancji wykonawca zrealizuje szkolenie dla pracownika Zamawiającego w zakresie pełnego serwisowania dostarczonych wyrobów, a także osoba przeszkolona otrzyma Dokumentację serwisową i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentacji serwisowej po upływie okresu gwarancji

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94