

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



**Nasz znak:**  
**EP/220/24/2018/2**

**Data:**  
**16.05.2018r.**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/24/2018 pn.: Dostawa i uruchomienie mikroskopu okulistycznego dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 2**

#### **Dotyczy specyfikacji technicznej**

(ad. 3) Czy Zamawiający dopuści bardziej stabilną i ustawną podstawę w kształcie litery H o wymiarach 732 x 727 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

(ad. 4) Czy Zamawiający dopuści zasięg 1320 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

(ad. 5) Czy Zamawiający dopuści rotację ramienia poziomego 270 stopni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

(ad. 6) Czy Zamawiający dopuści rotację ramienia wychylnego 270 stopni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

(ad. 8) Czy Zamawiający dopuści manualne, precyzyjne, dwustopniowe pochylanie o zakresie - 70 do + 90 stopni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

(ad. 9) Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres ruchu modułu tj. 60 x 60 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

(ad. 10) Czy Zamawiający dopuści fokus o zakresie 50 mm?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

(ad. 13) Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez ręcznej zmiany powiększenia z wyświetlaniem powiększenia na ramieniu mikroskopu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

(ad. 14) Czy Zamawiający dopuści średnicę pola widzenia: 9 - 54,2 mm?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

(ad. 16, 17) Czy Zamawiający dopuści oświetlenie główne i koaksjalne 2 x LED 50 W ze światłowodem dla oddalenia źródła ciepła i konwekcji zanieczyszczeń od optyki mikroskopu i głowy pacjenta?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

(ad. 18) Czy Zamawiający dopuści nasadkę o regulowanym pochyleniu w szerszym zakresie tj. 200 stopni z okularami 10x z korekcją w zakresie -8/+5 D?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

(ad. 21) Czy Zamawiający dopuści okulary 12,5x?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

(ad. 22) Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisania 10 profili i skorzystania z menu w języku polskim?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

(ad. 25) Czy Zamawiający dopuści powierzchnię mikroskopu pokrytą specjalną w sposób umożliwiający łatwą i szybką dezynfekcję?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych**

***Małgorzata Szelańgiewicz***