

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/29/2018/1

Data:
25.05.2018r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/29/2018 pn.: Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii wraz z dzierżawą kriokonsoli dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Zadanie nr 13

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie, poza cewnikiem o długości 110 cm, dodatkowo cewnika w wersji Flutter, dedykowanego do ablacji cieśni, o długości 95 cm i zwiększonej stabilności bocznej. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 2

Dotyczy zadania nr 1:

1. Prosimy o dopuszczenie elektrod od producenta z USA SPEŁNIAJĄCYCH wszystkie wymogi SIWZ zaginających się jednokierunkowo.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy zadania nr 3:

2. Prosimy o dopuszczenie elektrod od producenta z USA SPEŁNIAJĄCYCH wszystkie wymogi SIWZ o długości 110 cm (wymagane 115 cm).

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego

Małgorzata Usielska

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94