

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ZETOM-CERT

**Nasz znak:**  
**EP/220/35/2018/2**

**Data:**  
**18.05.2018r.**

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/35/2018 pn.: Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 1**

#### **Zadanie nr 7. Wyroby ortopedyczne. Proteza stawu łokciowego**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści endoprotezę niezwiązaną składającą się z części ramiennej, części łokciowej, oraz komponentu ramiennego w wersji cementowanej. Część ramienna wykonana z CoCr, w 3 rozmiarach, anatomiczna (prawa, lewa), z możliwością zastosowania offsetu, z flanszą umożliwiającą zastosowanie podkładki kostnej. Część łokciowa do wyboru z długim lub krótkim trzpieniem, w 6 rozmiarach, anatomiczna (prawa, lewa), o przekroju prostokątnym.

Wkład polietylenowy w koponencie łokciowym nie grubszy niż 4 mm. Część łokciowa posiada również możliwość śródoperacyjnie na jej łatwe związanie, poprzez zastosowanie zatyczki łokciowej. Możliwość zastosowania głowy kości promieniowej składająca się z min. 2 długości trzpienia i min. 4 wielkości główek oraz ogranicznika cementu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **ZESTAW 2**

#### **Zadanie 2**

**POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty korowe do kości, średnica 4,5 mm, gniazdo sześciokątne, rozmiary od 12 do 74 mm.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej, średnica 6,5 mm, gniazdo sześciokątne, pełnogwintowane oraz częściowo gwintowane z długością gwintu od 16 do 32 mm, rozmiary od 25 do 120 mm.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Lokalizacja:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

**POZ. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty kostne samogwintujące dociskowe, średnica 4,5 mm, gniazdo sześciokątne, rozmiary od 25 do 80 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Groty Steinmanna o średnicy 4,5 mm, o długości od 150 do 225mm.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Grotowkręty Schanza samowiercą o średnicy od 2,5 do 4,5mm, o długości od 100 do 200 mm.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Druty Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3,0 mm i długości od 150 do 310 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

### **ZESTAW 3**

#### **Dotyczy regulacji zadania nr 4**

##### **Pytanie 1**

###### **Poz. 1 implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych stawu kolanowego**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści specyfikacji w zakresie pierwotnych paramentów SIWZ i dopuści produkt równoważny:

###### **1.1**

Płytką z 8 otworami wykonaną ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu.

###### **1.2**

Biochłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem (HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne

###### **1.3**

Biochłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne

###### **1.4**

Śruby tytanowe z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

##### **Pytanie 2**

###### **Poz. 2 kotwice barkowe**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści specyfikacji w zakresie pierwotnych paramentów SIWZ i dopuści produkt równoważny:

### **2.1**

Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki (rozmiar 6,5 mm) niewchłaniające, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator

### **2.2**

Kotwica niewchłaniana wbijano-wkręcana, wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni RTG, o średnicy 4,5; 5,5; 6,5mm zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane (rozmiary 5,5; 6,5mm), polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Po wkręceniu gwint licujący z korówką kości

### **2.5**

Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obróbka barkowego, samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłaniający, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator

### **2.6**

Kotwica z materiału biowchłaniającego z hydroksyapatytem, wbijana o średnicy 2,3 mm i 2,9 mm zaopatrzona w 1 nić #2 (średnica 2.3 mm i 2,9 mm) bądź 2 nitki #2 (średnica 2.9 mm), niewchłaniające, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści.

### **2.8**

Kotwica niewchłaniająca, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 2,9 mm. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitki po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitki w środku kotwicy.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie 3**

Czy zamawiający wydzieli z zadania 4 z pozycji 2- kotwice barkowe podpunkty:

2.3 Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości

2.4 Implant bezwęzłowy do naprawy bicepsa w części bliższej w wersji PEEK lub biokompozyt

2.7 Kotwica biowchłaniająca wkręcana do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości

2.9 Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do niestabilności stawu barkowego, implant kaniulowany, wkręcany jako osobne zadanie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, dopuszcza nie wymaga.**

### **Pytanie 4**

Czy zamawiający wydzieli z zadania 4 pozycję 3- dreny do pompy artroskopowej Dual Wave Arthrex jako osobne zadanie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie 5**

Czy zamawiający wydzieli z zadania 4 pozycję 4- ostrza do shavera jako osobne zadanie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **ZESTAW 4**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów ze średnicą rdzenia 1,9mm zamiast 2,4mm?

**Odp. Tak.**

2. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza o średnicy od 2,5mm do 6,0mm?

**Odp. Tak.**

3. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy od 1,0mm do 3,0mm i długości od 150 do 310 mm?

**Odp. Tak.**

#### **ZESTAW 5**

Pytanie nr 1 do ZADANIA NR 1

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 1 podpunkt trzeci jako oddzielne zadanie?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym z podpunktu 3 tworzy nowe zadanie nr 16.**

**Zadanie nr 1 otrzymuje brzmienie:**

##### **Zadanie nr 1. Implanty ortopedyczne CPV 33.18.31.00-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1	Implant dwuczęściowy do korekty paluchów młotkowatych część do paliczka środkowego 3,5 mm, część do paliczka bliższego 3,2 mm	2 kpl.
2	Implant dwuczęściowy do korekty paluchów młotkowatych część do paliczka środkowego 4,5 mm ,część do paliczka bliższego 3,2 mm	2 kpl.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet.**

**Zadanie nr 16 otrzymuje brzmienie:**

##### **Zadanie nr 16. Implanty ortopedyczne CPV 33.18.31.00-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1	Implant do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp	2 kpl.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w: poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, poprawionym Załączniku nr 1A do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, poprawionym Załączniku nr 1B do SIWZ: Wyroby medyczne wchodzące w skład depozytu, poprawionym Załączniku nr 2A do SIWZ: Wzór formularza asortymentowo-cenowego poprawione załączniki który zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsh.szczecin.pl](http://www.spwsh.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**W związku z powyższym, Zamawiający zmienia kwotę wadium dla zadania nr 1: z 220,00 PLN na 150,00 PLN., kwota wadium dla zadania nr 16 wynosi 70,00 PLN**

## **ZESTAW 6**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 3) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 14), których wzory przesyłamy w załączeniu?.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust. 8).

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 9:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę\* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **10%** wartości **brutto** zamawianej partii wyrobów medycznych, ale nie może być niższa niż **50 zł**.

\* za godzinę w przypadku dostaw „cito” oraz w przypadku uzupełnienia depozytu zapewnionego w ramach zadań: 1, 3, 4, 5, 13.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy zgodnie z zamówieniem szczegółowym złożonym przez Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 1 pkt 20-22 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego Przedmiotu Umowy poza obowiązującą Umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia

wyrobów medycznych do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen wyrobów medycznych powiększoną o **10%**, ale nie niższą niż **100 zł**.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego przez Wykonawcę zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,
  - wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy w miejsce reklamowanych wyrobów, wyroby wolne od wad lub odpowiednio brakujące wyroby - w ciągu 48 godzin za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50** zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

\*za godzinę w przypadku dostaw „cito”

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **10%** wartości **brutto** niedostarczonych, bądź wadliwych wyrobów medycznych.

4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w § 1 ust.14 lub § 4 ust. 9 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **250** zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub wadliwego instrumentarium**. Kara naliczana będzie odrębnie za każdy przypadek zwłoki w dostawie Instrumentarium lub zwłoki w usunięciu wady, usterki lub awarii Instrumentarium lub jakiegokolwiek jego części.
5. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 1) – 7), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy na dane zadanie.
9. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć **10%** wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy na dane zadanie.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **ZESTAW 7**

#### **Pytanie nr 1, dotyczy zadania 3**

Czy zamawiający wyłączy z pakietu punkt 1 i 6.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym z punktu 1 i 6 tworzy nowe zadanie nr 17.**

**Zadanie nr 3 otrzymuje brzmienie:**

#### **Zadanie nr 3. Implanty ortopedyczne do rekonstrukcji więzadeł, osprzet do artroskopii CPV 33.14.17.00-7**

<b>L.p.</b>	<b>Opis przedmiotu dostawy</b>	<b>Ilość</b>
1	<b>Mocowanie udowe</b>	50 szt.
2	<b>Mocowanie piszczelowe, skok gwintu duży</b>	40 szt.

3	<b>Mocowanie piszczelowe, skok gwintu mały</b>	10 szt.
4	<b>Biowchłaniaalny zestaw do szycia łąkotec</b>	
4.1	Wprowadzacz	60 szt.
4.2	Popychacz/obcinacz	10 szt.
4.3	Zszywki	150 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 17 otrzymuje brzmienie:**

**Zadanie nr 17. Implanty ortopedyczne do rekonstrukcji więzadeł, osprzęt do artroskopii CPV 33.14.17.00-7**

<b>L.p.</b>	<b>Opis przedmiotu dostawy</b>	<b>Ilość</b>
1	<b>System do rekonstrukcji artroskopowej więzadła krzyżowego przedniego</b>	
1.1	Śruba	10 szt.
1.2	Ostonka	10 szt.
2	<b>Elektroda do waporyzatora</b>	200 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w: poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, poprawionym Załączniku nr 1A do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, poprawionym Załączniku nr 1B do SIWZ: Wyroby medyczne wchodzące w skład depozytu, poprawionym Załączniku nr 2A do SIWZ: Wzór formularza asortymentowo-cenowego poprawione załączniki który zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwz.szczecin.pl](http://www.spwz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**W związku z powyższym, Zamawiający zmienia kwotę wadium dla zadania nr 3: z 6 500,00 PLN na 4 150,00 PLN., kwota wadium dla zadania nr 17 wynosi 2 350,00 PLN**

**Pytanie nr 2, dotyczy zadania 3**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 2 Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant.

**Odp. Nie.**

**Pytanie nr 3, dotyczy zadania 3**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 3 śrubą biowchłaniałną wykonaną z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzezroczyste.

**Odp. Nie.**

**Pytanie nr 4, dotyczy zadania 3**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 4 śrubę kompozytową: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy.

**Odp. Nie.**

**Pytanie nr 5, dotyczy zadania 3**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 5 zestaw do szycia łąkotki all inside, implant typu all suture. Nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem wprowadzana na podwójnym podajniku z oznaczeniem głębokości. Podajnik prosty lub zakrzywiony.

**Odp. Nie.**

**Pytanie nr 6, dotyczy zadania 4**

Czy zamawiający wyłączy z pakietu punkt 3 i 4 i 2.4.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym z punktu 3 i 4 i 2.4 tworzy nowe zadanie nr 18.**

**Zadanie nr 4 otrzymuje brzmienie:**

**Zadanie nr 4. Implanty ortopedyczne CPV 33.18.31.00-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1	<b>Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych stawu kolanowego</b>	
1.1	Mocowanie udowe	50 szt.
1.2	Mocowanie piszczelowe, skok gwintu duży	40 szt.
1.3	Mocowanie piszczelowe, skok gwintu mały	10 szt.
1.4	Śruba tytanowa z miękkim gwintem	10 szt.
2.	<b>Kotwice barkowe</b>	
2.1	Implant tytanowy gwintowany na całej długości	50 szt.
2.2	Implant w wersji Biocompozytowej i PEEK, gwintowany na całej długości	20 szt.
2.3	Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości	20 szt.
2.4	Kotwica tytanowa do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręcana	20 szt.
2.5	Kotwica biowchłaniaalna do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wbijana	20 szt.
2.6	Kotwica biowchłaniaalna wkręcana do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości	20 szt.
2.7	Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do naprawy niestabilności stawu barkowego, implant wbijany, kaniulowany	20 szt.
2.8	Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do niestabilności stawu barkowego, implant kaniulowany, wkręcany	20 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 18 otrzymuje brzmienie:**

**Zadanie nr 18. Implanty ortopedyczne CPV 33.18.31.00-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Implant bezwęzłowy do naprawy bicepsa w części bliższej w wersji PEEK lub biokompozyt	20 szt.
2.	<b>Dreny do pompy artroskopowej Dual Wave Arthrex</b>	
2.1	Dren INFLOW, jednoczęściowy główny do pompy I pacjenta	600 szt.
2.2	Dren odpływowy OUTFLOW, do pompy artroskopowej Dual Wave Arthrex alii, zakończony grotem o szer. 4mm.	20 szt.
3.	<b>Ostrza do shavera</b>	
3.1	Ostrze okrągłe, z 8 wyżłobieniami, 4,0 mmx13 cm, współpracujące z konsolą i rekojeścią do shavera adapteurtm Power System II ARTHREX	120 szt.
3.2	Ostrze Dysektor, 4,0 mmx 13 cm współpracujące z konsolą yui rekojeścia do shavera	30 szt.



adapteurtm Power System II ARTHREX	
------------------------------------	--

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w: poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, poprawionym Załączniku nr 1A do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, poprawionym Załączniku nr 1B do SIWZ: Wyroby medyczne wchodzące w skład depozytu, poprawionym Załączniku nr 2A do SIWZ: Wzór formularza asortymentowo-cenowego poprawione załączniki który zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwz.szczecin.pl](http://www.spwz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**W związku z powyższym, Zamawiający zmienia kwotę wadium dla zadania nr 4: z 6 200,00 PLN na 3 800,00 PLN., kwota wadium dla zadania nr 18 wynosi 2 400,00 PLN**

**Pytanie nr 7, dotyczy zadania 4**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 1.1 Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytką tytanową połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 8, dotyczy zadania 4**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 1.2 śrubą biochłaniałą wykonaną z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 9, dotyczy zadania 4**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 1.3 śrubę kompozytową: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 10, dotyczy zadania 4**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 1.4 Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 11, dotyczy zadania 4**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 2.1 i 2.5 Kotwica tytanowa 3mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku oraz Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 12, dotyczy zadania 4**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 2.2 Kotwica do barku wchłaniająca: polimer kwasu mlekowego i glikolowego, średnica 5,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.

**Odp.**

**Pytanie nr 13, dotyczy zadania 4**

Czy zamawiający dopuści w punkcie 2.2, 2.3,2.6,2.7,2.8,2.9 Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm, bezwęzłowa. Implant wkręcany.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 14, dotyczy zadania 7**

Czy zamawiający dopuści Endoprotezę łokcia składająca się z części ramiennej, części łokciowej i zawiasu łączącego.

Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną.

Flansa części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiającą zastosowanie podkładki kostnej.

Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym.

Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego.

Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczone w części ramiennej i łokciowej, zawias skręcany współosiowo.

Wzajemną rotację komponentów w zakresie 7 stopni.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr15, dotyczy zadania 9**

Czy zamawiający dopuści Proteza modułową głowy kości promieniowej bezcementową.

Średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18mm.

5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji.

**Odp. Nie.**

**ZESTAW 8**

Zadanie nr 14

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje ostrza kompatybilne o poniższych parametrach:

- poz. 1 - grubość 0,95 mm zamiast 0,87 mm

- poz. 3 – szerokość 19,05 mm zamiast 19,50 mm

- poz. 4 – ostrze piły posuwisto zwrotnej o grubości 1,2 mm zamiast 1,5mm, poniżej jego zdj.



**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**ZESTAW 9**

**Zadanie 9-zał. nr 1 i 1A i 1B do SIWZ**

**1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie endoprotezy głowy kości promieniowej wg poniższych parametrów:**

Endoproteza cementowa, modułarna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15<sup>0</sup> w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30<sup>0</sup>. Trzpień

standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°.

**Odp. Nie.**

2. **Zapis pod opisem oraz w §1 ust. 14 oraz w §7 ust. 6 umowy** - Z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu (5 kpl) z pakietu nr 9 (endoproteza głowy kości promieniowej) czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dostarczania instrumentarium na zabieg w terminie 2 dni roboczych od zamówienia?

**Odp. Tak.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki**

3. Czy Zamawiający w zał. nr 1A SIWZ w odniesieniu do asortymentu z pakietu nr 9 wyrazi zgodę na odstąpienie od dodatkowych skrzynek sterylizacyjnych do sterylizacji kompletów z uwagi na to, iż oferowane implanty (endoproteza głowy kości promieniowej) są sterylne?

**Odp. Nie.**

#### **Zadanie 14-zał. nr 1 i 1A i 1B do SIWZ**

1. Poz. 1. – Czy Zamawiający dopuści ostrze o wymiarach: długość 90 mm, szerokość 13 mm, grubość 0,95 mm ?
2. Poz. 3. – Czy Zamawiający dopuści ostrze o wymiarach: długość 90 mm, szerokość 19,05 mm, grubość 1,27 mm ?
3. Poz. 4. – Czy Zamawiający dopuści ostrze o wymiarach: długość 89 mm, grubość materiału 1,2 mm, grubość cięcia 1,7 mm ?

**Odp. Nie.**

#### **Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy- dotyczy zadania nr 9 i 14:**

1. **Czy Zamawiający zmieni termin określony w §1 ust. 13 z „ 24 godzin” na „2 dni robocze”?**

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. **Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia przez Wykonawcę wyrobów które znajdują się u niego w przechowaniu (§2 ust. 3, §4 ust. 4)?**

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek ubezpieczenia wyrobów które znajdują się w przechowaniu u Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny z postanowieniami k.c. i ideą instytucji przechowania. Wykonawca może odpowiadać i ubezpieczyć wyroby jedynie do momentu odbioru ich przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności ubezpieczenia wyrobów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca musi posiadać m.in. takie informacje jak: miejsce przechowywania wyrobów, ilość zamków atestowanych, listę osób posiadających dostęp do pomieszczeń, środki zabezpieczeń ppoż oraz przed włamaniem itp.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o odstąpienie od wymogu ubezpieczenia wyrobów u Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca ponadto uwagę, iż przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przechowania nie są adekwatne dla Depozytu i Instrumentarium, o których mowa w par. 3 i 4 Projektu Umowy. Zamawiający będzie bowiem nie tylko przechowywać wyroby wchodzące w skład Depozytu czy Instrumentarium ale również będzie ich używać (korzystać z nich zgodnie z ich przeznaczeniem).**

3. **§4 ust. 8-W celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia zakażeń szpitalnych ze zwracanych narzędzi (instrumentarium) przez Zamawiającego na osoby po stronie Wykonawcy prosimy o**

**odstąpienie od wymogu zwracania instrumentarium skażonego na rzecz instrumentarium poddanego dekontaminacji.**

**Odp. Tak.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**4. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odp. Tak.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**5. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:**

- a. **Ust. 1 z 100zł na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru**
- b. **Ust. 1 z zmiana zdania 2 na „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości zamawianej i niedostarczonej partii towaru”,**
- c. **Ust. 2 z 200zł na 50zł**
- d. **Ust. 3 z 100zł na 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki?**
- e. **Ust. 3 wykreślenie „godzin” przy karze umownej a pozostawienie tylko dni**
- f. **Ust. 3 zd. 4 zmiana na „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru”**
- g. **Ust. 4 z 500zł na 50zł za każdy dzień zwłoki?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art.353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednocześnie umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**6. Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2 pkt 1-6, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

➤ **rozdziale III SIWZ, gdzie pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 18 zadań (części).

➤ **rozdziale VIII SIWZ, gdzie pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

**1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:**

<b>Nr zadania</b>	<b>Kwota wadium</b>
<b>Zadanie nr 1</b>	<b>150,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 2</b>	<b>470,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 3</b>	<b>4 150,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 4</b>	<b>3 800,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 5</b>	<b>850,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 6</b>	<b>1 260,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 7</b>	<b>400,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 8</b>	<b>270,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 9</b>	<b>500,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 10</b>	<b>220,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 11</b>	<b>110,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 12</b>	<b>2 050,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 13</b>	<b>1 200,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 14</b>	<b>1 700,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 15</b>	<b>2 860,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 16</b>	<b>70,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 17</b>	<b>2 350,00 PLN</b>
<b>Zadanie nr 18</b>	<b>2 400,00 PLN</b>

**W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:**

- **termin składania ofert** – z 30.05.2018r., do godz. 11:00 na **05.06.2018r., do godz. 11:00,**
- **otwarcie ofert** – z 30.05.2018r. o godz. 11:30 na **05.06.2018r. o godz. 11:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 05.06.2018r., do godz. 11:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

➤ **rozdziale XIII SIWZ, gdzie pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

**1. Wybór oferty najkorzystniejszej dla każdej z części zamówienia, zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:**

**Zad.1, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18**

<b>Cena</b>	<b>- o wadze 60 %</b>
<b>Termin uzupełnienia depozytu, po każdym pobraniu elementów do wszczepienia</b>	<b>- o wadze 20 %</b>
<b>Termin płatności</b>	<b>- o wadze 20 %</b>

**Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:**

$$C = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena w ofercie ocenianej}} \times 60$$

**Termin uzupełnienia depozytu – 20 %**

**Sposób przyznania punktów w kryterium „termin uzupełnienia depozytu wyrobów medycznych, po każdym pobraniu elementów do wszczepienia”**

-Termin uzupełnienia depozytu wyrobów medycznych, po każdym pobraniu elementów do wszczepienia: do 24 h — 20 pkt.

-Termin uzupełnienia depozytu wyrobów medycznych, po każdym pobraniu elementów do wszczepienia: powyżej 24h do 48 h — 10 pkt.

-Termin uzupełnienia depozytu wyrobów medycznych, po każdym pobraniu elementów do wszczepienia: powyżej 48h do 72 h — 0 pkt.

maksymalny termin uzupełnienia depozytu wyrobów medycznych po każdym pobraniu elementów do wszczepienia wynosi 72 godziny

**Termin płatności - 20 %**

**Sposób przyznania punktów w kryterium „termin płatności”:**

- dla terminu płatności 30 dni — 0 pkt.

- dla terminu płatności 31 - 39 dni — 2 pkt.

- dla terminu płatności 40 - 49 dni — 6 pkt.

- dla terminu płatności 50 - 59 dni — 10 pkt.

- dla terminu płatności 60 dni — 20 pkt.

przy czym minimalny termin płatności to 30 dni.

przy czym maksymalny termin płatności to 60 dni

**Zad. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15**

**Cena - o wadze 60 %**

**Termin dostawy - o wadze 20 %**

**Termin płatności - o wadze 20 %**

**Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:**

$$C = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena w ofercie ocenianej}} \times 60$$

**Termin dostawy – 20 %**

**Sposób przyznania punktów w kryterium „termin dostawy”**

- dla terminu dostawy wynoszącego 5 dni roboczych – 0 pkt.
  - dla terminu dostawy wynoszącego 4 dni roboczych – 10 pkt.
  - dla terminu dostawy wynoszącego 3 dni roboczych – 20 pkt.
- przy czym minimalny termin dostawy to 3 dni roboczych.  
przy czym maksymalny termin dostawy to 5 dni roboczych

**Termin płatności - 20 %**

**Sposób przyznania punktów w kryterium „termin płatności”:**

- dla terminu płatności 30 dni – 0 pkt
  - dla terminu płatności 31 - 39 dni – 2 pkt
  - dla terminu płatności 40 - 49 dni – 6 pkt
  - dla terminu płatności 50 - 59 dni – 10 pkt
  - dla terminu płatności 60 dni – 20 pkt
- przy czym minimalny termin płatności to 30 dni.  
przy czym maksymalny termin płatności to 60 dni

**ZATWIERDZIŁ**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
Jan Ślósarek**