



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/36/2018/1

Data:
01.06.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/36/2018 pn.: Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do hemodializy dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe z błony syntetycznej polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 2,0 i 2,2m², spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe z błony syntetycznej polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 2,1 i 2,2m², spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 2, poz. nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe, suche, z błony syntetycznej polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni $\geq 2,2m^2$, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 1, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z błony syntetycznej polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 1,4m² i współczynnika ultrafiltracji: 15,2ml/hxmmHg, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 1, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z błony syntetycznej polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 1,8m² i współczynnika ultrafiltracji: 19,2ml/hxmmHg, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 1, poz. nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z błony syntetycznej polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 2,2m² i współczynnika ultrafiltracji: 24,2ml/hxmmHg, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z błony syntetycznej polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów sterylizowane bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 8, dotyczy zadania nr 1, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z błony syntetycznej polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 1,8m² i współczynnika ultrafiltracji: 14,6ml/hxmmHg sterylizowane bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 16, poz. 1 i 2

Czy zamawiający dopuście w pakiecie nr 16 dla pozycji nr 1,2 Rozmiar 14,5 Fr. - odległość od mufki do końcówki cewnika 15,19,23,27,31,35,42 cm. Rozmiar 16 Fr. - odległość od mufki do końcówki cewnika 19,23,27,31,35,42 cm. Pierścień wrastania tkanki SureCuff, pomaga w ograniczeniu migracji bakterii oraz zabezpiecza cewnik na swoim miejscu. Materiał cewnika - carbothane (elastyczność i miękkość dla większego komfortu pacjenta) Przepływ do 400 ml/min. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm - końcówka cewnika schodkowa, otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Cewnik z ramionami w dwóch wersjach: prostymi i zakrzywionymi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 15, poz. 1, 2 i 3

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 dla pozycji nr 1,2,3 Rozmiar 14,5 Fr. - długości od mufki do końcówki cewnika 15,19,23,27,31,35,42 cm; Rozmiar introducera 15 Fr. Pierścień wrastania w tkanki Sure Cuff, pomaga w ograniczeniu migracji bakterii oraz zabezpiecza cewnik na swoim miejscu. Prowadnik AIRGUARD z zaworem zmniejsza ryzyko zatoru powietrznego. Gładka, stożkowa, symetryczna końcówka, recyrkulacja poniżej 1%. Cewnik z ramionami w dwóch wersjach: prostymi i zakrzywionymi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 21 zestawów do hemodializy z cewnikami naczyniowymi wykonanymi z biokompatybilnego, termowrażliwego poliuretanu widocznego w RTG w rozmiarach:

Poz. 1) 12F x 15cm, 20 cm i 24 cm; poz. 2) 14F x 15 cm, 20 cm i 24 cm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści Koreczki Luer Lock z membraną bez lateksu umożliwiające wielokrotne podawanie leków?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy w rozmiarze 11,5 Fr i długościach 16,20,25 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający w pakiecie 12 wymaga cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy w rozmiarze 12 Fr i długości 20 cm inkorporowany jonami srebra w technologii Agion, która w sposób kontrolowany uwalnia jony srebra i dzięki czemu uzyskuje się dłuższy okres stosowania i większą trwałość?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13 wymaga cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy w rozmiarze 12 Fr i długości 15 cm inkorporowany jonami srebra w technologii Agion, która w sposób kontrolowany uwalnia jony srebra i dzięki czemu uzyskuje się dłuższy okres stosowania i większą trwałość?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści poz. 1:
cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy 11,5 Fr o długości 16,20,25 cm.
prowadnik J 0,038"x50cm, 0,038"x60cm
rozszerzacz 11,5Fr
igła prosta 6,5cm
zakrętki Luer Lock silikonowe,
strzykawka 5ml
skalpel?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści poz. 2:
cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy 14 Fr o długości 13,16,20 cm.
prowadnik J 0,038"x50cm, 0,038"x60cm, 0,038"x70cm
rozszerzacz 14Fr
igła prosta 6,5cm
zakrętki Luer Lock silikonowe,
strzykawka 5ml
skalpel?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 5

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 12 i 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 12 i 13 wysokiej klasy cewników do hemodializy firmy Arrow/Teleflex pokrytych powłoką antybakteryjną w postaci chlorheksydyna+sulfadiazyna srebra pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 21

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 21 wysokiej klasy cewników do hemodializy firmy Arrow/Teleflex o następujących parametrach:

Poz.1-Zestaw do kaniulacji żył z cewnikiem do hemodializy. Cewnik 2-światłowy do hemodializy 12 Fr/12,12 Ga/16cm,20 cm,25 cm W skład zestawu wchodzi conajmniej:

- igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm
- dodatkowa igła punkcyjna 20 Ga w miękkiej kaniuli 18 Ga/6,35 cm
- przewodnik druciany o średnicy 0,035", na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewodnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie przewodnika jedną ręką,
- 2-światłowy cewnik poliuretanowy
- strzykawka z otworem w tłoku 5 ml,
- rozszerzadło,
- skrzydełka mocujące,
- skalpel,
- gazik,
- koreczki

Poz.2- Zestaw do kaniulacji żył z cewnikiem do hemodializy. Cewnik 2-światłowy do hemodializy 14 Fr/10,10 Ga/tylko długości 15cm i 20 cm do wyboru przez Zamawiającego (bez długości 24cm) W skład zestawu wchodzi co najmniej:

- igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm
- dodatkowa igła punkcyjna 20 Ga w miękkiej kaniuli 18 Ga/6,35 cm
- przewodnik druciany ,na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewodnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie przewodnika jedną ręką,
- 2-światłowy cewnik poliuretanowy
- strzykawka z otworem w tłoku 5 ml,
- rozszerzadło,
- skrzydełka mocujące,
- skalpel,
- gazik,
- koreczki

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ Projektu umowy, par. 3 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki w dostawie. Obecnie wyznaczona wysokość kar jest zbyt duża, szczególnie że przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i kwota 100 zł może w niektórych przypadkach stanowić nawet 100% wartości zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ Projektu umowy, par. 3 ust. 3

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto towaru nie wymienionego w terminie, za każdy dzień zwłoki w wymianie. Obecnie wyznaczona wysokość kar jest zbyt duża, szczególnie że przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 32cm (długość od mufy- 27cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzaczem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcijnymi, usztywniaczem.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 32cm (długość od mufy- 27cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 32cm (długość od mufy- 27cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 8, dotyczy zadania nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 28cm (długość od mufy- 23cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 9, dotyczy zadania nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 36cm (długość od mufy- 31cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 10, dotyczy zadania nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 32cm (długość od mufy- 27cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 11, dotyczy zadania nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 28cm (długość od mufy- 23cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 12, dotyczy zadania nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 13, dotyczy zadania nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 14, dotyczy zadania nr 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm,

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnice J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 7

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zad.1. poz.2 dializator z błoną syntetyczną Polyamix, zbudowaną z trójwarstwowej mieszanki włókien polimerowych (poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu) suchy, nisko przepływowy o współczynniku ultrafiltracji mniejszym lub równym 14ml/h x mmHg , o powierzchni 1,7 m2, sterylizowany para wodną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zad.1. poz.3 dializator z błoną syntetyczną Polyamix, zbudowaną z trójwarstwowej mieszanki włókien polimerowych (poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu) suchy, nisko przepływowy o współczynniku ultrafiltracji mniejszym lub równym 21 ml/h x mmHg o powierzchni 2,1 m2, sterylizowany para wodną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 2, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zad.2 poz.1 dializatorów wysoko przepływowych z błoną Polyamix zbudowana z unikalnej trójwarstwowej mieszanki włókien polimerowych (poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu) o powierzchni 1,4 m2, suche, sterylizowane parą wodną ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 2, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zad.2 poz.2 dializatorów wysoko przepływowych z błoną Polyamix zbudowana z unikalnej trójwarstwowej mieszanki włókien polimerowych (poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu) o powierzchni 1,7 m2, suche, sterylizowane parą wodną ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 2, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zad.2 poz.3 dializatorów wysoko przepływowych z błoną Polyamix zbudowana z unikalnej trójwarstwowej mieszanki włókien polimerowych (poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu) o powierzchni 2,1 m2, suche, sterylizowane parą wodną ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 2, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zad.2 poz.4 dializatorów wysoko przepływowych z błoną Polyamix zbudowana z unikalnej trójwarstwowej mieszanki włókien polimerowych (poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu) o powierzchni 2,1 m2, suche, sterylizowane parą wodną ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 1

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Zadania 1 Poz.4 oraz co dałoby możliwość złożenia ofert przez więcej niż jednego dostawcę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8, dotyczy zadania nr 3, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zad.3 poz.1 dializatorów wysoko przepływowych z błoną Polyamix zbudowana z unikalnej trójwarstwowej mieszanki włókien polimerowych (poliaryletersulfonu, poliwinylolopirolidonu i poliamidu) o jednej powierzchni 2,1 m², suche, sterylizowane parą wodną ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 8

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 14, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej:

dla pozycji 1 – 23/38 cm

dla pozycji 2 – 27/32 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 9

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwichnięciu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długości 15 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 10

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 11, poz. 1

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długościach: 17 cm, 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 11

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz. 1 Zadanie nr 10 produkt: Cewnik dwuświatłowy 11Fr x 150mm, zagięty, prosty. Zestaw zawiera: cewnik, igła wprowadzająca, skalibrowany prowadnik z końcówką J 0,038 x 700, korki uszczelniające, rozszerzacz 11F x 150mm, opatrunek?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz. 1 Zadanie nr 11 produkt: Cewnik dwuświatłowy 11Fr x 200mm, zagięty, prosty. Zestaw zawiera: cewnik, igła wprowadzająca, skalibrowany prowadnik z końcówką J 0,038 x 700, korki uszczelniające, rozszerzacz 11F x 150mm, opatrunek?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 10 i 11

Czy zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wykazanego w Zadaniu nr 10 i zadaniu nr 11 zgodzi się na dostawę tego asortymentu tj. cewników w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub wielokrotności tych opakowań tj. po 5 szt. lub wielokrotność?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 12

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 14, poz. 2

Czy w Zadaniu 14 Zamawiający dopuści w pozycji 2 cewnik o długości 28cm zamiast 27cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 16, poz. 1

Czy w zadaniu 16 w poz. 1 Zamawiający dopuści Cewnik permanentny dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5 F x 45cm wykonany z delikatnego carbothanu z zakończeniem schodkowym ze szczelinami wycinanymi laserowo, długość od mufki do końca cewnika – 28cm – igła prosta – dilatator – prowadnik – prowadnik rozszerzalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 16, poz. 2

Czy w zadaniu nr 16 w poz. 2 Zamawiający dopuści Cewnik permanentny dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5Fr x 40cm wykonany z delikatnego carbothanu z zakończeniem schodkowym, ze szczelinami wycinanymi laserowo, długość od mufki do końca cewnika – 23cm –

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



igła prosta – dilator – przewodnik – przewodnik rozszerzalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 21, poz. 1 i 2

Czy w zadaniu 21 Zamawiający dopuści:

W poz. 1 – cewnik 11,5Fr dł. 16cm, 19,5cm, 24cm poliuretanowy, o silikonowych końcówkach oraz

W poz. 2 – cewnik 13,5Fr dł. 16cm, 19,5cm, 24cm poliuretanowy, o silikonowych końcówkach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Ponadto, mając na względzie obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- **Zamawiający dodaje w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział XVIII o następującym brzmieniu:**

„ROZDZIAŁ XVIII

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej - „RODO”)

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: skobel@spwsz.szczecin.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Niezależnie od postanowień pkt 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 5 i 6 powyżej, dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes Zamawiającego, którym jest:
 - 1) realizacja sprawozdawczości wewnętrznej – przy czym rezultaty przeprowadzonych analiz będą miały charakter zanonimizowany,
 - 2) realizacja kontroli wewnętrznej,
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane:

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- 1) dostawcom systemów IT służących obsłudze administracyjnej Zamawiającego,
 - 2) podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i consultingowe,
 - 3) podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, z którymi współpracuje Zamawiający.
9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
- 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
 - 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp.
13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
- 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - 3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

➤ **Ponadto Zamawiający dodaje w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzorce formularza ofertowego punkty 13, 14 i 15 o następującym brzmieniu:**

„13. Oświadczam(y), iż realizując zamówienie będę / będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”).”

„14. Oświadczam(y), że wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem / pozyskałiśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”

„15. Oświadczam(-my), że hasło do zaszyfrowanego pliku(ów) JEDZ przekazanego/przekazanych w formie elektronicznej jest następujące:

nazwa pliku: - hasło:

nazwa pliku: - hasło:

Wykonawca powinien podać dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego odszyfrowania danych zawartych w JEDZ

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2 do SIWZ – Wzorce formularza ofertowego który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 08.06.2018r., do godz. 10:00 na 20.06.2018r., do godz. 10:00,
- otwarcie ofert – z 08.06.2018r. o godz. 10:30 na 20.06.2018r. o godz. 10:30

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

- 1) **Oferty należy składać do dnia 20.06.2018r., do godz. 10:00,**
- 2) **Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.**

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018r. o godz. 10:30

w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 328 w budynku przy ul. Broniewskiego 2.”

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94