



Nasz znak:
EP/220/40/2018/2

Data:
12.06.2018r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/40/2018 pn.: Dostawa nici chirurgicznych, implantów(siatek), wosku do tamowania krwawień dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

DOTYCZY ZADANIA NR 25

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 25 w pozycji nr 1 igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 25 w pozycji nr 3 igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 25 w pozycji nr 7 nić 150 cm pętlę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

DOTYCZY ZADANIA NR 22

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22 w pozycji nr 2 igłę o długości 2x26 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22 w pozycji nr 5 igłę prostą pojedynczą o długości 1x75mm, nić o grubości 2/0 i długości 90 cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

DOTYCZY ZADANIA NR 21

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21 w pozycji nr 1 igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21 w pozycji nr 3 igłę odwrotnie tnącą o długości 24 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21 nić pokrytą powłoką złożoną z Poli (glikolido-co-laktydu) (30/70) oraz stearynianu wapnia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY ZADANIA NR 19

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 19 w pozycji nr 1 siatkę o rozmiarze 10x15 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 19 w pozycji nr 4-6 siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych, pachwinowych, częściowo wchłanialną wykonaną z wchłanialnego poliglekaprону i niewchłanialnego polipropylenu o czasie chłaniania 90-120 dni, gramatura 28 g po wchłonięciu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 19 w pozycji nr 4 siatkę w rozmiarze 6x11 cm lub 10x15 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 10 x 15 cm.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 19 w pozycji nr 7 siatkę okrągłą o średnicy 18 cm, lub siatkę w rozmiarze : 15 x 20 cm lub 20 x 20 cm lub 20 x 30 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 20 x 20 cm.

DOTYCZY ZADANIA NR 13

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 nić powlekaną kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 65% swojej pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie, a ponad 40% po trzech tygodniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 1 igłę okrągłą o zakończeniu tnącym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 2 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 5 igłę okrągłą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 6 nić o długości 75 cm, igłę okrągłą o zakończeniu tnącym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 6 igłę okrągłą tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 7 igłę okrągłą o zakończeniu tnącym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 9 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 9 igłę okrągłą o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

DOTYCZY ZADANIA NR 12

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12 w pozycji nr 1 nić o grubości 7/0 i długości 60 cm, igłę okrągłą o długości 2x10 mm i krzywiźnie 3/8 koła ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12 w pozycji nr 2 nić o grubości 7/0 i długości 4x75 cm, igłę okrągłą o długości 2x10 mm i krzywiźnie 3/8 koła, pakowane na prosto 4x75cm z przeliczeniem ilości zgodnie z SIWZ ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12 w pozycji nr 3 nić o grubości 7/0 i długości 60 cm, igłę okrągłą o długości 2x13 mm i krzywiźnie 3/8 koła ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12 w pozycji nr 4 nić o grubości 6/0 i długości 60 cm, igłę okrągłą o długości 2x10 mm i krzywiźnie 3/8 koła ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY ZADANIA NR 5

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 1 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 2 igłę odwrotnie tnącą i nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 3 igłę o krzywiźnie 1/2 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 wyłączenie pozycji nr 4 i 10 d innego pakietu, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert wybór najkorzystniejszej zarówno pod kątem ceny jak i jakości ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 5 igłę o krzywiźnie 1/2 koła i nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 6 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 7 igłę odwrotnie tnącą i nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 8 igłę odwrotnie tnącą o krzywiznie 1/2 koła i nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 9 igłę o długości 50 mm i nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 11 i 12 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 2

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniany, syntetyczny, monofilament poliamidowy, o zmniejszonej hydrofilności, który nie jest pakowany na mokro, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia dwuwkłęśła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 2, poz. 4, 8, 19

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu producenckiego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 2, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną, bez określenia dwuwkłęśła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 2, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, wchłanią, plecioną, syntetyczną, powlekaną, wykonaną z poliglaktyny (kwas glikolowy i mlekowy), o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, do operacji chirurgicznych oraz okulistycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z nicią o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, wchłanianą, plecioną, syntetyczną, powlekaną, wykonaną z poliglaktyny (kwas glikolowy i mlekowy), o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, bez powleczenia antybakteryjnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 4, poz. 2, 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 4, poz. 3, 4, 8, 11, 12, 16

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, bez określenia rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 4, poz. 15, 19

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści szew ze standardową igłą odwrotnie tnącą (która nie jest czarna)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dot. Zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, niewchłanianą, syntetyczną, plecioną, poliestrową, powlekaną silikonem, do operacji neurochirurgicznych i okulistycznych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 7, poz. 2, 6, 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanianą, monofilamentową, syntetyczną, wykonaną z poliglekaprону (kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu), o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 7 dniach, ok. 40% po 14 dniach i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia dwuwkłęśła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 10, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści szew z nicią o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 11, poz. 7, 8, 11

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu producenckiego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanianą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-

laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści nić bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 15

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 15, poz. 2

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji do przetargu szew bezbarwny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 15, poz. 4-8

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z nicią o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 19, poz. 7-9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7-9 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 19, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 55 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 23

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 3

1. Dot. zadanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tym zadaniu na szwy chirurgiczne sterylne, monofilamentowe, syntetyczne, wchłaniające, wykonane z glikonatu(glikolid, kaprolakton, węglan trimetyleny), wytrzymałość węzła 70-80% po 5 dniach od wszczęcia, 20-30% po 10 dniach od wszczęcia, całkowite wchłonięcie po 56 dniach, które to szwy aktualnie są w użyciu w przeprowadzanej przez Zamawiającego operatywie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. zadanie nr 15, poz.1,2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tych pozycjach na nici o długości 70cm, które są aktualnie używanymi szwami przez Zamawiającego w przeprowadzanej operatywie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. zadanie nr 15, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na nić bezbarwną, która jest aktualnie używanym szwem przez Zamawiającego w przeprowadzanej operatywie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. zadanie nr 17, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na taśmę o szerokości 3mm? Taśma będąca w ofercie naszej firmy nie posiada grubości USP z racji specyfiki budowy i zastosowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. treści SIWZ, rozdział VI, pkt 1, ppkt d) wraz z 1.1.,1.2.,1.3. oraz rozdział X, pkt1, ppkt f) wraz z 1.4.,1.5.,1.6., w odniesieniu do zapisów zawartych w treści Załącznika nr 1A do SIWZ dla zadań od nr. 1 do nr. 28: zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o jednoznaczne wskazanie, który z zapisów zastosowanych w ww. dokumentach przetargowych nt konieczności złożenia próbek oferowanych wyrobów medycznych, jest ostatecznie obowiązujący wykonawców, tzn. czy zapisy w treści SIWZ w brzmieniu: **„Próbki, o których mowa w pkt d) składane są wraz z ofertą, stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Niezłożenie próbek, o których mowa w lit. d) powyżej lub złożenie próbek niekompletnych skutkować będzie odrzuceniem oferty”** oraz **„Próbki, o których mowa w pkt f) składane są wraz z ofertą, stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Niezłożenie próbek, o których mowa w lit. f) powyżej lub złożenie próbek niekompletnych skutkować będzie odrzuceniem oferty”**, czy też zapisy zastosowane w treści Załącznika nr 1A do SIWZ dla zadań od nr. 1 do nr. 28, w brzmieniu: **„Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 10 dni, terminie próbek w ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania i pozycji, oraz dodatkowo które zostaną poddane testowaniu w asortymencie. Brak próbek spowoduje jej odrzucenie.”**

Odp. Zamawiający w piśmie EP/220/40/2018/1 z dnia 23.05.2018r. poinformował o zmianie załącznika nr 1A-1-1A-28 do SIWZ.

ZESTAW 4

Dotyczy zadania nr 19 poz. 1, 2, 3

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr 19 poz. 1, 2, 3 do osobnego zadania np. 19A. Podział pakietu nie narusza zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy § 1 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 3 ust.1, 3 wzoru umowy

Paragraf 3 ust. 1, 3 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki (§ 3 ust.1) oraz za nieterminowe dostarczenie reklamowanego zamówienia (§ 3 ust.3)...

Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar do wysokości kar ustawowych tj. do 0,5% za każdy dzień opóźnienia niezrealizowanego lub reklamowanego zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 3 ust. 5 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 20% wartości umowy na dane zadanie w przypadku rozwiązania umowy.

Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy o zmniejszenie wysokości kary do wysokości 10% wartości umowy na dane zadanie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Dotyczy: Zadanie nr 2

1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści szwy z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną II generacji dwuwkłęsłą, czarną Visiblack? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści szwy z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną II generacji dwuwkłęsłą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w poz. 21 dopuści szwy z igłą czarną Visiblack? Pozostałe parametry bez zmian.

4. Czy Zamawiający w poz. 24 dopuści szwy z igłą 31mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w poz. 25 dopuści szwy z igłą 31mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 3

6. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści szwy z igłą szpatułkową z mikroostrzem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 4

7. Czy Zamawiający w Zadaniu 4 (poz. 1-20) wymaga zaoferowania nici z powleczeniem antybakteryjnym - tj. powleczonych Triclosanem, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Nici z dodatkiem Triklosanu są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu obniżenia ryzyka zakażenia miejsca operowanego, niezależnie od rodzaju operacji.

Odp. Wymaga.

8. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści szwy z igłą czarną Visiblack? Pozostałe parametry bez zmian.

9. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści szwy z igłą okrągłą, wzmocnioną, rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 10

10. Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniu 10 (poz. 1-3) syntetyczny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny wykonany z poliglekapronu 25, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 14

11. Czy Zamawiający w Zadaniu 14 (poz. 1-16) wymaga zaoferowania nici z powleczeniem antybakteryjnym - tj. powleczonych Triclosanem, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Nici z dodatkiem Triklosanu są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu obniżenia ryzyka zakażenia miejsca operowanego, niezależnie od rodzaju operacji.

Odp. Wymaga.

12. Czy Zamawiający w poz. 3 (nitka o grubości 3/0) dopuści szwy z igłą pojedynczą? Pozostałe parametry bez zmian.

Zadanie nr 14. Szwy chirurgiczne. CPV 33.14.11.21-4

Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające, barwione, wykonane z polidoksanonu, antybakteryjne. Podtrzymywanie tkankowe 60%-80% po 14 dniach. Okres wchłaniania 182-238 dni.

L.p.	J. m.	Grubość nitki [USP]	Długość igły [mm]	Krzywizna igły	Przekrój igły	Długość nici [cm]	Ilość szaszetek
1	saszetka	2/0	2 x 26	1/2	okrągła	70-90	1 152
2	saszetka	3/0	26	1/2	okrągła	70-75	1 296
3	saszetka	2/0	2 x 26	1/2	okrągła	70	360
3	saszetka	3/0	2 x 26	1/2	okrągła	70	360
4	saszetka	3/0	2 x 30-31	1/2	okrągła	90	1 296
5	saszetka	4/0	16	3/8	tnąca, odwrotnie tnąca	45-70	1 476
6	saszetka	4/0	2 x 17	1/2	okrągła	70-90	360
7	saszetka	4/0	2 x 22	1/2	okrągła	70-90	648
8	saszetka	4/0	2 x 26	1/2	okrągła	70-90	72

9

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści szwy niebarwione z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęską? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści szwy niebarwione z igłą konwencjonalnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści szwy z igłą okrągłą, rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian

Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści szwy z igłą okrągłą, rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 6

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1, 3, 5:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **10%** wartości **brutto** zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż **50 zł**.

* za godzinę w przypadku dostaw „cito”

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 3 dni,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

w miejsce reklamowanych wyrobów, wyroby wolne od wad lub odpowiednio brakujące wyroby - w ciągu 2 dni.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **10%** wartości **brutto** niedostarczonych, bądź wadliwych wyrobów.

5. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości **brutto** umowy na dane zadanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

Zadanie nr 5, pozycja 2, 6-8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 39mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiznie 1/2 koła?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5, pozycja 5, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5, pozycja 5, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 19mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz palmitynian izopropylowy – 20%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 21, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 24mm 3/8 koła odwrotnie tnącą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 22, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 22, pozycja 5 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 25, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 25, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kształcie pętli o długości 150cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 25, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 50-60% po 7 dniach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 26, pozycja 1, 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

Dotyczy zadania nr 11

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 11 dopuści szew o długości 50cm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą 25mm i szew o długości 75cm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 16

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 poz. 1 dopuści szew odbarczający wykonany z poliestru o grubości USP: 5? Szew o długości 75cm zaopatrzony jest w dwie płytki silikonowe, dwa klipsy i dwie igły tnące 3/8 koła 100mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 21

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz. 3 dopuści igłę 25mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz. 2 i 3 dopuści również szew o długości 70cm? W przypadku pozycji nr 1 z tego pakietu dopuszczona została tolerancja długości nici (wymagane 70-75cm)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 9**Pytanie 1 dotyczy zadania 1 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz.2 szwu z igłą odwrotnie tnąca 3/8 koła 26 mm z nitką 2-0 o dł 75 cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy zadania 1 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz.3 szwu z igłą odwrotnie tnąca 3/8 koła 35 mm z nitką 2-0 o dł 90 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy zadania 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz.4 szwu z igłą odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm z nitką 2-0 o dł 75 cm lub szwu z igłą odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm z nitką 0 o dł 90 cm .

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy zadania 1 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz.6 szwu z igłą odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm z nitką 3-0 o dł 75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy zadania 1 poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz.10 szwu monofilamentowego, niewchłaniałne wykonanego z polibutestery (kopolimeu tereftalanu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) z igłą odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm z nitką 0 o dł 75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 dotyczy zadania 1 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz.11 szwu monofilamentowego, niewchłaniałne wykonanego z polibutestery (kopolimeu tereftalanu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) z igłą odwrotnie tnąca 1/2 koła 37 mm z nitką 0 o dł 75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 dotyczy zadania 1 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz.11 szwu z igłą odwrotnie tnącą 1/2 koła 37 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 dotyczy zadania 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 zamiast opisanych szwów, szwy o następujących parametrach : szwy wchłaniające wykonane z syntetyczny poliestru złożonego z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekanie mieszkanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i podtrzymwaniu tkankowym 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy zadania 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 2 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną 1/2 koła o dł. 37 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dotyczy zadania 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 4 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła o dł. 20 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dotyczy zadania 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 5 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła o dł. 17 mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm fioletową.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dotyczy zadania 3 poz. 6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 6,7 szwu z igłą szpatułką 1/4 koła 2x8,6 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy zadania 3 poz 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 8 szwu z igłą szpatułką 3/8 koła 2x6,3 mm z nitką 8-0 o dł. 30 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 dotyczy zadania 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz. 1 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 2x25 mm typu Cardiopoint z nitką 2-0 o dł. 90 cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 dotyczy zadania 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz. 3 szwu z igłą szpatułką 1/2 koła 2x8,6 mm z nitką 5-0 o dł. 45 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 dotyczy zadania 7 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz. 5 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną 1/2 koła 40 mm z nitką o dł. 5x75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 dotyczy zadania 7 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz. 8 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną ½ koła 27 mm z nitką 0 o dł. 75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18 dotyczy zadania 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 zamiast opisanych szwów, szwy o następujących parametrach : szwy wchłaniające wykonane z syntetyczny poliestru złożonego z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i podtrzymwaniu tkankowym 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 dotyczy zadania 9 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 poz. 7 podwiązki 4-0 o dł. 6x45 cm. W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązania prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20 dotyczy zadania 9 poz.19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 poz. 19 szwu niebarwionego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 dotyczy zadania 9 poz.20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 poz. 20 szwu z igłą okrągłą 5/8 koła 27 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22 dotyczy zadania 9 poz.27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 poz. 27 szwu z igłą okrągłą ½ koła o dł. 76 mm z nitką 2-0 o dł. 75cm. W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązania prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23 dotyczy zadania 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 13 zamiast opisanych szwów, szwy o następujących parametrach : szwy wchłaniające wykonane z syntetyczny poliestru złożonego z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i podtrzymwaniu tkankowym 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dotyczy zadania 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 13 poz. 1 szwu z igłą okrągłą ½ koła 26 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm lub z igłą okrągłą przyostrzoną ½ koła 26 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm,

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 dotyczy zadania 13 poz. 2,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 13 poz. 2,5 szwu z igłą okrągłą ½ koła 30 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dotyczy zadania 13 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 13 poz. 7 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną $\frac{1}{2}$ koła 37 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dotyczy zadania 15 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 4 szwu z igłą odwrotnie tnącą $\frac{3}{8}$ koła o dł. 26 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28 dotyczy zadania 15 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 4 szwu z igłą odwrotnie tnącą $\frac{3}{8}$ koła o dł. 30 mm z nitką 0 o dł. 75 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29 dotyczy zadania 15 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 6 szwu z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą $\frac{3}{8}$ koła o dł. 24 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 dotyczy zadania 15 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 7 szwu z igłą odwrotnie tnącą $\frac{3}{8}$ koła o dł. 30 mm z nitką 0 o dł. 75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31 dotyczy zadania 15 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 8 szwu z igłą odwrotnie tnącą $\frac{3}{8}$ koła o dł. 26 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32 dotyczy zadania 19 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 19 poz. 1-3 zamiast opisanych siatek siatki o następujących parametrach: Syntetyczna makroporowata siatka sterylna, niewchłaniająca z polipropylenu monofilamentowego, o zrównoważonej konstrukcji dzianej zapewniającej optymalną pracę z siatką, możliwość dopasowania do ściany brzucha i przycinania do wybranego rozmiaru bez strzępienia, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, Gramatura 46g/m², rozmiar porów 2,0 x 2,4 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 dotyczy zadania 19 poz. 4-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 19 poz. 4-6 zamiast opisanych siatek siatki o następujących parametrach: Lekka siatka częściowo wchłaniająca z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm w romairach 8x12cm, 15cmx15cm, 30cmx15cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43 dotyczy zadania 19 poz. 7-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 19 poz. 7-8 zamiast opisanych siatek siatki o następujących parametrach:

Syntetyczna siatka z poliestru monofilamentowego z efektem samoprzylegania, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Po stronie trzewnej zielony marker określający kierunek i położenie siatki. Poliester o gramaturze 66g/m² grubość 0,7mm, rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymiarów podanych w SIWZ.

Pytanie 44 dotyczy zadania 19 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 19 poz. 9 zamiast opisanych siatek siatki o następujących parametrach: Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłanianą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Gramatura 79g/m², grubość 1,9 mm, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, makroporowatość 2,4mm x 2,0mm okrągła o średnicy 4,6 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 dotyczy zadania 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 21 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach: szwy wykonane z wchłaniającego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszkanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczępienia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczępienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46 dotyczy zadania 21 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 21 poz. 2 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła o dł 27 mm z nitką 2-0 o dł 75 cm lub szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm z nitką 0 o dł. 75 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza szew z igłą okrągłą 1/2 koła o dł 27 mm z nitką 2-0 o dł 75 cm.

Pytanie 47 dotyczy zadania 21 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 21 poz. 3 szwu z igłą odwrotnie tnąca 3.8 koła 26 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 dotyczy zadania 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 25 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), wykazujące minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczępieniu. Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 180 dni.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 49 dotyczy zadania 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 25 poz.1 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła o dł. 17 mm z nitką 5-0 o dł 75 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50 dotyczy zadania 25 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 25 poz.7 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła o dł. 40 mm z nitką 1 o dł 90 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 51 dotyczy zadania 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 28 szwu wchłaniającego z aplikatorem laparoskopowym 2-0 o dł. 52 cm wykonanego z syntetyczny poliestru złożonego z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszkanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i podtrzymwaniu tkankowym 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczępienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 10

1. Dot. zapisów zawartych w treści poprawionego Załącznika nr 1A-1-1A-28 do SIWZ: zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy złożenie oferty przetargowej z użyciem tego załącznika, który na każdej stronie stanowiącej jego treść, nosi oznakowanie w brzmieniu „znak sprawy: EZP/220/40/2018”, w postępowaniu przetargowym, gdzie treść SIWZ nosi oznakowanie na każdej ze stron w brzmieniu „znak sprawy: EP/220/40/2018”, będzie uznane za zgodne z zapisami treści SIWZ, pomimo rozbieżności zapisów zawartych w treści dot. znaku sprawy w obu dokumentach?
2. Dot. zapisów zawartych w treści Załącznika nr 2 do SIWZ: zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy złożenie oferty przetargowej z użyciem tego załącznika, który na każdej stronie stanowiącej jego treść, nosi oznakowanie w brzmieniu „znak sprawy: EZP/220/.../2018”, w postępowaniu przetargowym, gdzie treść SIWZ nosi oznakowanie na każdej ze stron w brzmieniu „znak sprawy: EP/220/40/2018”, będzie uznane za zgodne z zapisami treści SIWZ, pomimo rozbieżności zapisów zawartych w treści dot. znaku sprawy w obu dokumentach?
3. Dot. zapisów zawartych w treści Załącznika nr 2A do SIWZ: zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy złożenie oferty przetargowej z użyciem tego załącznika, który na stronie stanowiącej jego treść, nosi oznakowanie w brzmieniu „znak sprawy: EZP/220/.../2018”, w postępowaniu przetargowym, gdzie treść SIWZ nosi oznakowanie na każdej ze stron w brzmieniu „znak sprawy: EP/220/40/2018”, będzie uznane za zgodne z zapisami treści SIWZ, pomimo rozbieżności zapisów zawartych w treści dot. znaku sprawy w obu dokumentach?
4. Dot. zapisów zawartych w treści Załącznika nr 2B do SIWZ: zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy złożenie oferty przetargowej z użyciem tego załącznika, który na stronie stanowiącej jego treść, nosi oznakowanie w brzmieniu „znak sprawy: EZP/220/.../2018”, w postępowaniu przetargowym, gdzie treść SIWZ nosi oznakowanie na każdej ze stron w brzmieniu „znak sprawy: EP/220/40/2018”, będzie uznane za zgodne z zapisami treści SIWZ, pomimo rozbieżności zapisów zawartych w treści dot. znaku sprawy w obu dokumentach?
5. Dot. zapisów zawartych w treści Załącznika nr 5 do SIWZ: zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy złożenie oferty przetargowej z użyciem tego załącznika, który na stronie stanowiącej jego treść, nosi oznakowanie w brzmieniu „znak sprawy: EP/220/.../2018”, w postępowaniu przetargowym, gdzie treść SIWZ nosi oznakowanie na każdej ze stron w brzmieniu „znak sprawy: EP/220/40/2018”, będzie uznane za zgodne z zapisami treści SIWZ, pomimo rozbieżności zapisów zawartych w treści dot. znaku sprawy w obu dokumentach?

Odp. Zamawiający informuje, iż znak sprawy EP/220/40/2018 dotyczy wszystkich załączników do SIWZ.

Zmiany zostały naniesione w: poprawionym Załączniku nr 1A-1-1A-28 do SIWZ, poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ, poprawionym Załączniku nr 2A do SIWZ, poprawionym Załączniku nr 2B do SIWZ oraz poprawionym Załączniku nr 4 i 5 do SIWZ, poprawione załączniki zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Ponadto, mając na względzie obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w ten sposób, że w części „OŚWIADCZENIA”:

- dodaje pkt 9 i 10 oraz 17:

9. Oświadczam(y), iż realizując zamówienie będę / będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”).
10. Oświadczam(y), że wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem / pozyskailiśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

17. Oświadczam(y), że hasło do zaszyfrowanego pliku(ów) JEDZ przekazanego / przekazanych w formie elektronicznej jest następujące:

nazwa pliku:- hasło:

nazwa pliku:- hasło:

....

**Wykonawca powinien podać dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego odszyfrowania danych zawartych w JEDZ*

- ponadto Zamawiający dodaje pkt. 14, 15:

14. Wadium o wartości zł (słownie: zł/100 gr), zostało wniesione w dniu, w formie:

15. Proszę (prosimy) o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp, na następujący rachunek:

W wyniku dokonanej zmiany – dotychczasowy pkt 9 staje się pkt 11, dotychczasowy pkt 10 staje się pkt 12, dotychczasowy pkt 11 staje się pkt 13, dotychczasowy pkt 12 staje się pkt 16.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu ofertowym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 21.06.2018r., do godz. 11:00 na 29.06.2018r., do godz. 11:00,

- otwarcie ofert – z 21.06.2018r. o godz. 11:30 na 29.06.2018r. o godz. 11:30.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XVIII SIWZ, gdzie dotychczasowa jego treść zostaje zastąpiona następującą treścią:**

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: skobel@spwsz.szczecin.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Niezależnie od postanowień pkt 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 5 i 6 powyżej, dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes Zamawiającego, którym jest:
 - 1) realizacja sprawozdawczości wewnętrznej – przy czym rezultaty przeprowadzonych analiz będą miały charakter zanonimizowany,
 - 2) realizacja kontroli wewnętrznej.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane:
 - 1) dostawcom systemów IT służących obsłudze administracyjnej Zamawiającego,
 - 2) podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
 - 3) podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, z którymi współpracuje Zamawiający.
9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
 - 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp.
13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
 - 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - 3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”,

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 29.06.2018r., do godz. 11:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego**

Małgorzata Usielska