



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Znak sprawy:
EP/220/28/2017/3

Data:
20.10.2017r.

WYJAŚNIENIE, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/28/2017, pn. Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu, a ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłuża termin składania ofert.

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 6

Dotyczy SIWZ, Rozdział VI, pkt 10.1

1. Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 1A i 1B do siwz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (wymagania dodatkowe: szkolenia, wykonanie prac adaptacyjnych), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje dostarczenia wspomnianych w pytaniu powyżej materiałów informacyjnych **na wezwanie**, a nie wraz z ofertą, składaną w wyznaczonym w SIWZ terminie. Jeśli tak, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wskazania numerów stron z katalogów w kolumnie nr 3 Załącznika nr 1A i 1B?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział VI pkt 10 ppkt 1) Zamawiający potwierdza oraz podtrzymuje wymóg podanie nr strony z katalogu w kolumnie 3 załącznika 1A i 1B do SIWZ.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Dotyczy Załącznika nr 1A i 1B:

3. **Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ, Pkt 111** - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co może wydłużyć czas importu nawet do 5 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie prawidłowej diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego to w takich przypadkach może się zdarzyć, iż wymiana importowanej części wraz z niezbędnymi testami odbędzie się siódmego dnia. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. **Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ, Pkt 113** - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym prosimy o zmianę treści punktu 114 i nadanie mu brzmienia:

„Możliwość maksymalnie 2 awarii o tych samych objawach, w przypadku wystąpienia trzeciej awarii tego samego podzespołu wymiana podzespołu na nowy”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu 113 w zaproponowanym brzmieniu.

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

5. **Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 1. „Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° projekcji/obrót/element dla najkrótszego oferowanego czasu obrotu, Największa wartość-20 pkt, Najmniejsza wartość (nie mniej niż 1900/projekcji /obrót/ element) 0 - pkt, Pozostałe proporcjonalnie”**

Częstotliwość próbkowania jest z jednym z elementów przekładających się na rozdzielczość obrazu. Rozdzielczość tą Zamawiający punktuje w parametrze 21 niniejszego załącznika. Tak więc przyznawania jeszcze punktów za jeden z elementów potrzebny do uzyskania tej rozdzielczości wydaje się być oczywistą omyłką. W związku z powyższym prosimy o poprawienie tej omyłki i wykreślenie parametru z elementów ocenianych, lub alternatywnie zredukowanie ilości punktów do 5 pkt, tak jak innych technologii pośrednich potrzebnych do uzyskania wartości docelowych np. pkt 18 ilość nastaw poziomu redukcji dawki potrzebnej do uzyskania jak najniższej dawki w badaniu w pkt 22.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji

6. **Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 2. „Rzeczywista moc generatora, Największa wartość -80 pkt, najmniejsza wartość (nie mniej niż min. 72 kW) -0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie”**

Zamawiający w parametrach 29, 30, 48, 49, 50, 51, 52 załącznika nr 1A do SIWZ pokazuje, że najważniejsza dla niego jest optymalizacja dawki przy uzyskaniu jak najlepszego obrazu. Aby to osiągnąć Zamawiający nie będzie ustawiał maksymalnych możliwych parametrów prądowo-napięciowych na tomografie, czyli nie będzie korzystał z maksymalnej, tylko z optymalnej, mocy generatora. Tak więc przyznawania tak duże liczby punktów tj. 80 pkt w tym parametrze za maksymalną moc generatora wygląda na oczywistą omyłkę. Szczególnie, że żaden z parametrów jakościowych/ergonomicznych czy poprawiających bezpieczeństwo nie ma tak wysokiej punktacji. W związku z powyższym prosimy o poprawienie tej omyłki na 10 pkt, tak jak innych parametrów opisujących dawkę czy jakość obrazu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji.

7. **Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 21 „Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie X/Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie 0 % MTF, w polu akwizycyjnym 50 cm min. 15 pl/cm, Największa wartość 20 pkt, Graniczna wartość 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie”**

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby przy podaniu oferowanej rozdzielczości podać tryb i parametry akwizycji obrazu w tym kolimację, dla której osiągnięta jest taka rozdzielczość?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

8. **Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 39 „Szkolenie pracowników szpitala min 2 osoby z wykonywania napraw oraz przeglądów aparatu. Potwierdzone imiennym certyfikatem przez autoryzowany serwis producenta. Po okresie gwarancji możliwość zakupu części zamiennych bez wykupowania usługi serwisowej według cen katalogowych producenta z maksymalnie 10% marżą.”**

Pracownicy szpitala są standardowo szkoleni z konserwacji i prawidłowej eksploatacji sprzętu, w tym jak przeprowadzać testy kontroli jakości urządzenia. Jednakże do pełnego przeglądu technicznego i naprawy potrzebują specjalistycznego sprzętu i specjalistycznej wiedzy, którą to serwisanci producenta nabywają poprzez wieloletnie długie szkolenia, wyjazdy i praktykę. Czy w związku z tym Zamawiający zechciałby zrezygnować z tego wymogu lub zmniejszyć mu wagę punktową do 20pkt?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z udzielonymi odpowiedziami dla zestawu 10 modyfikuje załącznik 1B do SIWZ poz.39 i przyjmuje ona brzmienie:

39.	Szkolenie pracowników szpitala min. 2 osoby z wykonywania napraw oraz przeglądów aparatu. Potwierdzone imiennym certyfikatem przez autoryzowany serwis producenta. Po okresie gwarancji możliwość zakupu części zamiennych bez wykupowania usługi serwisowej według cen katalogowych sprzedaży Wykonawcy z upustem 10%. TAK - 55 pkt NIE - 0 pkt	
-----	---	--

9. **Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 40 „Długość udzielanej gwarancji na cały przedmiot dostawy minimum. 24 miesiące., 24 m-ce – 0 pkt., 36 m-cy – 10 pkt., 48 m-cy – 20 pkt.”**

Umieszczenie zasad oceny za gwarancję sprawia mylne wrażenie, że punkty za długość gwarancji będą przyznawane zarówno w kryterium „Parametry jakości”, jak i później w kryterium „Okres gwarancji”.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że punkty za gwarancję nie wliczają się do kryterium oceny „Parametry jakości (pozacenowe) - 20 %” a są one jedynie wyjaśnieniem sposobu przyznawania punktów za okres gwarancji w kryterium „Okres gwarancji”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż pozycje 1-39 załącznika 1B do SIWZ opisują parametry jakościowe, natomiast poz.40 załącznika odnosi się do kryterium oceny „okres gwarancji”.

10. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIII „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w części dotyczącej “Okres gwarancji – 20%**

Sposób przyznania punktów w kryterium "okres gwarancji"

- dla terminu gwarancji wynoszącego 24 m-ce – 0 pkt
 - dla terminu gwarancji wynoszącego 36 m-cy – 10 pkt
 - dla terminu gwarancji wynoszącego 48 m-cy – 20 pkt
- Przy czym minimalny termin dostawy to 24 miesiące."**

Pragniemy zauważyć, że ustawienie tak wysokiej wagi kryterium Okres Gwarancji – 20% powoduje, że Wykonawcy, którzy będą aż o 33% drożsi (relacja 20% za gwarancję do 60% za cenę) i zaoferują dłuższą gwarancję są w stanie wygrać niniejsze postępowanie. I zgodnie z zasadami oceny taka oferta będzie musiała być wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Może to skutkować sytuacją, w której, przy kilku ofertach w budżecie przekroczenie jednego z oferentów budżetu nawet o 33% i zaoferowanie długiej gwarancji pozwoli mu być ofertą najlepszą.

Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje przekroczenie budżetu o 33% lub alternatywnie czy Zamawiający nie zechciałby zmniejszyć wagę kryterium do 5% co będzie stanowić 8,3% wartości przedmiotu Zamówienia, a co stanowi realną cenę za wydłużenie okresu gwarancji, na rzecz oceny technicznej (zmiana z 20% na 35%)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wagę kryterium „okres gwarancji” zgodnie z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający poprawiona oczywista omyłkę pisarską dotyczącą minimalnego terminu gwarancji. Zapis przyjmuje brzmienie:

„Sposób przyznania punktów w kryterium "okres gwarancji"

- dla terminu gwarancji wynoszącego 24 m-ce – 0 pkt
 - dla terminu gwarancji wynoszącego 36 m-cy – 10 pkt
 - dla terminu gwarancji wynoszącego 48 m-cy – 20 pkt
- Przy czym minimalny termin gwarancji to 24 miesiące."**

11. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ w części STACJE LEKARSKIE – 3szt.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że opisane funkcjonalności oprogramowań klinicznych w punktach 71-93 mają być dostępne jednocześnie dla trzech użytkowników pracujących na trzech dostarczanych stacjach lekarskich?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ w części STANOWISKA OPISOWE W OPARCIU O SERWER POSTPROCESSINGOWY DO KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI CT.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że na 7 stanowiskach zdalnych (z terenu lokalizacji Zamawiającego) lekarze na oddziałach będą korzystać z funkcjonalności oprogramowań klinicznych w opisanych w punktach 71-76 i które mają być dostępne jednocześnie dla wszystkich nich na wszystkich 7 stanowiskach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

13. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ pkt 26. „Szybkość skanowania spiralnego min. 175 mm/s”

Czy Zamawiający może potwierdzić, że dla zaoferowanej szybkości skanowania spiralnego będzie wymagał podania szerokości kolimacji detektora [mm], wartości pitch i prędkości obrotu lampy [s] dla której ta szybkość jest osiągnięta? Pozwoli to Zamawiającemu wyliczyć prawidłowość podanej szybkości (zgodnie ze wzorem = szerokość kolimacji detektora * pitch / czas obrotu) i uniknąć sytuacji, w której oferenci będą podawać szybkość przesuwu blatu, która nie będzie możliwa do wykorzystania w skanowaniu spiralnym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ pkt 105 „Dostawa awaryjnego zasilacza UPS umożliwiającego dokończenie rozpoczętego skanowania przez zaoferowany aparat KT”

Pragniemy zauważyć, że czasy skanowań na tomografach 64-rzędowych sięgają rzędu kilku sekund, a więc ryzyko zaniku zasilania w trakcie skanowania jest znikome, natomiast proces rekonstrukcji obrazu, jego przesyłania trwa minuty i to utrata danych obrazowych jest zagrożona podczas takiego zaniku.

Dodatkowo tak potężne systemy UPS wymagają wymiany ogniów akumulatorowych co 2 lata i dodatkowych pomieszczeń technicznych z układami chłodzenia by zapewnić im wymagane środowisko pracy.

Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje UPSa którego zadaniem będzie podtrzymanie zasilania

- konsoli operatorskiej, tak aby zakończyła ona proces rekonstrukcji i zapisu/przesłania obrazów oraz bezpieczne zamknięcie systemu
 - systemu chłodzenia lampy, w celu uniknięcia sytuacji przegrzania lampy w wyniku zaniku zasilania
- Dopuszczenie niniejszego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu zredukować koszty zakupu i utrzymania tak dużego UPSa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje punkt 105 załącznika 1A do SIWZ i przyjmuje ono następujące brzmienie :

„Dostawa zasilacza UPS, którego zadaniem będzie podtrzymanie zasilania konsoli operatorskiej, tak, aby zakończyła ona proces rekonstrukcji i zapisu/przesłania obrazów oraz bezpieczne zamknięcie systemu oraz podtrzymanie systemu chłodzenia lampy, w celu uniknięcia sytuacji przegrzania lampy w wyniku zaniku zasilania lub dostawa awaryjnego zasilacza UPS umożliwiającego dokończenie rozpoczętego skanowania przez zaoferowany aparat KT.”

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

15. Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 512 kbit/s, ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu Ipsec?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zapewni łącze internetowe ze stałym adresem IP oraz posiada urządzenie typu firewall umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu Ipsec.

16. W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP, umożliwiając zestawienie tunelu VPN typu Ipsec?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 15.

17. Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 15.

18. Czy Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

19. **Pkt 112** - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co może wydłużyć czas importu nawet do 5 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie prawidłowej diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego to w takich przypadkach może się zdarzyć, iż wymiana importowanej części wraz z niezbędnymi testami odbędzie się

siódmego dnia. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

20. **Pkt 114** - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym prosimy o zmianę treści punktu 114 i nadanie mu brzmienia:

„Możliwość maksymalnie 2 awarii o tych samych objawach, w przypadku wystąpienia trzeciej awarii tego samego podzespołu wymiana podzespołu na nowy”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu 113 w zaproponowanym brzmieniu.

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:

21. **Par. 4 ust. 12** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tego punktu następującego zdania: „W przypadku wymiany części zamiennych przedmiotu umowy gwarancja na tę część kończy się wraz z końcem gwarancji na przedmiot umowy”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. **Par. 4 ust. 13** - Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie par. 4 ust. 13 Wzoru Umowy lub zmianę zapisu *„własnym staraniem lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi” na „poprzez zlecenie ich usunięcia innemu autoryzowanemu podmiotowi”.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania.

23. **Par. 7 ust. 1 pkt 5** - W naszej opinii zaproponowana w punkcie 5 kara umowna jest rażąco wysoka. Dodatkowo Zamawiający w par. 7 ust. 1 pkt 2 zapewnia sobie możliwość naliczania kar umownych za opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy. Zwracamy się zatem z prośbą o usunięcie punktu 5 ze wzoru umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania.

24. **Par. 7 ust. 1 pkt 8** - Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż kara umowna za odstąpienie od umowy wynosi max. 10% wartości przedmiotu umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną opisaną w punkcie 8 do przyjętego w branży poziomu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania.

25. **Par. 7 ust. 6 i 7** - Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy będzie ukształtowana zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przeciwnie, rozszerzające rozumienie tego zapisu umowy prowadziłyby do naruszenia równowagi stron.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania.

ZESTAW 7

1. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed terminem złożenia ofert?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyznacza termin na przeprowadzenie wizji lokalnej na dzień 25.10. g.10, zbiórka przed budynkiem administracyjno –gospodarczym (dział techniczny), ul.Sokołowskiego klatka 11E. Zamawiający wymaga wcześniejszego potwierdzenia obecności na wizji lokalnej poprzez dokonanie zgłoszenia imiennego na maila: panka@spwsz.szczecin.pl do dnia 24.10 do godziny 15.

2. W zakresie robót budowlanych przewidzianych do wykonania Zamawiający wyszczególnił jedynie wykonanie kanałów kablowych oraz posadzki PCV. Zamawiający nie wspomina o wykończeniu ścian i stropu, oświetleniu, wentylacji, klimatyzacji etc. Czy roboty te wykonuje firma realizująca remont i adaptacje pomieszczeń w ramach oddzielnego zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z dokumentacją projektową, załącznik 1C do SIWZ.

3. Według dokumentacji wymiar kanałów kablowych w warstwie posadzki to 20x7cm. Czy w przypadku potrzeby zwiększenia głębokości kanałów konstrukcja stropu pod pracownią na to pozwala?

ODPOWIEDŹ: Maksymalna możliwa głębokość kanałów to 7 cm.

4. **Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 29**

Wnosimy o doprecyzowanie brzmienia wymogu punktu w sposób eliminujący dwuznaczność sformułowania, w sposób następujący:

29.	Możliwość wykonywania badań naczyniowych w trybie CTA 4D, z redukcją dawki, w zakresie minimum 30 cm
-----	--

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonywało badanie angiograficzne w czasie rzeczywistym, z zastosowaniem algorytmu optymalizującego dawkę.

5. **Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 33**

Wnosimy o doprecyzowanie brzmienia wymogu punktu w sposób jednoznacznie definiującego wymagania dotyczące sposobu wykonywania zabiegów fluoroskopii, w sposób następujący:

33.	Fluoroscopia z ekranem zawieszonym sufitowo, zapewniająca podgląd dla osób wykonujących zabiegi interwencyjne, w czasie rzeczywistym z częstotliwością min. 8 klatek/s, przy użyciu pedału nożnego (Monitor spełniający aktualne wymagania dla monitorów przeglądowych w TK zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego)
-----	--

ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie parametru.

6. **Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt.106**

Wnosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje zaoferowanie systemu podtrzymywania UPS dla konsoli operatorskiej tomografu czy też całego aparatu tomografu komputerowego, co znacząco podniosłoby koszt systemu UPS?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 14 z zestawu 6.

7. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 60

Obsługa minimum 10 stanowisk lekarskich jednocześnie; w tym 3 szt. stacji lekarskich wymaganych i oferowanych w postępowaniu oraz dostęp z minimum 7 stanowisk zdalnych (z terenu lokalizacji Zamawiającego) bez spowolnienia pracy i ograniczeń licencyjnych
Z uwagi na częściowo zdalny charakter pracy lekarzy opisujących badania,
czy Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystanie puli licencyjnej z terenu lokalizacji Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 11 i 12 z zestawu 6.

8. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 72-94

APLIKACJE KLINICZNE DOSTĘPNE NA WSZYSTKICH STANOWISKACH OPISOWYCH JEDNOCZEŚNIE

Zaawansowane aplikacje kliniczne są dostarczane w modelu licencjonowania per jednoczasowy dostęp. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:

- czy Zamawiający ma na myśli po 3 licencje dla każdej funkcjonalności opisanej w punktach 72-94, co znacząco podniesie koszty systemu?
- czy Zamawiający ma na myśli po jednej licencji dla każdej funkcjonalności z możliwością dostępu z każdego stanowiska opisowego?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 11 i 12 z zestawu 6.

9. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 107

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/hasel/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/utrzymania przedmiotowego urządzenia.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe. Wykonawca nie będzie miał prawa pobierania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy licencji na oprogramowanie serwisowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

10. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 114

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę awarii o tych samych objawach na awarię tego samego podzespołu, ponieważ tomograf komputerowy to skomplikowany sprzęt i awarie o tych samych objawach mogą być skutkiem równych usterek?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 4 z zestawu 6.

11. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §1 ust. 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

12. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §1 ust. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: *„Zamawiający zakłada, że wydanie Zezwolenia ZPWIS nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w §2 ust. 12 §2 ust. 3 pkt. 1 poniżej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek następstwa niewydania Zezwolenia ZPWIS wynikłego z przyczyn innych, aniżeli zawinione przez Wykonawcę.?”*

W obecnie wskazanym punkcie umowy brak jest mowy o protokole.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w **poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy**, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

13. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §2 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z w/w punktu zapisu o treści: *„W toku czynności Odbioru Końcowego Wykonawca, w obecności przedstawicieli Zamawiającego zaprezentuje sposób jego użytkowania Tomografu Komputerowego, prezentując zastosowanie wszystkich funkcjonalności, opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.”*

Taki może być czasochłonny i w standardowych czasach może nie być na to czasu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §2 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 ~~10~~ powyżej, Wykonawca sporządzi protokół odmowy dokonania odbioru, wskazując w nim przyczyny odmowy odbioru całości lub części Przedmiotu Umowy oraz, według własnego wyboru:[...]”*

W obecnie wskazanym punkcie umowy brak jest mowy o protokole.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis na następujący:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający sporządzi protokół odmowy dokonania odbioru, wskazując w nim przyczyny odmowy odbioru całości lub części Przedmiotu Umowy oraz, według własnego wyboru:[...]”

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

15. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §2 ust. 13

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania praw i obowiązków stron, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:*

- 1) *jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,*
- 2) *jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,*
- 3) *jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.*
Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie ustalonym powyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §4 ust. 12

Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §4 ust. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „*Postanowienia ust. 11 pkt 2) stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Tomograf Komputerowy stanowiący Przedmiot Umowy w okresie obowiązywania gwarancji utraci właściwości, które Wykonawca zaoferował w Ofercie, lub których spełniania Zamawiający wymagał w Załączniku nr 1 do Umowy.*”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis na następujący:

„*Postanowienia ust. 11 pkt 2) stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Tomograf Komputerowy stanowiący Przedmiot Umowy w okresie obowiązywania gwarancji utraci właściwości, które Wykonawca zaoferował w Ofercie, lub których spełniania Zamawiający wymagał w Załączniku nr 1 do Umowy.*”

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

18. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §4 ust. 24

Prosimy o doprecyzowanie że powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewni 5 letnią dostępność części zamiennych.

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dziesięcioletniej dostępności części zamiennych dla całego przedmiotu zamówienia, jeżeli taką częścią jest komponent komputerowy wykonawca może zaproponować komponent nowszy, lecz kompatybilny z przedmiotem zamówienia. Na przykład nowszy komputer stacji technika lub stacji lekarskiej.

19. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §5 ust. 1

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania zapisów, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „*zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.*”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę, iż rękojmia i gwarancja, jakości są dwoma odrębnymi reżimami odpowiedzialności.

20. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §6 ust. 1, pkt. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia” „zwłoką” – tak by Wykonawca ponosił negatywne konsekwencje przekroczenia terminów z przyczyn przez siebie zawinionych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §6 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, że zasady rozliczenia stron w przypadku odstąpienia będą wynikać z bezpośredniego zastosowania kc.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazuje, iż w braku odrębnej regulacji umownej należy stosować, na podstawie odesłania z art. 139 ust. 1 PZP, właściwe przepisy KC.

22. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia” „zwłoką” – tak by Wykonawca ponosił negatywne konsekwencje przekroczenia terminów z przyczyn przez siebie zawinionych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu dla kar umownych w wysokości 10% wartości zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 2 pkt. f)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy? Jest on trudny do realizacji przez potencjalnych wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 2 pkt. h)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy? Większość ubezpieczycieli nie wyraża zgody na wystawienie polis OC zawierających ochronę od czystych strat finansowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

26. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 2 pkt. i)

Czy Zamawiający potwierdza, że w/w zapis dotyczy ubezpieczenia OC wykonawcy za szkody wyrządzone przez podwykonawców?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

27. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 2 pkt. j)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia **lub potwierdzenia o niezaleganiu z opłacaniem składki**, o którym mowa w ust. 1 powyżej wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed podpisaniem niniejszej umowy. Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wnioski ubezpieczeniowy

stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje). W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na kolejny okres, a na żądanie Zamawiającego także ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje), wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) - nie później niż na 3 dni przed końcem umowy ubezpieczenia na okres poprzedni/ przed upływem terminu płatności składki. W przypadku umowy ubezpieczenia dopuszczającej zgłaszanie roszczeń w okresie ubezpieczenia wymóg ten obowiązuje w okresie co najmniej 3 lat po zakończeniu niniejszej umowy.?"

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy a w szczególności jego ostatniego zdania?

Ubezpieczyciel OC Wykonawcy nie będzie przedstawiał bezpośrednio osobom trzecim (lub na ich żądanie za pośrednictwem Wykonawcy) zaświadczeń lub informacji o wysokości aktualnej sumy gwarancyjnej, ani informacji o szkodach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ostatniego zdania zapisu §9 ust. 7 .

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 1 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

ZESTAW 8

1. Dotyczy SIWZ Rozdział VI. 10.1)

Czy z uwagi na to, że w katalogach, folderach, specyfikacjach technicznych zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) prosimy o dopuszczenie potwierdzenia parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy lub Producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza oświadczenie Producenta.

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VI SIWZ (Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) pkt 10 ppkt 1) i przyjmuje następujące brzmienie:

1) opisujących przedmiot zamówienia (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne) – w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim oferowanego asortymentu, podając nr pozycji, pozwalających na potwierdzenie spełnienia każdej wymaganej wartości, określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 1A i 1B. W przypadku braku możliwości potwierdzania wymaganych parametrów w ogólnodostępnych katalogach/folderach Zamawiający dopuszcza złożenia oświadczenia przez Producenta.

2. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 8

Wnosimy o modyfikację zapisu na: „Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 250 kg”.

Punktowanie mocy generatora oraz profil oddziało wskazuje, że Zamawiający dużą wagę przykładają do pacjentów bariatrycznych. Rośnie odsetek pacjentów bariatrycznych w społeczeństwie, stół z udźwigniem 250kg odpowiada na te potrzeby.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

3. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ PARAMETRY SKANU p. 27

Czy zamawiający dopuści urządzenie z szybkością skanowania spiralnego min 140mm/s? Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane powyżej.

4. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ PARAMETRY OBRAZU p. 39

Czy zamawiający ma na myśli zapis „max 5 mm, zamiast min 5mm”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza i modyfikuje punkt 38 załącznika 1A do SIWZ.

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

5. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ KONSOLA OPERATORA p. 45

Czy zamawiający dopuści urządzenie z systemem archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania? Obecne zapisy uniemożliwiają nam udział w przetargu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane powyżej.

6. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ p. 60

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 60 i późniejszych, Zamawiający wymaga by wszystkie aplikacje kliniczne (podstawowe i zaawansowane) były jednocześnie dostępne dla wszystkich wymaganych 10 jednoczesnych użytkowników systemu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 11 i 12 zestawu 6.

7. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ p. 83

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oprogramowanie do perfuzji mózgu z prezentacją map perfuzji w oparciu o przekroje aksjalne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane powyżej.

8. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ p. 85

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oprogramowanie do badań perfuzyjnych z prezentacją map perfuzji w oparciu o przekroje aksjalne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane powyżej.

9. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 1

Wnosimy o podniesienie oceny kluczowego parametru, jakim jest częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° projekcji/obrót/element dla najkrótszego oferowanego czasu obrotu.

Parametr ten, tak jak rzeczywista moc generatora, ma ogromny wpływ na jakość obrazowania, zgodnie z zasadą działania tomografu komputerowego, większa ilość projekcji pozwala poprawić jakość obrazowania.

Proponowana ocena:

Największa wartość – 80 pkt,

Najmniejsza wartość (nie mniej niż 1900 projekcji/obrót/element) – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 2

Wnosimy o modyfikację oceny, parametr oceniany jest nieproporcjonalnie wysoko w stosunku do oceny innych parametrów stanowiących o jakości uzyskiwanych wyników badań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 3

Wnosimy o modyfikację zapisu na: „Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panela montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia”, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 4

Wnosimy o usunięcie oceny tego parametru. W praktyce jest to funkcja bardzo rzadko wykorzystywana, z uwagi na ograniczoną widoczność, ograniczoną przekątną ekranu, konieczność weryfikacji wprowadzanych danych ze skierowaniem, zczytanie pacjentów w worklisty. Tego typu programowanie badań może znacząco wpływać na obniżenie bezpieczeństwa dla pacjenta i wzrost ryzyka popełnienia błędu.

Wprowadzenie oceny tego parametru promuje rozwiązania wybranych producentów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 5

Wnosimy o modyfikację zapisu na: „Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu oraz komunikaty głosowe w języku polskim informujące o konieczności wstrzymania oddechu”. Pacjentami korzystającymi z badań tomograficznych często są osoby starsze, niedowidzące, dla których ważniejsze od wyświetlacza sekund są klarowne komunikaty głosowe pozwalające na dobrą współpracę pacjenta z technikiem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 6

Wnosimy o modyfikację zapisu na: „Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 250 kg”.

Punktowanie mocy generatora oraz profil oddziało wskazuje, że Zamawiający dużą wagę przykładają do pacjentów bariatrycznych. Rośnie odsetek pacjentów bariatrycznych w społeczeństwie, stół z udźwigniem 250kg odpowiada na te potrzeby.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ PARAMETRY SKANU p. 16

Wnosimy o modyfikację zapisu parametru ocenianego na:

„Maksymalna wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] z korekcją stożka”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ PARAMETRY SKANU p. 17

Wnosimy o modyfikację punktacji na:

Największa wartość 20 pkt

Najmniejsza wartość 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych służy do precyzyjnego doboru dawki do anatomii badanego pacjenta. Precyzyjny dobór dawki umożliwia jej ograniczenie, co wyraża się troską o jego zdrowie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ PARAMETRY OBRAZU p. 21

Wnosimy o zmianę zapisu na: „Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określonej statystycznie lub wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm”.

Metoda wizualnego pomiaru jest standardem w tomografii komputerowej, pozwala na wykrywanie niskiego kontrastu. Ma to swoje odzwierciedlenie w wytycznych MITA. Ograniczeniem metody statystycznej jest brak możliwości zastosowania jej z iteracyjną rekonstrukcją, którą Zamawiający wyspecyfikował w tym postępowaniu. Wykorzystywanie metody statystycznej jest znamienne dla jednej firmy. Taki zapis może naruszać zasady uczciwej konkurencji w tym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego:

Szybkość chłodzenia anody min. 1000 kHU/min

Szybkość chłodzenia anody wpływa na wydajność badań, czyli wydajność systemu.

Proponowana ocena:

> 1500 – 20 pkt

= 1500 – 0 pkt

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego:

Wartość prądu anodowego dla małego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV

Wartość prądu anodowego małego ogniska jest bardzo istotna przy badaniach z dużą rozdzielczością, obok powierzchni małego ogniska, wpływa bardzo istotnie na funkcjonalność aparatu.

Proponowana ocena:

Największa wartość 20 pkt

Graniczna wartość 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego:

Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (w odniesieniu do izocentrum)

Jest to niezwykle istotny parametr przekładający się bezpośrednio na szybkość skanowania.

Proponowana ocena:

≥40mm – 80 pkt

<40 – 0 pkt (nie mniej niż 38mm)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego:

Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512

Rozdzielczość matrycy rekonstrukcyjnej ma bezpośredni wpływ na szczegółowość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych oraz pewność stawianej diagnozy.

W związku z powyższym, ze względu na wagę parametru prosimy o wprowadzenie punktacji dla parametru "matryca rekonstrukcyjna".

Proponowana ocena:

$\geq 1024 \times 1024$ - 20 pkt

$< 1024 \times 1024$ - 0 pkt

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego:

Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV

Jest to jeden z kluczowych parametrów wpływający na jakość obrazowania oraz badania pacjentów bariatrycznych.

Proponowana ocena:

> 600 mA – 80 pkt

≤ 600 mA – 0 pkt (nie mniej niż 550kV)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego:

Minimalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n]

Proponowana ocena:

Najmniejsza wartość 10 pkt

Największa wartość 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego:

Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ≥ 120 kV przy użyciu fantomu CATPHAN, (16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna), dla standardowych protokołów badania.

Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, przy rekonstrukcji FBP: (W przypadku podawania przez producenta dawek dla dwóch filtrów podać obie wartości. Do oceny będzie brana wartość wyższa)

Proponowane parametry i oceny:

Dla peryferii fantomu head (16 cm) (Podać w mGy/100 mAs)

Proponowana ocena:

Najmniejsza wartość 10 pkt

Największa wartość 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

Dla środka fantomu head (16 cm) (Podać w mGy/100 mAs)

Proponowana ocena:

Najmniejsza wartość 10 pkt

Największa wartość 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

Dla peryferii fantomu body (32 cm) (Podać w mGy/100 mAs)

Proponowana ocena:

Najmniejsza wartość 10 pkt
 Największa wartość 0 pkt
 Pozostałe proporcjonalnie
 Dla środka fantomu body (32 cm) (Podać w mGy/100 mAs)
 Proponowana ocena:
 Najmniejsza wartość 10 pkt
 Największa wartość 0 pkt
Pozostałe proporcjonalnie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 9

- 1) Wnoszę o rezygnację przez Zamawiającego z wymaganego złącza DisplayPort downstream
 Wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność obsługi połączenia szeregowego na złączu Display Port downstream przy zachowaniu wymogu trzech autonomicznych stacji lekarskich jest nadmiarowa i nieuzasadniona funkcjonalne. Zapętlenie monitorów w tzw. „daisy chain” nie znajduje zastosowania na stacjach opisowych z uwagi na ryzyko utraty jakości przesyłanego obrazu. Monitory połączone w ten sposób będą wyświetlały ten sam obraz ograniczając autonomię radiologów przy ocenie obrazów medycznych. Jednocześnie wymagany przez Zamawiającego parametr wyróżnia rozwiązanie jednego producenta, wpływa tym samym na ograniczenie konkurencji.
 Wnioskuje o korektę zapisów na następujące:
 „Wymagane złącza nie mniej niż:
 - 1x DVI-D,
 - 1x DisplayPort upstream,
 - 1x USB upstream,
 - **2 x USB downstream”.**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1A do SIWZ, punkt 68 na następujące:

<p>Monitory medyczne kolorowe diagnostyczne min. 21,3” 2MP (2 sztuki do każdej stacji – razem 6 szt.) lub jeden monitor min 30” 4MP (razem 3szt.), (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265), z późniejszymi zmianami) Wymagane złącza nie mniej niż: - 1x DVI-D, - 1x DisplayPort upstream, - 1x USB upstream, - 2 x USB downstream wraz z możliwością obsługi połączenia szeregowego na złączu Display Port. Rozdzielczość naturalna nie mniejsza niż 1200 x 1600 Ilość wyświetlanych kolorów - 10 bitów (DP) - 1,07 miliarda kolorów 8 bitów - 16,77 miliona z palety 68 miliardów kolorów</p>	
---	--

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

ZESTAW 10

Dotyczy Załącznika nr 1B – punkt 39:

1. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie aparatów, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Tomograf komputerowy, stanowiący przedmiot niniejszego postępowania, jest urządzeniem, którego używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie napraw i przeglądów serwisowych tego typu urządzeń wymaga odbycia zaawansowanego i często długotrwałego przeszkolenia, posiadania specjalistycznych narzędzi i sprzętu. Szkolenia takie odbywają się odpłatnie, poza granicami Polski i co do zasady nie obejmują użytkowników urządzeń.

Mając na względzie powyższe zwracamy się ponownie do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkoleń serwisowych, w zakresie napraw i przeglądów okresowych, alternatywnie wskazanie, że w zakres zobowiązania wchodzi podstawowe szkolenie:

Szkolenie pracownika szpitala z zakresu konserwacji i wykonywania podstawowych napraw aparatu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu punktu 39 w zakresie dotyczącym możliwości zaoferowania zakupu części zamiennych z 10% marżą. Z uwagi na fakt, iż w obecnym brzmieniu wspomniany zapis jest niejednoznaczny i może być interpretowany w rozbieżny sposób przez różnych Wykonawców, prosimy o zmianę treści punktu 39 w tym zakresie i nadanie mu brzmienia: „Po okresie gwarancji możliwość zakupu części zamiennych bez wykupowania usługi serwisowej według cen katalogowych sprzedaży Wykonawcy z upustem 10%”.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez ceny katalogowe producenta z maksymalnie 10% marżą, zwłaszcza, iż u niektórych producentów ceny katalogowe mogą nie występować, lub pojęcie „ceny katalogowej” może być różnie rozumiane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1A do SIWZ, punkt 39 na następujące:

	Szkolenie pracowników szpitala min. 2 osoby z wykonywania napraw oraz przeglądów aparatu. Potwierdzone imiennym certyfikatem przez autoryzowany serwis producenta.	
39	Po okresie gwarancji możliwość zakupu części zamiennych bez wykupowania usługi serwisowej według cen katalogowych sprzedaży Wykonawcy z upustem 10%.	
	TAK - 55 pkt NIE - 0 pkt	

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf

komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia poprawiony 2 załącznik 1A do SIWZ w poz. 94 i 95 w zakresie podania nr załącznika, na który się powołuje. Tym samym pozycję tę przyjmują następujące brzmienie:

Poz.94 Dostawca wykona niezbędne prace **instalacyjne** związane z instalacją i dostosowaniem pomieszczeń (Gabinet TK, pomieszczenie technika, sterownia) do wymogów ustawowych oraz zgodnie z **załącznikiem numer 1C do SIWZ** opisującym Zakres i standard wykonywanych prac.

Poz.95 Dostawca wykona projekt osłon stałych wraz z uzgodnieniem w WSSE i dostosowaniem pomieszczeń do jego wymogów w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1C do SIWZ (pomieszczenie tomografu sterownia pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenia otaczające).

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: *Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf komputerowy*, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- **termin składania ofert** – z 30.10.2017., do godz. 9:00 na **07.11.2017 r., do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 30.10.2017 r. o godz. 9:30 na **07.11.2017 r. o godz. 09:30.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds Lecznictwa**

prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek