



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

**Znak sprawy:**  
**EP/220/50/2018/1**

**Data:**  
**21.06.2018 r.**

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/50/2018, pn. „Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne i niemedyczne, dozowniki na mydło, myjnia dezynfektor dla Oddziału Geriatrii zgodnie z projektem pt.:” Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych” w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 1**

w związku z ukazaniem się postępowania proszę o wyjaśnienie, Załącznik nr 1.9. do SIWZ poz. 1 Dozownik do mydła w płynie. W ww. dokumencie opisany jest dozownik firmy Merida D1W, który został wycofany ze sprzedaży oraz zastąpiony modelem DTS101.

Czy Zamawiający dopuści dozownik mydła w płynie DTS101 charakteryzujący się poniższym opisem?

- Dozownik mydła w płynie wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS.
- Posiada zbiorniczek o pojemności 800 ml.
- Mydło uzupełniane z kanistra.
- Dozownik dostępny w kolorze biały posiada szare okienko do kontroli poziomu mydła.
- Zamykany na kluczyk
- głębokość 11,5 cm
- szerokość 11,5 cm
- wysokość 25 cm

**Odp. Z uwagi na błąd pisarski w pozycji 1 zał. 1.9 zmieniony zostaje załącznik. Wysokość dozownika była podana 225 cm, winna być 25 cm.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

## ZESTAW 2

### **Dot. zadania 3:**

**Poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie podnośnika jezdnego, według poniższego opisu?

Podnośnik jezdny jest urządzeniem w którym podnoszenie i opuszczanie pacjenta odbywa się za pomocą pilota (z przewodem). Oszczędność miejsca, dzięki ergonomicznym kształtom. Ułatwiona praca przy łóżku dzięki owalnemu kształtowi ramienia. Prosty i wygodny w obsłudze. Zastosowane rozsuwane ramiona jezdne umożliwiają podjazd pod stosunkowo szerokie elementy wyposażenia wnętrza. Zmiana rozstawu ramion jezdnych odbywa się za pomocą specjalnej dźwigni nożnej umieszczonej z tyłu podnośnika co zapewnia minimum wysiłku podczas zmiany rozstawu ramion. Dźwignia blokuje się w czterech pozycjach co gwarantuje optymalny rozstaw ramion w zależności od warunków pracy podnośnika. Blokada kółek zapewnia nam maksimum bezpieczeństwa, zarówno blokowanie jak i odblokowywanie odbywa się w pozycji stojącej, co nie utrudnia pracy personelowi. Zastosowany akumulator gwarantuje wiele godzin bezobsługowej pracy, jego doładowywanie nie wymaga wymontowywania z urządzenia. Zastosowany wyświetlacz pozwala na bieżąco monitorować stan naładowania akumulatora.

Wyposażenie standardowe podnośnika:

- siedzisko, orczyk, ładowarka do akumulatora.

Parametry techniczne:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| HOVL-100                    |        |
| Zakres rozstawu kół         | 650mm  |
| B1 (pozycja złożona)        | 1430mm |
| B2 (pozycja rozłożona)      |        |
| Długość ramienia jezdnego L | 1260mm |
| Średnica kół FH1            | 135mm  |



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

|  |        |
|--|--------|
| Wysokość podnośnika H                      | 1260mm |
| Maksymalna pozycja ramienia od podłoża GH1 | 2090mm |
| Minimalna pozycja ramienia od podłoża GH2  | 610mm  |
| Długość ramienia LH                        | 935mm  |
| Waga podnośnika                            | 50 kg  |
| Dopuszczalne obciążenie                    | 175 kg |

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie podnośnika jezdnego, według poniższego opisu?

Podnośnik jezdny to urządzenie, w którym podnoszenie i opuszczanie pacjenta odbywa się za pomocą pilota (z przewodem). Transport pacjenta ułatwiony jest poprzez zastosowanie napędu elektrycznego. Ponadto zmiana rozstawu ramion jezdnych również odbywa się za pomocą mechanizmu elektrycznego ułatwiającego obsługę podnośnika.

Zastosowane rozsuwane ramiona jezdne umożliwiają podjazd pod stosunkowo szerokie elementy wyposażenia wnętrza. Dźwignia rozstawu podstawy podnośnika blokuje się w czterech pozycjach co gwarantuje optymalny rozstaw ramion w zależności od warunków pracy podnośnika.

Każde z kół daje się zablokować, co zapewnia nam maksimum bezpieczeństwa. Zarówno blokowanie jak i odblokowywanie odbywa się w pozycji stojącej, co ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Zastosowany akumulator gwarantuje wiele godzin bezobsługowej pracy, jego doładowywanie nie wymaga wymontowywania go z urządzenia.

#### **Wyposażenie standardowe:**

- siedzisko, orczyk, ładowarka do akumulatora, podpórka pod kolana z zapinanym pasem, podnózek.

**Standardowe wyposażenie:** siedzisko (rozmiar L), orczyk, ładowarka akumulatora. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupu siedziska dopasowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

### Parametry techniczne:

|  |        |
|--|--------|
| HLU-4/E-O                                  |        |
| Rozstaw kół                                |        |
| B1 (pozycja złożona)                       | 610mm  |
| B2 (pozycja rozłożona)                     | 1180mm |
| Długość ramienia jezdnego L                | 1190mm |
| Średnica kół FH1                           | 135mm  |
| Wysokość podnośnika H                      | 1420mm |
| Maksymalna pozycja ramienia od podłoża GH1 | 2050mm |
| Minimalna pozycja ramienia od podłoża GH2  | 680mm  |
| Długość ramienia LH                        | 820mm  |
| Waga podnośnika                            | 45 kg  |
| Dopuszczalne obciążenie                    | 175 kg |

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

#### **Dot. zadania 4:**

**Poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu zabiegowego o wymiarach 1900 x 660mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu zabiegowego o nieznacznie innym zakresie regulacji wysokości: 490 – 1050mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu zabiegowego o dopuszczalnym obciążeniu maksymalnym do 150kg? Z doświadczenia naszej firmy jest to obciążenie wystarczające dla stołów rehabilitacyjnych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu zabiegowego o zakresie regulacji zagłówka od -85 do +55?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu zabiegowego o regulacji części pod nogi do pozycji siedzącej 70 stopni?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu zabiegowego wyposażonego w trzysegmentowe leże oraz dwa podłokietniki, o wymiarach 1900 x 660mm i zakresie regulacji wysokości 490 – 1050mm, zakresie regulacji zagłówka od -85 do +55?

Pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postępowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu rehabilitacyjnego o wymiarach 1900 x 660mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu rehabilitacyjnego posiadającego regulację środkowej części leżyska za pomocą sprężyny gazowej?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu rehabilitacyjnego o zakresie regulacji zagłówka od -85 do +55?

Odpowiedź pozytywna na te pytania umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

**Poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu pionizacyjnego o wymiarach 2050 x 750mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu pionizacyjnego o zakresie regulacji wysokości: 580 – 960mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu pionizacyjnego posiadającego nieznacznie inny zakres regulacji kąta nachylenie, tj.: do 87 stopni?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu pionizacyjnego posiadającego trzy mocne pasy do stabilizacji pacjenta zapinane na zatrask?

Pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postępowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie poręczy do nauki chodzenia o wymiarach 950 x 3000?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie poręczy do nauki chodzenia o regulacji wysokości poręczy od 710 – 1040mm?

Odpowiedź pozytywna na te pytania umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **ZESTAW 3**

Bardzo proszę o informację, czy dokument JEDZ na który jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny może być sporządzony przez osobę która widnieje w KRS firmy, a pozostałe dokumenty dotyczące przetargu mogą być sporządzone i podpisane przez osobę upoważnioną ?

**Odp. Dokument JEDZ na który jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny może być sporządzony przez osobę która widnieje w KRS firmy, zaś pozostałe dokumenty dotyczące przetargu mogą być sporządzone i podpisane przez osobę upoważnioną.**

Ponadto Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w ten sposób, że w zdaniu: „Nadto oświadczam(-my), że nie podlegam(-my) wykluczeniu z



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, i 8 ustawy Pzp,, dodał pkt 3 art. 24 ust. 5. Nowe brzmienie:

„Nadto oświadczam(-my), że nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 i 8 ustawy Pzp,,

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 5 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**Ponadto, mając na względzie obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w ten sposób, że w części „OŚWIADCZENIA”:**

**- dodaje pkt 7 i 8 oraz 17:**

7. Oświadczam(y), iż realizując zamówienie będę / będziemy stosować przepisy rozporządzenia osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”).
8. Oświadczam(y), że wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem / pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

17. Oświadczam(y), że hasło do zaszyfrowanego pliku(ów) JEDZ przekazanego / przekazanych w formie elektronicznej jest następujące:

nazwa pliku: .....- hasło: .....

nazwa pliku: .....- hasło: .....

....

*\*Wykonawca powinien podać dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego odszyfrowania danych zawartych w JEDZ*

**W wyniku dokonanej zmiany – dotychczasowy pkt 7 staje się pkt 9, dotychczasowy pkt 8 staje się pkt 10, dotychczasowy pkt 9 staje się pkt 11, dotychczasowy pkt 10 staje się pkt 12, a dotychczasowy pkt 11 staje się pkt 13, dotychczasowy pkt 12 staje się pkt 14, pkt. 13 staje się 15, a dotychczasowy pkt 14 staje się 16.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu ofertowym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

Zamawiający zmienia brzmienie pkt 1 2) rozdziału XIII SIWZ:  
- pkt. 1 2) otrzymuje brzmienie:





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

2) Czas usunięcia wad i usterek – 20%

*Wykonawca zobowiązany jest zaoferować jeden z poniższych czasów usunięcia wad i usterek, które będą oceniane*

Sposób przyznania punktów w kryterium ” **czas usunięcia wad i usterek**”

- dla czasu usunięcia wad i usterek do 3 dni roboczych – 20 pkt
- dla czasu usunięcia wad i usterek do 4 dni roboczych – 10 pkt
- dla czasu usunięcia wad i usterek do 5 dni roboczych – 0 pkt

*Przy czym maksymalny czas usunięcia wad i usterek to 5 dni robocze..*

*Zaoferowanie innych czasów usunięcia wad i usterek niż wskazane powyżej spowoduje przyznanie 0 pkt.*

Ponadto Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy do § 1 dodaje ust. 8:

8. Wykonanie Umowy współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przyznanych Zamawiającemu na podstawie Umowy o Dofinansowanie Projektu „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych” Nr RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

oraz wykreśla § 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

**Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:**

- **termin składania ofert** – z 04.07.2018r., do godz. 11:00 **na 10.07.2018r., do godz. 11:00,**
- **otwarcie ofert** – z 04.07.2018r. o godz. 11:30 **na 10.07.2018r. o godz. 11:30.**

**Ponadto zmienia się rozdział XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

**„5. Termin składania ofert:**

- 1) Oferty należy składać **do dnia 10.07.2018r., do godz. 11:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

*Małgorzata Usielska*