



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: EP/220/67/2018/1

Szczecin, dnia 20.07.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/67/2018, pn. *Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań obwodowych, PTA i koronarografii PTCA dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZESTAW 1

Dotyczy: Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści „Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do PTA” o nieznacznie zmienionych parametrach: shaft proksymalny – 4,5 Fr, shaft dystalny 3,72 F, Kompatybilny z koszulką 4-5 F, RBP 14 atm. oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 2

1. Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 5** stent samorozprężalny nitinolowy, wykonany w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby. Stent o zamkniętych celach na obu końcach i otwartych w części środkowej. Spełniający pozostałe kryteria specyfikacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 6** cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym, o średnicach 6F - 0.070, 7F-0,081, 8F-0,091 , długości 55cm i 90 cm. Kształt cewnika niezmienny w zależności od temperatury, wewnętrzne światło z PTFE, miękki atraumatyczny koniec , 19 kształtów interwencyjnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 3

Zadanie nr 1 - Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na introduktory naczyniowe do zabiegów obwodowych o dł. 7 cm i 11 cm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska**

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94