



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak: EP/220/66/2018/2

Data: 08.08.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/66/2018, pn. Dostawa systemu implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

ZESTAW 1

Pytanie 1:

(Dotyczy zał. Nr 1A do SIWZ, parametry graniczne, pkt. 3.1.)

Czy Zamawiający dopuści zapis „Zauszny procesor dźwięku z zakresem wzmocnienia procesora 50dB lub więcej wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory. Podać typ baterii.” ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

(Dotyczy zał. Nr 1A do SIWZ, wymagane parametry graniczne, pkt. 4.3.)

Czy Zamawiający dopuści zapis „Obecność przedstawiciela Wykonawcy wyposażonego w komputer z odpowiednim programem służącym do zmiany ustawień procesora dźwięku podczas zakładania procesora celem jego dopasowania i w przypadku konieczności zmiany ustawień procesora w czasie jego użytkowania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

(Dotyczy zał. Nr 1B do SIWZ, parametry podlegające ocenie jakości, pkt. 3)

Czy Zamawiający zmieni zapis z: „Sygnalizacja akustyczna lub wizualna sposobu pracy procesora” na: „Sygnalizacja akustyczna i wizualna sposobu pracy procesora”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dokona zmiany i wymaga zapisu zgodnego ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 4:

(Dotyczy zał. Nr 1B do SIWZ, parametry podlegające ocenie jakości, pkt. 5)

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Możliwość zastosowania modułu przejściowego na implant lub wspornika umożliwiającego podłączenie procesora do już założonego implantu.”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie 5:

(Dotyczy zał. Nr 1B do SIWZ, parametry podlegające ocenie jakości, pkt. 5)

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Możliwość zastosowania modułu przejściowego na implant lub wspornik umożliwiającego podłączenie procesora do już założonego implantu, lub uniwersalnego zaczepek procesora umożliwiającego podłączenie procesora do już założonego implantu.”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1

(Dotyczy Zał. 1A pkt.3 do SIWZ)

Czy Zamawiający oczekuje oferty na 10 kompletnych Systemów, a co za tym idzie, w tym 10 procesorów (w pkt. 3 znajduje się informacja o 8 szt.)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje 10 kompletnych Systemów . Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1A, pkt. 3 do SIWZ – wymagane parametry graniczne poprzez zmianę zapisu w pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

3. procesor dźwięku do ubytków słuchu na poziomie min. 50 dB HL – 10 szt.”

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1A do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 3

Pytanie 1

Dotyczy Warunków Granicznych (Załącznik 1A do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu alternatywne rozwiązanie o poniższych parametrach technicznych:

L.P.	PARAMETRY GRANICZNE-MINIMALNE	Tak/ Nie	OPIS, potwierdzenie parametru (wypełnia Wykonawca)
1. Część implantowana			
1.1	Długość implantu 39 mm, głębokość 2,6 mm, pełna dostępność śródoperacyjna w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji kontraktu.		
1.2	Brak wspornika – system w pełni magnetyczny		
1.3	Sposób wszczepienia nie wymagający redukcji tkanki podskórnej i mięśniowej w okolicy implantu. Jednakże u niektórych pacjentów może być to korzystne.		
2. Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji (jednorazowego użytku)			
2.1	Osprzęt chirurgiczny dostarczony do zabiegu: śruby,		

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
 NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
 PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



	śrubokręt, przymiary		
2.2	Brak konieczności robienia w skórze otworu pod wspornik – brak konieczności dostarczania do tego narzędzi.		
3. Procesor dźwięku do ubytków słuchu na poziomie min. 50 dB HL - 8 szt.			
3.1	Zauszny procesor dźwięku z zakresem wzmocnienia procesora 50 dB lub więcej wykorzystujący baterie zasilające. Podać typ baterii:		
3.2	W pełni automatyczny mikrofon kierunkowy z funkcją wyciszenia źródła dźwięku. Celem tego działania jest zmniejszenie dźwięków po bokach i z tyłu użytkownika, a tym samym zwiększenie słyszalności przed użytkownikiem		
3.3	Procesor posiadający systemem redukcji sprężeń akustycznych i cyfrową technologię przetwarzania sygnału		
3.4	Możliwość założenia procesora zarówno na lewą jak i na prawa stronę , Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie procesorów dedykowanych do prawego lub lewego ucha.		
4. Oprzyrządowanie do zabiegu			
4.1	Wiertarka dostarczana do zabiegu		
4.2	Brak konieczności dostarczania klucza dynamometrycznego – dostarczenie śrub i klucza do śrub.		
4.3	Oprzyrządowanie komputerowe z odpowiednim programem służące do zmiany ustawień procesora dźwięku dostarczane przy zakładaniu procesora celem jego dopasowania i w przypadku konieczności zmiany ustawień procesora w czasie jego użytkowania.		
5. Inne			
5.1	Obecność inżyniera klinicznego przy zabiegach wg potrzeby zamawiającego.		

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Parametrów podlegających ocenie jakości (Załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający biorąc pod uwagę, że systemy inne niż opisany w załącznikach SIWZ mają różne, ale nie gorsze funkcje zgodzi się zmienić parametry podlegające ocenie jakości w poniższy sposób:

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
 Centrala: 91 813 90 00
 Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
 Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
 Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
 NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
 PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



L.p.	PARAMETR/WARUNEK	OFEROWANY PARAMETR*	PUNKTACJA MAKSYMALNA	PUNKTACJA
1	2	3	4	5
1.	Powierzchnia wspornika pokryta hydroksyapatytem		10	0-10pk brak 0 pkt, spełnienie warunku 10pkt oraz 10 pkt dla systemu magnetycznego bez wspornikowego
2.	Procesor posiadający minimum 2 programy użytkowe możliwe do łatwej zmiany przez pacjenta		5	0-5 pkt brak programów 0 pkt, spełnienie warunku 5 pkt
3.	Sygnalizacja akustyczna lub wizualna sposobu pracy procesora		5	<i>0-5pkt brak 0 pkt, dwa sposoby 5 pkt nieścisłość – przynajmniej jeden typ sygnalizacji = 5 pkt</i>
4.	Możliwość wymiany sposobu mocowania procesora dźwięku z mocowania na wsporniku na mocowanie zaczepem magnetycznym		5	0-5pkt brak możliwości 0 pkt, spełnienie warunku 5 pkt oraz 5 pkt za możliwość korzystania z zaczepu magnetycznego od początku
5.	Możliwość zastosowania modułu przejściowego na implant lub wspornik umożliwiającego podłączenie procesora do już założonego implantu.		10	<i>0-10 pkt brak możliwości 0 pkt, spełnienie warunku 10 pkt oraz 10 pkt dla systemu bez wspornika, umożliwiającego korzystanie z benefitów urządzenia od początku</i>

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokona zmiany treści Załącznika nr 1B do SIWZ - Parametry podlegające ocenie jakości i wymaga zapisów zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych
 Małgorzata Szelażewicz**

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
 Centrala: 91 813 90 00
 Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
 Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
 Fax. 91 462 04 94