



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

**Znak sprawy:**  
**EP/220/83/2018/1**

**Data:**  
**02.10.2018 r.**

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/83/2018, pn. Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne dla Oddziału Geriatrii zgodnie z projektem pt.: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych” w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 1**

##### **Dotyczy: Zadanie nr 4**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie samej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:**

- zmienia brzmienie rozdziału IV - Termin wykonania zamówienia.

Nowe brzmienie rozdziału IV:

**Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:**

- zadanie nr 1, 2 do 8 tygodni,

- zadanie nr 3 do 5 tygodni,

- zadanie nr 4 do 6 tygodni

**od dnia podpisania umowy.**



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

**Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że:**

- **§ 2 (Termin i warunki dostawy przedmiotu umowy) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie.**

**Nowe brzmienie § 2 ust. 1:**

1. Dostawa i montaż Przedmiotu Umowy, opisanego w załączniku nr 1 do Umowy, nastąpi w terminie:
- zadanie nr 1, 2 do 8 tygodni,
  - zadanie nr 3 do 5 tygodni,
  - zadanie nr 4 do 6 tygodni
- od dnia podpisania umowy.

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:**

- **termin składania ofert** – z 16.10.2018r., do godz. 11:00 na **18.10.2018r., do godz. 11:00,**
- **otwarcie ofert** – z 16.10.2018r. o godz. 11:30 na **18.10.2018r. o godz. 11:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

**„5. Termin składania ofert:**

- 1) Oferty należy składać **do dnia 18.10.2018r., do godz. 11:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

**Dotyczy: Zadanie nr 4 , poz. 1 – Wózek do dystrybucji leków – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach?
  - Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia:
    - szerokość 1125 mm
    - głębokość 610 mm
    - wysokość 1080 mm
  - Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

- Błat na wózku wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach długość 1040 x szerokość 545 mm, blat zabezpieczony rantami o wysokości 75 mm zapobiegając przesuwaniu się materiałów na blacie
  - Błat roboczy z tworzywa ABS posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przetaczania wózka
  - Wózek wyposażony w dwa centralne zamki
  - Wnętrze wózka wyposażone w szuflady:
    - 10 szuflad umieszczonych w dwóch rzędach (z jednej strony pięć szuflad, z drugiej strony pięć szuflad), szuflady występujące po jednej wózka, działające niezależnie
- Od dołu wózka:
- dwie szuflady duże otwierane jednostronnie, każda o wymiarach długość 450 x głębokość 450 x wysokość 225 mm
  - cztery szuflady średnie otwierane jednostronnie, każda o wymiarach długość 450 x głębokość 450 x wysokość 150 mm
  - cztery szuflady małe otwierane jednostronnie, każda o wymiarach długość 450 x głębokość 450 x wysokość 75 mm
- Wyposażenie sześciu szuflad od góry: szuflady wyposażone w tworzywowe, ruchome podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad
  - Wózek wyposażony w cztery koła o średnicy 150 mm w tym dwa z hamulcem

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Dotyczy: Zadanie nr 4 , poz. 2 – Wózek wielofunkcyjny – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach?
  - Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia:
    - szerokość 720 mm
    - głębokość 610 mm
    - wysokość 1080 mm
  - Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo
  - Rama wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo
  - Błat na wózku wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach długość 640 x szerokość 545 mm, blat zabezpieczony rantami o wysokości 75 mm zapobiegając przesuwaniu się materiałów na blacie
  - Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 150 mm w przeciwpływowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec
  - Koła bez widocznej osi toczenia
  - Wózek wyposażony w pięć szuflad:
    - dwie pierwsze szuflady pod blatem wymiary 450 x 450 x 75 mm
    - dwie środkowe szuflady wymiary 450 x 450 x 150 mm
    - dolna szuflada o wymiarach 450 x 450 x 225 mm
  - Szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zabezpieczone hamulcem przed ewentualnym wypadnięciem
  - Szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady
  - Ładowność jednej szuflady 10 kg
  - Dwie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad
  - Błat roboczy z tworzywa ABS posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przetaczania wózka
  - Wyposażony w wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu 10 kg



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

- Wózek wyposażony w zamykany, tworzywowy pojemnik na śmieci umieszczony na ścianie bocznej wózka
- Wyposażony w wieszak z dwoma haczykami na płyny infuzyjne
- Wyposażony w trzy uniwersalne, wielofunkcyjne pojemniki montowany na boku wózka
- Wózek posiada uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty
- Akcesoria mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub instalowane na specjalnych szynach nad blatem górnym/roboczym wózka
- Krążki odbojowe znajdująca się u podstawy wszystkich 4 narożników wózka
- Wszystkie szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy: Zadanie nr 4 , poz. 3 – Wózek opatrunkowy – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach?

- Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia:
  - szerokość 720 mm
  - głębokość 610 mm
  - wysokość 1080 mm
- Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo
- Rama wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo
- Błat na wózku wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach długość 640 x szerokość 545 mm, blat zabezpieczony rantami o wysokości 75 mm zapobiegając przesuwaniu się materiałów na blacie
- Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 150 mm w przeciwpływowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec
- Koła bez widocznej osi toczenia
- Wózek wyposażony w trzy szuflady:
  - trzy szuflady wymiary 450 x 450 x 225 mm
- Szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zabezpieczone hamulcem przed ewentualnym wypadnięciem
- Szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady
- Ładowność jednej szuflady 10 kg
- Błat roboczy z tworzywa ABS posiadający wyprofilowane brzożki służące jako uchwyty do przetaczania wózka
- Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu 10 kg
- Wózek wyposażony w zamykany, tworzywowy pojemnik na śmieci umieszczony na ścianie bocznej wózka
- Wyposażony w uchwyt metalowy na rękawiczki montowany nad blatem górnym/roboczym wózka
- Wyposażony w trzy uniwersalne, wielofunkcyjne pojemniki montowany na boku wózka
- Akcesoria mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub instalowane na specjalnych szynach nad blatem górnym/roboczym wózka
- Krążki odbojowe znajdująca się u podstawy wszystkich 4 narożników wózka
- Wszystkie szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Pomorze Zachodnie**

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

## **ZESTAW 2**

### **Dotyczy załącznik 1.3 – poz. 1- stół zabiegowy:**

**1** . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu z trzysegmentowym leżem oraz podłokietnikami, o nieznacznym wymiarach, tj. 1900 x660mm, bez pozycji anty-cji siedzącej do 70stopni oraz z obciążeniem maksymalnych 150kg?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Dotyczy załącznik 1.3 – poz. 2- stół rehabilitacyjny:**

**1** . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu rehabilitacyjnego a długości 1900mm, kącie nachylenia oparcia pleców do 70 stopni, oraz nieznacznym innym zakresie regulacji kąta nachylenia zagłówka: od -85 stopni do +35 stopni, spełniającego pozostałe wymagania specyfikacji?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2.** Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 z załącznika nr 1.3 (stół rehabilitacyjny) do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość Wykonawców, dzięki czemu wpłynie więcej korzystniejszych ofert cenowych, co powinno być w interesie Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Dotyczy załącznik 1.3 – poz. 3- stół pionizacyjno - rehabilitacyjny:**

**1** . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu pionizacyjnego, posiadającego jednocześnie blat oraz podnózek, o szerokości minimalnie innej, tj. 750mm, z większym zakresem regulacji wysokości: od 580 – 960mm, z zakresem regulacji minimalnie innym, tj. do 87 stopni, posiadającego mocne i wytrzymałe pasy do stabilizacji pacjenta zapinane na wytrzymały zatrzask, spełniającego pozostałe wymogi specyfikacji?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2.** Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 z załącznika nr 1.3 (stół rehabilitacyjny) do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość Wykonawców, dzięki czemu wpłynie więcej korzystniejszych ofert cenowych, co powinno być w interesie Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Dotyczy załącznik 1.3 – poz. 5- poręcz do nauki chodzenia:**

**1** . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie poręczy do nauki chodzenia o wymiarach: 950 x 3000mm, regulacji wysokości poręczy od 710 – 1040mm, o regulacji rozstawu szerokości poręczy od 350mm do 880mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Dotyczy załącznik 1.3 – poz. 4 (UGUL z osprzętem):**

**1.** Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 z załącznika nr 1.3 (UGUL z osprzętem) do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość Wykonawców, dzięki czemu wpłynie więcej korzystniejszych ofert cenowych, co powinno być w interesie Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Pomorze Zachodnie**

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

### **ZESTAW 3**

Część nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści kozetkę bez Certyfikatu producenta PN-EN ISO 9001?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **ZESTAW 4**

**Dotyczy Załącznika nr 1.3 Wymogi techniczno – eksploatacyjne poz. 1 Stół zabiegowy – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 55 -106 cm spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy Załącznika nr 1.3 Wymogi techniczno – eksploatacyjne poz. 6 Wózek inwalidzki – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o poniższych wymiarach:

- wysokość całkowita wózka 910 mm
- głębokość siedziska 490 mm
- wysokość siedziska 530 mm
- szerokość siedziska 600 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala**  
**Zespolonego**

*Małgorzata Usielska*